52 - PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y/U ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

LAB	ITEM	EQUIPO	SERVICIO	MAGNITUD	INTERVALO DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN	PUNTOS O PRUEBAS REQUERIDAS	CANTIDAD TOTLES	REGIONAL BOGOTÁ									REGIONAL NORTE (Barranquilla)	REGIONAL NORORIENTE (Bucaramanga)	REGIONAL ORIENTE - SECCIONAL CASANARE	REGIONAL ORIENTE - SECCIONAL META - (Villavicencio)	REGIONAL ORIENTE - SECCIONAL BOYACÁ	REGIONAL NOROCCIDENTE (Medellín)	REGIONAL SUROCCIDENTE (Cali)	REGIONAL SUR (Ipiales, Neiva)	REGIONAL OCCIDENTE (Pereira)	GRUPO NACIONAL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (Bogotá)	GRUPO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA (Bogotá)	GRUPO NACIONAL DE APOYO AL SISTEMA DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN (Bogotá)
6	35	Manómetro	Calibración en laboratorio contratista	Presión	Exact: Vm-0.166 psi Valor nominal de equipo	Calibración mínimo 9 puntos	2																			1	1	
6	36	Barómetro	Calibración en laboratorio contratista	Presión	exite (7) puntos desde 756.21 hPa hasta 999.63 hPa	Calibración mínimo 7 puntos	4	1																			3	
11	35	MULTIMETRO	Calibración en laboratorio contratista	Eléctrica	600 mV a 600 V	Calibración 5 puntos en CC y 5 puntos en CA a dos frecuencias	3																			3		
11	36	ANALIZADOR DE RED	Calibración en laboratorio contratista	Eléctrica	0 V a 690V 0 V a 100kA a frecuencias de 45 Hz a 70 Hz	Calibración en 7 puntos	1																			1		
11	37	PINZA AMPERIMETRICA	Calibración en laboratorio contratista	Eléctrica	3.3 mA a 20 A	Calibración 5 puntos en CC y 5 puntos en CA a dos frecuencias	2																			2		
13	40	Cronómetro	Calibración en laboratorio contratista	Tiempo y frecuencia	1 segundos a 1 hora	Sobre los segundos que se selecciona el equipo pero 10 segundos, 1 minuto, 30 minutos, 60 minutos y 24 horas	5											4							1			
14	45	Tacómetro	Calibración en laboratorio contratista	Eléctrica	100 rpm a 99999 rpm	Calibración en 12 puntos	4																			4		