INSPECCIÓN DE EQUIPOS ANTROPOMETRICOS

FECHA: Abril 23 /2026		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Equipo	**Condiciones optimas**	✓		
Bascula (Pesa personas)	Daños en el plato de la balanza, en display para las balanzas digitales, u otros daños físicos que afecten la toma de las medidas	✓		Ninguna
	Cuando exista una diferencia mayor a 5 gramos entre las tomas del peso de la misma porción de alimentos; 20 gramos para las balanzas de menores de 2 años y 100 gramos para las balanzas de mayores de dos años entre las tomas del peso del mismo niño o masa patrón.	✓		
	Los equipos no responden adecuadamente al estímulo de una medición de peso.	✓		
Bascula (Pesa bebes)	Daños en el plato de la balanza, en display para las balanzas digitales, u otros daños físicos que afecten la toma de las medidas	✓		
	Cuando exista una diferencia mayor a 5 gramos entre las tomas del peso de la misma porción de alimentos; 20 gramos para las balanzas de menores de 2 años y 100 gramos para las balanzas de mayores de dos años entre las tomas del peso del mismo niño o masa patrón.	✓		
	Los equipos no responden adecuadamente al estímulo de una medición de peso.	✓		
Tallímetro (Estadiometro 1)	Escala de medición legible y con división de escala de 1 mm y Verificacion secuencia de medicion.	✓		
	Instrumento sin daño físico o ruptura que pueda lastimar al niño o que dificulte la correcta medición.	✓		
	Ensamblaje adecuado del equipo, estable y firme.	✓		
	El material de fabricacion y las piezas no se encuentran deformes, dilatadas, pandeadas o distorcionadas.	✓		
Infantómetro (Estadiometro 2)	Escala de medición legible y con división de escala de 1 mm y Verificacion secuencia de medicion.	✓		
	Instrumento sin daño físico o ruptura que pueda lastimar al niño o que dificulte la correcta medición.	✓		
	Revision de los topes, su desplazamiento y plegado sin dificultad	✓		
	El material de fabricacion y las piezas no se encuentran deformes, dilatadas, pandeadas o distorcionadas.	✓		
Cinta métrica	Escala de medición legible y con división de escala de 1 mm y Verificacion secuencia de medicion.	✓		
	Instrumento sin daño físico o ruptura que dificulte la correcta medición.	✓		
	El material de fabricacion y las piezas no se encuentran deformes, dilatadas, pandeadas o distorcionadas.	✓		
	Si la cinta metrica es de fibra de vidrio verificar la enlongacion que puede presentar	✓		
	se encuentra protegida en estuche o caja	✓		

Revisado por: Cristina Ochoa V-3

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN DE EQUIPOS SERVICIO DE ALIMENTOS

FECHA: Abril 23 / 2026		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Equipo	**Condiciones optimas**	✓		
Gramera Si algun parametro no se cumple, en observaciones poner cual equipo	Daños en el plato de la balanza, en display para las balanzas digitales, u otros daños físicos que afecten la toma de las medidas	✓		Ninguno.
	Cuando exista una diferencia mayor a 5 gramos entre las tomas del peso de la misma porción de alimentos; 20 gramos para las	✓		
	Los equipos no responden adecuadamente al estímulo de una medición de peso.	✓		Responden adecuadamente
Basculas Si algun parametro no se cumple, en observaciones poner cual equipo	Daños en el plato de la balanza, en display para las balanzas digitales, u otros daños físicos que afecten la toma de las medidas	✓		No hay datos
	Cuando exista una diferencia mayor a 5 gramos entre las tomas del peso de la misma porción de alimentos; 20 gramos para las	✓		
	Los equipos no responden adecuadamente al estímulo de una medición de peso.	✓		
Termómetro (1 - 2 -3) Si algun parametro no se cumple, en observaciones poner cual equipo	Escala del termómetro legible.	✓		
	Respuesta a las mediciones de temperatura.	✓		
	Instrumento sin daños físicos o rupturas que impida la visualización de la medición.	✓		

Revisado por: Cristian. Ochoa M U.S.

INSPECCIÓN DE EQUIPOS SERVICIO DE ALIMENTOS MARGARITA

FECHA: Abril 23 / 2024		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Equipo	**Condiciones optimas**	✓		
Nevera (Refrigeración lactancia)	Cierre correcto de la puerta.	✓		
	Funcionamiento del termómetro de la nevera	✓		
	Sonidos de los motores.	✓		
	Respuesta adecuada a las mediciones	✓		
	Fugas de agua.	✓		
Nevera (Congelación lactancia)	Cierre correcto de la puerta.	✓		
	Funcionamiento del termómetro de la nevera	✓		
	Sonidos de los motores.	✓		
	Respuesta adecuada a las mediciones	✓		
	Fugas de agua.	✓		
Termómetro (lactancia)	Escala del termómetro legible.	✓		
	Respuesta a las mediciones de temperatura.	✓		
	Instrumento sin daños físicos o rupturas que	✓		

Revisado por: Carolina Ochoa U.S.

INSPECCIÓN DE EQUIPOS SERVICIO DE ALIMENTOS

FECHA: Abril 23 2026		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Equipo	Condiciones optimas	✓		Limpio.
Congelador N5 Si algun parametro no se cumple, en observaciones poner cual equipo	Cierre correcto de la puerta.	✓		
	Funcionamiento del termómetro de la nevera (en caso que lo tenga).	✓		
	Sonidos de los motores.	✓		
	Empaques o cauchos de la puerta en buen estado.	✓		
	Respuesta adecuada a las mediciones sugeridas.	✓		
	Fugas de agua.	✓		

Revisado por: Cristhian Ochoa N-D

INSPECCIÓN DE EQUIPOS SERVICIO DE ALIMENTOS

FECHA: Abril 23/2026		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Equipo	Condiciones optimas	✓		Limpia.
Refrigeracion N6 Si algun parametro no se cumple, en observaciones poner cual equipo	Cierre correcto de la puerta.	✓		
	Funcionamiento del termómetro de la nevera (en caso que lo tenga).	✓		
	Sonidos de los motores.	✓		
	Empaques o cauchos de la puerta en buen estado.	✓		
	Respuesta adecuada a las mediciones sugeridas.	✓		
	Fugas de agua.	✓		No se observan.

Revisado por: Cristina Ochoa N-D.

FECHA: Abril 23/2026		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Equipo	Condiciones optimas	✓		
Refrigeracion N 5Si algun parametro no se cumple, en observaciones poner cual equipo	Cierre correcto de la puerta.	✓		
	Sonidos de los motores.	✓		
	Sonidos de los motores.	✓		
	Funcionamiento del termómetro de la nevera (en caso que lo tenga).	✓		
	Empaques o cauchos de la puerta en buen estado.	✓		
	Respuesta adecuada a las mediciones sugeridas.	✓		
	Fugas de agua.	✓		No se observan

Revisado por: Cristina Ochoa N-D.

FECHA:		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Equipo	Condiciones optimas	✓		Limpia.
Refrigeracion N 7 Si algun parametro no se cumple, en observaciones poner cual equipo	Cierre correcto de la puerta.	✓		
	Sonidos de los motores.	✓		
	Sonidos de los motores.	✓		
	Funcionamiento del termómetro de la nevera (en caso que lo tenga).	✓		
	Empaques o cauchos de la puerta en buen estado.	✓		
	Respuesta adecuada a las mediciones sugeridas.	✓		
	Fugas de agua.	✓		

Revisado por: Cristina Ochoa N-D

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN DE EQUIPOS SERVICIO DE ALIMENTOS

FECHA: Abril 23 2025		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Equipo	Condiciones optimas	✓		Urgente.
refrigeracion N 8 Si algun parametro no se cumple, en observaciones poner cual equipo	Cierre correcto de la puerta.	✓		
	Funcionamiento del termómetro de la nevera (en caso que lo tenga).	✓		
	Sonidos de los motores.	✓		
	Empaques o cauchos de la puerta en buen estado.	✓		
	Respuesta adecuada a las mediciones sugeridas.	✓		
	Fugas de agua.	✓		

Revisado por: Cristian Ochoa U-D.

Scanned with CamScanner