| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS | | | | F2.G8.PP | 28/01/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Versión 5 | Página 1 de 1 |
| | | | | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS | MARCA | MODELO | SERIAL | UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad) | RESPONSABLE DEL EQUIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| TP 10 | Brixto | TP300 | No porta | Servicio Alimentos | Nutricionista. |

| CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE) | | | CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | FECHA | RESULTADO | No. | FECHA | RESULTADO | FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN |
| | | | CAL5810 | 04/06/2025 | Cumple | Junio 2026 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| FECHA DE VERIFICACION | T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición | T medida | Error (Treferencia - T medida) | RESULTADO | RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES | FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/26 | 90±1 | 89.9 | 0.1 | Cumple | Nutricionista | Punto ebullición | 24/04/26 |
| 24/04/26 | 0±1 | 0.99 | - | Cumple | Nutricionista | Punto ebullición | 22/05/26 |
| | 90±1 | 89.8 | 0.2 | Cumple | Nutricionista | Punto hielo | 22/05/20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**RESULTADO: Cumple o no cumple**

**FIRMA DEL RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA:**

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS | F2.G8.PP | 28/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la información:<br>Pública | |

| No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS | MARCA | MODELO | SERIAL | UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad) | RESPONSABLE DEL EQUIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| TC 8 | Taylor | 9842 | No porta | Servicio de alimentos | Carolina Ochoa U |

| CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE) | | | CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | FECHA | RESULTADO | No. | FECHA | RESULTADO | FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN |
| | | | EC458171 | 25/06/24 | Cumple | Junio 2026 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| FECHA DE VERIFICACION | T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición | T medida | Error (Treferencia - T medida) | RESULTADO | RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES | FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 90 ± 1 | 90.9 | - | Cumple | Nutricionista | Punto ebullición Bogotá | 23/02/26 |
| 23/02/2026 | 90 ± 1 | 91 | - | Cumple | Nutricionista | Punto ebullición | 24/03/26 |
| 24/03/2026 | 90 ± 1 | 89.6 | 0.04 | Cumple | Nutricionista | Punto Ebullición | 24/04/26 |
| 24/04/2026 | 90 ± 1 | 89.9 | 0.01 | Cumple | Nutricionista | Punto Ebullición Bogotá | 22/05/26 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

RESULTADO: Cumple o no cumple

FIRMA DEL RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA: Carolina Ochoa U U.D.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS | | | | F2.G8.PP | 28/01/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Versión 5 | Página 1 de 1 |
| | | | | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS | MARCA | MODELO | SERIAL | UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad) | RESPONSABLE DEL EQUIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| TF 9 | Brixco | TP101 | No porta | Servicio de Alimentos | Nutricionista. |

| CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE) | | | CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | FECHA | RESULTADO | No. | FECHA | RESULTADO | FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN |
| | | | 458167 | 2025/06/04 | Cumple | Junio/2026 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| FECHA DE VERIFICACION | T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición | T medida | Error (Treferencia - T medida) | RESULTADO | RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES | FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 0±1 | 1 | - | Cumple | Nutricionista | Punto hielo | 24/03/26 |
| 24/03/2026 | 0±1 | 0.99 | - | Cumple | Nutricionista | Punto hielo | 24/04/26. |
| 24/04/2026 | 0±1 | 1 | - | Cumple | Nutricionista | Punto hielo. | 22/05/26. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

RESULTADO: Cumple o no cumple

FIRMA DEL RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA: [signature]

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.