No.	Clase	Etapa	Riesgo	Consecuencia	Prob.	Impacto	Tratamiento / Mitigación
1	Técnico	Ejecución	Fallas en la calibración de los equipos que afecten la precisión de las mediciones.	Resultados erróneos en pruebas de alcoholemia y repetición del servicio.	Baja	Alto	Calibrar conforme a normas técnicas, verificar resultados y garantizar trazabilidad.
2	Operacional	Ejecución	Retraso en la entrega de insumos, repuestos o componentes.	Incumplimiento de plazos y afectación de la disponibilidad de equipos.	Media	Medio	Planificación logística e inventario suficiente de repuestos.
3	SST	Ejecución	Accidentes laborales durante mantenimiento, calibración o reparación.	Suspensión de actividades, retrasos y responsabilidades por SST.	Baja	Alto	Cumplir SG-SST, uso de EPP, capacitación y protocolos de seguridad.
4	Legal	Ejecución	Incumplimiento de normas técnicas o metrológicas.	Responsabilidad civil, administrativa o contractual por resultados erróneos.	Baja	Alto	Personal competente, procedimientos certificados y evidencia documental.

