FUMDIR

CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA.

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DEL SERVICIO DE ALIMENTOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION -MES 2022

EQUIPO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MARMITA 500 LTS Y 250 LTS												
LICUADORA INDUSTRIAL												
SARTEN BASCULANTE												
NEVERA MIXTA DE ACERO INOXIDABLE												
NEVERA DE REFRIGERACION												
CAMPANA EXTRACTORA												
ESTUFA INDUSTRIAL												
ESTUFA ENANA												
BASCULA DE 300 KG												
TERMOMETROS												

CONVENCIONES	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	CALIBRACIÓN

FECHA	NOMBRE	CARGO/ROL	FIRMA
Elaboró 20/01/2023	ALBA LUCÍA ARDILA ALMEIDA	NUTRICIONISTA	
Aprobó 20/01/2023	JUAN CARLOS RODRIGUEZ B	COORDINADOR	

HIPER BASCULAS Soluciones de peso.	CÓDIGO	SIG-TEC-P01-F2	REPORTE DE SERVICIO Nº 10306
	VERSIÓN	3	
	VIGENCIA	2022 08 30	
	PÁGINA	1	Gestión Técnica

DATOS GENERALES

FECHA	2023	01	13	TIPO DE INSTRUMENTO		UBICACIÓN	Bascula
EMPRESA	FUNDIR					MARCA	SANTA MARIA
DIRECCIÓN	CARRERA 90 #149-73 TUNA ALTA					MODELO	TRUMAX
CIUDAD	BOGOTA D.C.					SERIAL	XTEEL-W-11
ENCARGADO	ALBA LUCIA ARDILA					INVENTARIO	JK 170594
TELEFONO	320 5821214					CAPACIDAD	NO PORTA
CORREO						DIVISION	300 kg
CONDICIONES INICIALES DEL INSTRUMENTO		FUNCIONAL		FUERA DE SERVICIO		PLATAFORMA	0.05 kg
MANTENIMIENTO (X)	REPARACIÓN ( )	INSTALACION ( )		VERIFICACION (X)			70 x 70

PROTOCOLO DE VERIFICACION

PRUEBA DE EXCENTRICIDAD (Previo al mantenimiento) — CARGA UTILIZADA: 100 kg

POSICIÓN	INDICACION	ERROR
1	100,05	0,05
2	99,95	-0,05
3	100,05	0,05
4	100,05	0,05
5	100,00	0
6	100,05	0,05

EXCENTRICIDAD FINAL — CARGA UTILIZADA: 100 kg

POSICIÓN	INDICACION	ERROR
1	100,00	0
2	99,95	-0,05
3	100,00	0
4	100,00	0
5	100,00	0
6	100,00	0

PRUEBA DE EXACTITUD CRECIENTE — UNIDAD DE PESO: kg (X) g ( )

CARGA	INDICACION	ERROR
5	5,00	0
70	70,00	0
150	150,00	0
220	220,00	0
300	300,00	0
CUMPLE	SI	NO

PRUEBA DE EXACTITUD DECRECIENTE — UNIDAD DE PESO: kg (X) g ( )

CARGA	INDICACION	ERROR
300	300,00	0
220	220,00	0
150	150,00	0
70	70,00	0
5	5,00	0
CUMPLE	SI	NO

REPETIBILIDAD BAJA — UNIDAD DE PESO: kg (X) g ( )

CARGA	INDICACION	ERROR
20	20,00	0
20	20,00	0
20	20,00	0
20	20,00	0
20	20,00	0

REPETIBILIDAD MEDIA — UNIDAD DE PESO: kg (X) g ( )

CARGA	INDICACION	ERROR
150	150,00	0
150	150,00	0
150	150,00	0
150	150,00	0
150	150,00	0


REPETIBILIDAD ALTA — UNIDAD DE PESO: kg (X) g ( )

CARGA	INDICACION	ERROR
300	300,00	0
300	300,00	0
300	300,00	0
300	300,00	0
300	300,00	0

(X)



( )



LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE PROTOCOLO DE VERIFICACION SE REFIEREN AL MOMENTO Y CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZARON LAS MEDICIONES AL SISTEMA DE PESAJE. HIPER BASCULAS S.A.S NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS QUE PUEDAN PRESENTARSE POR EL USO INADECUADO DEL INSTRUMENTO DE PESAJE POSTERIOR A ESTA VERIFICACION **PARA LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE SE UTILIZARON PESAS PATRÓN CERTIFICADAS ANTE LABORATORIO DE METROLOGÍA ACREDITADO ANTE LA ONAC.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

* Se realiza mantenimiento preventivo a una báscula
* Limpieza general del equipo
* Revisión de conectores y celdas de carga
* Ajuste y verificación con pesas patrón certificadas

OBSERVACIONES

* Se deja pesando y funcionando correctamente
* Acompañamiento Tecnico para certificacion ONAC

STICKER No.	17098	CERTIFICADO No.	SHB-280

SERVICIO REALIZADO POR:	SERVICIO RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner