BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CATALOGO BD: 246011	TITULO: BD Phoenix AST BROTH		
REGISTRO SANITARIO: COLOMBIA: INVIMA 2025RD-0003294-R1 VIGENTE: 07/03/2035 RIESGO: II	PRESENTACION: Caja x 100 (4,5 ml)		
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: 2 - 25 °C			

DESCRIPCION:

Para utilizarse con el sistema BD Phoenix AP. Es caldo Mueller Hinton modificado ajustado por cationes (e.g., Ca++ y Mg++) que se emplea para la prueba de susceptibilidad en paneles gram negativos Emerge CPO donde se obtiene un resultado de MIC a un determinado antibiótico. La prueba puede dar resultado de susceptible, intermedio o resistente al antibiótico estudiado. Adicional realiza la prueba confirmatoria de detección Carbapenemasa y clasificación de Ambler.

ESPECIFICACIONES:

Caja por 100 tubos de vidrio tapa rosca estéril, cada uno con 4,5 mL de caldo.

ALMACENAMIENTO

No use si visualiza que tienen escapes, daño de tapa o pruebas visuales de contaminación (turbidez). Almacene los tubos con el caldo Phoenix AST a 2-25ºC. La fecha de expiración está en la etiqueta del tubo y en el respaldo de la caja. Almacenar protegidos de la luz.

DESCARTE

No reutilizables. Descartar en guardián o recipiente hermético. La disposición final de los tubos luego de su uso debe ser de acuerdo con las políticas y normatividad local establecidas por el laboratorio.

Distribuido en Colombia por:
Becton Dickinson de Colombia Ltda
Calle 97 # 23-1 A 23-99 Ed. Torre Proksol piso 9
Bogotá D.C. Colombia