

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	FICHA TECNICA	Código del anexo: DG-A-P-114-AX-015
		Versión: 01
		Página 1 de 1

“ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA DE LA DIRECCION REGIONAL BOGOTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES”.

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	GRADO	PUREZA	PRESENTACIÓN/ UNIDAD DE MEDIDA	VIGENCIA MÍNIMA	CONDICION DE ALMACENAMIENTO	NUMERO DE CAS
1	Tiras reactivas para orina, tipo Multistixs 10SG o equivalente	NA	NA	Unidad	12 meses a partir de la entrega	Ambiente	NA
2	Reactivo de química clínica para análisis de nitrógeno ureico (BUN). Uso laboratorio clínico	NA	NA	Unidad	12 meses a partir de la entrega	Refrigeración	NA
3	Reactivo de química clínica para análisis de glucosa en suero. Uso laboratorio clínico.	NA	NA	Unidad	12 meses a partir de la entrega	Refrigeración	NA
4	Reactivo de química clínica para análisis de creatina. Uso laboratorio clínico	NA	NA	Unidad	12 meses a partir de la entrega	Refrigeración	NA
5	Reactivo de química clínica para análisis de electrolitos (sodio, potasio y cloro). Uso laboratorio clínico	NA	NA	Unidad	12 meses a partir de la entrega	Refrigeración	NA

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA EQUIPO EN PRESTAMO
1	Analizador automático de química clínica de sobremesa de alta automatización, con metodología analítica estandarizada de química seca por reflectancia para pruebas colorimétricas y potenciometría (ISE) para electrolitos. Con interfaz táctil amplia, que no requiera agua, aire, ni calibración externa. En el que se pueda utilizar reactivos de química seca pre-dosificados y sellados, con alta estabilidad, mínima variabilidad con mínimo riesgo de contaminación.

UNSPSC – Decreto 1082 de 2016				
GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	DESCRIPCIÓN
D	41	11	33	Analizadores de Líquidos, sólidos y elementos
D	41	11	60	Reactivos de Analizadores clínicos y diagnósticos
D	41	12	18	Artículos de Vidrio o Plástico y Suministros Generales de Laboratorio