


INFORME DE CONTRATO DE ACTIVIDADES



Nombre del Contratista: OSCAR ANDRES MONROY AREVALO **Cedula:** 1.110.466.349 de Ibagué- Tolima	**Contrato N° 029 DE 2026** **Valor del contrato: VEINTI CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000)**
Número del Certificado de disponibilidad presupuestal No. 030	**Número del Certificado de registro presupuestal** No.028
Forma de Pago: VEINTI CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24'000.000) PAGO No 1: PAGADO PAGO No 2: PAGADO PAGO No 3: PAGADO PAGO No 4: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4'000.000) PAGO No 5: PENDIENTE PAGO No 6: PENDIENTE	**Fecha Acta de inicio del contrato: 07 de enero de 2026** **Fecha de terminación del contrato: 07 julio 2026**
Pago No. 04 **Porcentaje ejecutado: 16.66 %** en ejecución de actividades **pendiente de pago: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4'000.000)**	**Planilla de seguridad social: 6013068976** **Valor pagado: $ 1.546.800**
OBJETO DEL CONTRATO. "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, PLANTA ELECTRICA Y RED DE FRIO DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E Y PARA EL APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS QUE SUSCRIBA EL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E"	


En virtud del objeto del contrato se desarrollaron las siguientes actividades; durante el periodo del 01 de ABRIL al 30 de ABRIL de 2026.

ITEM DE ACTIVIDAD	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1	Llevarle a cada equipo una hoja de vida de acuerdo a lo solicitado en la resoluci6n 3100 de 2019.	Se esta actualizando las hojas de vida de los equipos por servicios con el nuevo formato, se registran 264 equipos de los cuales se han actualizado 250 hojas de vida faltan 14.	
2	Elaborar el plan de mantenimiento y cronograma de equipos biomédicos para la Vigencia 2026	Elaborado	
3	Realizar capacitaciones al personal del Hospital San José de Ortega sobre el manejo adecuado de los Equipos biomédicos	Para el mes de abril no se realizaron capacitaciones.	
4	Realizar el inventario de todos los equipos biomédicos que se encuentran en uso y desuso del Hospital.	Se anexa inventario de bajas 2026 e inventario de equipos actualizado a la fecha.	
5	Realizar en coordinaci6n con el área de calidad las visitas de inspecci6n y funcionamiento de los Equipos del Hospital San José de Ortega E.S.E	Se envio hojas de vida de urgencias escaneadas, se envia evidencia.	
6	Realizar acompañamiento en las visitas de inspección de la secretaria de Salud, EAPB y demás entes de salud.	Se hizo presencia en visita de vacunación Pai el 24 de abril 2026.	
7	Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos ordinariamente en tres (3) visitas durante el mes y extraordinariamente cuando los equipos lo requieran.	Realiza Mantenimiento preventivo a las áreas transporte asistencial básico, hospitalización. Formato de mantenimiento reposa en las carpetas de las hojas de vida.	
8	Cuando los equipos no puedan ser arreglados en la institución estos deben	No hubo ningún equipo en el mes de abril de 2026.	

	ser trasladados al lugar donde se les de mantenimiento requerido.		
9	Mensualmente debe presentar la Factura de los servicios con todos los soportes requeridos por el Hospital.	En proceso	
10	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica para el adecuado funcionamiento de la misma.	En el mes de abril no hubo mantenimiento de la planta eléctrica.	
11	Inspeccionar contaminantes en el aceite (Agua, metales, etc.) a la planta eléctrica del Hospital.	Realizado, cada vez que se va al hospital se realiza la inspección.	
12	Inspeccionar toda clases de fugas a la planta Eléctrica del hospital.	Realizado, cada vez que se va al hospital se realiza la inspección.	
13	Revisar presión de aceite y temperatura optima de operación de la planta del hospital.	Realizado, cada vez que se va al hospital se realiza la inspección.	
14	Brindar apoyo y asesoría técnica en la proyección de estudios y documentos previos que hagan parte integral de los procesos de selección de contratistas para llevar a cabo la ejecución de proyectos de dotación biomédica.	En el mes abril no se ha realizado esa obligación.	
15	Brindar el apoyo y asesoría técnica durante los procesos de selección del contratista conforme a lo establecido en el Estatuto de Contratación de la ESE.	En el mes abril no se ha realizado esa obligación.	
16	Apoyar la elaboración de respuestas a los requerimientos que se susciten por parte de los entes de control, veedurías ciudadanas y/o quien ejerza control y vigilancia durante los procesos de selección de contratistas.	En el mes abril no se ha realizado esa obligación.	
17	Asistir de manera presencial o virtual a las reuniones de coordinación y seguimiento de proyectos de dotación biomédica.	En el mes abril no se ha realizado esa obligación.	
18	Apoyar en la aprobación, ajuste y validación de las modificaciones que se realicen durante los procesos de selección por yerros en la estructuración o errores formales en el contentivo de los documentos que harán parte integral de los procesos de contratación.	En el mes abril no se ha realizado esa obligación.	

Vigilado Supersalud

19	Participar como parte del Comité Evaluador del componente técnico durante los procesos de selección de contratistas.	En el mes abril no se ha realizado esa obligación.	
20	Apoyar en la emisión de conceptos técnicos, en caso que así lo requiera, frente a las solicitudes que realicen los interesados y proponentes durante los procesos de selección de contratistas.	En el mes abril no se ha realizado esa obligación.	
21	Brindar apoyo técnico profesional a la supervisión del contrato que deban celebrarse con ocasión a la ejecución del proyecto	En el mes abril no se ha realizado esa obligación.	
22	Asegurar mediante el apoyo y una supervisión eficiente, la calidad del desarrollo del objeto del contrato.	En el mes abril no se ha realizado esa obligación.	
23	Brindar apoyo técnico al supervisor en la elaboración, proyección, revisión y aprobación de los actos administrativos y documentos que se lleven a cabo como parte del seguimiento del contrato.	En el mes abril no se ha realizado esa obligación.	
24	Apoyar al supervisor para controlar, vigilar y exigir el cumplimiento de los programas de trabajo e inversiones y de avance físico de obra y su modificaciones.	En el mes abril no se ha realizado esa obligación.	
25	Apoyar la emisión de conceptos técnicos, en caso de que así lo requiera el supervisor del contrato.	En el mes abril no se ha realizado esa obligación.	
26	Elaborar y Entregar los informes de Gestión mensual sobre el desarrollo y avance de sus actividades y entregarlas al supervisor del contrato para que este certifique el cumplimiento de las mismas.	Realizado, se realizan actividades de mantenimiento correctivo de equipos biomédicos como las siguientes: transporte asistencial basico, consulta externa, cambio de frasco y filtro de succionador, reparacion de regulador de oxigeno fugas, revision de tarjeta electronica de aire acondiconado del area de administracion, daño	 

		en tarjeta electronica. Reparacion de nevera de almacen daño en relevo de arranque, se cambio repuesto, instalacion de equipos nuevos en los consultorios de consulta externa, daño en ventilador de condensdora de aire acondiconado de area administrativa, se reemplaza por uno de otro equipo, mantenimiento de aires acondiconados del area de odontologia, laboratorio clinico, consultorio 6 de consulta externa, vacunacion, revision de oximetro de pulso del area de hospitalizacion, reparacion de drenaje de aire acondicionado del area de sala de partos.	

27	Responder por los elementos entregados para el desarrollo del Objeto Contractual	Realizado	
28	Realizar su actividad de manera transitoria e independiente, esto es, sin subordinación o dependencia respecto al Hospital, utilizando los recursos propios.	Realizado	
29	Hacer la entrega final de sus actividades debidamente ejecutadas para el cumplimiento.	Realizado	
30	Colocar en conocimiento de EL CONTRATANTE Y/O HOSPITAL los conflictos o diferencias que se presenten durante la ejecuci6n del contrato, así como las inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses que surjan con posterioridad a este Contrato de Prestación de Servicios Profesionales.	Realizado	
31	Propender por la seguridad de la información.	Realizado	
32	Optimizar el tiempo y los elementos logísticos que se le proporcionen para el desarrollo del objeto contractual.	Realizado	
33	Guardar la reserva debida de la información y documentación de la cual tenga conocimiento en desarrollo del objeto contractual.	Realizado	
34	Suscribir el acta de iniciación que de común acuerdo se haga con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el presente contrato.	Realizado	
35	Atender las observaciones y/o requerimientos que le formule EL CONTRATANTE Y/O HOSPITAL a trav6s del supervisor del contrato	Realizado	


COORDIALMENTE,

OSCAR ANDRES MONROY AREVALO
CC 1.110.466.349 de Ibagué- Tolima




Vigilado Supersalud





OSCAR ANDRES MONROY
INGENIERO DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO
TP. Cn-206102799
Reg. Invima No. RH-201411-628





Ortega, 30 de septiembre de 2024
Señores
Hospital San Jose Ortega ESE Atn. Almacén
Ref. Concepto de baja tecnica de equipos biomedicos y aires acondicionados. Cordial saludo,
La presente tiene por objeto generar un concepto de baja tecnica y desincorporacion de los elementos encontrados en el areas de todo el hospital y que no prestan un servicio a la institucion, los cuales serán detallados a continuación, los equipos se entregan a almacen:




N°	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CANTIDAD	ESTADO	DIAGNOSTICO
1	BOMBA DE INFUSION 	MEDCAPTAIN	SYS 6010	60101980002,2	1	Malo	daño en tarjeta principal, y banda flex no tiene bateria
	BOMBA DE INFUSION 	MED CAPTAIN	SYS6010	0,0140119080333	1	Malo	Daño en tarejta principal, requiere cambio de bateria.




	BOMBA DE INFUSION 	MED CAPTAIN	SYS6011	0,0140119080358		Malo	Daño en tarejta principal, requiere cambio de bateria.
	BOMBA DE INFUSION 	MED CAPTAIN	SYS6012	601017030055,4		Malo	Daño en tarejta principal, requiere cambio de bateria.
2	MONITOR DE SIGNOS VITALES 	GENERAL MEDITEH	G3H	G3H1703T39	1	Malo	daño en tarjeta de poder no enciende, daño en bateria
3	REGULADOR DE OXIGENO 	AIR IMETAN	GGA540	123808	1	Malo	daño estructural racores partidos , fuga de oxigeno




4	REGULADOR DE OXIGENO 	BRASS	GGA870	150400734	1	Malo	daño estructural racores partidos , fuga de oxigeno
5	TENSIOMETRO F 	WELCH ALLYN	ADULTO	14013116284,5	1	Malo	daño en ajuga de medida error de medicion
6	REGULADOR D 	MODA INC	GGA870	R12101200214Y	1	Malo	daño estructural racores partidos , fuga de oxigeno
7	REGULAD 	VICTOR MEDICAL	CGA540	FK27168	1	Malo	daño estructural racores partidos , fuga de oxigeno



8	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE 	POWER 1000	INV-0839		1	Malo	tarjeta de control quemada
9	DOPLER FETAL 	HUNTLEIGH	FDI	FDIPX0218343-07	1	Malo	daño general en tarjeta y trnasductor, deterioro fisico estructura externa partida
10	LARINGOSCOPIO 	WELCH ALLYN	60813		1	Malo	equipo con oxido en partes metalicas, hojas en mal estado sin bombillos
11	BASCULA DE PISO 	BEUSER GMBH	218	89077	1	Malo	daño en sensores de medidas mecanicos
12	TERMOMETRO DE INFRARROJO	CAREYU		ZLK-IRT101	1	Malo	equipo no enciende daño total





13	CAJA UNIDAD ODONTOLOGICA 	PORTATIL	AZUL		1	Malo	equipo no tiene motocompresor no funciona sin motor,deterioro fisico
14	BASCULA DE PISO DIGITAL 	HEALTH O METER	500KL	5000095745	1	Malo	error en medicion sensores dañados, daño estructural
15	DESFIBRILADOR 	PROMED	DM700	DM150405	1	Malo	daño en tarjeta principal , no enciende
16	ELECTROCARDIOGRAFO 	GENERAL ELECTRIC	MOC-500	510002473	1	Malo	equipo con daño en impresora, y tarjeta principal , no enciende
17	NEBULIZADOR 	POWER	NEB2-DRIVE	IE121084672	1	Malo	equipo con daño en bobinado de compresor, no funciona




18	MONITOR DE SIGNOS VITALES 	BIOCARE	IM12E	3415080155	1	Malo	equipo con daño general en tarjeta principal , daño en pantalla
19	IMPRESORA TERMICA 	SONY	UP-890-MD	37529	1	Malo	equipo con daño en rodillo de impresión y resistencia termica
20	BASCULA DE PISO 	HEALTH O METER	349KL	3500072295	1	Malo	daño en sensores digitales de peso error de medicion
21	CONCENTRADOR 	DEVILBISS	0SD	N/A	1	Malo	equipo con daño en tarjeta de control, y sin ceolita requiere carga





22	CONCENTRADOR DE OXIGENO 	AIRSEP	QUIETLINE	A0003983	1	Malo	equipo con daño en tarjeta de control, y sin ceolita requiere carga
23	NEBULIZADOR 	DULMO-AIDE		INV.0808	1	Malo	equipo con daño en bobinado de compresor, no funciona
24	BASCULA DE PISO 	HEALTH O METER	402KL	4020064078	1	Malo	equipo con deterioro fisico , sistema mecanico desviacion estandar muy alta, errores en medicion
	BASCULA DE PISO 	HEALTH O METER	402KL	4020061709	1	Malo	equipo con deterioro fisico , sistema mecanico desviacion estandar muy alta, errores en medicion
	BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	402KL	4020066161	1	Malo	equipo con deterioro fisico , sistema mecanico desviacion estandar muy alta, errores en medicion
	BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	402KL	4020054303	1	Malo	equipo con deterioro fisico , sistema mecanico desviacion estandar muy alta, errores en medicion





	BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	402KL	4020061694	1	Malo	equipo con deterioro fisico , sistema mecanico desviacion estandar muy alta, errores en medicion
	BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	402KL	4020061699	1	Malo	equipo con deterioro fisico , sistema mecanico desviacion estandar muy alta, errores en medicion
	BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	402KL	4020066123	1	Malo	equipo con deterioro fisico , sistema mecanico desviacion estandar muy alta, errores en medicion
	BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	402KL	4020063783	1	Malo	equipo con deterioro fisico , sistema mecanico desviacion estandar muy alta, errores en medicion
25	MONITOR FETAL 	CADENCE	CADA	3030781895B	1	Malo	equipo con daño en modulo de impresión, no tiene transductores
26	CENTRIFUGA 	CENTROMIK	SELECTA	7000549	1	Malo	equipo con daño en tarjeta de control y motor , estructura con deterioro fisico
27	AIRE ACONDICIONADO 	SAMSUMG	INVERTER	AR18MVFITCWKX	1	Malo	equipo con daño en tarjeta decontrol de condensadora, y sensores de temperatura




28	AIRE ACONDICIONADO 	SAMSUMG	INVERTER	AR24NVPXAWKX	3	Malo	equipo con daño en tarjeta decontrol de condensadora, y sensores de temperatura
29	AIRE ACONDICIONADO 	SAMSUMG	INVERTER	AR24SRFNNWXK	11	Malo	equipo con daño en tarjeta decontrol de condensadora, y sensores de temperatura
30	LAMPARA CUELLO DE CISNE 	KRAMER	CROMADA		1	Malo	equipo con daño en estructura oxido, Falta de socker de bombillo
31	EQUIPO DE ORGANOS PARED 	WELCH ALLYN	GS777	NO REGISTRA	9	Malo	equipo con daño en tarjeta de control y cables espiralados


32	MONITOR FETAL 	SONICAID TEAM		7904739	1	Malo	equipo con deterioro fisico , tarjeta de control en corto circuito
33	BASCULA DE PISO 	BASCULAS ELECTRONICAS	150KG		1	Malo	equipo con deterioro fisico , sistema mecanico desviacion estandar muy alta, errores en medicion
	SUCCIONADOR DE SECRECIONES 	ZAR EQUIPOS	SPORMAX	32188	1	Malo	equipo con bobinado de motor en corto circuito, no enciende
34	SUCCIONADOR DE SECRECIONES 	THOMAS	1630	12060000283	1	Malo	equipo con bobinado de motor en corto circuito, no enciende


35	SUCCIONADOR DE SECRECIONES 	THOMAS	1630	11060000213	1	Malo	equipo con bobinado de motor en corto circuito, no enciende
36	SUCCIONADOR DE SECRECIONES 	CAMI	ASKIR-230	INV-1456 8125	1	Malo	equipo con bobinado de motor en corto circuito, no enciende
37	CONCENTRADOR DE OXIGENO 	KAIYA	ZY-5AC	OC1403001700	1	Malo	equipo con daño en tarjeta de control, y sin ceolita requiere carga
38	BAÑO SEROLOGICO 	MEMERT-	WMB-7	L0207.0049	1	Malo	equipo con deteriro fisico, resistencia abierta requiere cambio




39	BASCULA PESA BEBE 	FAZZINI	20KG	INV-1042	1	Malo	equipo con deterioro fisico , sistema mecanico desviacion estandar muy alta, errores en medicion
40	BASCULA PESA BEBE 	FAZZINI	20KG	INV-1042	1	Malo	equipo con deterioro fisico , sistema mecanico desviacion estandar muy alta, errores en medicion
41	BASCULA PESA BEBE	FAZZINI	20KG	INV-1042	1	Malo	equipo con deterioro fisico , sistema mecanico desviacion estandar muy alta, errores en medicion
42	BASCULA PESA BEBE	FAZZINI	20KG	INV-1042	1	Malo	equipo con deterioro fisico , sistema mecanico desviacion estandar muy alta, errores en medicion
43	BASCULA PESA BEBE 	BBG		INV-0931	1	Malo	equipo con deterioro fisico , sistema mecanico desviacion estandar muy alta, errores en medicion
44	BASCULA PESA BEBE 	HEALTH METER	386KG	3860000419 INV-0139	1	Malo	equipo con deterioro fisico , sistema mecanico desviacion estandar muy alta, errores en medicion

45	EQUIPO RAYOS X PORTATIL 	CGR	mc 125 L30	6231456	1	Malo	deterioro físico, daño en perillas de ajuste daño en colimador, desajuste de ventana de apertura de colimador, no tiene bombillo, tubo desalineado, posible desajuste en técnicas, la técnica programada por el operador no la misma que entrega el equipo radiación excesiva.
46	MICROCENTRIFUGA 	OLTO ALERESA	RADIAL	0,0790	1	MALO	equipo con motor dañado, perrillas en mal estado, estructura del equipo en mal estado oxido en piezas.
47	ANALIZADOR DE ORINAS 	POCKET CHEM	PU-4010	41207150	1	MALO	daño en tarjeta de poder no enciende, daño en bateria, no hay tiras para muestras
48	ANALIZADOR DE ORINAS 	POCKET CHEM	PU-4010	41410188	1	MALO	daño en tarjeta de poder no enciende, daño en bateria, no hay tiras para muestras




49	CAMILLAS MECANICAS HIDRAULICAS 	DOMETAL	YXXIS	NO REGISTRA	7	MALO	Equipos con deterioro fisico, oxido en piezas metalicas, colchonetas rotas, ruedas sin freno, barrandas sin seguro, cilindros hidraulicos no funcionan.
50	CAMILLAS MECANICAS 	LOS PINOS	C-370	70797	7	MALO	Equipos con deterioro fisico, oxido en piezas metalicas, colchonetas rotas, ruedas sin freno, barrandas sin seguro.
51	MONITOR FETAL 	SUNRAY	SRF618BE	PQ226-00022-F1J001	1	MALO	Equipo presenta daño en tarjeta principal y daño en transductores.
52	ELECTROCARDIOGRAFO 	PROMED	ECG-103C	P20151110003	1	Malo	Equipo presenta daño en tarjeta principal , mucho ruido en la toma de medidas , no tiene bateria
53	BASCULA DE PISO 	HEALTH O METER	402 KL	4020066159	1	MALO	equipo con deterioro fisico , sistema mecanico desviacion estandar muy alta, errores en medicion.





54	BASCULA DE PISO 	GENERICA	DIGITAL DE VIDRIO	NO REGISTRA	1	Malo	daño en modulo principal , no enciende
55	DOPLER FETAL 	HUNTLEIGH	FD1	FD1PX0359946-13	1	Malo	daño en tarjeta principal y transductor ,
56	DOPLER FETAL 	SONICAIDONE		740XA0217882-14	1	Malo	equipo con daño en transductor , ruido en sistema no deja hacer diagnostico
57	BASCULA PESA BEBE 	FAZZINI	ANALOGA	INV. 0163	1	Malo	Equipo con daño en sensores de medida, error en medicion, deterioro fisico
58	AIRE ACONDICIONADO 	YORK	TLA21P8JA	21700108	1	Malo	daño en tarjeta electronica condensadora y compresor en corto


59	SUCCIONADOR DE SECRECIONES 	JAMF	YX350D	B14.15.138	1	Malo	daño en compresor y oxido en sus partes
60	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED 	WELCH ALLYN	GS777	NO REGISTRA	1	Malo	daño en sensores y cables espiralados
61	BASCULA DE PISO 	HEALTH O METER	349KL	3500058292	1	Malo	error en medicion sensores dañados, daño estructural
62	TENSIOMETRO DE PARED 	WELCH ALLYN	ANEROIDE ADULTO	.060208165507	1	Malo	error en medicion ajuga indicadora fuera del rango de medicion, acrilico opaco no se ven los valores

63	MONITOR DE SIGNOS VI 	EDAN	M50	3333123-M17501720026	1	Malo	equipo con daño en modulo SPO2, errores en medicion de toma de presion arterial no invasiva
64	BASCULA PESA BEBE 	BBG	C01		1	Malo	error en medicion daño en sensores de medida, daño en socket de baterias
65	SUCCIONADOR DE SECRECIONES 	KONSUNG	9E-A	2040080261	1	Malo	valvula de graduacion y reloj indicador no funcinan
66	ECOGRAFO 	SIUI	CTS 285	SM348	1	Malo	daterioro fisico, ruido en pantalla , teclas pegadas, cables del transductor en mal estado

67	DESFIBRILADOR 	MINDRAY	BENEARTH B3		1	Malo	equipo con deterioro fisico, daño en bateria, botones pegados
68	MONITOR DE SIGNOS VITALES 	EDAN	M50	.060208165507	1	Malo	equipo con daño en modulo SPO2, errores en medicion de toma de presion arterial no invasiva, cursor de configuracion no funciona
69	BASCULA DE PISO DIGITAL 	HEALTH O METER	349KL	3500058293	1	Malo	error de medicion sensores fuera del rango de medida, plataforma de pesaje en mal estado
70	TENSIOMETRO DE PARED 	WELCH ALLYN	ANEROIDE ADULTO	1507241114.25	1	Malo	error en medicion ajuga indicadora fuera del rango de medicion, acrilico opaco no se ven los valores

71	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED 	WELCH ALLYN	GS777	INV.0028	1	Malo	boton de encedido en mal estado,daño en sensores y cables espiralados
72	CARRO DE PARO 	NACIONAL	METALICO		1	Malo	deterioro fisico, oxido en piezas metalicas, ruedas frenadas
73	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED 	WELCH ALLYN	GS777	NO REGISTRA	1	Malo	equipo con daño en sensores infrarojos, daño en cables espiralados
74	CAMA CUNA 	LOS PINOS	15FCCFBC1G	NO REGISTRA	2	Malo	Camas con oxidos en barandas, en chasis daño en controles remotos, no es posible utilizar movimientos

75	CAMA ELECTRICA 	LOS PINOS	15EJKEBAFE	NO REGISTRA	12	Malo	Camas con oxidos en barandas, en chasis daño en controles remotos, no es posible utilizar movimientos, colchones con espuma deformadas, forros rotos, daño en ruedas
76	CAMA ELECTRICA DE PARTO HUMANIZADO 	LOS PINOS	972	509667	1	Malo	Camas con oxidos en barandas, en chasis daño en controles remotos, no es posible utilizar movimientos, colchones con espuma deformadas, forros rotos, daño en ruedas
77	CAMIILLAS DE RECUPERACION 	LOS PINOS	METALICAS	NO REGISTRA	10	Malo	camillas con daño en barandas, sin freno en ruedas, oxido en todo su estructura
78	CAMA CUNA 	DISPROMEDIC	PEDIATRICA	NO REGISTRA	2	Malo	Camas con oxidos en barandas, en chasis daño en controles remotos, no es posible utilizar movimientos

79	CARRO DE MEDICAMENTOS 	SAJAC	METALICO	NO REGISTRA	1	Malo	Equipo con cajones dañados, correderas oxidadas y pegadas, ruedas oxidadas y pegadas
80	UNIDAD ODONTOLOGICA 	TECNIDENTAL	ELECTRICA	NO REGISTRA	3	MALO	oxido en piezas metalicas, daño en tapizado, accesorios partidos, desajuste en bujes
81	COMPRESORES 	SCHULZ	MSV 6	2733526 2733517 2734118	3	Malo	daño en motor bobinado en corto circuito, ruido excesivo, oxido en todas sus piezas

Agradezco su atención y tramite a la presente.

Atentamente,

OSCAR ANDRES MONROY

Ing. Mantenimiento Biomedico

	HOSPITAL SAN JOSE ESE ORTEGA **SALUD PARA TODOS** **ORTEGA TOLIMA** **NIT. 890.700.967-1**	CODIGO: GC-FO-59
		FECHA: 15/01/2025
	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA	VERSION: 02

(DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITOS EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO)

FECHA DE ELABORACIÓN			NÚMERO
DD	MM	AAAA	
28	4	2026	4

PERÍODO COBRADO					
	DD		DD	MM	AAAA
DEL	1	ABRIL	30	ABRIL	2026

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		
	TIPO:	NÚMERO	DV
OSCAR ANDRES MONROY AREVALO	[x] C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] OTRO	1.110.466.349	

DIRECCIÓN	CIUDAD	NÚMERO TELÉFONO	CORREO
CRA 4 B # 29-25 HIPODROMO	IBAGUE	3187526528	baxtermonroy@hotmail.com

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN		
	TIPO	NÚMERO	DV
HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA	NIT	890700967	1

FECHA	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28/04/2026	1	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, PLANTA ELECTRICA Y RED DE FRIO DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E Y PARA EL APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS QUE SUSCRIBA EL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E	$ 4.000.000	$ 4.000.000

TOTAL	$ 4.000.000
RTE FTE (%)	
RTE ICA (por mil)	
TOTAL A PAGAR	
BASE GRAVABLE	
IVA	
RTE IVA (%)	

VENDEDOR

En cumplimiento de lo señalado en el literal j) Artículo 617 del Estatuto Tributario, manifesto bajo la gravedad del juramento que he cumplido con la afiliación y el pago de los aportes a las Seguridad Social correspondientes a los ingresos objeto de esta factura bajo el número de planilla 6013068976 y que estos aportes no han servido de base para disminuir la retención en la fuente en otros cobros. Declaro que soy del régimen simplificado y según el Artículo 511 del Estatuto Tributario no estoy obligado a expedir factura de venta

ANEXOS (Marque con una "X")

[X] Aportes ARL [ ] Aportes AFC o Pensiones Voluntaruas

[X] Aportes Salud [X] Aportes Pensiones

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR

NÚMERO CONSECUTIVO

FECHA DE RECIBO

28	4	2026
DD	MM	AAAA

INFORMACIÓN PARA DISMINUCIONES DE LA BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

CONCEPTO	NOMBRE ENTIDAD A LA QUE APORTA	BASE DE APORTE	VALOR APORTADO	FECHA PAGO APORTES		
				DD	MM	AAAA
Aportes Obligatorios a Salud	SALUD TOTAL	$ 5.000.000	$ 625.000	27	4	2026
Aportes Obligatorios a Pensión	COLFONDOS	$ 5.000.000	$ 800.000	27	4	2026
Aportes ARP	ARL SURA	$ 5.000.000	$ 121.800	27	4	2026
Aportes Voluntarios a Pensión						
Aportes Voluntarios AFC						

DOCUMENTO DE IDENTIDAD C.C. 1.110.466.349

La información aquí consagrada se entiende bajo la gravedad del juramento, de acuerdo con el Artículo 442 del Código Penal y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 1527 de 2012, reglamentado por el Decreto 1950 de 2012

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

N:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110466349
OCIAL:			OSCAR ANDRES MONROY AREVALO
	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
	CARRERA 4 F 29-25	TELEFONO:	2667815
	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación especializado de equip
	ÚNICO		
ACIÓN:			
RADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6013068976	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			256147977

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001-COLFONDOS	1	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800.000	$ 0	$ 800.000
									$ 800.000	**$ 0**	**$ 800.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 625.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.000	$ 0	$ 0	$ 625.000
												$ 625.000	**$ 0**	**$ 0**	**$ 625.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 121.800	$ 121.800	$ 0	$ 0	$ 121.800
								$ 121.800	**$ 0**	**$ 0**	**$ 121.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																						PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
ES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7 O	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 5.000.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 5.000.000	$ 625.000	$ 0	$ 625.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.000.000	$111046634	$ 121.800	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.546.800

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

DAVIVIENDA

Certificamos que OSCAR ANDRES con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1110466349, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) OSCAR ANDRES MONROY AREVALO con documento CC 1110466349, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6013068976	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	ABRIL/2026	Periodo Cotización Salud	ABRIL/2026
Fecha Pago	2026/04/27	Número de Autorización	256147977

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	231001 - COLFONDOS
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS002 - SALUD TOTAL
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	2,436 %
Clase de Riesgo	3		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NRO. 029 DE 2026

CERTIFICA

En mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del contrato Nro. 029 del 07 de ENERO de 2026 Prestación de servicios cuyo objeto es **"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, PLANTA ELECTRICA Y RED DE FRIO DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E Y PARA EL APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS QUE SUSCRIBA EL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E"** Suscrito entre el Hospital SAN JOSE E.S.E del Municipio Ortega y el señor **OSCAR ANDRES MONROY AREVALO**, identificado con cedula de ciudadanía número **1.110.466.349** de Ibagué Tolima, que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales establecidas.

Así mismo para efecto de pago certifico que el contratista se encuentra al día respecto de sus obligaciones derivadas de la afiliación al sistema de seguridad social integral.

Por lo anterior se procede a autorizar **EL *CUARTO PAGO*** correspondiente al valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (4'000.000 COP)**. Por desarrollo de actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el día **01 de ABRIL de 2026 al día 30 DE ABRIL de 2026** del contrato de prestación Servicios 029-2026.

Vigilado Supersalud

BALANCE DEL CONTRATO				
DETALLE	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO EN PESOS	SALDO POR EJECUTAR
VALOR INICIAL	$ 24.000.000,00	$ 0,00	0,0 %	$ 24.000.000,00
PRIMER PAGO	$ 0	$ 3.333.333,00	13,88%	$ 20.666.667,00
SEGUNDO PAGO	$ 0	$4.000.000.00	16.66%	$16.666.667.00
TERCER PAGO	$ 0	$4.000.000.00	16.66%	$12.666.667.00
CUARTO PAGO	$ 0	$4.000.000.00	16.66%	$ 8.666.667.00
TOTALES	**$ 24.000.000,00**	**$ 11.333.333,00**	**63,86%**	$ 8.666.667.00

La presente certificación se expide en Ortega Tolima, el día 28 de ABRIL del 2026.

JENNYFFER TATIANA SANTIAGO PEREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Vigilado Supersalud

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 04

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	029-2026
CONTRATISTA	OSCAR ANDRES MONROY AREVALO
NUMERO DE CEDULA	1.110.466.349
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, PLANTA ELECTRICA Y RED DE FRIO DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E Y PARA EL APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS QUE SUSCRIBA EL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E
VALOR DEL CONTRATO	VEINTI CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (24.000.000) IVA INCLUIDO.
FECHA DE INICIO CONTRATO	07 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÒN CONTRATO	07 DE JULIO 2026
SUPERVISOR DESIGNADO	JENNYFFER TATIANA SANTIAGO PEREZ
PERIODO SUPERVISADO	01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026
TELEFONO CONTRATISTA	3187526528
EMAIL CONTRATISTA:	**BAXTERMONROY@HOTMAIL.COM**

1. INFORME FINANCIERO:

CDP No.	VALOR CDP	REGISTRO No.	VALOR REGISTRO
030	$24.000.000	028	$24.000.000

MES EJECUTADO	VALOR MENSUAL A PAGAR	SALDO DISPONIBLE
ABRIL	$4'000.000	$ 8'666.667
TOTAL	**$4'000.000**	**$ 8'666.667**

2. **CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:** El contratista **OSCAR ANDRES MONROY AREVALO identificado con número de ciudadanía** 1'110.466.349 cumplió a cabalidad durante el **01 de ABRIL al 30 de ABRIL del 2026** con las siguientes actividades:

Vigilado Supersalud

3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO:

NÚMERO DE	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO	OBSERVACIONES
1	Llevarle a cada equipo una hoja de vida de acuerdo a lo solicitado en la resolución 3100 de 2019.			X			
2	Elaborar el plan de mantenimiento y cronograma de equipos biomédicos para la Vigencia 2025			X			
3	Realizar capacitaciones al personal del Hospital San José de Ortega sobre el manejo adecuado de los Equipos biomédicos			X			
4	Realizar el inventario de todos los equipos biomédicos que se encuentran en uso y desuso del Hospital.			X			
5	Realizar en coordinación con el área de calidad las visitas de inspección y funcionamiento de los Equipos del Hospital San José de Ortega E.S.E			X			
6	Realizar acompañamiento en las visitas de inspección de la secretaria de Salud, EAPB y demás entes de salud.			X			
7	Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos ordinariamente en tres (3) visitas durante el mes y extraordinariamente cuando los equipos lo requieran.			X			
8	Cuando los equipos no puedan ser arreglados en la institución estos deben ser trasladados al lugar donde se les de mantenimiento requerido.			X			
9	Mensualmente debe presentar la Factura de los servicios con todos los soportes requeridos por el Hospital.			X			
10	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica para el adecuado funcionamiento de la misma.			X			
11	Inspeccionar contaminantes en el aceite (Agua, metales, etc.) a la planta eléctrica del Hospital.			X			
12	Inspeccionar toda clases de fugas a la planta Eléctrica del hospital.			X			

Vigilado Supersalud

13	Revisar presión de aceite y temperatura 6ptima de operación de la planta del hospital.			X			
14	Brindar apoyo y asesoría técnica en la proyección de estudios y documentos previos que hagan parte integral de los procesos de selección de contratistas para llevar a cabo la ejecución de proyectos de dotación biomédica.			X			
15	Brindar el apoyo y asesoría técnica durante los procesos de selección del contratista conforme a lo establecido en el Estatuto de Contratación de la ESE.			X			
16	Apoyar la elaboración de respuestas a los requerimientos que se susciten por parte de los entes de control, veedurías ciudadanas y/o quien ejerza control y vigilancia durante los procesos de selección de contratistas.			X			
17	Asistir de manera presencial o virtual a las reuniones de coordinación y seguimiento de proyectos de dotación biomédica.			X			
18	Apoyar en la aprobación, ajuste y validación de las modificaciones que se realicen durante los procesos de selección por yerros en la estructuración o errores formales en el contentivo de los documentos que harán parte integral de los procesos de contratación.			X			
19	Participar como parte del Comité Evaluador del componente técnico durante los procesos de selección de contratistas.			X			
20	Apoyar en la emisión de conceptos técnicos, en caso que así lo requiera, frente a las solicitudes que realicen los interesados y proponentes durante los procesos de selección de contratistas.			X			
21	Brindar apoyo técnico profesional a la supervisión del contrato que deban celebrarse con ocasión a la ejecución del proyecto			X			
22	Asegurar mediante el apoyo y una supervisión eficiente, la calidad del desarrollo del objeto del contrato.			X			
23	Brindar apoyo técnico al supervisor en la elaboración, proyección, revisión y aprobación de los actos administrativos y			X			

Vigilado Supersalud

	documentos que se lleven a cabo como Xparte del seguimiento del contrato.						
24	Apoyar al supervisor para controlar, vigilar y exigir el cumplimiento de los programas de trabajo e inversiones y de avance físico de obra y sus modificaciones.			**X**			
25	Apoyar la emisión de conceptos técnicos, en caso de que así lo requiera el supervisor del contrato.			**X**			
26	Elaborar y Entregar los Informes de Gestión mensual sobre el desarrollo y avance de sus actividades y entregarlas al supervisor del contrato para que este certifique el cumplimiento de las mismas.			**X**			
27	Responder por los elementos entregados para el desarrollo del Objeto Contractual.			**X**			
28	Realizar su actividad de manera transitoria e independiente, esto es, sin subordinación o dependencia respecto al Hospital, utilizando los recursos propios.			**X**			
29	Hacer la entrega final de sus actividades debidamente ejecutadas para el cumplimiento.			**X**			
30	Colocar en conocimiento de EL CONTRATANTE Y/O HOSPITAL los conflictos o diferencias que se presenten durante la ejecución del contrato, así como las inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses que surjan con posterioridad a este Contrato de Prestación de Servicios Profesionales.			**X**			
31	Propender por la seguridad de la información.			**X**			
32	Optimizar el tiempo y los elementos logísticos que se le proporcionen para el desarrollo del objeto contractual.			**X**			
33	Guardar la reserva debida de la información y documentación de la cual tenga conocimiento en desarrollo del objeto contractual.			**X**			
34	Suscribir el acta de iniciación que de común acuerdo se haga con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el presente contrato.			**X**			
35	Atender las observaciones y/o requerimientos que le formule EL CONTRATANTE Y/O HOSPITAL a través del supervisor del contrato.			**X**			

Vigilado Supersalud

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X			**CUMPLIO CON SUS ACTIVIDADES EXITOSAMENTE**

4. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO:

NÚMERO DE	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO	OBSERVACIONES
1	Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en las condiciones para contratar y en la propuesta presentada por el contratista.			X			
2	Realizar oportunamente los pagos al sistema general de seguridad social y pago de parafiscales de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007.			X			
3	Guardar la suficiente reserva profesional sobre la información que se obtenga del contratante.			X			
4	Responder por la calidad de los servicios prestados.			X			
5	Presentar informes al supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realización del respectivo pago.			X			
6	El contratista deberá asumir el pago de los impuestos que le corresponda cancelar de conformidad a la ley, las ordenanzas y los acuerdos.			X			
7	Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.			X			
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			**CUMPLIO CON SUS ACTIVIDADES EXITOSAMENTE**

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

1. Se le recomienda que el informe de Actividades debe ser entregarse en la fecha estipulada del 25 al 5 de cada mes para poder realizar la supervisión del contrato.
2. Asistir a todas las capacitaciones citadas por el servicio de Administración, Gerencia
3. Realizar la segregación adecuada de los residuos hospitalarios.
4. Mantener en completo orden el sitio de trabajo.

Vigilado Supersalud

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR	No DE LA PLANILLA
SALUD	2026-04	2026-04-27	$ 625.000	**6013068976**
RIESGOS PROFESIONALES	2026-04	2026-04-27	$ 121.800	**6013068976**
PENSION	2026-04	2026-04-27	$ 800.000	**6013068976**

6. ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES ABRIL DEL 2026

SI [X]	NO [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 Y SEGURIDAD SOCIAL DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	

7. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO:

SI [X]	NO [ ]
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

8. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Se constató oportunamente por parte en la oficina de contratación, el suministro completo de los documentos contractuales y legales exigidos como requisito previo para la ejecución del contrato.

Incapacidades: No presento ninguna incapacidad.
Este informe se genera para habilitar por parte de la entidad contratante, el pago de los honorarios del **mes de ABRIL por** la suma de **$4'000.000.**

Asistentes,

OSCAR ANDRES MONROY
Contratista
Anexo: Pago de seguridad social
Informe de actividades
Evidencias fotográficas

JENNYFFER TATIANA SANTIAGO PEREZ
Supervisora

Vigilado Supersalud

HOSPITAL SAN JOSÉ ORTEGA - TOLIMA

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA

CALLE 6 3-25 - Tel:3112230151
Nit. 890700967-1

CUENTA POR PAGAR
No.12350
Fecha: 15/05/2026

Tercero

CC 1110466349 OSCAR ANDRES MONROY AREVALO
Dirección: CS 4 F NO. 29-25 **Teléfono:** 2667815
Documento Presupuestal: COM - 28 **Documento Externo:** 02904 **Fecha Doc Externo:** 15/05/2026 **Fecha De Venc:** 14/06/2026

Descripción

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, PLANTA ELECTRICA Y RED DE FRIO DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E Y PARA EL APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS QUE SUSCRIBA EL HOSPITAL SAN JOSE DE OR

Centro de Costos		Valor
000026	ADMINISTRACION	$4.000.000.00

Subtotal:	**$4.000.000.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$4.000.000.00**

Son

CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

REALIZO

JOMIS TORRIJOS GUZMAN
AUXILIAR CONTABLE
1108937701

Impreso por software SIHOS WEB

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA

CALLE 6 3-25 - Tel:3112230151
Nit. 890700967-1

COMPROBANTE EGRESO No.18808
Fecha: 15/05/2026

Tercero

CC 1110466349 **OSCAR ANDRES MONROY AREVALO**
Dirección: CS 4 F NO. 29-25 Teléfono: 2667815

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DAVIVIENDA **Cuenta :** 166969999829

Concepto

SE CANCELA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, PLANTA ELECTRICA Y RED DE FRIO DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E Y PARA EL APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS QUE SUSCRIBA EL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E. CUARTO PAGO DEL CONTRATO NRO. 029 DE 2026. MES ABRIL DEL 2026.

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	12350	FCP	02904	15/05/2026	$4.000.000.00

Total : $4.000.000.00

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
249055	Servicios	$4.000.000.00	
24402401	SOBRETASA BOMBERIL		$1.400.00
244004	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO		$28.000.00
11100508	Davivienda 166969999829		$3.970.600.00
	Total	**$4.000.000.00**	**$4.000.000.00**

SON

CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

ORDEDNO

BENEFICIARIO

DIANA MARCELA CAMPOS BARRIOS
GERENTE
53122713

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

20/5/2026 - 9:21

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL EST
Nombre Proceso	PAGO A PROVEEDORES 15 DE MAYO DE 2026
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560166969999829
Fecha del Pago	15/05/2026
Hora del Pago	15:26

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1110466349	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	167400111909	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.970.600,00	**Estado**	Pago Exitoso