

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO	REGISTRO DE USO CRONOLÓGICO	Versión 03
		FOR-A04.0000-002	2024-09-27

EQUIPO:	Citometro flujo - FACS Melody	No. INVENTARIO/No. METROLÓGICO:	
GRUPO:	Genómica de Microorganismos em	AREA:	Citometría Flujo - Genómica

FECHA	ACTIVIDAD/USO/PROGRAMA	HORA INICIAL	HORA FINAL	TIEMPO TOTAL	NOMBRE DE USUARIO	OBSERVACIONES Y/O NOVEDADES
2026-01-21	Revisión Especifica	7:00	2:00	7 H	Diana P	Equipo sin novedad
2026-01-22	Limpieza	9:15	11:30	2 h 30	Diana P	Equipo sin novedad
2026-01-23	Limpieza	7:00	9:00	2 H	Diana P	Equipo sin novedad
2026-01-26	Limpieza	2:20	4:35	2 h	Diana P	Equipo sin novedad
2026-01-27	Limpieza	2:30	3:45	1.5 h	Diana P	Equipo sin novedad
2026-01-28	Limpieza	2:40	3:35	1 h	Diana P	Equipo sin novedad
2026-01-29	Limpieza	9:05	10:10	1 h	Diana P	Equipo sin novedad
2026-01-30	Limpieza	8:05	9:10	1 h	Diana P	Equipo sin novedad
2026-02-02	Limpieza y muestras	7:00	17:53	11 h	Diana P	Equipo sin novedad
2026-02-03	Limpieza y muestras	7:00	17:00	10 h	Diana P	Equipo sin novedad
2026-02-05	Limpieza	11:00	12:10	1 h.	Diana	Equipo sin novedad
2026-02-06	Limpieza	11:00	12:30	1 h 30m	Diana-Paula	Equipo sin novedad
2026-02-09	Muestras - Celulas	11:30	3:30 pm	4 h	Diana P	Equipo sin novedad
2026-02-10	Muestras (celulas) (limpieza)	11:45	4:00 pm	4 h	Diana P	Equipo sin novedad
2026-02-11	Limpieza	15:00	15:45	45 min	Diana P	Equipo sin novedad
2026-02-13	Limpieza	11:30	12:30	1 h	Diana P	Equipo sin novedad
2026-02-18	Limpieza	11:10	12:40	1.5 h	Paula y Diana	Equipo sin novedad
2026-02-20	Limpieza	8:30	11:00	2h 30 min	Paula	Equipo sin novedad
2026-02-23	Limpieza	2:25	4:25	2 h.	Diana y David	Problema Nozzle.
2026-03-10	Mantenimiento	8:00 am	12 m	4 h	David S.	Mantenimiento en
2026-03-11	Limpieza Diana	2:00	3:00	1 h	Paula M	Equipo sin novedad
2026-03-12	Limpieza	8:00	9:30	1 h 30m	Paula M	Equipo sin novedad

TIEMPO TOTAL DE USO

¿Próximo a cambiar consumible?

SI ☐ NO ☒ NO APLICA

Verificado por: Paula Moreno

Fecha: _____

Instrucciones:

- Observaciones y/o novedades: Indique el comportamiento del equipo durante su uso. Si encuentra alguna desviación incluyala en este campo y proceda de acuerdo al POE-A04.0000-001
- Una vez diligenciada esta hoja, totalice (suma el tiempo total de uso del equipo) y sin despreñar los registros anteriores, identifique si es necesario realizar pronto el cambio de algún consumible si así lo requiere el equipo.