Santiago de Cali, 02 de abril de 2026

Señores
E.S.E. HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO
COMITÉ EVALUADOR
San Pedro, Valle del cauca

ASUNTO: Aclaración sobre documentación técnica y regulatoria – Proceso de Invitación Privada IP-001-2026

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en calidad de oferente dentro del proceso de Invitación Privada para el suministro de unidad odontológica fija y sus equipos complementarios, para el fortalecimiento de la prestación de servicios en el Puesto de Salud del corregimiento de San José, municipio de San Pedro, Valle del Cauca nos permitimos presentar las siguientes aclaraciones respecto a algunos de los documentos solicitados dentro de los requisitos técnicos del proceso:

1. Ficha técnica del equipo ofertado

Se adjunta la **ficha técnica disponible de la Unidad Odontológica**, en la cual se describen las características principales del equipo, incluyendo sus componentes estructurales, módulo de trabajo, sistema de succión, lámpara operatoria y demás especificaciones generales.
En cuanto a los accesorios incluidos (compresor, scaler y lámpara de fotocurado), se aclara que estos corresponden a **accesorios o equipos complementarios integrados al sistema odontológico**, cuyos fabricantes en algunos casos suministran únicamente información comercial dentro del catálogo general del producto, por lo cual no se cuenta con el material técnico disponible proporcionado por el fabricante, salvo aclaración que la marca indicada del lápiz ultrasónico es Woodpecker, ampliamente reconocida en el mercado para estos elementos.
Es nuestro interés saber previamente si aceptan estas especificaciones a ofertar.

2. Catálogo o brochure del fabricante

Se adjunta el catálogo o brochure realizado bajo las especificaciones del proveedor y manual básico entregado también posteriormente con el equipo donde se evidencian las características funcionales y técnicas del mismo.

2. Registro Sanitario o Permiso de Comercialización ante INVIMA.

Se aclara respetuosamente que la Unidad Odontológica y el compresor odontológico no requieren Registro Sanitario ante el INVIMA, de conformidad con la normativa vigente aplicable a dispositivos médicos en Colombia.
Estos equipos corresponden a equipos electromecánicos de uso odontológico que no tienen contacto directo invasivo con el paciente ni realizan funciones terapéuticas o diagnósticas directas, por lo cual su comercialización no está sujeta a registro sanitario obligatorio ante el INVIMA.
En este sentido, dichos equipos se consideran equipos biomédicos de soporte o infraestructura clínica, razón por la cual no cuentan con registro sanitario expedido por esta autoridad.

3. Certificación CE o equivalente

Respecto a la certificación **CE o su equivalente, en este caso Registro sanitario o INVIMA, como ya fue indicado en el apartado 3**, no se requiere este registro para las unidades y compresores odontológicos. No obstante, los equipos ofertados cumple con estándares internacionales y nacionales de fabricación y calidad.

Dada en Cali a los 02 días del mes de abril de 2026



Firma
Laura Camila Santa Gómez
C.C. No: 1.144.095.287
Representante legal
CMC INGENIERIA MÉDICA SAS
Nit. 901.388.804-9

FICHA TÉCNICA: UNIDAD ODONTOLÓGICA A600 PLUS



1. SILLÓN ODONTOLÓGICO





Característica	Especificación
Sistema de Movimiento	Electrónico con **2 motores BOSCH** de alta eficiencia y bajo nivel sonoro.
Controles	Panel táctil maestro, panel de control auxiliar y **pedal multifunción**. **4 posiciones pre-programadas** - Movimientos controlados mediante panel táctil maestro y panel auxiliar.
Tapicería	**Espuma de Memoria** con recubrimiento **PU Vacuum** / Espuma inyectada de alta durabilidad y resistencia. **Sin costuras**, impermeable y de fácil limpieza.
Cabezal (Testera)	Ajustable **multiposición** / **Escualizable**.
Capacidad de Carga	**180 kg**.
Dimensiones (Aprox.)	Largo 1860 mm; Ancho 520 mm; Altura 800 mm.
Otros Elementos	**Apoyabrazos** ajustable.

2. MÓDULO ODONTOLÓGICO Y BANDEJA AUXILIAR



Característica	Especificación
Bandeja Principal	Con brazo **neumático**. Dimensiones: 400 mm; Altura 1100 mm.
Posiciones	**5 posiciones**
Instrumentación	**Dos Jeringa triple, scaler, y lampara de fotocurado**
Negatoscopio	**Incorporado**.
Bandeja Auxiliar	Panel de control secundario y porta-instrumentos de 3 posiciones mas una adicional
Silla	Silla ergonómica del mismo material y color de la unidad odontológica con rodachines y altura ajustable

LÁMPARA ODONTOLÓGICA (LED)



Característica	Especificación
Tipo	Lámpara **LED de 6 bombillos**. Luz fría y cálida
Intensidad (Lux)	**50000 lux**. Ajustable
Temperatura de Color	**4000K - 5500K**
Control	Con **sensor** para encendido y ajuste de brillo. Rango de detección: 20 mm.

3. ESCUPIDERA Y SISTEMA HÚMEDO



Característica	Especificación
Escupidera	De **Cerámica/Porcelana giratoria**.
Filtro	**Rejilla atrapa sólidos**.
Sistemas	Sistema de **enjuague temporizado**. Sistema de **llenado de vaso** con porta vaso removible. Calentador de agua incorporado

4. SISTEMAS DE SUCCIÓN Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS



Característica	Especificación
Tipo de Succión	**Doble** (Alta y Baja potencia).
Tecnología	Por agua y aire, respectivamente (succión húmeda), automáticos.
Filtro	Trampa de sólidos de fácil acceso.
Limpieza	Limpieza automática de vasos y escupidera. Botella presurizada de agua limpia.
Presión de Aire	**0.55 - 0.8 MPa**.
Presión de Agua	**0.2 - 0.4 MPa**.
Voltaje	**110VAC 60Hz**

FICHA TÉCNICA: COMPRESOR ODONTOLÓGICO ENSAMBLE NACIONAL



1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CLAVE

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Potencia	1 (HP) / 650 Watts
Capacidad del Tanque	50 Litros (L)
Caudal de Aire Efectivo	170 L/min
Presión Máxima	120 PSI
Presión de Arranque	60 a 90 PSI
Aplicación	Odontológica
Tipo de Compresor	Libre de Aceite (Oil-Free) y Aire Seco
Motor	1.500 RPM
Bobinado	Cobre
Nivel de Ruido	50db
Pistones	2 Pistones
Característica	Especificación
Voltaje	110 V
Tanque	Lámina Coll Roller

Altura	**60 cm**
Peso Bruto	**20 Kg**
Manómetro	Indicador de presión del tanque.
Sistema Automático	Arranque automático de 60 a 90 libras de presión. Ajustable
Filtros de Aire	Incluye **1 Filtro de aire**
Válvula de Seguridad	Incluida
Válvula de Drenaje	Incluida
Electro Válvula	Incluida