ESE SURORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE NIT. 900.145.572-9	FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VERSIÓN: 01	EDICIÓN: ENERO 2020
		CODIGO: FT-AP-CA-07	Página 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRE DEL EQUIPO	INCUBADORA BIOLOGICA
No. DE ACTIVO FIJO	AL-CQ-095
MARCA	CRISTOFOLI
MODELO	MINI INCUBADORA
SERIE	NO REGSTRA
CODIGO ECRI	15-272
REGISTRO INVIMA	NO APLICA



LOCALIZACIÓN	
MUNICIPIO	ALMAGUER
SEDE	CAQUIONA
UBICACIÓN	ODONTOLOGÍA - ÁREA DE ESTERILIZACIÓN

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Monitorean sus indicadores biológicos para determinar si una esterilización ha sido exitosa

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN			
Fabricante	CRISTOFOLI	Forma de adquisición	COMPRA
Teléfono	0800-044-0800	Costo de adquisición	$ 961.509,00
Dirección	Estados: MG, PR, SC	Fecha de compra	21/11/2025
Lugar de origen	BRASIL	Fecha de Instalación	NOVIEMBRE 2025
Proveedor	SURTIMEDICAN EU	Inicio de Garantía	21/11/2025
Teléfono	3146794125	Finalización Garantía	21/11/2026
Dirección	CL 52N11 150	Fecha puesta en servicio	NR
E-mail	N/R		

COMPONENTES DEL EQUIPO		
PARTES O ELEMENTOS	REFERENCIA	ACCESORIOS
	-	-
	-	-
-	-	-
-	-	-

CARACTERISTICAS FISICAS Y TÉCNICAS DEL EQUIPO			
Fuente de alimentación	ELECTRICA	Peso [Kg]	0,5
Voltaje máx. Operación	110V	Temperatura	.-20°C - 80°C
Voltaje Operación [V]	110V	Capacidad	NO APLICA
Potencia	NR	Años de vida	5
Humedad (%HR)	0% - 100%5	Requiere Agua	NO APLICA
Frecuencia [Hz]	NR	Requiere Gas Prop	NO APLICA
Longitud de onda	NR	Requiere Combustible	NO APLICA
Temperatura Max	.-20°C - 80°C	Req. Gases medicinales	NO APLICA

CLASE DE TECNOLOGÍA PREDOMINANTE		CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
Eléctrico	X	Diagnostico	
Electrónico		Tratamiento y mantenimiento de la vida	
Mecánico	-		
Electromecánico	-	Rehabilitación	-
Hidráulico	-	Prevención	-
Neumático	-	Análisis de laboratorio	
Vapor	-	Mantenimiento	-
Solar	-		

CLASIFICACIÓN ELECTRICA			
TIPO		CLASE	I

REGISTRO DE APOYO TECNICO							
MANUALES		PLANOS		USOS		RIESGO	
Operación	X	Eléctricos	-	Medico	-	Clase I	X
Servicio	-	Electrónicos	-	Basico	-	Clase IIA	
Partes	-	Hidráulicos	-	Apoyo	X	Clase IIB	-
Despieces	-	Neumaticos	-			Clase III	-
		Mecánicos	-				

MANTENIMIENTO			
PREVENTIVO	Cuatrimestral, orientado al riesgo	CORRECTIVO	Por llamado

CALIBRACIÓN	
REQUIERE CALIBRACIÓN	SI

VARIABLES SUSCEPTIBLES A CALIBRACIÓN							
Presión	-	Respiración	-	Tiempo	-	Flujo	-
Temperatura	-	G. Cardiáco	-	Co2	-	FC	-
Volumen	X	IBP	-	Co	-	ECG	-
Impedancia	-	Energía	-	RPM	-	SpO2	-
Marcapasos	-	NIBP	-	HR	-	Peso	-
PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN		SEGÚN PLAN DE ASEGURAMIENTO					

CÓDIGO DE USO DEL EQUIPO					
SERVICIO		UNIDAD		AMBIENTE	

	FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VERSIÓN: 01	EDICIÓN: enero 2020
		CODIGO:	Página 1 de 1

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	
1.	NO GOLPEAR
2.	MANTENER EN UN LUGAR LIBRE DE POLVO
3.	REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PERIODICAS
4.	
5.	
6.	

RUTINA DE MANTENIMIENTO	
ACTIVIDADES	
1.	INSPECCION DE CONDICIONES AMBIENTALES
2.	LIMPIAR Y DESINFECTAR CON UN PAÑO EL EXTERIOR DEL EQUIPO
3.	
4.	PRUEBA OPERATIVA
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	