	SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA **PROCESO DE GESTION DE LA PROVISION DE SERVICIOS INDIVIDUALES** **INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO A EJECUCION DE PROYECTOS DE DOTACION HOSPITALARIA EN LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**	

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO			
E.S.E o Prestador verificado	E.S.E SURORIENTE	**N° de Convenio**	3328-2025
Objeto del convenio:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIOS		
UAS sujeta a verificacion	UNIDAD DE ATENCIÓN CAQUIONA		



ACTIVIDAD A DESARROLLAR



Se realiza visita de verificacion a la ejecucion del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. 3328-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCÁ Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E SURORIENTE. Con el objetivo de validar que la dotacion adquirida sea acorde a los lineamientos tecnicos establecidos en el convenio, se verifique la operacion de los vehiculos para los fines previstos en el convenio. la dotacion adquirida se encuentra destinada a la UAS CAQUIONA

VERIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS DE DOTACION HOSPITALARIA


1. EVALUACION DE DOTACION HOSPITALARIA - ESPECIFICACIONES TECNICAS



ITEM CONCEPT	SERVICIO - UBICACIÓN	CLASIFICACION DE LA DOTACION	NOMBRE DE LA DOTACION	MARCA	MODELO	SERIE	EMO	ESTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACION
1	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	MODELO: 77710-71	SERIE: NO REGISTRA - LOTE 22-227	1Unidad de diagnóstico de pared con 2 mangos. 2Alimentación 110-120V . 3Otoscopio de 3.5 volts como mínimo. 4Con iluminación halógena, xenon o led . 5Oftalmoscopio de 3.5 volts como mínimo. 6Espacios, compartimiento o dispensador de espéculo. 7Sistema de control de iluminación	INSTALADO		**Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.**
1	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	MODELO: 77710-71	SERIE: NO REGISTRA - LOTE22-227	1Unidad de diagnóstico de pared con 2 mangos. 2Alimentación 110-120V . 3Otoscopio de 3.5 volts como mínimo. 4Con iluminación halógena, xenon o led . 5Oftalmoscopio de 3.5 volts como mínimo. 6Espacios, compartimiento o dispensador de espéculo. 7Sistema de control de iluminación	INSTALADO		**Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.**
2	CONSULTA EXTERNA GENERAL - CONSULTORIO ENFERMERIA	EQUIPO BIOMEDICO	TENSIÓMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	7670-01	241224143920	1Rango de medida entre 0 - 300 mmHg 2Manguera en espiral 3Canastilla 4Perilla de insuflación 5Carátula de tamaño mínimo de 14,5 cm 6Sistema anti fuga de aire 7Precisión +/-3 mmHg 8Brazalete ajustable para adulto	INSTALADO		**Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.**
3	CONSULTA EXTERNA GENERAL - CONSULTORIO ENFERMERIA	EQUIPO BIOMEDICO	TENSIÓMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	7670-01	241224120850	1Rango de medida entre 0 - 300 mmHg 2Manguera en espiral 3Canastilla 4Perilla de insuflación 5Carátula de tamaño mínimo de 14,5 cm 6Sistema anti fuga de aire 7Precisión +/-3 mmHg 8Brazalete ajustable para adulto	INSTALADO		**Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.**

3	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	TENSIÓMETRO ANEROIDE	WELCH ALLYN	DS45-11C	230110014639	1Brazalete de nylon 2Material y tecnología resistente a golpes 3Brazaletes lavables 4Perilla de insuflación 5Escala hasta 300 mmHg 6Resolución menor o igual a +/-2 mmhg 7Precisión de presión +/-3 mmHg 8Brazalete ajustable para adulto	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
4	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	OXIMETRO DE PULSO	EDAN	H100B	360101-M25204610089	1Debe sensor spo2 y frecuencia cardiaca 2De uso adulto, pediátrico y neonatal 3Curva pletismográfica 4Pantalla lcd o TFT 5Alarma audible y visual 6Funcionamiento: batería recargable 7Rango de medida de spo2: 0 % - 100 %, 8Resolución 1% - 1 Bpm 9Adulto ±2 dígitos (70 % a 100 %) 10Base de carga 11Tiempo de carga mínimo de 4 horas 12Duración de la batería mínimo de 24 horas continua 13Rango de medida de bpm: 30 bpm - 250bpm 14Error máximo permitido adulto, pediátrico y neonatal ± 3 dígitos	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
5	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	OXIMETRO DE PULSO	EDAN	H100B	360101-M25204610087	1Debe sensor spo2 y frecuencia cardiaca 2De uso adulto, pediátrico y neonatal 3Curva pletismográfica 4Pantalla lcd o TFT 5Alarma audible y visual 6Funcionamiento: batería recargable 7Rango de medida de spo2: 0 % - 100 %, 8Resolución 1% - 1 Bpm 9Adulto ±2 dígitos (70 % a 100 %) 10Base de carga 11Tiempo de carga mínimo de 4 horas 12Duración de la batería mínimo de 24 horas continua 13Rango de medida de bpm: 30 bpm - 250bpm 14Error máximo permitido adulto, pediátrico y neonatal ± 3 dígitos	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
5	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	LÁMPARA LED DE EXAMEN	WELCH ALLYN	GS300	NO REGISTRA	1Luz led 2Base móvil 3Cuello de cisne ajustable a diferentes ángulos 4Voltaje hasta 120 vac, +/-10%, 50-60hz 5Intensidad de iluminación desde 20.000lux hasta 55.000lux 6Temperatura del color menor o igual a 6.500k	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
6	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II	560054-M25204780051	1Pantalla de visualización con "backlight" (luz de fondo) 2Funcionamiento con batería recargable 3Con altavoz incorporado 4Frecuencia de muestreo de audio 2 MHz - 4MHz 5Transductor ultrasónico a prueba de agua e intercambiable 6Función de apagado automático 7Transductor obstétrico 8Resolución mayor o igual a 1 lpm 9Exactitud ±3 lpm 10Indicador nivel de batería 11Medición de fcf que cubra un rango de 60~210 bpm	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
7	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	BASCULA ADULTO GRADO MÉDICO	HEALTH O METER	349KLX	350172482318	1Grado médico 2Capacidad mínima de 180 kg 3Pantalla LCD 4Membrana con puesta a cero, hold, conversor de lb a kg 5Resolución de 100g 6Adaptador de corriente y batería 7Error máximo permitido ± 3 dígitos	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.


7	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	BASCULA ADULTO GRADO MÉDICO	HEALTH O METER	349KLX	350172482261	1Grado médico 2Capacidad mínima de 180 kg 3Pantalla LCD 4Membrana con puesta a cero, hold, conversor de lb a kg 5Resolución de 100g 6Adaptador de corriente y batería 7Error máximo permitido ± 3 dígitos	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
8	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	BALANZA PESA BEBÉ GRADO MÉDICO	SECA	354	8354363220938	1Grado médico 2Capacidad mínima 20 kg 3Pantalla lcd 4Membrana con puesta a cero, tare, conversor de lb a kg 5Resolución de 5g 6Peso del equipo menor a 11 kg	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
9	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	FONENDOSCOPIO ADULTO	WELCH ALLYN	5079-135	NO REGISTRA	1Dispositivo libre de látex. 2Campana doble en acero inoxidable 3Anillo antifrío 4Olivas intercambiables de sellado de cómodo	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
10	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	FONENDOSCOPIO ADULTO	WELCH ALLYN	5079-135	NO REGISTRA	1Dispositivo libre de látex. 2Campana doble en acero inoxidable 3Anillo antifrío 4Olivas intercambiables de sellado de cómodo	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
10	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	TALLÍMETRO	SECA	213	10000001733630	1Rango de medición de 14 - 205cm 2Resolución de 1 mm 3Placa de base amplia y sólida 4Con ventanas y escalas de lectura en ambos lados 5Utilidad con pediátricos y adultos	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
11	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	TALLÍMETRO	SECA	213	10000001733627	1Rango de medición de 14 - 205cm 2Resolución de 1 mm 3Placa de base amplia y sólida 4Con ventanas y escalas de lectura en ambos lados 5Utilidad con pediátricos y adultos	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
11	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	MOBILIARIO DE USO HOSPITLARIO	CAMILLA TIPO DIVAN	NO REGISTRA	CM-107	NO REGISTRA	1Base en acero inoxidable 2Pintura electrostatica 3Capacidad de carga: ≤ 150kg de peso 4Superficie de colchoneta de fácil limpieza 5mínimo dos planos 6Medidas mínimas requeridas: largo: 170 cm (+-10 cm) ancho: 60 cm (+-5), altura max 80 cm 7Accesorios: Grada de dos pasos 7.1Estructura metálica de alta resistencia y fácil limpieza 7.2Paso recubierto caucho americano antideslizante y bocel	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
12	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	MOBILIARIO DE USO HOSPITLARIO	CAMILLA TIPO DIVAN	NO REGISTRA	CM-107	NO REGISTRA	1Base en acero inoxidable 2Pintura electrostatica 3Capacidad de carga: ≤ 150kg de peso 4Superficie de colchoneta de fácil limpieza 5mínimo dos planos 6Medidas mínimas requeridas: largo: 170 cm (+-10 cm) ancho: 60 cm (+-5), altura max 80 cm 7Accesorios: Grada de dos pasos 7.1Estructura metálica de alta resistencia y fácil limpieza 7.2Paso recubierto caucho americano antideslizante y bocel	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
12	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	MOBILIARIO DE USO HOSPITLARIO	MESA DE MAYO	NO REGISTRA	M-142	NO REGISTRA	1Bandeja en acero inoxidable 2Pintura electrostatica 3Base con rodachines 4Altura ajustable	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
13	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	MOBILIARIO DE USO HOSPITLARIO	MESA DE MAYO	NO REGISTRA	M-142	NO REGISTRA	1Bandeja en acero inoxidable 2Pintura electrostatica 3Base con rodachines 4Altura ajustable	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.

13	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ENFERMERÍA	EQUIPO BIOMEDICO	EQUIPO DE ORGANOS PORTÁTIL	WELCH ALLYN	OCKET LEDMODELO: 9	NO REGISTRA	1Otoscopio con iluminación led o halogeno 2Oftalmoscopio con tecnología de óptica selada o led 3Filtros azul de cobalto 4Filtro verde 5Mangos metálicos 6Transmisión de luz por fibra óptica 7Acople para otoscopia neumática 8Sistema de control de iluminación	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
14	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ENFERMERÍA	EQUIPO BIOMEDICO	EQUIPO DE ORGANOS PORTÁTIL	WELCH ALLYN	OCKET LEDMODELO: 9	NO REGISTRA	1Otoscopio con iluminación led o halogeno 2Oftalmoscopio con tecnología de óptica selada o led 3Filtros azul de cobalto 4Filtro verde 5Mangos metálicos 6Transmisión de luz por fibra óptica 7Acople para otoscopia neumática 8Sistema de control de iluminación	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
14	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	TENSIÓMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	7670-01	241224145130	1Rango de medida entre 0 - 300 mmHg 2Manguera en espiral 3Canastilla 4Perilla de insuflación 5Carátula de tamaño mínimo de 14,5 cm 6Sistema anti fuga de aire 7Precisión +/-3 mmHg 8Brazalete ajustable para adulto	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
15	CONSULTA EXTERNA GENERAL - MEDICINA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	TENSIÓMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	7670-01	241224130800	1Rango de medida entre 0 - 300 mmHg 2Manguera en espiral 3Canastilla 4Perilla de insuflación 5Carátula de tamaño mínimo de 14,5 cm 6Sistema anti fuga de aire 7Precisión +/-3 mmHg 8Brazalete ajustable para adulto	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
15	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ENFERMERÍA	EQUIPO BIOMEDICO	TENSIÓMETRO ANEROIDE	WELCH ALLYN	DS45-11C	230110011639	1Brazalete de nylon 2Material y tecnología resistente a golpes 3Brazaletes lavables 4Perilla de insuflación 5Escala hasta 300 mmHg 6Resolución menor o igual a +/-2 mmhg 7Precisión de presión +/-3 mmHg 8Brazalete ajustable para adulto	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
16	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ENFERMERÍA	EQUIPO BIOMEDICO	OXIMETRO DE PULSO	EDAN	H100B	360101-M25204610088	1Debe sensor spo2 y frecuencia cardiaca 2De uso adulto, pediátrico y neonatal 3Curva pletismográfica 4Pantalla lcd o TFT 5Alarma audible y visual 6Funcionamiento: batería recargable 7Rango de medida de spo2: 0 % - 100 %, 8Resolución 1% - 1 Bpm 9Adulto ±2 dígitos (70 % a 100 %) 10Base de carga 11Tiempo de carga mínimo de 4 horas 12Duración de la batería mínimo de 24 horas continua 13Rango de medida de bpm: 30 bpm - 250bpm 14Error máximo permitido adulto, pediátrico y neonatal ± 3 dígitos	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.

17	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ENFERMERÍA	EQUIPO BIOMEDICO	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II	560054-M25204780052	1Pantalla de visualización con "backlight" (luz de fondo) 2Funcionamiento con batería recargable 3Con altavoz incorporado 4Frecuencia de muestreo de audio 2 MHz - 4MHz 5Transductor ultrasónico a prueba de agua e intercambiable 6Función de apagado automático 7Transductor obstétrico 8Resolución mayor o igual a 1 lpm 9Exactitud ±3 lpm 10Indicador nivel de batería 11Medición de fcf que cubra un rango de 60~210 bpm	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
18	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ENFERMERÍA	EQUIPO BIOMEDICO	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II	560042-M25311700050	1Pantalla de visualización con "backlight" (luz de fondo) 2Funcionamiento con batería recargable 3Con altavoz incorporado 4Frecuencia de muestreo de audio 2 MHz - 4MHz 5Transductor ultrasónico a prueba de agua e intercambiable 6Función de apagado automático 7Transductor obstétrico 8Resolución mayor o igual a 1 lpm 9Exactitud ±3 lpm 10Indicador nivel de batería 11Medición de fcf que cubra un rango de 60~210 bpm	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
18	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ENFERMERÍA	EQUIPO BIOMEDICO	BASCULA ADULTO GRADO MÉDICO	HEALTH O METER	349KLX	35052281570	1Grado médico 2Capacidad mínima de 180 kg 3Pantalla LCD 4Membrana con puesta a cero, hold, conversor de lb a kg 5Resolución de 100g 6Adaptador de corriente y batería 7Error máximo permitido ± 3 dígitos	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
19	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ENFERMERÍA	EQUIPO BIOMEDICO	BASCULA ADULTO GRADO MÉDICO	HEALTH O METER	349KLX	350172482645	1Grado médico 2Capacidad mínima de 180 kg 3Pantalla LCD 4Membrana con puesta a cero, hold, conversor de lb a kg 5Resolución de 100g 6Adaptador de corriente y batería 7Error máximo permitido ± 3 dígitos	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
19	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ENFERMERÍA	EQUIPO BIOMEDICO	BALANZA PESA BEBÉ GRADO MÉDICO	SECA	354	8354363220184	1Grado médico 2Capacidad mínima 20 kg 3Pantalla lcd 4Membrana con puesta a cero, tare, conversor de lb a kg 5Resolución de 5g 6Peso del equipo menor a 11 kg	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
20	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ENFERMERÍA 1	EQUIPO BIOMEDICO	FONENDOSCOPIO ADULTO	WELCH ALLYN	5079-135	NO REGISTRA	1Dispositivo libre de látex. 2Campana doble en acero inoxidable 3Anillo antifrío 4Olivas intercambiables de sellado de cómodo	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
21	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ENFERMERÍA 1	EQUIPO BIOMEDICO	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	5079-145	NO REGISTRA	1Dispositivo libre de látex. 2Campana doble en acero inoxidable 3Anillo antifrío 4Olivas intercambiables de sellado de cómodo	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
22	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ENFERMERÍA 2	EQUIPO BIOMEDICO	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	5079-145	NO REGISTRA	1Dispositivo libre de látex. 2Campana doble en acero inoxidable 3Anillo antifrío 4Olivas intercambiables de sellado de cómodo	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
22	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ENFERMERÍA	EQUIPO BIOMEDICO	TALLÍMETRO	SECA	213	NO REGISTRA	1Rango de medición de 14 - 205cm 2Resolución de 1 mm 3Placa de base amplia y sólida 4Con ventanas y escalas de lectura en ambos lados 5Utilidad con pediátricos y adultos	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.

23	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ENFERMERÍA	MOBILIARIO DE USO HOSPITLARIO	CAMILLA TIPO DIVAN	NO REGISTRA	CM-107	NO REGISTRA	1Base en acero inoxidable 2Pintura electrostatica 3Capacidad de carga: ≤ 150kg de peso 4Superficie de colchoneta de fácil limpieza 5mínimo dos planos 6Medidas mínimas requeridas: largo: 170 cm (+-10 cm) ancho: 60 cm (+-5), altura max 80 cm 7Accesorios: Grada de dos pasos 7.1Estructura metálica de alta resistencia y fácil limpieza 7.2Paso recubierto caucho americano antideslizante y bocel	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
24	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ENFERMERÍA	MOBILIARIO DE USO HOSPITLARIO	CAMILLA TIPO DIVAN	NO REGISTRA	CM-107	NO REGISTRA	1Base en acero inoxidable 2Pintura electrostatica 3Capacidad de carga: ≤ 150kg de peso 4Superficie de colchoneta de fácil limpieza 5mínimo dos planos 6Medidas mínimas requeridas: largo: 170 cm (+-10 cm) ancho: 60 cm (+-5), altura max 80 cm 7Accesorios: Grada de dos pasos 7.1Estructura metálica de alta resistencia y fácil limpieza 7.2Paso recubierto caucho americano antideslizante y bocel	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
24	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ENFERMERÍA	MOBILIARIO DE USO HOSPITLARIO	MESA DE MAYO	NO REGISTRA	M-142	NO REGISTRA	1Bandeja en acero inoxidable 2Pintura electrostatica 3Base con rodachines 4Altura ajustable	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
25	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ENFERMERÍA	MOBILIARIO DE USO HOSPITLARIO	MESA DE MAYO	NO REGISTRA	M-142	NO REGISTRA	1Bandeja en acero inoxidable 2Pintura electrostatica 3Base con rodachines 4Altura ajustable	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
25	CONSULTA EXTERNA GENERAL - PROCEDIMIENTOS	EQUIPO BIOMEDICO	TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO	WELCH ALLYN	DS45-11C	250424045109	1Brazalete de nylon 2Material y tecnología resistente a golpes 3Brazaletes lavables 4Perilla de insuflación 5Escala hasta 300 mmHg 6Resolución menor o igual a +/-2 mmhg 7Precisión de presión +/-3 mmHg 8Brazalete ajustable para adulto	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
26	CONSULTA EXTERNA GENERAL - PROCEDIMIENTOS	EQUIPO BIOMEDICO	TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIATRICO	WELCH ALLYN	DS44-09	250108173619	1Brazalete DE NYLON O ALGODÓN 2PRECISIÓN DE presión +-3 mmHg 3MATERIAL Y tecnología RESISTENTE A GOLPES 4RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 mmHg 5PERILLA DE INSUFLACIÓN 6BRAZALETE AJUSTABLE PARA pediátrico	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
27	CONSULTA EXTERNA GENERAL - PROCEDIMIENTOS	EQUIPO BIOMEDICO	EQUIPO DE ORGANOS PORTÁTIL	WELCH ALLYN	OCKET LEDMODELO: 9	NO REGISTRA	1Otoscopio con iluminación led o halogeno 2Oftalmoscopio con tecnología de óptica sellada o led 3Filtros azul de cobalto 4Filtro verde 5Mangos metálicos 6Transmisión de luz por fibra óptica 7Acople para otoscopia neumática 8Sistema de control de iluminación	INSTALADO		Equipo asignado a enfermeria, de acuerdo a la naturaleza del servicio y teniendo en cuenta la distribucion de equipos contemplada en el proyecto se ubica en procedimientos cumpliendo los fines previstos y la normativa de habilitacion vigente.

28	CONSULTA EXTERNA GENERAL - PROCEDIMIENTOS	EQUIPO BIOMEDICO	OXIMETRO DE PULSO	EDAN	H100B	360101-M25204610090	1Debe sensor spo2 y frecuencia cardiaca 2De uso adulto, pediátrico y neonatal 3Curva pletismográfica 4Pantalla lcd o TFT 5Alarma audible y visual 6Funcionamiento: batería recargable 7Rango de medida de spo2: 0 % - 100 %, 8Resolución 1% - 1 Bpm 9Adulto ±2 dígitos (70 % a 100 %) 10Base de carga 11Tiempo de carga mínimo de 4 horas 12Duración de la batería mínimo de 24 horas continua 13Rango de medida de bpm: 30 bpm - 250bpm 14Error máximo permitido adulto, pediátrico y neonatal ± 3 dígitos	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
29	CONSULTA EXTERNA GENERAL - PROCEDIMIENTOS	EQUIPO BIOMEDICO	BASCULA ADULTO GRADO MÉDICO	HEALTH O METER	349KLX	350172482319	1Grado médico 2Capacidad mínima de 180 kg 3Pantalla LCD 4Membrana con puesta a cero, hold, conversor de lb a kg 5Resolución de 100g 6Adaptador de corriente y batería 7Error máximo permitido ± 3 dígitos	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
30	CONSULTA EXTERNA GENERAL - PROCEDIMIENTOS	EQUIPO BIOMEDICO	LÁMPARA DE EXAMEN	WELCH ALLYN	G5300	NO REGISTRA	1Luz led 2Base móvil 3Cuello de cisne ajustable a diferentes ángulos 4Voltaje hasta 120 vac, +/-10%, 50-60hz 5Intensidad de iluminación desde 20.000lux hasta 55.000lux 6Temperatura del color menor o igual a 6.500k	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
31	CONSULTA EXTERNA GENERAL - PROCEDIMIENTOS	EQUIPO BIOMEDICO	FONENDOSCOPIO ADULTO	WELCH ALLYN	5079-135	NO REGISTRA	1Dispositivo libre de látex. 2Campana doble en acero inoxidable 3Anillo antifrio 4Olivas intercambiables de sellado de cómodo	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
32	CONSULTA EXTERNA GENERAL - PROCEDIMIENTOS	EQUIPO BIOMEDICO	NEBULIZADOR	DEVILBISS	5650D	D7011190	1Nivel de ruido max 65 db 2Flujo de aire libre min de 8 l/m 3Compresión del motor mínima de 21 psi 4Suministro de nebulización mínimo de 3.9um 5Voltaje 115VAC, 60Hz. 6 Kit de nebulización	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
33	CONSULTA EXTERNA GENERAL - PROCEDIMIENTOS	EQUIPO BIOMEDICO	ASPIRADOR DE SECRECIONES	PULMO MED	7E-A	YU24120026	1Requerimientos Eléctricos: 115V AC, 60 Hz. 2capacidad de recipiente mínimo 1000ml 3con filtro hidrofóbico. 4control regulable de presión de vacío 5velocidad de flujo mínimo 22 L/min 6manómetro de presión (vacunometro) 7Presión de vacío mínima desde 0 a 150 mmhg y presión de vacío máxima mayor o igual a 500 mmhg 8nivel de ruido menor o igual a 61 dB 9Accesorios: Manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
34	CONSULTA EXTERNA GENERAL - PROCEDIMIENTOS	EQUIPO BIOMEDICO	CONCENTRADOR DE OXIGENO	PHILIPS	EVERFLO	2035762	1Flujo mínimo hasta 5 L/min 2presión de salida: hasta 8PSI 3Voltaje y frecuencia de entrada desde 110 hasta 120 VAC/ 50-60Hz 4Nivel de ruido: ≤ 48 dBA	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.

35	CONSULTA EXTERNA GENERAL - PROCEDIMIENTOS	EQUIPO BIOMEDICO	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-301	360625-M25205650007	1Pantalla LCD a color de mínimo 5" 2Tiempo de autonomía: ≤ 7 horas 3Voltaje: de 100VAC hasta 120 VAC +/-10% 4impresora térmica incorporada de alta resolución 5almacenamiento de datos: hasta 800 ECG 6hasta 4 tipos de filtros 7hasta 12 derivaciones 8Incluye accesorios: interfaz ECG, juego de pinzas, juego de chupas, rollo de papel (mínimo 2)	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
36	CONSULTA EXTERNA GENERAL - PROCEDIMIENTOS	MOBILIARIO DE USO HOSPITLARIO	MESA DE MAYO	NO REGISTRA	M-142	NO REGISTRA	1Bandeja en acero inoxidable 2Pintura electrostatica 3Base con rodachines 4Altura ajustable	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
37	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ODONTOLÓGICA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	COMPRESOR ODONTOLOGICO	SCHULZ	931.1322-0	2023010242	1Motor con potencia mínima de 1 HP 2Voltaje de alimentación 120 Vac (+-10%) 3Flujo de aire mayor o igual a 150 l / m 4Nivel de ruido: 55 db o menor 5Max . Presión mayor o igual a 115 psi 6Tanque de aire mayor o igual a 30l 7Interruptor de presión automático	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
37	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ODONTOLÓGICA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	COMPRESOR ODONTOLOGICO	SCHULZ	931.1322-0	20203010175	1Motor con potencia mínima de 1 HP 2Voltaje de alimentación 120 Vac (+-10%) 3Flujo de aire mayor o igual a 150 l / m 4Nivel de ruido: 55 db o menor 5Max . Presión mayor o igual a 115 psi 6Tanque de aire mayor o igual a 30l 7Interruptor de presión automático	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
38	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ODONTOLÓGICA GENERAL EXTRAMURAL	EQUIPO BIOMEDICO	UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL	TROPHY	NO REGISTRA	NO REGISTRA	1Módulo de 3 servicios con conexiones tipo borden para pieza de mano de alta, pieza de mano de baja o micromotor, regulador de presión de agua, jeringa triple push botón con 2 puntas. 2Sillón PORTÁTIL plegable con altura graduable en altura y reclinación (Soporta peso >= a 120 kilos, lámpara de luz fría Led. 3Morral con agarraderas y rodachinas para guardar el equipo tipo Roller-bag. - Butaco odontólogo plegable 4Escupidera en acero inoxidable , bandeja para instrumental en acero inoxidable 5Kit de piezas de alta y baja velocidad: Pieza de mano de alta velocidad - Micromotor - Contraangulo 6Caja plástica resistente al Impacto 7Compresor libre de aceite de 1 hp 8Con manómetro indicador de presión y ajuste para pieza de mano. 9LÁMPARA luz led blanca fria y sin sombras 10Recipiente para aguas limpias y recipiente para residuos contaminados.	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.

39	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ODONTOLÓGICA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA	GOSPA	FIJA	20020210409642	1"Modulo con controles electronicos de minimo cuatro (4) servicios. Módulo en brazo articulado, que cuente con control de posición de servicios, conexiones tipo borden para conectar pieza de mano de alta, micromotor, Jeringa triple push button, holders automáticos manos libres. Regulador de aire y indicador de presión. Regulador de presión de agua" 2Cuente con un sillón y respaldo electromecánicos activados por controles digitales que permitan ascenso y descenso del sillón, reclinación respaldo 3LÁMPARA led con sistema giratorio y sensor on/off 4Escupidera de moderno diseño de fácil limpieza, con grifo de taza y llave para agua fría y/o caliente para vaso. Fácilmente desmontable para limpieza y esterilización 5Silla para odontologo, respaldo y altura regulable 6Descanza brazos y cabezal 7Módulo auxiliar con eyector de baja, eyector de alta succión, jeringa triple auxiliar pushbutton 8Piezas de mano de baja velocidad: compuesta por motor, pieza recta y contraAngulo, Diseño cómodo y ligero, Velocidad del motor mínima de 25.000 rpm/min, Velocidad contra Ángulo mínimo de 25.000 rpm/min, Velocidad de pieza de mano 40.000 rpm/min 9Pieza de mano de alta velocidad: que sea esterilizable a autoclavable, Mínimo 330.000 revoluciones min-1, Tamaño cabezal Mínima 11.2 mm, sonido menor a 65 Db 10Control de pie piezas de mano 11Tanque de agua auxiliar 12Caja de conexiones a pico de fácil ubicación con manómetro	INSTALADO		La unidad de odontologia se encuentra instalada en el consultorio sin embargo su puesta en marcha se encuentra pendiente debido a un ajuste requerido en la infraestructura sobre la red hidraulica.
40	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ODONTOLÓGICA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	LÁMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	O-LIGHT	L2400180T	1Tipo de LÁMPARA de curado led 2batería de litio recargable 3Longitud de onda mayor a 420 - 480 nm 4Intensidad de la luz mayor o igual a 1470 mw/cm^2 5Con botones para variar el tiempo 6Indicadores de tiempo o modos 7Con fibra óptica, filtro y adaptador de carga 8Requerimientos eléctricos de la base de carga 100	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
41	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ODONTOLÓGICA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	CAVITRON	WOODPECKER	U6 - LED	S2540111U6L	1Con luz led 2Voltaje ≤ 120VAC 50/60hz 3Frecuencia de vibración ≤ 28 khz ± 3 khz 4Presión de agua regulada entre: ≤ 0.1bar ~5 bar (0.01mpa ~ 0.5mpa) 5Modo de operación continua	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
42	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ODONTOLÓGICA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	AUTOCLAVE	AUTOMAT	2400	25-A24-021	1Control con ciclo de secado 2Capacidad de 21L o superior 3Control digital de temperatura y presión por microcontrolador 4Incluye mínimo dos bandejas en acero 5Voltaje 110VAC, +/-10%, 60Hz 6Presión de trabajo 20 PSI - 32 PSI 7Temperatura de trabajo 120°C a 134°C 8Sistema de seguridad en sobrepresión y despresurización. 9Pantalla de visualización 10Cámara en acero inoxidable de larga duración y alta resistencia a la corrosión 11Alarmas visuales y sonoras 12Incluye mínimo tres programas de esterilización	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.

43	CONSULTA EXTERNA GENERAL - ODONTOLÓGICA GENERAL	EQUIPO BIOMEDICO	INCUBADORA BIOLÓGICA	CRISTOFOLI	MINI INCUBADORA	LOTE L721896	1Mini incubadora de biológicos automática 2Capacidad de mínimo 3 indicadores biológicos 3Temperatura máxima entre 57 °C a 60 °C 4Ciclo de trabajo de 24 y 48 horas 5Con luz led (opcional) 6Graduación automática de voltaje 7Tapa de seguridad 8Alimentación eléctrica 110V-220V 50/60 Hz	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
44	RADIOLOGÍA ODONTOLÓGICA - RADIOLOGÍA ODONTOLÓGICA	EQUIPO BIOMEDICO	EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL	FIAD	ELITY 70	70M1-2566	1Tiempo de exposición ajustable entre 0,06s y 3,2s 2Radiografía digital programable. 3Modo automático. 4Control remoto permitiendo accionarlo a distancia mínima de 3 m o más 5El equipo cuenta con cabezal 6El equipo cuenta con cono colimador. 7Módulo de control con pantalla digital 8Incluir radiovisiografo medida estándar (adulto pediátrico) + software ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO. 9Voltaje de la línea: 115. 10Fuente de la línea 50-60 HZ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CABEZOTE. 11Voltaje de salida: 70 KVP 12Tipo de circuito de alto voltaje: 108-132 VAC monofásico auto rectificado. 13Corriente de salida mínima de 7 mA +/- 2 mA. 14Filtración total: 2.0mm aluminium o más 15Distancia mínima entre la fuente y la piel 20 cm 16Campo de radiación 6 cm 17Punto focal 0.7 mm	INSTALADO	 	En inspeccion virtual se verifica instalacion del equipo y se soporta fotograficamente la disponibilidad de los accesorios como radiovisografo con unidad de control portatil. De acuerdo a lo descrito en la obligacion N°7 del convenio interadministrativo no la E.S.E Manifiesta encontrarse en proceso de gestion de licenciamiento de practica medica de acuerdo a lo estipulado en la resolucion 485 de 2018
45	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO - TOMA DE MUESTRAS	EQUIPO BIOMEDICO	CENTRÍFUGA	INDULAB	035A	17682	1Programación de velocidad (rpm) y tiempo variable 2Indicador de velocidad y tiempo 3Cabezal angular para tubos 4Capacidad: de 6 a 8 tubos 5Sistema electrónico digital 6Tapa con sistema de cierre de seguridad 7Sistema de control que cubra un rango de 1.00 a 3.500 rpm 8Voltaje hasta 115VAC, +/-5%	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
46	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS - TOMA DE MUESTRAS	EQUIPO BIOMEDICO	LÁMPARA LED DE EXAMEN	WELCH ALLYN	GS300	NO REGISTRA	1Luz led 2Base móvil 3Cuello de cisne ajustable a diferentes ángulos 4Voltaje hasta 120 vac, +/-10%, 50-60hz 5Intensidad de iluminación desde 20.000lux hasta 55.000lux 6Temperatura del color menor o igual a 6.500k	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.
47	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS - TOMA DE MUESTRAS	EQUIPO BIOMEDICO	CAMILLA GINECOLOGICA	NO REGISTRA	CM-157	NO REGISTRA	1Estructura metálica de alta resistencia 2Capacidad de carga: ≤ 150kg de peso 3Colchoneta de alta densidad impermeable antibacterial 4Medidas mínimas requeridas: largo: 170 cm (+-10 cm) ancho: 60 cm (+-5), altura max 80 cm 5Acabado de pintura en polvo con aplicación electrostática 6Estribos en acero inoxidable desmontables 7Camilla de operación mecánica 8Incluye mínimo dos planos 9Accesorios: Grada de dos pasos 9.1.Estructura metálica de alta resistencia y fácil limpieza 9.2Paso recubierto caucho americano antideslizante y bocel	INSTALADO		Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.

48	VACUNACIÓN - VACUNACIÓN	EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO	CONGELADOR	WONDER	WC-165CZ	D74099133877000064	1Congelación rápida 2con bandejas o canastilla extraible 3capacidad ≤ 150L 4con iluminación 5Voltaje ≤ 120VAC 60Hz 6con control de temperatura 7temperatura mínima ≤ - 18	INSTALADO		**Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.**
49	VACUNACIÓN - VACUNACIÓN	EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESFROST	304AC-A	1-N-163-674-80-91-0930	1Capacidad 145 L o más 2Temperatura estable entre 2 y 8°c 3Voltaje 120 VAC, +/-10% 4Compuerta con empaque hermético 5Incluye código PQS cumpliendo con la norma WHO (organización mundial de la salud) 6Incluye indicador de temperatura 7Sistema de seguridad de puerta	INSTALADO		**Equipo instalado, en verificacion virtual no se generan observaciones.**

OBSERVACIONES REPORTES DOCUMENTALES+B91:L100

CRITERIO	PRESENTA A CONFORMIDAD	NO PRESENTA	PRESENTA CON OBSERVACIONES	INFORMACION ADICIONAL
1.Factura (s) Electrónica de venta.	X			La E.S.E SURORIENTE, presenta factura FVS256 emitida el 10/12/2025 por SURTIMEDICAN E.U. NIT: 900084623-3; valor total = $289.988.097,00 ; N°Equipos facturados : 70, se presenta una diferencia en numero de equipos se evidencia adquisicion de 5 gradillas que corresponden a los accesorios de camilla tipo divan y ginecologica.
2. Acta de entrega de dotación por parte del proveedor.	X			La E.S.E SURORIENTE Aporta actas de entrega e instalacion relacionando 70 equipos, emitida por el proveedor de los equipos. Emitida el dia 10 de diciembre de 2025
3.Recibo a satisfacción y /o acta de instalación y/o prueba de funcionamiento y/o recepción técnica (si aplica).	X			La E.S.E SURORIENTE Aporta actas de entrega e instalacion tecnica, describiendo recibido a satisfaccion, relacionando 70 equipos, entregada por el proveedor de los equipos y firmada por responsable de alamcen , documento emitida el dia 10 de diciembre de 2025
4. Comprobante de entrada o ingreso de la dotación expedido por almacén General o dependencia a cargo.	X			La E.S.E Suroriente Aporta certificado de Ingreso N°120 emitido el 10 de diciembre de 2025, relacionando 65 unidades, por un valor de $ 288,638,096.
5.Comprobante de entrega o recibo de recepción o asignación de la dotación al servicio asistencial previsto.	X			La E.S.E Suroriente Aporta certificado de salida de almacen N°348 emitido el 10 de diciembre de 2025, relacionando 65 unidades, por un valor de $ 288,638,096.
6. Garantía De la Dotación	X			La E.S.E presenta certificadode garantia emitido por el proovedor con fecha diciembre de 2025, mencionando los terminos de validez de la misma, certifica un periodo de garantía que cubre defectos de fabricación de Un año (1) contado a partir de la fecha de entrega del bien. firmada por el representante legal de la empresa contratista
7. Hoja de vida de los equipos Biomédicos	X			La E.S.E Suroriente presenta documentos asociados a la hoja de vida de la dotacion hospitalaria clasificada como equipo biomedico en formato institucional. Se evidencia un total de 46 hojas de vida.
8. Capacitación en el uso y manejo de la dotación (adjuntar lista de asistencia)	X			En los documentos aportados por la E.S.E se evidencian actas de capacitacion en el uso correcto de la dotacion adquirida efectuada sobre los operadores de cad equipo.

9. Certificado de comercialización de la dotación - declaración de Importación de la dotación	X			Se evidencia la presentacion de declaraciones de importacion asociados a la dotacion adquirida. Se excluye de la revision equipos de fabricacion nacional a los que no aplica este requerimiento.
10.Registro Sanitario de la dotación	X			La E.S.E Suroriente presenta carpeta digital con documentos correspondientes a la dotacion adquirida clasificada como equipo biomedico y sujetas a vigilancia por parte del INVIMA por medio de registro sanitario. Según aplique.

OBSERVACIONES GENERALES
Se deja constancia de que el presente seguimiento se realiza de manera virtual, en atención a la situación de orden público que afecta de manera general al Departamento del Cauca, la cual incide de forma particular en los territorios rurales del municipio de Almaguer, incluyendo el corregimiento de Caquiona, limitando las condiciones de movilidad y seguridad requeridas para el desplazamiento al territorio. En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar la continuidad del proceso de seguimiento a la ejecución del convenio, se adopta la modalidad de verificación técnica y documental de carácter virtual, con base en la información, soportes documentales y evidencia audiovisual suministrados por la entidad ejecutora Una vez realizada la revision documental y el seguimiento virtual a traves de herramientas como google Meet, ademas del material fotografico y audiovisual presentado por la E.S.E Suroriente, se establece que la dotacion adquirida ha sido adquirida e instalada en concordancia con lo estipulado en el anexo tecnico del convenio interadministrativo 3328 de 2025. Para el caso del equipo de rayos X periapical la E.S.E segun lo estipulado en la clausula N°7 del acuerdo en mencion cuenta con 120 dias para tramite de licencia de practica medica en el marco establecido en la resolucion 482 de 2018 o la que se encuentre vigente. la documentacion fue validada mediante los soportes digitales entregados por la E.S.E de manera formal via correo electronico.

RESPONSABLES DE DILIGENCIAMIENTO		
PROCESO GPSI -SDSC	NOMBRE	Daniel Felipe Maya Villarreal
	CARGO	Profesional de apoyo - Ingeniero Biomedico
	FIRMA	
REPRESENTANTE DE LA E.S.E	NOMBRE	Jenny Munera Arenas
	CARGO	Apoyo profesional almacén
	FIRMA	
REPRESENTANTE DE LA E.S.E	NOMBRE	Laura Camila Garces
	CARGO	Ingeniera Biomédica
	FIRMA	Laura Camila Garcés Hidalgo. INGENIERA BIOMEDICA MP: 319330 - 6693676 CNDL TR - 202403 - 2909