INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS CD/26-1122 DEL 28 DE MARZO DE 2026 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y 360 PLUS S.A.S

El presente documento, se desarrolla con el fin de presentar el informe de ejecución contractual No 001 de supervisión de las actividades del contrato **CD/26-1122 DEL 28 DE MARZO DE 2026** celebrado con la empresa **360 PLUS S.A.S**, Periodo comprendido entre el treinta (30) de marzo del 2026 al treinta (30) de Abril del 2026, cuyo objeto del contrato es: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

N° CONTRATO	CD/26-1122
CONTRATISTA	360 PLUS S.A.S
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E."
VALOR	SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 653.208.028), INCLUIDOS LOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS QUE SE GENEREN.
VALOR TOTAL	SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 653.208.028), INCLUIDOS LOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS QUE SE GENEREN.
PRORROGA	N/A
PLAZO	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EN NINGÚN CASO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA EXIGIDA.
CDP	566 DEL 20 DE MARZO DE 2026.
RP	2660 DEL VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE 2026
FECHA DE INICIO	TREINTA (30) DE MARZO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE 2026.

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

A continuación, se relaciona el desarrollo de las **actividades** ejecutadas en el periodo comprendido del treinta (30) de marzo del 2026 al treinta (30) de Abril del 2026, con un porcentaje de ejecución financiera del **24,42%.**

1. **El contratista debe cumplir con el ítem de las especificaciones técnicas, contenidas en el numeral 2.3 del Estudio Previo.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, junto con el contratista se realizó el cronograma de mantenimiento para darle cumplimiento a las mismas especificaciones técnicas del estudio previo, de igual forma se realizó una reunión en conjunto con el contratista en la cual se organizaron los tiempos de ejecución, quedando de la siguiente manera:



2. **El contratista se compromete a prestar el servicio de mantenimiento preventivo a todo costo, conforme a las especificaciones técnicas definidas por el HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. y en los tiempos establecidos por la supervisión del contrato.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista realizó los siguientes mantenimientos preventivos durante el periodo comprendido entre el treinta (30) de marzo del 2026 al treinta (30) de Abril del 2026.

- **Periodo del 30 de marzo al 10 de abril**

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
1	PM.4270	BÁSCULA MECÁNICA	HEALTH O METER	402KL	4020026286	30/03/26	27464	CIRUGIA	CIRUGIA	OK	$ 64.166
2	PM.4259	BÁSCULA MECÁNICA	HEALTH O METER	402KL	4020022226	30/03/26	27658	CIRUGIA	CIRUGIA PROGRAMADA	OK	$ 64.166
3	PM16016	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE LAKE	RL DBS	9101100204	08/04/26	27860	CIRUGIA	CIRUGIA	SE REALIZA CORRECCION EN NUMERO DE INVENTARIO (16026)	$ 64.166
4	PM.14500	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000345	10/04/26	27891	CIRUGIA	SALA 4	SISTEMA DE TOMAS ELECTRICAS INHABILITADO	$ 408.013

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
5	PM.14502	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000344	07/04/26	27757	CIRUGIA	SALA 5	NO FUNCIONAN TOMAS DE SISTEMA ELECTRICO	$ 408.013
6	PM.14498	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000343	07/04/26	27866	CIRUGIA	SALA 3	SISTEMA DE TOMAS ELECTRICAS INHABILITADO	$ 408.013
7	PM.14463	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000339	07/04/26	27751	CIRUGIA	SALA 1	PRESENTA DAÑO EN TOMAS DE SISTEMA ELECTRICO	$ 408.013
8	PM.14496	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000346	08/04/26	27852	CIRUGIA	SALA 2	SISTEMA DE TOMAS ELECTRICAS INHABILITADO (SOLO FUNCIONA UNA)	$ 408.013
9	PM.17782	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ9A005537	09/04/26	27686	CIRUGIA	CIRUGIA	OK	$ 262.294
10	PG.2788	DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1+	FD1PX0212446-06	04/04/26	27782	CIRUGIA	OBSERVACIÓN CIRUGÍA	PRESENTA DETERIORO EN CARCASA	$ 109.289
11	PM.14229	ELECTROBISTURI	BOVIE MEDICAL	IDS-300	BV3810009	01/04/26	27786	CIRUGIA	SALA 5	OK	$ 466.301
12	PM.14362	ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	DECG-03A	CQ-0B103266	08/04/26	27682	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN	NO CUENTA CON BATERIA DE SOPORTE	$ 218.579
13	PG.10003	FOTOSFORO	WELCH ALLYN	49020	NR	07/04/26	27777	CIRUGIA	CUARTO DE EQUIPOS	OK	$ 51.002
14	PM.16495	FUENTE DE LUZ	KARL STORZ	20161220	UU3781	07/04/26	27781	CIRUGIA	DEPOSITO DE EQUIPOS	OK	$ 335.154
15	PM.15880	FUENTE DE LUZ	FUJINON	XL-4400HD	1S089A634	07/04/26	27791	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA	OK	$ 335.154
16	PM.10728	FUENTE DE LUZ	OLYMPUS	CLE-145	7403104	09/04/26	27874	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA	REQUIERE CAMBIO DE BOMBILLO AUXILIAR	$ 335.154
17	PM.9943	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	01/04/26	27684	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA	OK	$ 65.574
18	PM.17817	LÁMPARA CIELÍTICA	DRAGER	POLRIS 60	ASML-1243	01/04/26	27865	CIRUGIA	SALAS 3	OK	$ 612.020
19	PM.17816	LÁMPARA CIELÍTICA	DRAGER	POLRIS 60	ASML-1244	06/04/26	27851	CIRUGIA	SALAS 2	OK	$ 612.020
20	PM.17818	LÁMPARA CIELÍTICA	DRAGER	POLRIS 60	ASML-1245	07/04/26	27892	CIRUGIA	SALAS 4	OK	$ 612.020
21	PM.15560	LÁMPARA PIELITICA	HEAL FORCE	TOPLED-6000L	E60L140102	04/04/26	27687	CIRUGIA	CIRUGIA	OK	$ 361.201
22	PG.2777	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	06/04/26	27542	CIRUGIA	CIRUGIA	EQUIPO ENCONTRADO EN UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	$ 36.430
23	NR1	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	10/04/26	27822	CIRUGIA	SALA 5	ENCONTRADO EN GINECOBSTETRICIA	$ 36.430
24	PG.2091	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	10/04/26	27760	CIRUGIA	SALA 5	OK	$ 36.430
25	PG.2094	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	08/04/26	27864	CIRUGIA	SALA 4	OK	$ 36.430
26	PG.2764	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	08/04/26	27855	CIRUGIA	SALA 4	OK	$ 36.430
27	PG.2103	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	09/04/26	27856	CIRUGIA	SALA 3	OK	$ 36.430
28	PG.368A	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	08/04/26	27762	CIRUGIA	SALA 3	OK	$ 36.430
29	PM.9146	LITOTRIPTOR	RICHARD WOLF	2290	351072	01/04/26	27783	CIRUGIA	CUARTO DE EQUIPOS	OK	$ 2.550.064

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
30	PM.4232	MICROSCOPIO OFTALMOLOGICO	CARL ZEISS	S7	6628502149	06/04/26	27861	CIRUGIA	DEPOSITO DE EQUIPOS	REQUIERE REPARACION DE PEDAL (CABLE DE COMUNICACIÓN), CAMBIO DE FIBRA OPTICA, KIT DE PROTECCION OCULAR Y MONTURA DE PORTA LAMPARA SECUNDARIA DETERIORAD	$ 901.065
31	PM.17737	MICROSCOPIO QUIRURGICO	ZEISS	OPTILUMERA 300	6137102357	06/04/26	72944	CIRUGIA	CIRUGIA	OK	$ 7.772.723
32	PM.4647	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5728I	10/04/26	27693	CIRUGIA	CIRUGIA	PRESENTA RUPTURA DE CARCASA EN LA PARTE FRONTAL, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, EQUIPO ENCONTRADO EN GINECOBSTETRICIA	$ 284.152
33	PM.14355	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137347	10/04/26	27679	CIRUGIA	CIRUGIA	BRAZALETE PRESENTA AVANZADO DETERIORO, BATERIA DE SOPORTE NO FUNCIONA Y NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA	$ 284.152
34	PM.17775	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12	EV-96046763	10/04/26	27463	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN	OK	$ 284.152
35	PM.17776	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12	EV-96046760	04/04/26	27853	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN	NO CUENTA CON ACCESORIOS	$ 284.152
36	PM.17777	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12	EV-96046764	07/04/26	28227	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN	NO TIENE CABLE ECG Y SENSOR DE TEMPERATURA. EQUIPO ENCONTRADO EN URGENCIAS (BICENTENAR	$ 284.152
37	PM.17779	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12	EV-96046762	07/04/26	27799	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN	ENCONTRADO EN GINECOBSTETRICIA	$ 284.152
38	PM.14359	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137351	31/03/26	27494	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA DE SOPORTE	$ 284.152
39	PM.14226	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133358	30/03/26	27491	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA DE SOPORTE	$ 284.152
40	PM.19218	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13543	01/04/26	27490	CIRUGIA	SALA DE RECUPERACION	OK	$ 284.152
41	PM.19161	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13539	08/04/26	27680	CIRUGIA	SALA DE RECUPERACION	NO CUENTA CON BATERIA DE SOPORTE	$ 284.152
42	PM.18624	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-200M	Q068A027403	04/04/26	27836	CIRUGIA	CIRUGIA	CABLE ECG DETERIORADO (SE RECOMIENDA CAMBIO, ENCONTRADO EN URGENCIAS BICENTENARIO)	$ 284.152
43	PM.18588	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826043F	01/04/26	27688	CIRUGIA	CIRUGIA	PRESENTA DAÑO EN BOTON ON/OFF, ENCONTRADO EN URGENCIAS OBSERVACION 1	$ 284.152

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
44	PM.18002	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM-3763K	13530		27930	CIRUGIA	CIRUGIA	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA DE SOPORTE, DAÑO EN CABLE ECG Y SENSOR DE OXIMETRIA. ENCONTRADO EN URGENCIAS	$ 284.152
45	PM.18801	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055692	06/04/26	27683	CIRUGIA	CIRUGIA	OK	$ 284.152
46	PM.18675	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4259	06/04/26	27492	CIRUGIA	CIRUGIA	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA DE SOPORTE	$ 284.152
47	PM.15879	MONITOR DE VIDEO	FUJINON	CDL1909A	NV489A328	09/04/26	27790	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA	OK	$ 757.739
48	PM.7497	MONITOR DE VIDEO	OLYMPUS	OEV143	A414208	07/04/26	27876	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA	OK	$ 757.739
49	PM.15881	PROCESADOR DE VIDEO	FUJINON	VP-4400HD	1V491A634	07/04/26	27788	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA	OK	$ 699.452
50	PM.10727	PROCESADOR DE VIDEO	OLYMPUS	CV-145	7423898	07/04/26	27875	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA	OK	$ 699.452
51	PG.9885	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-94202667	30/03/26	27681	CIRUGIA	CIRUGIA	OK	$ 109.289
52	PG.3882	SIERRA CORTA YESOS	STRYKER	940	435201003	30/03/26	27780	CIRUGIA	DEPOSITO DE EQUIPOS	PRESENTA DAÑO EN TAPA ACRILICA DE PROTECCION DE CUCHILLA	$ 131.147
53	PM.15297	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	111100002410	08/04/26	27753	CIRUGIA	CIRUGIA	OK	$ 116.575
54	PM.15464	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121414002812	08/04/26	27755	CIRUGIA	SALA 2	PRESENTA OXIDACION Y NO FUNCIONA EL PEDAL	$ 116.575
55	PM.15466	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121400002807	08/04/26	27787	CIRUGIA	SALA 3	OK	$ 116.575
56	PM.15801	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121400002822	09/04/26	27756	CIRUGIA	SALA 4	OK	$ 116.575
57	PM.3635	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	041117230227	04/04/26	27779	CIRUGIA	CIRUGIA	PRESENTA RAYONES EN TAPA	$ 80.145
58	PM.3623	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	041117230325	07/04/26	27482	CIRUGIA	CIRUGIA PROGRAMADA	OK	$ 80.145
59	PM.19246	VENTILADOR MECÁNICO	DRAGER	SABINA 300 SELECT	ASNC-0134	08/04/26	27785	CIRUGIA	PASILLO	REQUIERE CAMBIO DE FILTROS DE AIRE	$ 568.305
60	PG.10027	VIDEO LARINGOSCOPIO	CORE RAY	CR31	CR31-20220921119	01/04/26	27747	CIRUGIA	CIRUGIA	NO FUNCIONA TACTIL DE LA PANTALLA	$ 339.260
61	PG.10022	VIDEO LARINGOSCOPIO	CORE RAY	CR31	20220921112	31/03/26	27466	CIRUGIA	CIRUGIA	NO FUNCIONA TACTIL DE PANTALLA, PRESENTA DAÑO EN HOJA MAC2 Y NO POSEE HOJA MAC3	$ 339.260
62	PM.20276	ELECTROBISTURI	BOVIE	IDS-310	BV1823004	06/04/26	27890	CIRUGIA	SALA 4	OK	$ 466.301
63	PM.20277	ELECTROBISTURI	BOVIE	IDS-310	BV0223015	06/04/26	27854	CIRUGIA	SALA 2	OK	$ 466.301
64	PM.20278	ELECTROBISTURI	BOVIE	IDS-310	BV4822004	10/04/26	27871	CIRUGIA	SALA 5	OK	$ 466.301
65	PM.20279	ELECTROBISTURI	BOVIE	IDS-310	BV2023001	04/04/26	27873	CIRUGIA	SALA 1	OK	$ 466.301
66	PM.20281	ELECTROBISTURI	BOVIE	IDS-310	BV2023004	04/04/26	27867	CIRUGIA	SALA 3	OK	$ 466.301
67	PM.20309	LÁMPARA CIELÍTICA	MINDRAY	HYLED 8600	K2-38005555	09/04/26	27759	CIRUGIA	SALA 5	OK	$ 612.020

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
68	PM.20310	LÁMPARA CIELÍTICA	MINDRAY	HYLED 8600	K2-38005553	09/04/26	27752	CIRUGIA	SALA 1	OK	$ 612.020
69	PM.20282	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 300	M1-38002886	04/04/26	27758	CIRUGIA	SALA 1	OK	$ 553.732
70	PM.20283	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 300	M1-38002885	04/04/26	27761	CIRUGIA	SALA 5	CONTROL DE MOVIMIENTOS, PRESENTA DAÑO EN CARCASA	$ 553.732
71	PM.20284	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 300	M1-38002880	06/04/26	27868	CIRUGIA	SALA 3	PRESENTA DAÑO EN SEGURO DE SOPORTE DE PIERNA IZQUIERDA	$ 553.732
72	PM.20285	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 300	M1-38002883	06/04/26	27888	CIRUGIA	SALA 4	OK	$ 553.732
73	PM.20286	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 300	M1-38002881	07/04/26	27858	CIRUGIA	SALA 2	OK	$ 553.732
74	PM.20311	LÁMPARA CIELÍTICA	MINDRAY	HYLED 8600	K2-38005556	11/04/26	28291	CIRUGIA	SALA 3	OK	$ 612.020
75	PM.18354	BÁSCULA DIGITAL	DETECTO SCALES	TCS-200-RT	NR	04/04/26	27690	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE MONITOREO	PRESENTA DAÑO EN BATERIA Y EN BUZZER	$ 64.166
76	PM.5076	BÁSCULA PESA BEBÉ	HEALTH O METER	522KL	5220000329	10/04/26	27901	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA	NO CUENTA CON TAPA DE BATERIA, PRESENTA DETERIORO EN TECLADO DE FUNCIONES, FUE ENCONTRADO EN URGENCIAS (PEDIATRIA)	$ 64.166
77	PM.14488	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000342	06/04/26	27697	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 1	OK	$ 408.013
78	PM.14491	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000347	10/04/26	27501	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2	OK	$ 408.013
79	PM.14485	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000341	07/04/26	27792	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA	OK	$ 408.013
80	PM.19525	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-23083727	07/04/26	27691	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS	OK	$ 262.294
81	PG.7215	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860349	08/04/26	27546	GINECO OBSTETR	GENERAL	OK	$ 109.289
82	NR	ECOGRAFO	MINDRAY	DC-40	CT7-02001545	10/04/26	28286	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL	NO FUNCIONA EN MODO BATERIA	$ 1.092.894
83	PM.14365	ELECTROBISTURI	BOVIE MEDICAL	IDS-300	BV3810005	06/04/26	27504	GINECO OBSTETR	SALA DE CIRUGIA	OK	$ 466.301
84	PM.14299	ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	DECG-03A	CQ-0B103260	07/04/26	27793	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2	OK	$ 218.579
85	PM.4478	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	30/03/26	27522	GINECO OBSTETRICIA	CONSULTORIO	OK	$ 51.002
86	PM.9213	INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	CL1384	30/03/26	27509	GINECO OBSTETRICIA	ATENCIÓN NEONATAL	OK	$ 335.154
87	PM.4672	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	31/03/26	27524	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL	PRESENTA DETERIORO EN CARCASA	$ 65.574
88	PM.4670	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	20/03/26	27521	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL	PRESENTA DETERIORO EN CARCASA	$ 65.574
89	PM.19482	LÁMPARA CIELÍTICA	MINDRAY	HYLED 760/760	15-22001388	01/04/26	27794	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA	OK	$ 612.020
90	PM.17327	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	NINGBO DAVID MEDICAL	XHZ-90L	46150703005	01/04/26	27502	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL	PRESENTA DAÑO EN TAPA ACRILICA Y FALLA EN LEDS (H35-H39)	$ 160.291
91	PM.15558	LÁMPARA PIELITICA	MINDRAY	HYLED 760	22-46575026	07/04/26	27830	GINECO OBSTETRICIA	GINECOBSTRTRICIA	PRESENTA DETERIORO POR OXIDACION EN BASE METALICA Y NO FUNCIONA EN MODO BATERIA	$ 361.201
92	PG.5118	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	08/04/26	27795	GINECO OBSTETR	SALA DE PARTOS 1	OK	$ 36.430
93	PG.2752	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	08/04/26	27895	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2	OK	$ 36.430
94	PG.2095	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	01/04/26	27695	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL	OK	$ 36.430
95	PM.14461	MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS PLUS	ASCC-0153	04/04/26	27796	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA	PRESENTA FALLA EN ALTAVOZ	$ 553.732
96	PM.14493	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-0B000472	04/04/26	27507	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2	PRESENTA DETERIORO POR OXIDACION EN BASE METALICA, NO	$ 553.732

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
										FUNCIONAN RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO Y PRESENTA DAÑO EN BATERIAS DE SOPORTE	
97	PM.14494	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-0B000476	06/04/26	27696	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2	NO FUNCIONAN RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO	$ 553.732
98	PM.15749	MESA DE EXAMEN CON BASCULA	MIDMARK	640-001-231	V998841	06/04/26	27698	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2	NO CUENTA CON ADAPTADOR AC/DC	$ 553.732
99	PM.15772	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137344	30/03/26	27454	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE RECUPERACIÓN	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA	$ 284.152
100	PM.15514	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137336	07/04/26	27451	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA	$ 284.152
101	PM.16009	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137321	04/04/26	27468	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA	$ 284.152
102	PM.4630	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5749I	08/04/26	27520	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE RECUPERACIÓN	NO CUENTA CON BATERIA DE SOPORTE Y PRESENTA DETERIORO EN CARCASA	$ 284.152
103	PM.15523	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133367	10/04/26	27508	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE RECUPERACIÓN	PRESENTA RUPTURA EN TAPA FRONTAL Y REQUIERE CAMBIO DE BATERIA DE SOPORTE	$ 284.152
104	NR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008896	30/03/26	27475	GINECO OBSTETRICIA	GINECOBSTRTRICIA	EQUIPO CUENTA CON PLACA DE INVENTARIO NUMERO 22971	$ 284.152
105	PM.19166	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009372	07/04/26	27526	GINECO OBSTETRICIA	GINECOBSTETRICIA	OK	$ 284.152
106	PM.18001	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM-3763K	13509	30/03/26	27453	GINECO OBSTETRICIA	GINECOBSTETRICIA	OK	$ 284.152
107	NR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13510	08/04/26	27469	GINECO OBSTETRICIA	GINECO OBSTETRICIA	OK	$ 284.152
108	PM.15771	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137341	04/04/26	27899	GINECO OBSTETRICIA	GINECO OBSTETRICIA	EQUIPO ENCONTRADO EN GINECOPEDIATRIA. NO CUENTA CON BATERIA	$ 284.152
109	PM.18584	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826022F	01/04/26	27878	GINECO OBSTETRICIA	GINECO OBSTETRICIA	PRESENTA DAÑO EN BOTON ON/OFF Y REQUIERE CALIBRACION DE TACTIL DE PANTALLA, ENCONTRADO EN URGENCIAS	$ 284.152
110	PM.19188	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0513	30/03/26	27461	GINECO OBSTETRICIA	GINECO OBSTETRICIA	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA	$ 284.152
111	PM.18703	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4212	31/03/26	27472	GINECO OBSTETRICIA	CUARTO DE EQUIPOS	OK	$ 284.152
112	PM.17310	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A6120150300l9	06/04/26	27476	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO	OK	$ 233.151
113	PM.17297	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A6120150300l6	08/04/26	27513	GINECO OBSTETRICIA	OBSERVACIÓN	PRESENTA DETERIORO EN TAPA DE IMPRESORA	$ 233.151
114	PM.17309	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A6120150300l	09/04/26	27479	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA	$ 233.151
115	PM.17296	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A6120150300l5	04/04/26	27474	GINECO OBSTETRICIA	QUIRURGICOS	OK	$ 233.151

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
116	PM.17305	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030020	07/04/26	27459	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO	PRESENTA DAÑO EN TAPA DE IMPRESORA	$ 233.151
117	PM.19512	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22B04390003	08/04/26	27834	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO	OK	$ 233.151
118	PM.19513	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22B04390005	07/04/26	27462	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO	OK	$ 233.151
119	PM.19791	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22C15230002	08/04/26	27763	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO	OK	$ 233.151
120	PM.19794	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22C15230006	09/04/26	27536	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO	OK	$ 233.151
121	PM.19793	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22C15230005	31/03/26	27900	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO	EQUIPO ENCONTRADO EN GINECOPEDIATRIA	$ 233.151
122	PM.19792	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22C15230003	07/04/26	27473	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO	OK	$ 233.151
123	19795	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22C15230010	09/04/26	27538	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO	PRESENTA DETERIORO EN TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO Y NO CUENTA CON MARCADOR DE EVENTOS	$ 233.151
124	PG.9344	NEOPUFF	FISHER & PAYKEL	RD900	140617002403	10/04/26	27905	GINECO OBSTETRICIA	ATENCIÓN NEONATAL	PRESENTA FISURAS EN CARCASA. EQUIPO ENCONTRADO EN URGENCIAS PEDIATRIA	$ 262.294
125	PG.7509	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M13600050057	30/03/26	27478	GINECO OBSTETRICIA	ADAPTACIÓN NEONATAL		$ 109.289
126	PG.9876	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM60	CR-94202669	06/04/26	27525	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 1	OK	$ 109.289
127	PM.15752	SERVOCUNA	MEDIX	SM-401	4213	07/04/26	27694	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2	OK	$ 167.578
128	PM.17316	SERVOCUNA	NINGBO DAVID MEDICAL	HKN-93B	24150902008	07/04/26	27797	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA	OK	$ 167.578
129	PM.17317	SERVOCUNA	NINGBO DAVID MEDICAL	HKN-93B	24150902005	10/04/26	27505	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 1	OK	$ 167.578
130	PM.15533	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121400002810	10/04/26	27798	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2	OK	$ 116.575
131	PM.15532	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121400002811	08/04/26	27692	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA	OK	$ 116.575
132	PM.15534	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121400002813	07/04/26	27506	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN	PRESENTA DETERIORO POR OXIDACION	$ 116.575
133	PM.8925	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130611141686	09/04/26	27458	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO	OK	$ 80.145
134	PM.16800	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	160829113075	08/04/26	27455	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL	OK	$ 80.145
135	PM.5944	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	081103153418	6/04/2026	26302	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN	OK	$ 80.145
136	PM.15529	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130611121456	07/04/26	27527	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN	OK	$ 80.145
137	PM.15530	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130611153016	04/04/26	27843	GINECO OBSTETRICIA	MONITOREO FETAL	ENCONTRADO EN URGENCIAS	$ 80.145
138	PM.15528	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130607174386	08/04/26	27456	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN	OK	$ 80.145
139	PM.15531	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130610130646	10/04/26	27839	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN	ENCONTRADO EN URGENCIAS	$ 80.145

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
140	PG.10064	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-MZ3909710115	6/4/2026	27922	GINECO OBSTETRICIA	GINECOBSTETRICIA	ENCONTRADO EN URGENCIAS PROCEDIMIENTOS	$ 109.289
141	PG.10070	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M230971-0101	9/4/2026	27544	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA	OK	$ 109.289
142	PG.10074	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M230971-0108	08/04/26	27545	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA	OK	$ 109.289
143	PG.10068	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-MZ3909710111	10/04/26	27676	GINECO OBSTETRICIA	GINECOBSTETRICIA	OK	$ 109.289
144	PG.10069	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-MZ3909710119	10/4/2026	27677	GINECO OBSTETRICIA	GINECOBSTETRICIA	OK	$ 109.289
145	PG.10071	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-MZ3909710109	8/4/2026	27669	GINECO OBSTETRICIA	GINECOBSTETRICIA	OK	$ 109.289
146	PG.10067	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-MZ3909710117	30/3/2026	27668	GINECO OBSTETRICIA	GINECOBSTETRICIA	OK	$ 109.289
147	PM.20280	ELECTROBISTURI	BOVIE	IDS-310	BV2023003	4/4/2026	27823	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA	OK	$ 466.301
148	PM.20308	LÁMPARA CIELÍTICA	MINDRAY	HYLED 8600	K2-38005554	8/4/2026	27824	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2	OK	$ 612.020
149	PM.20312	LÁMPARA CIELÍTICA	MINDRAY	HYLED 8600	K2-38005550	31/3/2026	27906	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 1	OK	$ 612.020
150	14368	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-0B000465	7/4/2026	27825	GINECO OBSTETRICIA	CIRUGIA	PRESENTA FALLA EN SEGURO DE PIERNAS, NO FUNCIONA EN MODO BATERIA Y, PRESENTA DETERIORO POR OXIDACION EN BASE METALICA, NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION	$ 553.732
151	PM.17736	AGITADOR DE MAZZINE	BOECO	OS-20	10108190200164	30/03/26	27608	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS	OK	$ 102.002
152	PM.19051	AGITADOR DE MAZZINE	BOECO	OS-20	10110820010057	30/03/26	27764	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS	PRESENTA LEVE DETERIORO DE OXIDACION EN TABLERO	$ 102.002
153	PM.17478	AGITADOR VORTEX	HUMAN	HUMA TWIST	10S0100029	04/04/26	27816	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA	OK	$ 102.002
154	PM.17821	BALANZA ANALÍTICA	PRACTUM 313-1S	SARTORIUS	38404628	06/04/26	27768	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO CLINICO	OK	$ 174.862
155	PM.17671	BALANZA DE PRECISIÓN	RADWAG	PS 1000.R1	513505	06/04/26	27607	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA	OK	$ 174.862
156	PM.17790	BAÑO SEROLÓGICO	MEMMERT	WNB-14	L419.0963	09/04/26	27769	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS	PRESENTA FALLA EN PERILLA DE AJUSTE DE TEMPERATURA	$ 65.574
157	PM.15862	BAÑO SEROLÓGICO	MEMMERT	WNB7	L214.0272	09/04/26	27770	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS	PRESENTA FALLA EN PERILLA DE AJUSTE DE TEMPERATURA	$ 65.574
158	PM.19434	CENTRÍFUGA	HERMLE	Z 206A	602250052	09/04/26	27645	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS	OK	$ 116.575
159	PM.17753	CENTRIFUGA DIGITAL DE 30 TUBOS	EPPENDORF	5702	5702EG637400	10/04/26	27646	LABORATORIO CLÍNICO	INMUNOHEMATOLOGÍA	OK	$ 247.404
160	PM.17822	CENTRIFUGA REFRIGERADORA	EPPENDORF	5804R	5804HQ071639	10/04/26	27813	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO CLINICO	OK	$ 273.264
161	PG.7406	CONTADOR DE CÉLULAS	KRAMER	IMP001	811	01/04/26	27603	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS	PRESENTA MANCHA EN DISPLAY Y DETERIORO EN CARCASA	$ 21.858
162	PG.7407	CONTADOR DE CÉLULAS	KRAMER	IMP001	810	01/04/26	27605	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA	PRESENTA DETERIORO EN CARCASA	$ 21.858
163	PG.17791	CONTADOR DE CÉLULAS	KRAMER	IMPOO1	1175	01/04/26	27604	LABORATORIO CLÍNICO	HEMATOLOGÍA	PRESENTA FALLA EN DISPLAY Y DAÑO EN TECLADO	$ 21.858
164	PM.9208	HORNO DE SECADO	MEMMERT	UNE 500	C509.0244	01/04/26	28012	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA	OK	$ 335.154

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
165	PM.9126	HORNO DE SECADO	MEMMERT	UNE 500	C509.0438	31/03/26	27907	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA	OK	$ 335.154
166	PM.4676	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	04/04/26	27612	LABORATORIO CLÍNICO	QUÍMICA E INMUNOLOGÍA	OK	$ 65.574
167	PM.17727	MICROCENTRIFUGA	HETTICH	HAEMATOKRIT 200	000405-03	04/04/26	27647	LABORATORIO CLÍNICO	HEMATOLOGÍA	OK	$ 116.575
168	PG.2211	MICROPIPETA	BRAND	500 µL	11X2063	06/04/26	27819	LABORATORIO CLÍNICO	PRUEBAS ESPECIALES	OK	$ 116.575
169	PG.8910	MICROPIPETA	BRAND	100 - 1000 µL	05J94284	06/04/26	27648	LABORATORIO CLÍNICO	QUÍMICA E INMUNOLOGÍA	OK	$ 116.575
170	PG.9172	MICROPIPETA	BRAND	500 µL	12E51611	06/04/26	27613	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA	OK	$ 116.575
171	PG.9542	MICROPIPETA	GRAM NEG (-)	145 µL	13591851	06/04/26	27772	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA	OK	$ 116.575
172	PG.9543	MICROPIPETA	GRAM POS (+)	280 µL	13592658	06/04/26	27649	LABORATORIO CLÍNICO	PRUEBAS ESPECIALES	OK	$ 116.575
173	PG.9558	MICROPIPETA	HUMAN	20 - 200 µL	YL3K031471	08/04/26	27650	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA	OK	$ 116.575
174	PG.9665	MICROPIPETA	BRAND	100 - 1000 µL	16E74059	08/04/26	27801	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO	OK	$ 116.575
175	PG.9666	MICROPIPETA	BOECO	5 - 50 µL	LG640103	08/04/26	27773	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO	OK	$ 116.575
176	PG.9856	MICROPIPETA	BOECO	5 - 50 µL	NI1038436	08/04/26	27802	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO	OK	$ 116.575
177	PG.9857	MICROPIPETA	BOECO	5 - 50 µL	NI1038469	08/04/26	27774	LABORATORIO CLÍNICO	HEMATOLOGÍA	OK	$ 116.575
178	PG.9986	MICROPIPETA	BOECO	5 - 50 µL	PC153846	10/04/26	27640	LABORATORIO CLÍNICO	AREA MOLECULAR	OK	$ 116.575
179	PG.9987	MICROPIPETA	BOECO	100 - 1000 µL	PG216403	10/04/26	27820	LABORATORIO CLÍNICO	AREA MOLECULAR	OK	$ 116.575
180	PG.9988	MICROPIPETA	BOECO	5 - 50 µL	ML729802	09/04/26	27641	LABORATORIO CLÍNICO	AREA MOLECULAR	OK	$ 116.575
181	PG.9989	MICROPIPETA	BOECO	5 - 50 µL	PC153847	08/04/26	27644	LABORATORIO CLÍNICO	AREA MOLECULAR	OK	$ 116.575
182	PG.9990	MICROPIPETA	BOECO	100 - 1000 µL	PG216859	31/03/26	27817	LABORATORIO CLÍNICO	AREA MOLECULAR	OK	$ 116.575
183	PG.10012	MICROPIPETA	HUMAN	100 - 1000 µL	YL218AK0074972	30/03/26	27803	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA	OK	$ 116.575
184	PG.10037	MICROPIPETA	DLAB	20-200µl	YL214AK0054587	07/04/26	27804	LABORATORIO CLÍNICO	PRUEBAS ESPECIALES	OK	$ 116.575
185	PG.10038	MICROPIPETA	DLAB	20-200µl	YL214AK0054588	07/04/26	27805	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA	OK	$ 116.575
186	PG.10044	MICROPIPETA	DLAB	20-200µl	YL227AR0020535	07/04/26	27651	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA	OK	$ 116.575
187	PG.10045	MICROPIPETA	DLAB	20-200µl	YL227AR0020534	04/2026	27652	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA	OK	$ 116.575
188	PG.10042	MICROPIPETA	DLAB	20-200µl	YL227AR0020540	04/04/26	27653	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA	OK	$ 116.575
189	PG.10043	MICROPIPETA	DLAB	20-200µl	YL227AR0020541	06/04/26	27654	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA	OK	$ 116.575
190	PG.10030	MICROPIPETA	HUMAN	100 - 1000 µL	22J65406	07/04/26	27806	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA	OK	$ 116.575
191	PG.9872	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 10 - 100 µL	18098258	07/04/26	27821	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA	OK	$ 116.575
192	PG.9873	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 5 - 50 µL	18016633	09/04/26	27807	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS	OK	$ 116.575
193	PG.9875	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 2 - 20 µL	18106936	10/04/26	27655	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA	OK	$ 116.575
194	PM.17751	MICROSCOPIO	PRIMO STAR	ZEISS	3144044344	07/04/26	27831	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS	PRESENTA DETERIORO POR OXIDACION EN PORTA OBJETOS	$ 549.362
195	PM.17752	MICROSCOPIO	PRIMO STAR	ZEISS	3144044358	08/04/26	27832	LABORATORIO CLÍNICO	PRUEBAS ESPECIALES	PRESENTA DETERIORO EN ADAPTADOR AC/DC	$ 549.362
196	PM.9122	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX 21	9E80154	09/04/26	27833	LABORATORIO CLÍNICO	HEMATOLOGÍA	OK	$ 549.362

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
197	PM.20273	AGITADOR DE MAZZINE	BOECO	OS-20	01 010823060125	07/04/26	27827	LABORATORIO CLINICO	URGENCIAS	OK	$ 102.002
198	PM.20274	AGITADOR DE MAZZINE	BOECO	OS-20	01 010823060123	08/04/26	27829	LABORATORIO CLINICO	URGENCIAS	OK	$ 102.002
199	PM.20275	AGITADOR DE MAZZINE	BOECO	OS-20	01 010823060150	08/04/26	27609	LABORATORIO CLINICO	BODEGA	OK	$ 102.002
200	PM.20272	AGITADOR VORTEX	BOECO	VORTEX MIXER V-1	01 020320113149	09/04/26	27776	LABORATORIO CLINICO	PRUEBAS ESPECIALES	OK	$ 102.002
201	PM.20270	AGITADOR VORTEX	BOECO	VORTEX MIXER V-1	01 020321093195	10/04/26	27812	LABORATORIO CLINICO	MICROBIOLOGÍA	OK	$ 102.002
202	PM.20363	CONTADOR DE CÉLULAS	KRAMER	NR	1347	10/04/26	27610	LABORATORIO CLINICO	BODEGA	OK	$ 21.858
203	PM.20364	CONTADOR DE CÉLULAS	KRAMER	NR	1346	08/04/26	27811	LABORATORIO CLINICO	HEMATOLOGÍA	OK	$ 21.858
204	PM.20365	CONTADOR DE CÉLULAS	KRAMER	NR	1348	06/04/26	27810	LABORATORIO CLINICO	URGENCIAS	OK	$ 21.858
205	10087	MICROPIPETA	DLAB	20-200µl	YL227AR0020569	09/04/26	27643	LABORATORIO CLINICO	BODEGA	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION	$ 116.575
206	PM.5938	BÁSCULA PESA BEBÉ	HEALTH O METER	522KL	5220000352	30/03/26	27498	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN	OK	$ 64.166
207	NR	INCUBADORA DE BIOLÓGICOS	MATACHANA	ESTANDAR	85208	31/03/26	27510	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN	OK	$ 116.575
208	PG.2614	SELLADORA	HAWO	HM 500 DEL	935095/0705	31/03/26	27512	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN	PRESENTA AVANZADO DETERIORO EN SISTEMA MECANICO DE SELLADO	$ 174.863
209	PM.17813	SELLADORA	HAWO	M-09136	518256	30/03/26	27519	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN	OK	$ 174.863
210	PM.17789	BÁSCULA PESA BEBÉ	HEALTH O METER	524-KL	5240006117789	31/03/26	27514	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO	OK	$ 64.166
211	PM.14408	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	31/03/26	27547	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO	OK	$ 51.002
212	NR	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	30/03/26	27550	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO	OK	$ 36.430
213	PG.9420	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	30/03/26	27601	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO	OK	$ 36.430
214	PM.17325	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECTRIC	BILISOFT	HFAR50625	31/03/26	27515	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO	OK	$ 160.291
215	PM.9202	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	OHMEDA	BILIBLANKET	HDKP50058	30/03/26	27516	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO	OK	$ 160.291
216	PG.2772	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	30/03/26	27548	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO	OK	$ 36.430
217	PM.7139	SUCCIONADOR	THOMAS	1635 A	50900000416	31/03/26	27517	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO	OK	$ 116.575
218	PM.16042	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-0B114950		27518	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA DE SOPORTE Y PRESENTA FISURAS EN CARCASA, EQUIPO PERTENECIA A INVENTARIO DE BODEGA DE ALMACEN	$ 284.152
219	PM.17794	ANALIZADOR DE BILIRRUBINA	DRAGER	JM-105	H3500584	31/03/26	27602	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO	EQUIPO ENCONTRADO EN MADRE CANGURO	$ 684.880
220	PM.16039	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	9101100473	31/03/26	27487	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO	OK	$ 64.166
221	PG.9686	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NR	30/03/26	27488	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO	OK	$ 51.002
222	PG.9649	FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIATRICO	NR	31/03/26	27659	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO	PRESENTA LEVE DETERIORO POR OXIDACION EN MUELLE	$ 36.430
223	PG.9670	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	INFANT	L17G21187	31/03/26	27564	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO	OK	$ 36.430
224	PG.9669	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	INFANT	NR	30/03/26	27562	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO	ENCONTRADO EN UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	$ 36.430

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
225	PG.9672	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	INFANT	NR	31/03/26	27561	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO	ENCONTRADO EN UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	$ 36.430
226	PM.4497	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	PT-533	TP05494	30/03/26	27489	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO	OK	$ 160.291
227	PG.9883	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-94202665	31/03/26	27485	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO	EQUIPO PRESENTA FISURA EN TAPA DE BATERIA	$ 109.289
228	PG.9673	PULSOXIMETRO	HUNTLEIGH	MP1R	750AX0104792-15	30/03/26	27486	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO	EQUIPO NO POSEE TAPA DE BATERIAS	$ 109.289
229	PM.16883	BÁSCULA PESA BEBÉ	HEALTH O METER	522KL	5220004518	06/04/26	27483	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	ENCONTRADO EN CIRUGIA	$ 64.166
230	PG.9622	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NR	06/04/26	27534	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	OK	$ 51.002
231	PG.9644	FONENDOSCOPIO	ALPK2	NR	NR	06/04/26	27670	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	OK	$ 36.430
232	PG.9648	FONENDOSCOPIO	ALPK2	NR	NR	08/04/26	27671	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	OK	$ 36.430
233	PG.9645	FONENDOSCOPIO	ALPK2	NR	NR	06/04/26	27565	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	OK	$ 36.430
234	PG.9671	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	INFANT	NR	09/04/26	27566	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	OK	$ 36.430
235	PG.9643	FONENDOSCOPIO	ALPK2	NR	NR	07/04/26	27673	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	OK	$ 36.430
236	NR	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	07/04/26	27660	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	EQUIPO ENCONTRADO EN UNIDAD BASICA NEONATAL	$ 36.430
237	PG.9646	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	INFANT	L16G23546	08/04/26	27563	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	OK	$ 36.430
238	PG.9647	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	INFANT	L16G23554	07/04/26	27567	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	OK	$ 36.430
239	PM.9211	INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	CL1391	08/04/26	27624	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	PRESENTA DAÑO EN EMPAQUE DE BANDEJA	$ 335.154
240	PM.9214	INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	CL396	09/04/26	27543	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	PRESENTA DETERIORO EN EMPAQUE DE BANDEJA Y REQUIERE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	$ 335.154
241	PM.18024	INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	C2HS-1	BV38247	07/04/26	27622	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	OK	$ 335.154
242	PM.18025	INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	C2HS-1	BV38248	07/04/26	27617	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	OK	$ 335.154
243	PM.17792	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	BILILUX	1102260019	09/04/26	27531	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	OK	$ 160.291
244	PM.17793	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	BILILUX	1102260018	07/04/26	27528	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	OK	$ 160.291
245	PM.19529	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	NINGBO DAVID MEDICAL	XHL90L	A46BB0062009	08/04/26	27539	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	EL MODELO DEL EQUIPO ES XHZ-90L	$ 160.291
246	PM.19530	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	NINGBO DAVID MEDICAL	XHL90L	A46BB0062002	07/04/26	27460	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	OK	$ 160.291
247	PM.19528	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	NINGBO DAVID MEDICAL	XHL90L	A46BB0062004	10/04/26	27746	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	EL MODELO DEL EQUIPO ES XHZ-90L	$ 160.291
248	PG.8869	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	08/04/26	27541	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	OK	$ 36.430
249	PM.17067	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC10	KN-75009303	08/04/26	27621	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	PRESENTA FISURA EN CARCASA (LATERAL DERECHA)	$ 284.152
250	PM.9215	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-1000F+	W-8C103999	06/04/26	27618	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA	$ 284.152
251	PM.9219	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-1000F+	W-02105672	08/04/26	27539	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	PRESENTA AVANZADO DETERIORO EN CARCASA Y REQUIERE CAMBIO DE BATERIA DE SOPORTE	$ 284.152
252	PM.9223	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-1000A+	CC-97109532	01/04/26	27540	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	NO CUENTA CON SENSOR DE ECG Y LA CARCASA SE ENCUENTRA DETERIORADA (CON FISURAS).	$ 284.152
253	PM.15521	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-7000	CE-0B127223	06/04/26	27535	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	PRESENTA AVANZADO DETERIORO EN CARCASA Y NO CUENTA CON BATERIA DE SOPORTE	$ 284.152

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
254	PG.9681	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M17910510044	04/04/26	27674	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	OK	$ 109.289
255	PM.14241	SERVOCUNA	MEDIX	SM-401	4214	04/04/26	27620	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	PRESENTA FISURA EN TAPA ACRILICA LATERAL IZQUIERDA	$ 167.578
256	PM.19260	VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENT	ADVANCE	20114116108 1A1V	01/04/26	27537	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	OK	$ 568.305
257	PM.19257	VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENT	ADVANCE	20114123108 1A1V	30/03/26	27529	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	OK	$ 568.305
258	PM.17795	ANALIZADOR DE BILIRRUBINA	DRAGER	JM-105	H3500583	31/03/26	27623	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	EQUIPO PERTENECIA A INVENTARIO DE BODEGA DE ALMACEN, AHORA ASIGNADO A UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	$ 684.880
259	PG.7234	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	30/03/2026	27633	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	OK	$ 64.166
260	PG.7233	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	30/03/2026	27632	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	OK	$ 64.166
261	PG.7555	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	ESTUCHE	NR	31/03/2026	27630	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	OK	$ 51.002
262	PG.4568	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	ESTUCHE	NR	31/03/2026	27631	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	OK	$ 51.002
263	PM. 9851	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	71050-C	NR	30/03/2026	27549	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	EQUIPO ENCONTRADO EN MADRE CANGURO	$ 51.002
264	PG.4561	FONENDOSCOPIO	NR	ADULTO	NR	30/03/2026	27636	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	MUELLE PRESENTA DETERIORO POR OXIDACION	$ 36.430
265	F3	FONENDOSCOPIO	MARK OF FITNESS	ADULTO	NR	31/03/2026	27637	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	OK	$ 36.430
266	F5	FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	NR	31/03/2026	27638	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	OK	$ 36.430
267	PG.8871	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	31/03/2026	27639	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	OK	$ 36.430
268	PM.15300	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200823006	31/03/2026	27629	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	RIESGO DE RUPTURA EN RESORTE DE CAJA DE BATERIAS	$ 80.145
269	PM.15303	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200823032	30/03/2026	27627	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	PRESENTA MANCHA EN PANTALLA Y DAÑO EN BISAGRAS DE PORTAPILAS	$ 80.145
270	T2	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200822881	31/03/2026	27628	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	RUPTURA EN BISAGRAS DE PORTAPILAS	$ 80.145
271	PM.15299	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200822496	30/03/2026	27626	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	PRESENTA DETERIORO EN VELCRO	$ 80.145
272	PG.10073	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M23909710120	30/03/2026	27635	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	OK	$ 109.289
273	PM.17796	AGITADOR DE PLAQUETAS DE 48 UNIDADES	HELMER	PF 48	2064655	4/04/2026	27896	BANCO DE SANGRE	SERVICIO TRANSFUSIONAL	OK	$ 317.320
274	PM.7871	INCUBADORA DE PLAQUETAS	PRESVAC	AP - 48LT	5889	6/04/2026	27897	BANCO DE SANGRE	SERVICIO TRANSFUSIONAL	OK	$ 305.928
275	PM.17797	INCUBADOR PARA AGITADOR DE PLAQUETAS	HELMER	PF 48i	2096942	1/04/2026	27898	BANCO DE SANGRE	SERVICIO TRANSFUSIONAL	OK	$ 317.320
276	PM.16855	BALANZA DIGITAL	TRUMAX	PRIXMA	YS162312	1/04/2026	27699	BANCO DE SANGRE	SEPARACIÓN DE COMPONENTES	OK	$ 80.144
277	PM.5091	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	597KL	5970006349	7/04/2026	27664	BANCO DE SANGRE	VALORACIÓN CLÍNICA	OK	$ 64.166
278	PM.15651	CENTRÍFUGA	PRESVAC	DCS-16 RVT PLUS	8182	6/04/2026	27665	BANCO DE SANGRE	INMUNOHEMATOLOGÍA	OK	$ 116.575
279	PM.15652	CENTRÍFUGA	PRESVAC	DCS-16 RVT PLUS	8183	7/04/2026	27666	BANCO DE SANGRE	INMUNOHEMATOLOGÍA	OK	$ 116.575
280	PM.7864	CENTRÍFUGA CRIOHEMODERIVADOR A	PRESVAC	DP2065RC	5911/7864	4/04/2026	25696	BANCO DE SANGRE	SEPARACIÓN DE COMPONENTES	PRESENTA DETERIORO EN TABLERO DE MANDO	$ 288.622
281	PM.15650	DESCONGELADOR DE PLASMA	PRESVAC	PLASMA SOFT	8181	6/04/2026	27750	BANCO DE SANGRE	SERVICIO TRANSFUSIONAL	OK	$ 466.301

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
282	PM.5614	HORNO DE SECADO	DIES	D-53	9410105	7/04/2026	27748	BANCO DE SANGRE	LAVADO DE MATERIAL	PRESENTA AVANZADO DETERIORO POR OXIDACION Y EL CONTROL DE TEMPERATURA FUNCIONA DE MANERA INTERMITENTE	$ 335.154
283	PG.5074	MICROPIPETA	BIOHIT	100 - 1000 µL	6023816	6/04/2026	25997	BANCO DE SANGRE	PRUEBAS INFECCIOSAS	OK	$ 116.575
284	PG.9868	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 10 - 100 µL	18110389	4/04/2026	25998	BANCO DE SANGRE	PRUEBAS INFECCIOSAS	OK	$ 116.575
285	PG.9869	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 100 - 1000 µL	19049477	6/04/2026	26000	BANCO DE SANGRE	PRUEBAS INFECCIOSAS	OK	$ 116.575
286	PG.9871	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 0,5 - 10 µL	18098464	7/4/2026	27996	BANCO DE SANGRE	PRUEBAS INFECCIOSAS	NO POSEE PUNTAS Y NO SE PUEDE REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	$ 116.575
287	PM.7885	SILLÓN PARA DONANTES	PRESVAC	T - 4 i	5902	7/04/2026	27765	BANCO DE SANGRE	FLEBOTOMÍA	PRESENTA DAÑO EN GUAYA DE MOVIMIENTO	$ 109.289
288	PM.15646	SILLÓN PARA DONANTES	GENÉRICO	NR	NR	7/04/2026	27666	BANCO DE SANGRE	FLEBOTOMÍA	NO CUENTA CON CABLE DE ALIMENTACION, NO SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	$ 109.289
289	PM.15647	SILLÓN PARA DONANTES	GENÉRICO	NR	NR	4/04/2026	27767	BANCO DE SANGRE	FLEBOTOMÍA	NO CUENTA CON CABLE DE ALIMENTACION, NO SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	$ 109.289
290	PM.20403	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	2000-A	(21) BA17872310306D	6/04/2026	27667	BANCO DE SANGRE	VALORACIÓN DEL DONANTE	PRESENTA DAÑO POR FISURAS EN CARGADOR	$ 80.145
291	PM.8156	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	09010912594S	6/04/2026	28013	BANCO DE SANGRE	VALORACIÓN DEL DONANTE	EQUIPO TRASLADADO A INVENTARIO DE BODEGA DE ALMACEN	$ 80.145
292	PM.14272	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200822793	1/04/2026	27850	BANCO DE SANGRE	VALORACIÓN DEL DONANTE	OK	$ 80.145
TOTAL: OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS										SUBTOTAL	$ 74.104.015
										IVA	$ 14.079.763
										TOTAL	$ 88.183.778

- **Periodo del 11 de abril al 30 de abril**

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
1	PM.14377	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032723	15/04/2026	27592	URGENCIAS	P. BICENTENARIO	OK	$ 64.166
2	PM.14389	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032499	15/04/2026	27929	URGENCIAS	TRIAGE	PRESENTA DETERIORO EN TECLADO DE FUNCIONES	$ 64.166
3	PM.14430	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032493	20/04/2026	28162	URGENCIAS	TRIAGE 1	OK	$ 64.166
4	PM.18352	BÁSCULA DIGITAL	DETECTO SCALES	TCS-200-RT	NR	29/04/2026	28494	URGENCIAS	URGENCIAS PEDIATRIA	EQUIPO TRASLADADO A BODEGA DE ALMACEN	$ 64.166
5	PM.18108	BÁSCULA DIGITAL	DETECTO SCALES	TCS-200-RT	NR	21/04/2026	28196	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2	OK	$ 64.166

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
6	PM.7230	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	17/04/2026	28043	URGENCIAS	PEDIATRIA	PRESENTA DETERIORO POR OXIDACION EN ESTRUCTURA METALICA	$ 64.166
7	PM.4258	BÁSCULA MECÁNICA	HEALTH O METER	402KL	4020014048	30/04/2026	28290	URGENCIAS	CONSULTORIO 3	PRESENTA DETERIORO POR OXIDACION EN ESTRUCTURA METALICA	$ 64.166
8	PM.16030	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	09101100440	29/04/2026	28346	URGENCIAS	TRIAGE PEDIATRIA	OK	$ 64.166
9	PM.18261	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-05008066	20/04/2026	28087	URGENCIAS	PEDIATRIA	OK	$ 262.294
10	PM.17523	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-91003487	30/04/2026	28046	URGENCIAS	P. BICENTENARIO	CABLE DE ECG PRESENTA DAÑO POR DETERIORO	$ 262.294
11	PM.17781	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-9A005536	29/04/2026	28186	URGENCIAS	OBSERVACION 1	EQUIPO ENCONTRADO EN UCIN (DESFIBRILADOR MONITOR)	$ 262.294
12	PM.18590	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART 3	EZ-08044864	23/04/2026	28082	URGENCIAS	PEDIATRIA	OK	$ 262.294
13	PM.18262	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-05008068	17/04/2026	28088	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 1	OK	$ 262.294
14	PM.18371	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-09009548	22/04/2026	28199	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2	OK	$ 262.294
15	PM.17783	DESFIBRILADOR - MONITOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-9A005534	13/04/2026	28093	URGENCIAS	SUTURAS	CABLE DE ELECTRODOS PRESENTA FISURA	$ 262.294
16	PM.17999	ELECTROCARDIÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	MAC 2000	SPW17400261PA	11/04/2026	27880	URGENCIAS	P. BICENTENARIO	PRESENTA LEVE VIBRACION EN TRAZO ECG	$ 218.579
17	PM.18249	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-601	360251-M20606280012	30/04/2026	28191	URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS	OK	$ 218.579
18	PM.19515	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-1200 EXPRESS	460016-M22202410001	14/04/2026	27950	URGENCIAS	OBSERVACION 2	OK	$ 218.579
19	PM.18107	ELECTROCAUTERIO	BOVIE	DERM 942	B4D3719081	22/04/2026	28201	URGENCIAS	SUTURAS	EQUUIPO NO POSEE ACCESORIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	$ 289.727
20	PM.5077	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	22/04/2026	28174	URGENCIAS	CONSULTORIO 6	OK	$ 51.002
21	PM.14448	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	22/04/2026	28098	URGENCIAS	TRIAGE PEDIATRIA	PRESENTA DAÑO EN CABLE ESPIRAL DE OFTALMOSCOPIO	$ 51.002
22	PM.14387	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	27/04/2026	28213	URGENCIAS	PEDIATRIA	REQUIERE CAMBIO DE CABEZAL DE OTOSCOPIO	$ 51.002
23	PM.5079	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	17/04/2026	27594	URGENCIAS	URGENCIAS PEDIATRIA	OK	$ 51.002
24	PM.14399	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	11/04/2026	28155	URGENCIAS	ESPECIALIDADES	OK	$ 51.002
25	PM.14424	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	30/04/2026	28004	URGENCIAS	SUTURAS	OK	$ 51.002
26	PM.15867	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	25/04/2026	28169	URGENCIAS	CONSULTORIO 3	OK	$ 51.002
27	PM.5192	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	17/04/2026	28166	URGENCIAS	CONSULTORIO 4	OK	$ 51.002
28	PM.5289	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	21/04/2026	28171	URGENCIAS	CONSULTORIO 5	OK	$ 51.002
29	PM.5190	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	16/04/2026	27914	URGENCIAS	CONSULTORIO 2	OK	$ 51.002
30	PM.15865	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	27/04/2026	28161	URGENCIAS	CONS. TRIAGE 1	REQUIERE CAMBIO DE FOCO DE OFTALMOSCOPIO	$ 51.002
31	PM.4470	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	20/04/2026	28164	URGENCIAS	CONS. TRIAGE 2	OK	$ 51.002

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
32	PM.4471	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	17/04/2026	27998	URGENCIAS	CONSULTORIO 1	OK	$ 51.002
33	PM.14388	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	15/04/2026	28080	URGENCIAS	P. BICENTENARIO	OK	$ 65.574
34	PM.4675	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	15/04/2026	27848	URGENCIAS	CONSULTORIO 2	OK	$ 65.574
35	PM.14400	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	21/04/2026	27925	URGENCIAS	TRIAGE 2	OK	$ 65.574
36	PM.4678	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	29/04/2026	28347	URGENCIAS	CONSULTORIO 5	ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN	$ 65.574
37	PM.14380	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	30/04/2026	28178	URGENCIAS	CON. GINECOLOGIA	OK	$ 65.574
38	PM.4673	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	29/04/2026	28348	URGENCIAS	URGENCIAS	ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN	$ 65.574
39	PM.20346	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS 300	NR	18/04/2026	28175	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 65.574
40	PM.20347	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS 300	NR	21/04/2026	27997	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 65.574
41	PM.15559	LÁMPARA PIELITICA	MINDRAY	HYLED 760	22-45000027	21/04/2026	28292	URGENCIAS	SUTURAS	REPRESENTA DETERIORO POR OXIDACION EN BASE METALICA, REQUIERE CAMBIO DE BATERIAS DE SOPORTE	$ 361.201
42	PG.2102	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	11/04/2026	28048	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2	OK	$ 36.430
43	NR	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	25/04/2026	28089	URGENCIAS	P. BICENTENARIO	OK	$ 36.430
44	PG.9852	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	27/04/2026	28092	URGENCIAS	PEDIATRIA	OK	$ 36.430
45	PG.2757	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	11/04/2026	28085	URGENCIAS	PEDIATRIA	OK	$ 36.430
46	PG.8868	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	18/04/2026	28095	URGENCIAS	PEDIATRIA	OK	$ 36.430
47	PG.2101	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	27/04/2026	28420	URGENCIAS	SUTURAS	ENCONTRADO EN ORTOPEDIA	$ 36.430
48	PG.2763	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	27/04/2026	28094	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 1	OK	$ 36.430
49	PG.2767	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	16/04/2026	28083	URGENCIAS	PEDIATRIA	OK	$ 36.430
50	NR	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	NR	22/04/2026	28084	URGENCIAS	PEDIATRIA	OK	$ 36.430
51	PM.17600	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC8	EW-91051440	28/04/2026	27938	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA DE SOPORTE	$ 284.152
52	PM.19187	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826023F	23/04/2026	28064	URGENCIAS	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE PILA DE MEMORIA	$ 284.152
53	PM.18589	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826024F	23/04/2026	28027	URGENCIAS	P. BICENTENARIO	EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, NO CUENTA CON BRAZALETE DE TENSION Y EL TACTIIL DE LA PANTALLA NO NO FUNCIONA	$ 284.152
54	PM.18585	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826044F	11/04/2026	27994	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 1	OK	$ 284.152
55	PM.18581	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826030F	11/04/2026	28007	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 1	EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA	$ 284.152
56	PM.19162	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009188	22/04/2026	28076	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2	NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA Y TAPA DE BATERIA	$ 284.152
57	PM.19278	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008915	22/04/2026	27467	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2	EQUIPO ENCONTRADO EN CIRUGIA	$ 284.152

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
58	PM.19264	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008617	17/04/2026	28212	URGENCIAS	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIMETRIA Y NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA	$ 284.152
59	PM.19186	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008640	14/04/2026	28010	URGENCIAS	ULTRACORTA	NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA	$ 284.152
60	PM.19269	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008911	14/04/2026	27882	URGENCIAS	PEDIATRIA	NO CUENTA CON BRAZALETE DE NIBP	$ 284.152
61	PM.19271	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008853	23/04/2026	28036	URGENCIAS	P. BICENTENARIO	NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA	$ 284.152
62	PM.19212	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008586	16/04/2026	27886	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 1	OK	$ 284.152
63	PM.19164	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008924	17/04/2026	28192	URGENCIAS	P. BICENTENARIO	NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA	$ 284.152
64	PM.19316	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008650	22/04/2026	28037	URGENCIAS	P. BICENTENARIO	OK	$ 284.152
65	PM.19228	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009306	29/04/20226	28202	URGENCIAS	PEDIATRIA	ENCONTRADO EN UCIN	$ 284.152
66	PM.19235	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009187	29/04/2026	27995	URGENCIAS	URGENCIAS	ENCONTRADO EN UCIN	$ 284.152
67	PM.19208	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009249	23/04/2026	28296	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO ENCONTRADO EN UCIN	$ 284.152
68	PM.19250	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009418	21/04/2026	27590	URGENCIAS	P. BICENTENARIO	OK	$ 284.152
69	PM.19175	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009273	27/04/2026	28042	URGENCIAS	PEDIATRIA	NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA	$ 284.152
70	PM.19265	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009256	29/04/2026	28222	URGENCIAS	PEDIATRIA	ENCONTRADO EN CONSULTA EXTERNA	$ 284.152
71	PM.19268	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008860	28/04/2026	27849	URGENCIAS	P. BICENTENARIO	OK	$ 284.152
72	PM.19238	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008885	23/04/2026	28033	URGENCIAS	PEDIATRIA	EQUIPO ENCONTRADO EN UCIN	$ 284.152
73	PM.19163	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009457	24/04/2026	27918	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA	$ 284.152
74	PM.19613	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009388	30/04/2026	27915	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 1	NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA, NO CUENTA CON TAPA PARA BATERIA	$ 284.152
75	PM.19245	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009433	21/04/2026	27593	URGENCIAS	PEDIATRIA	NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA Y REQUIERE CAMBIO DE BRAZALETE	$ 284.152
76	PM.19266	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0524	23/04/2026	27838	URGENCIAS	P. BICENTENARIO	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA Y PRESENTA DAÑO EN SENS. DE OXIMTRIA	$ 284.152
77	PM.19279	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0526	27/04/2026	27480	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2	EQUIPO ENCONTRADO EN CIRUGIA	$ 284.152

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
78	PM.19159	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0523	18/04/2026	28040	URGENCIAS	PEDIATRIA	OK	$ 284.152
79	PM.18252	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069-M20506600049	27/04/2026	27926	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA DE SOPORTE, NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA Y NO TIENE TAPA DE BATERIAS	$ 284.152
80	PM.18348	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069-M20606520018	27/04/2026	27937	URGENCIAS	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA,NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA, NO CUENTA CON TAPA DE COMPARTIMIENTO DE BATERIA	$ 284.152
81	PM.18347	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069-M20606520050	22/04/2026	27939	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 284.152
82	PM.18346	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069-M20606520048	30/04/2026	27932	URGENCIAS	URGENCIAS	CABLE DE ECG PRESENTA DETERIORO, ACRILICOS DE INDICADOR DE ALARMA FISURADOS Y NO CUENTA CON TAPA DE BATERIAS	$ 284.152
83	PM.18003	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13529	17/04/2026	27496	URGENCIAS	URGENCIAS	ENCONTRADO EN CIRUGIA	$ 284.152
84	PM.18251	MONITOR DE SIGNOS VITALES	IM50	EDAN	360069-M20506600023	27/04/2026	27837	URGENCIAS	URGENCIAS	PRESENTA DAÑO EN TAPA DE INDICADOR DE ALARMA	$ 284.152
85	PM.9230	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-1000A+	CC-97109525	23/04/2026	27470	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO ENCONTRADO EN URGENCIAS, REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, CARCASA FRONTAL CON RUPTURAS	$ 284.152
86	PM.19236	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0503	18/04/2026	28204	URGENCIAS	URGENCIAS	ENCONTRADO EN QUIRURGICOS, REQUIERE CAMBIO DE BATERIA	$ 284.152
87	PM.19261	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13533	28/04/2026	28029	URGENCIAS	URGENCIAS	NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA	$ 284.152
88	PM.19252	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13535	18/04/2026	28008	URGENCIAS	URGENCIAS	NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA	$ 284.152
89	PM.19239	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009201	18/04/2026	27879	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 284.152
90	PM.18674	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4225	30/04/2026	28099	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 284.152
91	PM.18671	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4412	30/04/2026	28063	URGENCIAS	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA Y NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA	$ 284.152
92	PM.18707	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A045661	29/04/2026	27845	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 284.152
93	PM.18709	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A045664	29/04/2026	27927	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 284.152
94	PM.18740	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055887	24/04/2026	27936	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 284.152
95	PM.18739	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055846	30/04/2026	28594	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO ENCINTRADO EN GINECO PEDIATRIA	$ 284.152

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
96	PM.20209	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055825	27/04/2026	28031	URGENCIAS	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, PRESENTA RUPTURA EN CARCASA INTERNA Y EN ROSCA DE TORNILLOS DE AJUSTE	$ 284.152
97	PM.18742	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027671	22/04/2026	27841	URGENCIAS	URGENCIAS	PRESENTA DETERIORO EN CABLE ECG	$ 284.152
98	PM.18741	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027551	22/04/2026	27934	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 284.152
99	PM.18743	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027317	23/04/2026	28179	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 284.152
100	PM.18806	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027680	30/04/2026	27595	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 284.152
101	PM.18672	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4410	27/04/2026	27935	URGENCIAS	URGENCIAS	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, TACTIL DE PANTALLA NO FUNCIONA	$ 284.152
102	PG.9880	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-97206423	23/04/2026	27944	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2	OK	$ 109.289
103	PG.9881	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-97206421	25/04/2026	28096	URGENCIAS	TRIAGE PEDIATRIA	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA (BATERIA INFLAMADA), CARCASA ROTA EN PARTE INFERIOR	$ 109.289
104	PG.9879	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-97206424	27/04/2026	28197	URGENCIAS	URGENCIAS	PRESENTA BATERIA INFLAMADA	$ 109.289
105	NR	SIERRA CORTA YESOS	REDA	31210-21	NR	29/04/2026	28193	URGENCIAS	SUTURAS	OK	$ 131.147
106	PM.8203	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	110600002284	22/04/2026	27885	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 1	MANIJA DE SUJECION ROTA	$ 116.575
107	PM.19151	SUCCIONADOR	PULMO-MED	7E-C	YU21040356	18/04/2026	28069	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 116.575
108	PM.16797	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	160829114275	18/04/2026	28293	URGENCIAS	TRIAGE 1	OK	$ 80.145
109	PM.14378	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122104856	17/04/2026	28041	URGENCIAS	PEDIATRIA	OK	$ 80.145
110	PM.14374	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101112122322	20/04/2026	28172	URGENCIAS	CONSULTORIO 6	OK	$ 80.145
111	PM.14394	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122151020	15/04/2026	27921	URGENCIAS	SUTURAS	OK	$ 80.145
112	PM.14398	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122161909	11/04/2026	28002	URGENCIAS	SUTURAS	OK	$ 80.145
113	PM.5003	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	90109084941	16/04/2026	27999	URGENCIAS	CONSULTORIO 1	OK	$ 80.145
114	PM.7759	TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	29405036	24/04/2026	28156	URGENCIAS	CONSULTORIO 2	OK	$ 80.145
115	PM.5204	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	9010931227	11/04/2026	28267	URGENCIAS	CONSULTORIO 3	OK	$ 80.145
116	PM.5959	TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	29404975	16/04/2026	28268	URGENCIAS	CONSULTORIO 4	OK	$ 80.145
117	PM.17691	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	190116170405	13/04/2026	27943	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2	OK	$ 80.145
118	PM.14407	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122160103	17/04/2026	28160	URGENCIAS	CONS. TRIAGE 1	OK	$ 80.145
119	PM.6302	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	99570841	14/04/2026	28157	URGENCIAS	CONS. TRIAGE 2	OK	$ 80.145
120	PM.3634	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	41117214032	15/04/2026	27884	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2	PRESENTA DETERIORO POR OXIDACION EN BASE METALICA	$ 80.145
121	PM.18258	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	200508163775	21/04/2026	27842	URGENCIAS	PEDIATRIA	OK	$ 80.145
122	PM.18260	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	200508171455	13/04/2026	28176	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 1	OK	$ 80.145
123	PM.18349	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	200818111555	20/04/2026	28170	URGENCIAS	ULTRACORTA	OK	$ 80.145

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
124	PM.3563	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	41117214132	20/04/2026	27847	URGENCIAS	P. BICENTENARIO	OK	$ 80.145
125	PM.9136	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	70104074130	23/04/2026	28050	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO ENCONTRADO EN UCIN ADULTOS	$ 80.145
126	PM.3633	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	41117214231	28/04/2026	27846	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 80.145
127	PM.17599	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	180604171375	22/04/2026	27840	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 80.145
128	PM.8924	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130611071066	22/04/2026	27877	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 80.145
129	PM.20043	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	220117135350	15/04/2026	27591	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 80.145
130	PM.18255	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	200508170925	16/04/2026	27916	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 80.145
131	PM.3627	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	041117213934	27/04/2026	28560	URGENCIAS	URGENCIAS	PRESENTA FISURA EN TAPA ACRILICA Y DETERIORO POR OXIDACION EN ESTRUCTURA METALICA	$ 80.145
132	PG.8901	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450767	29/04/2026	28246	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 59.125
133	PM.19258	VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENT	ADVANCE	201141181081A1V	29/04/2026	28350	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 568.305
134	PM.18737	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006762	29/04/2026	28214	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 568.305
135	PM.19180	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS33322	20/04/2026	28011	URGENCIAS	URGENCIAS	PANTALLA PRESENTA FALLA INTERMITENTE DE COMUNICACION	$ 568.305
136	PM.19226	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS37358	27/04/2026	28100	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 568.305
137	PM.19225	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37243	30/04/2026	28066	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 568.305
138	PM.19206	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS34192	30/04/2026	28595	URGENCIAS	P. BICENTENARIO	ENCONTRADO EN IMAGENOLOGIA	$ 568.305
139	PM.19202	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37113	27/04/2026	28553	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2	OK	$ 568.305
140	PM.19199	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS30111	13/04/2026	28206	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2	REQUIERE CAMBIO DE FILTRO DE AAIRE, ENCONTRADO EN MEDICINA INTERNA	$ 568.305
141	PM.19157	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS33729	11/04/2026	28065	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2	OK	$ 568.305
142	PM.19222	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37772	23/04/2026	28070	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2	OK	$ 568.305
143	PM.19231	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS36872	15/04/2026	28068	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 568.305
144	PM.19302	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS30711	23/04/2026	27948	URGENCIAS	URGENCIAS	OK	$ 568.305
145	PG.9916	VIDEO LARINGOSCOPIO	VS-10H	MEDCAPTAIN	1140120020182	21/04/2026	28003	URGENCIAS	SUTURAS	NO CUENTA CON CABLE DE ALIMENTACION AC DC	$ 339.260
146	PG.9917	VIDEO LARINGOSCOPIO	VS-10H	MEDCAPTAIN	1140120020185	30/04/2026	28044	URGENCIAS	PEDIATRIA	PRESENTA FALLA EN DISPLAY (LA IMAGEN SE CONGELA AL MOVER EL CABEZAL DEL EQUIPO)	$ 339.260

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
147	NR	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	21/04/2026	28086	URGENCIAS	BICENTENARIO	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION	$ 36.430
148	PG.10063	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M23909710112	11/4/2026	28030	URGENCIAS	TRIAGE	MANTENIMIENTO CORRESPONDIA A MARZO	$ 0
149	PG.10065	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M23909710114	13/4/2026	28177	URGENCIAS	BICENTENARIO	MANTENIMIENTO CORRESPONDIA A MARZO	$ 0
150	PM.17785	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-9A005533	18/04/2026	28269	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	EQUIPO ENCONTRADO EN GINECOPEDIATRIA	$ 262.294
151	PM.18695	ECOGRAFO	ESAOTE	MYLAB SIGMA	321160	18/04/2026	28270	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	PRESENTA DAÑO EN PUERTO PRINCIPAL DE TRANSDUCTORES, PRESENTA FISURA EN CUERPO DE TRANSDUCTOR L4-15, SE RECOMIENDA MANTENER EQUIPO CONECTADO	$ 1.092.894
152	PM.19514	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-1200 EXPRESS	M21B13990003	14/04/2026	28271	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	OK	$ 218.579
153	PG.2773	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	18/04/2026	28272	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	OK	$ 36.430
154	PG.2086	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	14/04/2026	28273	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	EQUIPO ENCONTRADO EN URGENCIAS	$ 36.430
155	PM.14267	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133365	18/04/2026	27933	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA DE SOPORTE, ENCONTRADO EN URGENCIAS	$ 284.152
156	PM.17364	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC15	JM 76001837	18/04/2026	28345	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	OK	$ 284.152
157	PM.17368	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC15	JM 76001835	18/04/2026	28274	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	EQUIPO ENCONTRADO EN CIRUGIA	$ 284.152
158	PM.19165	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009417	13/04/2026	28275	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	EQUIPO ENCONTRADO EN URGENCIAS	$ 284.152
159	PM.19216	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13537	18/04/2026	28276	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	ENCONTRADO EN URGENCIAS	$ 284.152
160	PM.19272	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009441	15/04/2026	28277	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	EQUIPO ENCONTRADO EN URGENCIAS PEDIATRIA	$ 284.152
161	PM.19248	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008636	14/04/2026	28278	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA Y ENCONTRADO EN URGENCIAS	$ 284.152
162	PM.19273	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009445	18/04/2026	28279	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	PRESENTA DETERIORO EN CABLE DE SENSOR DE OXIMETRIA	$ 284.152
163	PM.18802	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027629	13/04/2026	28280	UCIN ADULTOS	CUARTO PISO	OK	$ 284.152
164	PM.18731	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006756	15/04/2026	28281	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	OK	$ 568.305
165	PM.18694	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-14006675	18/04/2026	28282	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	OK	$ 568.305
166	PM.18690	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-14006676	18/04/2026	28283	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	OK	$ 568.305

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
167	PM 18691	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-14006689	13/04/2026	28284	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	OK	$ 568.305
168	PM 18732	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006757	14/04/2026	28285	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	ENCONTRADO EN URGENCIAS PEDIATRIA	$ 568.305
169	PM 18734	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006759	13/04/2026	28295	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	REQUIERE FILTROS DE AIRE, ENCONTRADO EN MEDICINA INTERNA	$ 568.305
170	PM 18735	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006760	14/04/2026	28182	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	OK	$ 568.305
171	PM 18733	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006758	15/04/2026	28189	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	OK	$ 568.305
172	PM 18736	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006761	17/04/2026	28152	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	OK	$ 568.305
173	PM.19262	VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENT	ADVANCE	201141171081A1V	30/04/2026	27533	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	ENCONTRADO EN UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	$ 568.305
174	PM.19255	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS33643	14/04/2026	28032	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	REQUIERE CAMBIO DE FILTROS	$ 568.305
175	PM.18693	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-19006685	16/04/2026	28153	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	OK	$ 568.305
176	PG.9918	VIDEO LARINGOSCOPIO	VS-10H	MEDCAPTAIN	1140120020151	13/04/2026	27863	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	EQUIPO ENCONTRADO EN CIRUGIA	$ 339.260
177	PM.14397	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032528	30/04/2026	28228	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 109	PRESENTA DETERIORO EN DISPLAY	$ 64.166
178	PM.5158	BÁSCULA PESA BEBÉ	HEALTH O METER	522KL	5220000325	30/04/2026	28229	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 107	PRESENTA DETERIORO EN ESTRUCTURA, NO CUENTA CON TAPA DE PORTAPILAS Y ADPTADOR AC/DC	$ 64.166
179	PM.16033	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	9101100362	29/04/2026	28230	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 101	PRESENTA DAÑO EN DISPLAY Y PORTABATERIAS	$ 64.166
180	PM.16028	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	09101100007	30/04/2026	28231	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIOS	NO CUENTA CON ADAPTADOR AC/DC	$ 64.166
181	PM.16626	COLPOSCOPIO	LEISEGANG	3MVCS-131112	16-095007	30/04/2026	28251	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 111	OK	$ 262.294
182	PM.14444	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	27/04/2026	27923	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 107	EQUIPO ENCONTRADO EN URGENCIAS	$ 51.002
183	PM.14415	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	29/04/2026	28232	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 101	OK	$ 51.002
184	PM.14375	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	30/04/2026	28233	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 108	OK	$ 51.002
185	PG.8898	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	29/04/2026	28234	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 104	PRESENTA DETERIORO EN MANGUERA SILICONADA	$ 36.430
186	PG.8881	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	30/04/2026	28236	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 106	PRESENTA DETERIORO EN MANGUERA SILICONADA	$ 36.430
187	PG.1789	FONENDOSCOPIO	RIESTER	DÚPLEX	NR	29/04/2026	28259	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 104	OK	$ 36.430

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
188	PG.8877	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	28/04/2026	28260	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 109	OK	$ 36.430
189	PG.5080	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	NR	28/04/2026	28261	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 110	OK	$ 36.430
190	PG.8900	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	30/04/2026	28252	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 101	OK	$ 36.430
191	PG.9668	FOTOSFORO	WELCH ALLYN	REF. 49000	17080512	30/04/2026	28265	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 106	PRESENTA FISURAS EN MONTURA FRONTAL	$ 51.002
192	PM.14416	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	30/04/2026	28253	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 106	OK	$ 65.574
193	PM.14425	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	29/04/2026	28238	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 101	OK	$ 65.574
194	PM.14440	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	29/04/2026	28254	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 104	OK	$ 65.574
195	PM.14429	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	29/04/2026	28237	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 102	OK	$ 65.574
196	PM.14433	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	28/04/2026	28255	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 106	OK	$ 65.574
197	PM.14396	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	29/04/2026	28256	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 110	OK	$ 65.574
198	PM.14436	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	29/04/2026	28257	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 109	OK	$ 65.574
199	PM.14445	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	30/04/2026	28239	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 105	OK	$ 65.574
200	PM.14376	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	30/04/2026	28258	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 103	OK	$ 65.574
201	PM.15769	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137346	30/04/2026	28221	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 106	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA DE SOPORTE	$ 284.152
202	PM.19207	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008796	29/04/2026	28220	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 106	CABLE ECG PRESENTA DETERIORO	$ 284.152
203	NR	SIERRA CORTA YESOS	REDA	31210-21	NR	30/04/2026	28240	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 103	OK	$ 131.147
204	PG.3881	SIERRA CORTA YESOS	STRYKER	CAST CUTTER	435501093	28/04/2026	28241	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 104	OK	$ 131.147
205	PM.13648	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	05001400011972	29/04/2026	28216	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 109	PRESENTA LEVE DETERIORO POR OXIDACION EN BASE METALICA	$ 116.575
206	PM.14427	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122152316	29/04/2026	28219	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 101	OK	$ 80.145
207	PM.14382	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122154621	30/04/2026	28218	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 107	OK	$ 80.145

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
208	PM.14438	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122155004	28/04/2026	27924	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 108	EQUIPO ENCONTRADO EN URGENCIAS	$ 80.145
209	NR	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ESTUCHE	150127003128	28/04/2026	28217	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 106	OK	$ 80.145
210	PM.14423	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122144400	28/04/2026	28173	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 110	ENCONTRADO EN URGENCIAS	$ 80.145
211	PM.20039	TENSIÓMETRO	HILL ROM	ATRIL	220117141400	30/04/2026	28242	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 108	SE CORRIGE MARCA DEL EQUIPO HILL ROM)	$ 80.145
212	PG.8891	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450534	28/04/2026	28159	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 104	ENCONTRADO EN URGENCIAS	$ 59.125
213	PG.8899	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450028	27/04/2026	28165	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 103	ENCONTRADO EN URGENCIAS	$ 59.125
214	PG.8886	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450537	30/04/2026	28243	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 108	PRESENTA DETERIORO EN CABLE ESPIRAL	$ 59.125
215	PG.8872	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450769	28/04/2026	28245	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 109	PRESENTA DETERIORO EN CABLE ESPIRAL	$ 59.125
216	NR	FONENDOSCOPIO	PRESTIGE MEDICAL	ADULTO NR	NR	29/4/2026	28288	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 1	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION	$ 36.430
217	NR	FONENDOSCOPIO	PRESTIGE MEDICAL	ADULTO NR	NR	29/4/2026	28287	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 3	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION	$ 36.430
218	NR	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	NR	29/4/2026	28289	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 4	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION	$ 36.430
219	PG.10060	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M23909710105	29/4/2026	28262	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 6	MANTENIMIENTO CORRESPONDIA A MARZO	$ 0
220	PG.10061	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M23909710113	30/4/2026	28263	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 7	MANTENIMIENTO CORRESPONDIA A MARZO	$ 0
221	PG.10062	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M23909710116	30/4/2026	28264	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 8	MANTENIMIENTO CORRESPONDIA A MARZO	$ 0
222	PG.9683	ELECTROESTIMULADOR TENS	SKYLARK	SD-610D PLUS	R131009430	22/04/2026	28341	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA FÍSICA	PARCHES DE ELECTRODOS PRESENTAN DETERIORO.	$ 51.002
223	PG.9684	ELECTROESTIMULADOR TENS	SKYLARK	SD-610D PLUS	R131009503	22/04/2026	28188	UNIDAD APOYO TERAPÉUTIC	TERAPIA FÍSICA	NO CUENTA CON PARCHES DE ELECTRODOS	$ 51.002
224	NR	ELECTROESTIMULADOR TENS	INTENSITY (Roscoe Medical)	TWIN STIMI III	SZ5211265907	20/04/2026	28078	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA FÍSICA	REQUIERE CAMBIO DE PARCHES PARA ELECTRODOS	$ 51.002
225	NR	ELECTROESTIMULADOR TENS	INTENSITY (Roscoe Medical)	TWIN STIMI III	SZ5211265906	21/04/2026	28077	UNIDAD APOYO TERAPÉUTIC	TERAPIA FÍSICA	OK	$ 51.002
226	NR	MASAJEADOR TERAPEUTIC	WAHL	HOT-COLD 4295*-400	NR	21/04/2026	28223	UNIDAD APOYO TERAPÉUTIC	TERAPIA RESPIRATORIA	OK	$ 218.579
227	NR	MASAJEADOR TERAPEUTICO	WAHL	HOT-COLD 4295*-400	NR	21/04/2026	28067	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA	PRESENTA DETERIORO Y FISURA EN CARCASA, NO CUENTA CON LA MAYORIA DE ACCESORIOS Y NO FUNCIONA RESISTENCIA ELECTRICA	$ 218.579

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
228	NR	MASAJEADOR TERAPEUTICO	WAHL	HOT-COLD 4295'-400	NR	21/04/2026	28224	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA	PRESENTA DETERIORO Y FISURA EN CARCASA Y NO FUNCIONA RESISTENCIA ELECTRICA	$ 218.579
229	NR	MASAJEADOR TERAPEUTICO	WAHL	HOT-COLD 4295'-400	NR	22/04/2026	28184	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA	PRESENTA DETERIORO EN CARCASA Y NO FUNCIONA RESISTENCIA ELECTRICA	$ 218.579
230	NR	MASAJEADOR TERAPEUTICO	WAHL	HOT-COLD 4295'-400	NR	21/04/2026	28225	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA	ENCONTRADO EN URGENCIAS PEDIATRIA, PRESENTA DETERIORO EN CARCASA Y NO FUNCIONA RESISTENCIA ELECTRICA	$ 218.579
231	NR	MASAJEADOR TERAPEUTICO	WAHL	HOT-COLD 4295'-400	NR	21/04/2026	28226	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA	ENCONTRADO EN URGENCIAS PABELLON BICENTENARIO, PRESENTA DETERIORO EN CARCASA Y NO FUNCIONA RESISTENCIA ELECTRICA	$ 218.579
232	PG.9685	MEDIDOR DE PRESIÓN PARA NEUMOTAPONADOR	VBM	MANUJET	171659	21/04/2026	28183	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	UCIN	OK	$ 102.003
233	PM.17068	TANQUE DE PAQUETES FRÍOS	INTERFISICA	12 PAQUETES	170512-1642540076	20/04/2026	28208	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA FÍSICA	OK	$ 102.003
234	PM.17357	BAÑO DE FLOTACIÓN	THERMO FISHER SCIENTIFIC	DIGITAL	130781CB1808	28/04/2026	141083917	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA	SE EVIDENCIA DESGASTE NEGATIVO DE LA RESISTENCIA	$ 528.232
235	PM.17354	CENTRAL DE INCLUSIÓN	THERMO FISHER SCIENTIFIC	HISTOSTAR	HS7347A1807 / HS7365C1807	28/04/2026	141072486	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA	OK	$ 1.034.605
236	PM.17356	CITOCENTRÍFUGA	THERMO FISHER SCIENTIFIC	CYTOSPIN 4	CY212801807	28/04/2026	141085243	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA	SE EVIDENCIAN FISURAS EN LA PARTE PLASTICA DE LA BISAGRA	$ 1.034.605
237	PM.17358	MICROSCOPIO TRINOCULAR	OLYMPUS	CX33	8B40509	28/04/2026	141085252	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA	SE EVIDENCIA QUE LA GOMA DEL REVOLVER DE OBJETIVOS ESTA DESGASTADA	$ 753.235
238	PM.17355	MICRÓTOMO DE ROTACION MANUAL	THERMO FISHER SCIENTIFIC	HM 325	S18050947	28/04/2026	141072468	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA	OK	$ 1.035.335
239	PM.17353	PROCESADOR DE TEJIDO	THERMO FISHER SCIENTIFIC	EXCELSIOR AS	ET59501806	28/04/2026	141072494	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA	SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE KIT ANUAL, YA QUE PODRIA PRESENTAR FUGAS DE AIRE O LLENADO INSUFICIENTE	$ 3.601.445
										FILTRO CARBON ACTIVADO PARA EXCELSIOR AS	$ 1.520.547
										FILTRO DE PERMANGANATO DE POTASIO EXCELSIOR CANT: 2	$ 3.531.048
240	PG.9964	SIERRA CORTA YESOS	REDA	NR	31210-21	28/042026	28074	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA	OK	$ 131.147
241	PM.17673	BALANZA DIGITAL	SECA	22089	8856334180164	29/04/2026	28072	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA	OK	$ 80.144
242	PM.18355	BALANZA DIGITAL	SECA	22089	8856288190124	29/04/2026	28073	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA	OK	$ 80.144

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES	PRECIO
243	PM.17672	HORNO DE SECADO	BINDER	FD-S 056	20186300014445	29/04/2026	28075	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA	OK	$ 335.154
TOTAL: SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MICTE										SUBTOTAL	$ 59.926.259
										IVA	$ 11.385.989
										TOTAL	$ 71.312.248


3. **El contratista deberá incluir en el servicio la labor de un coordinador, quien atenderá los requerimientos de tipo administrativo por parte del Supervisor designado por el Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E.** El contratista incluyó en la labor como supervisor a la Ingeniera Biomédica Jennifer Carolina Venegas Alfonso identificada con cedula de ciudadanía N° 1'015.405.123. para atender todos los requerimientos de tipo administrativo.

4. **El contratista debe garantizar que el personal relacionado en el ítem 5.2.2. del estudio previo, disponga durante las visitas, las herramientas, equipos, y demás elementos necesarios para adelantar dicho servicio con oportunidad y eficacia.** El supervisor manifiesta que, durante las visitas, el personal de servicio (Ingenieros de soporte y auxiliares de soporte) dispuso las herramientas, equipos y demás elementos para la ejecución del contrato, siendo estos los siguientes:

   - ✓ Juego de destornilladores de estrella
   - ✓ Juego de destornilladores de pala
   - ✓ Juego de llaves mixta
   - ✓ Juego de llaves Bristol
   - ✓ Juego de llaves torx
   - ✓ Llave expansiva de 2, 8 y 12"
   - ✓ Hombre solo
   - ✓ Alicates, pinzas, martillo
   - ✓ Juego de copas milimétricas
   - ✓ Multímetro
   - ✓ Cautín
   - ✓ Analizador de desfibriladores:
   - ✓ Analizador de incubadoras
   - ✓ Analizador de oximetría
   - ✓ Simulador de signos vitales
   - ✓ Analizador de electro bisturís
   - ✓ Analizador de flujo de gas
   - ✓ Simulador de presión sanguínea no invasivo
   - ✓ Estuche de masas
   - ✓ Otros requeridos para las actividades

5. **Prestar el servicio contratado, asegurando el correcto funcionamiento y la operación continua de los equipos biomédicos, evitando las paradas o salidas de operación de los mismos; y dar cumplimiento a las rutinas de mantenimiento según fabricante de cada uno de ellos.** El contratista cumplió con el correcto funcionamiento y operación de los equipos, que están dentro de las especificaciones del contrato, para el periodo del 30 de marzo al 10 de abril y del 11 de abril al 30 de abril.

6. **Cumplir con el plan de mantenimiento preventivo para los equipos biomédicos que operan en el HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E., (Cronograma de mantenimiento), a desarrollar durante la ejecución del contrato; De acuerdo a las recomendaciones del manual de servicio y teniendo en cuenta el servicio donde se encuentran instalados.** La supervisión a través de apoyo a la supervisión manifestó que, el contratista cumplió con el plan de mantenimiento preventivo biomédico de acuerdo con lo requerido contractualmente.



7. **Apoyar al supervisor en la presentación y seguimiento de los indicadores del área de mantenimiento Biomédico, que permitan medir la gestión de la Tecnología Biomédica en la institución, siendo insumo para la formulación e implementación de planes de mejora a que haya lugar.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista apoyó con los datos respectivos para el cumplimiento de los indicadores según la proyección del cronograma de mantenimiento.

CUMPLIMIENTO GENERAL	
ESTADO	**EQUIPOS**
EQUIPOS ENCONTRADOS SEGUN PROYECCION	288
EQUIPOS NO ENCONTRADOS	36
EQUIPOS FUERA DE SERVICIO	13
EQUIPOS OCUPADOS CON PACIENTE	4
EQUIPOS DADO DE BAJA	6
EQUIPOS DE BODEGA OBS 4	2
EQUIPOS NO PROYECTADOS	2
TOTAL	**351**


Gráfico 1. Periodo del 30 de marzo al 10 de abril de 2026

CUMPLIMIENTO GENERAL	
ESTADO	**EQUIPOS**
EQUIPOS ENCONTRADOS SEGUN PROYECCION	234
EQUIPOS NO ENCONTRADOS	55
EQUIPOS FUERA DE SERVICIO	18
EQUIPOS OCUPADOS CON PACIENTE	3
EQUIPOS DADO DE BAJA	6
EQUIPOS NO EJECUTADOS	11
MANTENIMIENTO CORRESPONDIA EN MARZO	5
EQUIPOS NO PROYECTADOS	4
TOTAL	**336**

Grafico 2. Periodo del 11 al 30 de abril de 2026

8. **Cuando sea requerido, prestar apoyo en las auditorias de estado de los equipos biomédicos en comodato, previa solicitud del supervisor del contrato.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, a la fecha no se han presentado auditorías a los equipos biomédicos en comodato.

9. **Realizar inducción al personal asistencial que labora en los diferentes servicios asistenciales del Hospital, sobre el buen manejo, cuidado y correcto uso de los equipos, y tecnología biomédica de la Empresa; previa solicitud del supervisor del contrato.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista capacitó al personal asistencial con el objetivo de dar a conocer el correcto funcionamiento de los equipos biomédicos. (Se anexa planilla de asistencia).



HOR

ASISTENCIA


TIPO DE ASISTENCIA: REUNIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☑ ACTIVIDAD ☐ SOCIALIZACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO ☐

FECHA: 9 APRIL /2026 HORA: TEMA: MANEJO Y CUIDADO DE AUTOCLAVES

PROCESO RESPONSABLE: NOMBRE RESPONSABLE: ING. DE PLANTA LUGAR: ESTERILIZACION

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO	EDAD	EXPERIMENTADO	TERMINADO	APTO	NUMERO DE DOCUMENTO	DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Vanesa Palencia					X	1112816534			3149164140		
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

Planilla correspondiente al Informe 1.



HOR

ASISTENCIA

TIPO DE ASISTENCIA: ☐ REUNIÓN ☒ CAPACITACION ☐ ACTIVIDAD ☐ REGISTRO DE ENTREGA

FECHA: 16. 4. 2026 HORA: 9:00 AM TEMA: MANEJO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

RESPONSABLE: CRISTIAN GOMEZ LUGAR: URGENCIAS

	NOMBRES Y APELLIDOS											
	Patricia Mesa R	X										
	Yue cepeda	X										
	Leidy Pedraza	X										
	Laura Ximena Rios C	X										
	Ana Silva Fonseca											
	Inna Jaramillo	X										

Planilla correspondiente al Informe 2.

10. **Mantener actualizadas las hojas de vida de los equipos biomédicos que operan en HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E., objeto del contrato; en las que se incluyan las especificaciones técnicas puntuales para cada equipo.** Durante lo transcurrido de la ejecución del periodo del 30 de marzo al 10 de abril y del 11 de abril al 30 de abril, el contratista cumplió con la actualización de las hojas de vida de los equipos intervenidos, esto, con el objetivo de llevar una trazabilidad más rigurosa a los mismos.

11. **El contratista debe contar con los equipos necesarios para realizar la labor encomendada, entre los que se encuentran: Analizador de desfibriladores, analizador de incubadoras, analizador de oximetría, simulador de signos vitales, analizador de electro bisturís, analizador de flujo de gas, simulador de presión sanguínea no invasivo, estuche de masas, y certificación de calibración de todos los patrones y demás necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de estos.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista contó con los equipos y elementos requeridos para cada mantenimiento preventivo, como se muestra en las siguientes imágenes, en los periodos del 30 de marzo al 10 de abril y del 11 de abril al 30 de abril.






12. **Presentar informes mensuales, en los cuales debe reportar los siguientes Ítems:**

    a. **Fallas y daños presentados en los equipos, identificando los equipos, tiempo de no funcionamiento, causa y solución.**
    b. **Mantenimientos realizados identificando los equipos.**
    c. **Actividades desarrolladas identificando los equipos.**
    d. **Riesgos y precauciones básicas identificando los equipos.**
    e. **Inventarios actualizados de equipos.**
    f. **Anexar recibidos a satisfacción de parte de los usuarios identificando los equipos.**
    g. **Indicadores biomédicos.**





La presente información se adjunta en el informe del contratista y esta en el expediente contractual:

Se adjunta descripción de los informes:

- **Periodo del 30 de marzo al 10 de abril de 2026**

CUMPLIMIENTO GENERAL	
ESTADO	**EQUIPOS**
EQUIPOS ENCONTRADOS SEGUN PROYECCION	288
EQUIPOS NO ENCONTRADOS	36
EQUIPOS FUERA DE SERVICIO	13
EQUIPOS OCUPADOS CON PACIENTE	4
EQUIPOS DADO DE BAJA	6
EQUIPOS DE BODEGA OBS 4	2
EQUIPOS NO PROYECTADOS	2
TOTAL	**351**

- **Periodo del 11 al 30 de abril de 2026**

CUMPLIMIENTO GENERAL	
ESTADO	**EQUIPOS**
EQUIPOS ENCONTRADOS SEGUN PROYECCION	234
EQUIPOS NO ENCONTRADOS	55
EQUIPOS FUERA DE SERVICIO	18
EQUIPOS OCUPADOS CON PACIENTE	3
EQUIPOS DADO DE BAJA	6
EQUIPOS NO EJECUTADOS	11
MANTENIMIENTO CORRESPONDIA EN MARZO	5
EQUIPOS NO PROYECTADOS	4
TOTAL	**336**

13. **Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista presentó dos informes: el primer informe comprende el periodo del 30 de marzo al 10 de abril de 2026 y el segundo informe comprende el periodo del 11 al 30 de abril de 2026, con el desarrollo de sus actividades, incluyendo copia de los reportes de los mantenimientos realizados durante lo transcurrido del contrato.

14. **Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.** Durante el periodo comprendido entre el treinta (30) de marzo al treinta (30) de abril, el contratista ha mantenido la reserva, confidencialidad de la información, garantizando la protección de los datos durante la ejecución contractual.

15. **El contratista deberá acatar las directrices impartidas por el supervisor del contrato con referente al plan de contingencia y los protocolos institucionales.** El contratista acató todas las directrices impartidas por la supervisión a través del apoyo a la supervisión, para el periodo del 30 de marzo al 30 de abril.

16. **Prestar por su cuenta y riesgo la implementación de controles para verificar la prestación del servicio contratado, conforme las normas legales.** Durante el periodo comprendido entre el treinta (30) de marzo al treinta (30) de abril, el contratista cuenta con un coordinador, que supervisa de manera continua la calidad del servicio prestado durante la ejecución del contrato y garantiza la ejecución de las actividades contractuales.

17. **Comunicar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del contrato, al respectivo funcionario encargado de la Supervisión.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión

manifiesta que, durante el periodo del 30 de marzo al 30 de abril no se presentaron novedades que afectaran el desarrollo de la ejecución del contrato.

18. **Sostener los precios enunciados en la propuesta, hasta el cumplimiento del objeto contractual.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, durante el periodo del 30 de marzo al 30 de abril, el contratista, ha sostenido los precios enunciados en la propuesta.

19. **Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del objeto contractual.** El contratista asumió los gastos incurridos y que no estaban contemplados en el presupuesto del contrato.

20. **Suscribir las actas que se generen en el desarrollo del objeto contractual.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista a la fecha ha suscrito el acta de inicio, el acta de pago parcial N°001.

21. **Las demás que por la naturaleza del objeto contractual sean necesarias para su cabal ejecución.** Durante el periodo comprendido entre el treinta (30) de marzo al treinta (30) de abril, el contratista ha cumplido con las solicitudes impartidas por la supervisión de manera diligente y oportuna.

Seguidamente, se relaciona el desarrollo de las **obligaciones Especificas** ejecutadas en el periodo del treinta (30) de marzo del 2026 al treinta (30) de Abril del 2026, quedando de la siguiente manera:

1. **Sostener los precios enunciados en la propuesta, hasta el cumplimiento del objeto contractual.** Durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo al 30 de abril, el contratista ha mantenido los precios establecidos en la oferta inicial presentada, garantizando el cumplimiento de las condiciones económicas pactadas.

2. **El contratista deberá responder por todos los daños que se causen a los equipos biomédicos, durante los mantenimientos preventivos, causados por impericia u omisión de su personal, o por el incumplimiento del cronograma de mantenimientos preventivos. En consecuencia, en caso de presentarse dicha situación, deberá realizar la reposición del equipo en caso de avería total del mismo por uno igual o de mejores características y tecnología que el averiado, o realizar su reparación, de forma inmediata y previo requerimiento del supervisor. La presente situación será soportada con la hoja de vida de cada uno de los equipos.** Durante lo transcurrido del periodo del 30 de marzo al 30 de abril, no se han presentado daños a los equipos que interfieran con personal contratado para este proceso.

3. **Responder por la conducta de su personal y mantener la supervisión directa sobre el mismo.** Durante el periodo comprendido del 30 de marzo al 30 de abril, el contratista cuenta con un coordinador el cual supervisa las tareas administrativas y técnicas para garantizar el cumplimiento de las actividades relacionadas con la ejecución contractual.

4. **Realizar acompañamiento en las visitas de habilitación de la secretaria de Salud Departamental en el estándar 3 "Dotación y mantenimiento", en cumplimiento de la Resolución 3100 del 2019, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social; previo requerimiento del supervisor.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, para el periodo del 30 de marzo al 30 de abril no se presentaron visitas de habilitación, por parte de la secretaria de salud departamental.

5. **Si en la ejecución de las visitas de mantenimiento preventivo, el contratista detecta un mal uso o deficiencia en las condiciones de utilización de los equipos, deberá realizar el reporte y presentarlo al supervisor del contrato designado por la entidad, en el que recomiende las medidas a adoptar para su buen uso.** Durante lo transcurrido del periodo del 30 de marzo al 30 de abril, no se reportaron deficiencias en la utilización de los equipos.

6. **Constituir las pólizas exigidas y entregarlas oportunamente para su aprobación y mantenerlas vigente todas las garantías que amparen el contrato en los términos de este.** El contratista constituyó las pólizas exigidas oportunamente para su aprobación, manteniendo la vigencia de todas las garantías que amparan el contrato, las cuales reposan en el expediente de este y en la plataforma del secop.

DESCRIPCION DE GARANTIAS						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**NUMERO DE POLIZA**	**AMPARO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**FECHA DE APROBACION**	**VALOR ASEGURAD**
SEGUROS DEL ESTADO SA	11-44-101280490	CUMPLIMIENTO	28/03/2026	31/03/2027	30/03/2026	$130.641.605,60
		PRESTACIONES SOCIALES	28/03/2026	30/09/2029		$130.641.605,60
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENE	28/03/2026	30/09/2027		$130.641.605,60
		CALIDAD DEL SERVICIO	28/03/2026	31/03/2027		$130.641.605,60
	11-40-101090589	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/03/2026	10/10/2026		**$350.181.000,00**

7. **Cumplir con los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia, propios del contratista y respecto del personal a su cargo; así como, con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal, que se deriven de su vinculación.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que para el periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2026 al 30 de abril de 2026 el contratista dio cumplimiento a las obligaciones contratadas y acorde con las certificaciones expedidas el 17 de Junio de 2026, primera certificación: del 30 de marzo al 10 de abril del 2026 y la según certificación: del 11 de abril al 30 de abril de 2026, por el contador público **JORGE ALEJANDRO VARGAS CÓRDOBA** con tarjeta profesional No.267655-T y firmada por el Representante Legal Suplente **CRISTIAN GILBERT GÓMEZ ARENAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 86.054.045 expedida en Villavicencio, donde certifica que, cumplió con los pagos de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia, propios del contratista y respecto del personal a su cargo; así como, con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal, que se deriven de su vinculación.

8. **Presentar los informes (en medio magnético y /o impreso) solicitados por la Supervisión del contrato**. La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista presentó los informes en medio impreso, el primer informe comprende el periodo del 30 de marzo al 10 de abril de 2026 y el segundo informe comprende el periodo del 11 al 30 de abril de 2026.

9. **Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y en trabamientos que pudieran presentarse.** Durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo al 30 de abril, el contratista ha actuado con responsabilidad, transparencia y compromiso durante la ejecución contractual correspondiente para los periodos, del 30 de marzo al 10 de abril de 2026 y el 11 al 30 de abril de 2026.

10. **Responder ante las autoridades judiciales de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.** Durante el periodo comprendido entre 30 de marzo al 30 de abril, el contratista no tuvo requerimientos por parte de los entes de control.

11. **Cumplir con la implementación de la Resolución 0312 de 2019 de los Estándares Mínimos del SGSST. De acuerdo con el tamaño de la empresa Decreto 1072 de 2015.**

    La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que el médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo avala el cumplimiento de la implementación de la Resolución 0312 de 2019 de los Estándares Mínimos del SGSST, de acuerdo con el tamaño de la empresa Decreto 1072 de 2015, durante la ejecución de la labor contratada mediante las siguientes certificaciones: certificación No. 304.26-186 expedida con fecha del 25 de junio de 2026 que avala el cumplimiento para el periodo del 30 de marzo de 2026 al 10 de abril del 2026 y la certificación No 304.26-188 expedida con fecha del 06 de julio de 2026 que avala el cumplimiento para el periodo del 11 de abril de 2026 al 30 de abril del 2026.

12. **Cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad de la entidad, publicados en HOSPINET.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que el médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo avala el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la entidad pública en Hospinet mediante las siguientes certificaciones: certificación No. 304.26-186 expedida con fecha del 25 de junio de 2026 que avala el cumplimiento para el periodo del **30 de marzo de 2026 al 10 de abril del 2026** y la certificación No 304.26-188 expedida con fecha del 06 de julio de 2026 que avala el cumplimiento para el periodo del **11 de abril de 2026 al 30 de abril del 2026.**

13. **Asistir a la inducción del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente antes de iniciar las actividades contractuales.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista participó de las inducciones dirigidas por las áreas anteriormente mencionadas.

Por parte de 360 Plus:

- Tema. Concepto de incidente y accidente de trabajo y como prevenirlo, Fecha: 24 de Abril de 2026.

14. **Informar a la supervisión cuando el contrato presente un avance 70% de ejecución.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que para el periodo del 30 de marzo al 30 de abril aún no se cumple el 70% de la ejecución del contrato.

15. **Participar cuando se requiera, de las reuniones, campañas, charlas, actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y ambiente, solicitadas por HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E, durante la ejecución de la labor contratada.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que el médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo avala el cumplimiento de las actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y ambiente, solicitadas por HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E, durante la ejecución de la labor contratada mediante las siguientes certificaciones: certificación No. 304.26-186 expedida con fecha del 25 de junio de 2026 que avala el cumplimiento para el periodo del 30 de marzo de 2026 al 10 de abril del 2026 y la certificación No 304.26-188 expedida con fecha del 06 de julio de 2026 que avala el cumplimiento para el periodo del 11 de abril de 2026 al 30 de abril del 2026.

16. **Garantizar condiciones seguras para sus trabajadores y subcontratistas.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que el médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo avala el cumplimiento de las condiciones seguras para sus trabajadores y subcontratistas, mediante las siguientes certificaciones: certificación No. 304.26-186 expedida con fecha del 25 de junio de 2026 que avala el cumplimiento para el periodo del 30 de marzo de 2026 al 10 de abril del 2026 y la certificación No 304.26-188 expedida con fecha del 06 de julio de 2026 que avala el cumplimiento para el periodo del 11 de abril de 2026 al 30 de abril del 2026.

17. **Cumplir con los requisitos en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente que le apliquen, contemplados en el presente documento. MANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES CODIGO: GCL-SST-M-06 FECHA: 11/11/2022 VERSION: 1 PAGINA 10 DE 20.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que el médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo avala el cumplimiento de los requisitos en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente que le aplicaron, contemplados en el presente documento. MANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES CODIGO: GCL-SST-M-06 FECHA: 11/11/2022 VERSION: 1 PAGINA 10 DE 20, mediante las siguientes certificaciones: certificación No. 304.26-186 expedida con fecha del 25 de junio de 2026 que avala el cumplimiento para el periodo del 30 de marzo de 2026 al 10 de abril del 2026 y la certificación No 304.26-188 expedida con fecha del 06 de julio de 2026 que avala el cumplimiento para el periodo del 11 de abril de 2026 al 30 de abril del 2026.

18. **Acatar las modificaciones o sugerencias en seguridad, dadas por el interventor, supervisor o responsable de SST a los procedimientos o las actividades que adelante, cuando existan condiciones inseguras para**

el contratista, sus trabajadores, subcontratistas, instalaciones o para los trabajadores del hospital. La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, no se presentaron modificaciones o sugerencias en materia de seguridad, para el periodo comprendido entre entre 30 de marzo al 30 de abril.

19. **Dar cumplimiento a las demás exigencias legales aplicables a su actividad económica.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que el contratista 360 PLUS S.A.S a dado cumplimiento a las exigencias legales aplicables a su actividad económica para el periodo comprendido entre entre 30 de marzo al 30 de abril, las cuales fueron aprobadas por el área jurídica de la institución como consta en el expediente contractual.

20. **Entregar al HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E cuando se requiera, toda la documentación y/ soportes en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que el médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo avala el cumplimiento en la entrega de toda la documentación y/ soportes en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente cuando se requirió, mediante las siguientes certificaciones: certificación No. 304.26-186 expedida con fecha del 25 de junio de 2026 que avala el cumplimiento para el periodo del 30 de marzo de 2026 al 10 de abril del 2026 y la certificación No 304.26-188 expedida con fecha del 06 de julio de 2026 que avala el cumplimiento para el periodo del 11 de abril de 2026 al 30 de abril del 2026.

21. **Participar cuando se requiera, de las reuniones de Seguridad, Salud en el Trabajo y ambiente, solicitadas por HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E, durante la ejecución de la labor contratada.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que el médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo avala el cumplimiento en la participación, de las reuniones de Seguridad, Salud en el Trabajo y ambiente, solicitadas por HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E, durante la ejecución de la labor contratada cuando se requirió, mediante las siguientes certificaciones: certificación No. 304.26-186 expedida con fecha del 25 de junio de 2026 que avala el cumplimiento para el periodo del 30 de marzo de 2026 al 10 de abril del 2026 y la certificación No 304.26-188 expedida con fecha del 06 de julio de 2026 que avala el cumplimiento para el periodo del 11 de abril de 2026 al 30 de abril del 2026.

a. Análisis de la información presupuestal y financiera con sus soportes.

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 653.208.028	
VALOR ACTA PARCIAL N°001	Treinta (30) de marzo del 2026 al treinta (30) de Abril del 2026.		$ 159.496.026
SALDO A FAVOR HORO			$ 493.712.002
SUMAS IGUALES		$ 653.208.028	$ 653.208.028

3. CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

- Que, a los veintiocho (28) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026), las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios **No. CD/26-1122 DEL 28 DE MARZO DE 2026,** cuyo objeto es: **PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.,** por valor de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 653.208.028).**

- Que, a los treinta (30) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026), las partes suscribieron acta de inicio del contrato de prestación de servicios No. **CD/26-1122 DEL 28 DE MARZO DE 2026,** por el término de SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EN NINGÚN CASO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA EXIGIDA. Fecha de inicio 30 de marzo de 2026 y fecha de terminación: 29 de septiembre de 2026.

- Que, el día 18 de junio de 2026 se suscribió transacción No. 329 mediante la factura N° TSP104, por el área de almacén, en lo ejecutado del contrato de prestación de servicios No. **CD/26-1122 DEL 28 DE MARZO DE 2026,** para el periodo del 30 de marzo al 10 de abril.

- Que, el día 22 de junio de 2026 se suscribió transacción No. 333 mediante la factura N° TSP105, por el área de almacén, en lo ejecutado del contrato de prestación de servicios No. **CD/26-1122 DEL 28 DE MARZO DE 2026,** para el periodo del 11 de abril al 30 de abril.

- Que, el 25 de junio de 2026 el médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo avala el cumplimiento con la CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: ítems 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 20 mediante certificación **No. 304.26-186**, expedida por el médico especialista en SST, **HERNAN DARIO HERNANDEZ SANTACOLOMA**, en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2026 al 10 de abril del 2026.

- Que, el 06 de julio de 2026 el médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo avala el cumplimiento con la CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: ítems 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 20 mediante certificación **No. 304.26-188**, expedida por el médico especialista en SST, **HERNAN DARIO HERNANDEZ SANTACOLOMA**, en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante el periodo comprendido entre el 11 de abril del 2026 al 30 de abril del 2026.

- Que, el profesional de apoyo a la supervisión, el Ingeniero Biomédico **JEYNNER ALFONSO MALDONADO PEREZ**, mediante certificación No. 305.2026-061 expedida el 29 de Julio de 2026, avala el cumplimiento de las actividades establecidas en la Clausula OCTAVA "Obligaciones del Contratista" en las actividades 1-13, 15, 17, 18, 19 y 20 y en las obligaciones especificas del contratista 2-5, 7 y 8 del Contrato en mención, en el periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2026 al 30 de abril del 2026.

- Que, una vez revisado el informe presentado por el contratista, la supervisión verifica que para el periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2026 al 30 de abril de 2026 el contratista dio cumplimiento a las obligaciones contratadas y acorde con las certificaciones expedidas el 17 de Junio de 2026, primera certificación: del 30 de marzo al 10 de abril del 2026 y la según certificación: del 11 de abril al 30 de abril de 2026, por el contador público **JORGE ALEJANDRO VARGAS CÓRDOBA** con tarjeta profesional No.267655-T y firmada por el Representante Legal Suplente **CRISTIAN GILBERT GÓMEZ ARENAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 86.054.045 expedida en Villavicencio, donde certifica que, cumplió con los pagos de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia, propios del contratista y respecto del personal a su cargo; así como, con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal, que se deriven de su vinculación.

- Que, las pólizas del contrato de prestación de Servicios **CD/26-1122 DEL 28 DE MARZO DE 2026** se encuentra vigentes a la fecha, de acuerdo con las condiciones contratadas sin que se requiera ampliación de estas, como se relacionan a continuación:

DESCRIPCION DE GARANTIAS						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**NUMERO DE POLIZA**	**AMPARO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**FECHA DE APROBACION**	**VALOR ASEGURADO**
SEGUROS DEL ESTADO SA	11-44-101280490	CUMPLIMIENTO	28/03/2026	31/03/2027	30/03/2026	$130.641.605,60
		PRESTACIONES SOCIALES	28/03/2026	30/09/2029		$130.641.605,60
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENE	28/03/2026	30/09/2027		$130.641.605,60
		CALIDAD DEL SERVICIO	28/03/2026	31/03/2027		$130.641.605,60
	11-40-101090589	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/03/2026	10/10/2026		**$350.181.000,00**

En constancia las partes acuerdan y firman por los que en ella intervienen en el contrato de prestación de servicios **No. CD/26-1122 DEL 28 DE MARZO DE 2026.**

RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Supervisor del contrato

JEYNNER ALFONSO MALDONADO PEREZ
Profesional de Apoyo Supervisión del contrato
Ingeniero Biomédico

Aprobó: RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN
Cargo: Subgerente Administrativo y Financiero

Revisó: MARLY JASBLEIDY BARRERO ROJAS
Cargo Profesional de Apoyo - SAF

Revisó: KRISS DESPILDAR MARQUEZ SOLANO
Cargo: Prof. Esp. GAF

Elaboró: JEYNNER ALFONSO MALDONADO PEREZ
Cargo: Prof. Ing. Biomédica

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora jurídica
1ª Copia: Contratista
Serie y Subserie: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS