**INFORME No. 02**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** | **406** | **DEL AÑO:** | **2026** |
| **CONTRATISTA:** | **GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.** | **NIT No.** | **900.757.947-3** |
| **OBJETO:** | SERVICIO DE: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA ECOGRAFOS MARCA GENERAL ELECTRIC, DE** LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA. | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **JULIO DE 2026** | | |

**EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| VALOR DEL CONTRATO | VALOR FACTURADO | FECHA DE INFORME | SALDO | FACTURA |
|---|---|---|---|---|
| 96.252.888,00 | 1.903.191,00 | JUNIO DE 2026 | 94.349.697,00 | 109614 |
| | 4.204.808,00 | JULIO DE 2026 | 90.144.889,00 | 110749 |

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 406 DE 2026**

**HACE CONSTAR:**

Que: **GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **JULIO DE 2026,** REALIZO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ECOGRAFOS **MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO VOLUSON P8 SERIE VP8810084 Y AL ECOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO VOLUSON E6 SERIE D55985,**DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo estipulado en el objeto del contrato, tal como lo certifica el Coordinador de Gestión de las Tecnologías Biomédicas de la institución, y registrados en las Ordenes de Servicios, documentos adjuntos a la presente.

| PERSONA NATURAL | | | PERSONA JURÍDICA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOCUMENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | DOCUMENTO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL | | | FACTURA | X | |
| CUENTA DE COBRO | | | CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA | X | |
| INFORME DE ACTIVIDADES | | | CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | X | |
| | | | INFORME DE ACTIVIDADES | | |

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($ 4.204.808.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, julio de dos mil veintiséis (2026).

**VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS**
Supervisor Contrato

C.C. Carpeta del Contrato.
/**Dora v.** Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

## Notas Finales

1\AUT FACTURACION 18764111550810 DEL 2026/06/22 AUT NUM. DEL 110001 AL 300000 POR 24 MESES HASTA 2028/06/22

1\ GRANDES CONTRIBUYENTES Resol 012220 26/12/2022

1\ RESPONSABLE DE IVA. AUTORRETENEDORES RENTA RESOL 4638 23/06/16

1\

2\ ACTIVIDADES ECONOMICAS 4659 -3312 -4669 BOGOTA

3\1 La presente factura se expide de conformidad Ley 1231 de 2008 su aceptación expresa e irrevocable se entenderá dada si el beneficiario del bien o s ervicio dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción no reclama respecto de su contenido.

3\2 A partir del vencimiento de esta factura cobraremos intereses de mora a la tasa máxima legal permitida certificada Superintendencia Financiera (artíc ulo 884 Código de Comercio).

3\3 Si la cancelación de este título se realiza con cheque se aplicará a este el artículo 731 del código de Comercio. Favor cancelar nuestras cuentas con C heques cruzados a nombre de GE Healthcare Colombia S.A.S.

3\4 La firma en esta factura del comprador o persona autorizada significa el recibo a satisfacción de la mercancía y la obligación de pagar en los términos aquí estipulados.

4\ FACTURACION DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 30/06/2026 - 29/07/2026

5\ Cuatro Millones Doscientos Cuatro Mil Ochocientos Siete Pesos y con Ochenta y Ocho Centavos

6\ 60 DIAS

7\ SA-2440105

9\ 8909800669

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: 110749 FecFac: 2026-07-21 HorFac: 00:00:00-05:00 NitFac: 900757947 DocAdq: 891800231 ValFac: 3533452.00 ValIva: 671355.88 ValO troIm: 0.00 ValTolFac: 4204807.88 CUFE: 50ab62eed49b4ace9c5b589e730228aa6febe14f98ba6261f9886a6102f0f4cd9144bb7700e63bc267b08fa7 0d16eb62 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=50ab62eed49b4ace9c5b589e730228aa6febe14f98ba6261f9886a61 02f0f4cd9144bb7700e63bc267b08fa70d16eb62

NumFac: 110749 FecFac: 2026-07-21 HorFac: 00:00:00-05:00 ValFac: 4204807.88 CodImp1: 01 ValImp1: 671355.88 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 C odImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 3533452.00 NitOFE: 900757947 NumAdq: 891800231 TipoAmbiente: 1 String: 1107492026-07-2100:00:00-05:0 03533452.0001671355.88040.00030.004204807.889007579478918002311

**EL COORDINADOR DE LA GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS BIOMÉDICA**

**CERTIFICA:**

Que la empresa **GE HEALTHCARE S.A.S.** Identificada con el Nit: **900757947-3** prestó a satisfacción durante el mes de julio del 2026 mantenimiento preventivo de los **ECÓGRAFOS MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO VOLUSON P8 y VOLUSON E6** de la ESE HOSPITAL SAN UNIVERSITARIO RAFAEL DE TUNJA, soportado con la factura Nº **110749** de fecha 21 de julio de 2026, de acuerdo con el Contrato Nº **406** de 2026 cuyo objeto es **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA ECÓGRAFOS MARCA GENERAL ELECTRIC.**

**ECÓGRAFO marca GENERAL ELECTRIC modelo VOLUSON P8 serie VP8810084 según el reporte físico No. 17541642** de **GE HEALTHCARE**

**ECÓGRAFO marca GENERAL ELECTRIC modelo VOLUSON E6 serie D55985 según el reporte físico No. 17401355** de **GE HEALTHCARE**

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 4.204.807).**

Tunja 24 de julio de 2.026.

Atentamente,

**SANTIAGO ECHEVERRY PAVAS**
**Coordinador de la Gestión de las Tecnologías Biomédica**

Elaboró/Aida B

GE Healthcare

## Orden de Servicio

### Detalles del Cliente

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Cliente:** | ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja | **Nombre del Sitio:** | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL |
| **Dirección de la Cuenta:** | Colombia 150002 Boyaca Tunja Carrera 11 # 27-27 | **Dirección:** | CR 11 27 27 . TUNJA BOYACA C olombia |
| **Cliente #:** | 2691608 | **Contacto:** | Santiago Echeverry |
| **Contrato #:** | -- | **Teléfono de Contacto #:** | +S73226163357 |

### Detalles del Equipo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ID del Sistema/equipo:** | KP8VP8810084 | **Departamento:** | -- |
| **Número de série:** | VP8810084 | **Producto #:** | Voluson P8 BT18 |
| **UDI:** | (01)00840682138192(11) 211000(21)VP8810084 | **Descripción del producto:** | VOLUSON P8 BT18 |
| **Lot #:** | VP8810084 | **Modalidad:** | Ultrasound Generic |
| **Versión de Software:** | -- | | |

### Caso 17541642

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo del Caso:** | Corrective Repair | **Seguridad del Paciente** | |
| **Fecha de creación:** | 02 June 2026 | Preocupación de seguridad / mal funcionamiento reportable?: No | |
| **Case Owner:** | Diego Alejandro Betancourt | ¿Se estaba utilizando el dispositivo para el tratamiento?: Depot / Auto Gen | |

### WO-19146303

| | |
|---|---|
| **Ingeniero:** | Diego Alejandro Betancourt |
| **Tipo WO:** | Field Service |
| **Problema Informado:** | Durante PM se diagnosticó reemplazo de trackball |
| **Problema Identificado:** | # Hallazgos Pm case |
| **Acción realizada:** | # Se retira panel de operación<br># Se realiza instalación de kit de trackball<br># Se realizan pruebas de funcionamiento y respuesta sin novedad<br># Se dispone panel de operación y probe holders se revisa buen ajuste<br># TrackBall operando sin novedad |
| **Causa del Problema:** | # Desgaste por uso prolongado normal. Sensor óptico de TrackBall dañado |
| **Verificación / Pruebas Hechas:** | # Test de activación de cursor<br># Test de sistemas mecánico de trackball |

**Horas**

| TIPO | TÉCNICO | INÍCIO FECHA /HORA | FINAL FECHA /HORA | HORAS EXTRA | DURACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| Repair | Diego Alejandro Betancourt | 11 Jun. 2026 12:45 | 11 Jun. 2026 13:26 | 0.00 | 41 |

**Piezas**

| PRODUCTO ID | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | SERIE ANTIGUO# | NUEVO SERIE# | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| S9554920 | Laser trackball with accessory for Voluson performance series BT16 or later | -- | -- | 1 |

**Gastos**

No Expenses

**Herramienta**

No hay herramientas disponibles

GE Healthcare

## Orden de Servicio

**Firma del Técnico:**



**Nombre del Técnico:** Diego Alejandro Betancourt

**Fecha/Hora:** 11-Jun-2026 13:38

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Cliente:** Santiago Echeverry<br>**Nro de Documento del Cliente:**<br><br>11-Jun-2026 13:37<br>**Firma del Cliente 1:** | **Nombre del Cliente:**<br>**Nro de Documento del Cliente:**<br><br>**Firma del Cliente 2:** | **Nombre del Cliente:**<br>**Nro de Documento del Cliente:**<br><br>**Firma del Cliente 3:** |

El servicio remoto puede ser realizado por un ingeniero fuera del país, en este caso la información estará en inglés. Las traducciones del documento podrán ser realizadas bajo solicitud, en caso necesario

GE Healthcare

## Orden de Servicio

### Detalles del Cliente

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Cliente:** | ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja | **Nombre del Sitio:** | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL |
| **Dirección de la Cuenta:** | Colombia 150002 Boyaca Tunja Carrera 11 # 27-27 | **Dirección:** | CR 11 27 27 . TUNJA BOYACA C olombia |
| **Cliente #:** | 2691608 | **Contacto:** | Tania Rincon |
| **Contrato #:** | -- | **Teléfono de Contacto #:** | +573103726805 |

### Detalles del Equipo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ID del Sistema/equipo:** | KE6D55985 | **Departamento:** | -- |
| **Número de série:** | D55985 | **Producto #:** | VOLUSON E6 BT12 |
| **UDI:** | UDI Not Required | **Descripción del producto:** | VOLUSON E6 BT12 |
| **Lot #:** | D55985 | **Modalidad:** | Ultrasound Womens Health |
| **Versión de Software:** | N/A | | |

### Caso 17401355

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo del Caso:** | Corrective Repair | **Seguridad del Paciente** | |
| **Fecha de creación:** | 06 May 2026 | Preocupación de seguridad / mal funcionamiento reportable?: No | |
| **Case Owner:** | Andres Fernando Rodriguez Buitrago | ¿Se estaba utilizando el dispositivo para el tratamiento?: Depot / Auto Gen | |

### WO-18998914

| | |
|---|---|
| **Ingeniero:** | Oiego Alejandro Betancourt |
| **Tipo WO:** | Field Service |
| **Problema Informado:** | OPP Inspección de equipo |
| **Problema Identificado:** | Reparación del equipo por fallas en Software y perilla ZOOM |
| **Acción realizada:** | Se realiza reemplazo de la perilla del ZOOM. Por quiebre de la anterior<br>- se realiza verificación para instalacion de disco duro y la instalación de software. 12.0.6<br>- se encuentra la unidad de DVD AVERIADAY LOS PUERTOS USB. Posible sospecha de falla de la tarjeta RTH<br>- adicional se encuentra desgaste de botoneria de la consola. Y perillas.<br>- de manera intermitente se presenta en la pantalla de SCAN un color AZUL y algunas veces el equipo se reinicia solo. |
| **Causa del Problema:** | Software lento. |
| **Verificación / Pruebas Hechas:** | Equipo se requiere reemplazar esas partes para continuar con el diagnóstico y reparación del equipo |

**Horas**

| TIPO | TÉCNICO | INÍCIO FECHA /HORA | FINAL FECHA /HORA | HORAS EXTRA | DURACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| Travel | Andres Fernando Rodriguez Buitrago | 15 Jul. 2026 05: 30 | 15 Jul. 2026 07: 10 | 1.67 | 100 |
| Travel | Andres Fernando Rodriguez Buitrago | 15 Jul. 2026 07: 15 | 15 Jul. 2026 11: 56 | 0.75 | 281 |
| Repair | Andres Fernando Rodriguez Buitrago | 15 Jul. 2026 17: 00 | 15 Jul. 2026 19: 34 | 2.57 | 154 |
| Repair | Andres Fernando Rodriguez Buitrago | 15 Jul. 2026 19: 34 | 15 Jul. 2026 19: 54 | 0.33 | 20 |

**Piezas**

| PROOUCTO IO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | SERIE ANTIGUO# | NUEVO SERIE# | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| KTZ22087S | OIGIPOT ENCODER 64 VE8 | -- | -- | 1 |

**Gastos**

No Expenses

**Herramienta**

No hay herramientas disponibles

GE Healthcare

## Orden de Servicio

**Firma del Técnico:**



**Nombre del Técnico:** Andres Fernando Rodriguez Buitrago

**Fecha/Hora:** 15-Jul-2026 20:02

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Cliente:** Santiago Echeverry Pavas<br>**Nro de Documento del Cliente:** 1035834118<br><br>15-Jul-2026 20:02<br>**Firma del Cliente 1:** | **Nombre del Cliente:**<br>**Nro de Documento del Cliente:**<br><br>**Firma del Cliente 2:** | **Nombre del Cliente:**<br>**Nro de Documento del Cliente:**<br><br>**Firma del Cliente 3:** |

El servicio remoto puede ser realizado por un ingeniero fuera del país, en este caso la información estará en inglés. Las traducciones del documento podrán ser realizadas bajo solicitud, en caso necesario

Deloitte & Touches S.A.S.
NIT 860.005.813-4
Carrera 9 No. 78 – 31. Piso 1
Bogotá, D. C.
Colombia

Tel: +57 (601) 426 2000
www.deloitte.com/co

**El Suscrito Revisor Fiscal de**
**GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S**
**NIT. 900.757.947-3**

**CONSIDERACIONES:**

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2026.

4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:

   - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2291212000 Accrual- Social Security Taxes and Other del mes de junio de 2026 contra las planillas emitidas por Aportes en línea del mismo corte.

   - Verificación que el pago de la planilla No. 9507302581 emitida por Aportes en Línea correspondiente al mes de junio de 2026 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007.

   De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.

**CERTIFICA QUE:**
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por la administración, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de junio de 2026 mediante la planilla integrada de liquidación No. 9507302581 por valor COP $825.564.900.

Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte www.deloitte.com/co/conozcanos para obtener más información.

DOCUMENTATION VERIFIED

Deloitte.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la planilla emitida por Aportes en Línea que me ha suministrado la Compañía.

Esta certificación se expide por solicitud de la administración de la Compañía en la ciudad de Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de julio del año 2026.

MAIRA ALEJANDRA ORTEGA GONZALEZ

Digitally signed by MAIRA ALEJANDRA ORTEGA GONZALEZ
Date: 2026.07.08 08:44:54 -05'00'

**Maira Alejandra Ortega Gonzalez**
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 273270-T
Designado por Deloitte & Touche S.A.S.

DOCUMENTATION VERIFIED