GOBERNACION DEL META- SECRETARIA DE SALUD

ESTUDIO DE MERCADO DETALLADO PARA DEFINIR EL PRESUPUESTO OFICIAL

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CALIBRACION Y O VERIFICACION DE LOS EQUIPOS PORTATILES DE MEDICION IN SITU DEL GRUPO DE SALUD AMBIENTAL REQUERIDOS PARA APOYAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4, 5 Y 6 DEL DEPARTAMENTO DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

N°	ACTIVIDAD ESPECIFICA	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INMETRICAL NIT: 901.311.170		AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S NIT: 900.523.916-0		ABC Biomedicos S.A.S NIT: 901.297.355-2		PROMEDIO	
					VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PROMEDIO UNITARIO	VALOR TOTAL PROMEDIO
1	Servicio de mantenimiento preventivo de los equipos portátiles de laboratorio de referencia HI 97710	Inicialmente, recoger los equipos portátiles de laboratorio de referencia HI 97710 sin mantenimiento en las oficinas de la Secretaria de Salud del Meta Realizar el servicio de mantenimiento preventivo a los equipos portátiles de laboratorio de referencia HI 97710 (Fotómetro portátil para medir pH, Cloro Libre y Total), el cual incluya la limpieza general de la unidad óptica, la limpieza general de la placa principal, la limpieza general del teclado del instrumento, la limpieza general de los buses de comunicación, el repaso de los puntos de soldadura en mal estado, el reemplazo de piezas mecánicas (si lo requiere) y la limpieza externa. Adicionalmente realizar la respectiva calibración a todos los equipos portátiles de laboratorio de referencia HI 97710, para asegurar la exactitud, la trazabilidad metrológica y garantizar la confiabilidad de los análisis. Finalmente, entregar los equipos portátiles de laboratorio de referencia HI 97710 con el mantenimiento realizado en las oficinas de la Secretaria de Salud	UNIDAD	31	$ 483.854	$ 14.999.474	$ 481.950	$ 14.940.450	$ 483.140	$ 14.977.340	$ 482.981	$ 14.972.421

Observaciones: Para la elaboración de este estudio de mercado se toma el promedio de los precios correspondientes a las cotizaciones que fueron allegadas a la Secretaria de Salud del Meta, dicho analisis genera un valor para cada item

fecha de elaboracion: 11 de julio de 2026

Elaboró: valentina pulido andrade
cps-p

Revisó: Sandra Patricia Ruiz Rodriguez
profesional cps contrato 1173-2036

Aprobó: Yavir Alberto Monroy Palacio
Asesor Juridico