Tema del Informe: Actividades realizadas en el Laboratorio de Salud Pública que competen al mantenimiento preventivo del equipo analizador de mercurio.	**Fecha**			**Informe N°**
	Día	**Mes**	**Año**	
	11	12	2025	1

Tipo de informe: Parcial		Final	X

Contratista: INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S - INNOVATEK S.A.S.

Contrato No. 2025000514

Descripción del Informe de Actividades

El Contratista se obliga a prestar el servicio de mantenimiento preventivo especializado al analizador de mercurio DMA80 de la marca Milestone, propiedad del LSP de Nariño,

INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S - INNOVATEK S.A.S. con numero de Nit 830.034.462, realizo a satisfacción el mantenimiento preventivo del equipo analizador de mercurio DMA80 de la marca Milestone, y entrego la respectiva rutina con toda la información pertinente, adicionalmente se realiza cambio de resistencias y se entrega trampa de mercurio.

Conclusiones y Recomendaciones del Supervisor y/o Interventor

Se realizó la revisión del reporte de mantenimiento suministrado por el contratista INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S - INNOVATEK S.A.S. en compañía del referente técnico del área que levanto la necesidad y el área de gestión metrológica. Una vez confirmado que se cumplen los requisitos solicitados, se realiza actualización documental en cada equipo.

Los servicios adquiridos fortalecen el desarrollo de las actividades en las áreas del LSP en cumplimiento de la normatividad vigente.

Se recomienda destinar los recursos necesarios para garantizar la disponibilidad de este tipo de servicios para el adecuado funcionamiento del LSP en la planeación presupuestal de la próxima vigencia.

Nota: (en caso de presentar anexos con el informe enúncielos y adjúntelos a este documento)

Contratista	**Firma**
HISLÉN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Representante Legal de INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S	Firmado digitalmente por Hislén Hernández R. Fecha: 2025.12.11 11:50:40 -05'00'
Vo.Bo. Interventor o Supervisor	**Firma**
JORGE LUIS CERÓN PÉREZ Líder Laboratorio de Salud Pública de Nariño	