Ficha Técnica N°: 8065752885
Versión: 1.0
Fecha de Efectividad: 23/Nov/2020

FICHA TÉCNICA

Código Dispositivo: 8065752885
Nombre del Producto: INTREPID® TRANSFORMER I/A HP

Descripción del Dispositivo	INTREPID* TRANSFORMER I/A está indicado para su uso en la eliminación de material cortical, durante una cirugía de cataratas mediante incisión pequeña. El producto permite que el cirujano aspire el cristalino dentro del ojo, reemplazando los fluidos aspirados y el material del cristalino con solución salina. Cada INTREPID TRANSFORMER I/A contiene componentes estériles de un solo uso para usar en procedimientos de extracción del cristalino.
Material con que está fabricado el producto	Mango: Policarbonato Tubo de irrigación / aspiración: Acero inoxidable 304 Válvula de retención de sellado: Silicona
Tipo de Esterilización	Esterilizado por radicación gamma. **Un solo uso. No re utilizar.**
Presentación de Ventas	Empaque individual.
Sitio de Manufactura	.Alcon Research LLC. 1580 Alton Parkway. Irvine. CA 92618. USA.
Fabricante Legal	Alcon Laboratories Inc. 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099 USA
Certificación de Calidad (FDA; UE, etc.)	FDA y UE.
Condiciones de Almacenamiento	No hay condiciones específicas de almacenamiento, sin embargo, se recomienda almacenar a no más de 30°C.
Periodo de Eficacia (meses)	36 months
Material del Envase Primario	Blíster de Glicol Teraftalato de Polietileno (PETG) sellada con lámina de Tyvek®

Imagen orientativa del producto:



Ficha Técnica N°: 8065752885
Versión: 1.0
Fecha de Efectividad: 23/Nov/2020

VERSIONES FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: INTREPID® TRANSFORMER I/A HP

CODE: 8065752885

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIPCIÓN DEL CAMBIO
1.0	23-Nov-2020	Creación ficha técnica versión 1.0

Nombre y Firma del Autor del Documento: Lina Guio

Guio Buitrago, Lina

Digitally signed by Guio Buitrago, Lina
DN: cn=Guio Buitrago, Lina, ou=PDF Internal Signing, o=Alcon Vision, LLC
Reason: I am the author of this document
Date: 2020.11.23 11:10:39 -05'00'