MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FORMULARIO No. 1 DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL **ESTUDIO, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-200-2026-HOMIL** CUYO OBJETO ES **"SUMINISTRO DE PARCHE BIOLÓGICO DE PERICARDIO BOVINO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO DEL SERVICIO DE CARDIOVASCULAR QUE COMPONE LA UNIDAD CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"**

El comité técnico procede a dar respuesta oportuna a las observaciones realizadas por el oferente dentro del proceso de selección de la referencia de la siguiente manera:

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: RENAL MEDICAL MARKETING LIMITADA

31/08/2026 10:30 AM

Observación N° 1

En atención al proceso **MC-200-2026-HOMIL** y con el propósito de participar como oferentes en el insumo **PARCHE BIOLÓGICO DE PERICARDIO BOVINO**, código UNSPSC **42295900**, nos permitimos presentar la siguiente observación y solicitud de ajuste a las especificaciones técnicas establecidas.

Con el fin de ofertar los homólogos que cuentan con especificaciones equivalentes y aptos para satisfacer la necesidad institucional, solicitamos respetuosamente que las medidas requeridas para los parches biológicos de pericardio bovino sean ajustadas permitiendo referencias a partir de **7 cm**:

- Parche Biológico De Pericardio Bovino De 8 A 10cm X 10cm A 14cm **Homologo** Parches De Pericardio Bovino 7 X 14 Cm 0,25 X 0,40 Mm
- Parche Biológico De Pericardio Bovino De 5CM A 8 Cm X 8cm A 14 Cm **Homologo** Parches De Pericardio Bovino 7 X 7 Cm 0,25 X 0,40 Mm

Por lo anterior, solicitamos que las especificaciones contemplen medidas desde **7 cm** como dimensión mínima, ya que se mantienen las demás características técnicas, funcionales y de calidad requeridas para el procedimiento clínico correspondiente.

Tomado de secop II – 1 anexo

RESPUESTA. El comité técnico acepta la observación se modifica anexo técnico

Elaboró:



Dr. William Norberto Sánchez Maldonado
Comité Técnico Estructurador
Jefe Unidad Clínico Quirúrgico