No. De Acta: 001

CONTRATO No. 100-13-03.20260666 **DE FECHA** 28/05/2026 **SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y EL CONTRATISTA/PROVEEDOR**: la señora FABIO ANDRES GARCIA RODRIGUEZ representante legal de LOGISTICA INTEGRAL FG.
NIT/C.C. No.: 901067086

En Cali a los 31 días del mes de Agosto de 2026, el (la) supervisor(a) del Contrato No. 100-13-03.20260664**, José Javier Grueso Quintero,** suscribe la presente acta de recibido.

OBJETO DEL ACTA: Informar del recibido a satisfacción del Objeto del Contrato en mención
OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compra de equipos requeridos para el desarrollo de las actividades de inspección y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, los alimentos y las zoonosis, en cumplimiento de las funciones misionales de salud ambiental a cargo de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca UESVALLE, en el departamento del Valle del Cauca

VALOR TOTAL: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS MCTE. ($36,483,700.00), IVA incluido.
FORMA DE PAGO: El contrato se pagará en (1) una única cuota por el 100% del valor del contrato una vez se ejecute la totalidad del objeto contractual, con visto bueno a satisfacción.

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles, siguientes a la fecha de radicación de la factura (Original y dos copias), acompañada de la respectiva documentación que soporta el cumplimiento del objeto contractual

VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de ejecución es de noventa (90) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

FECHA DE: INICIO 01 de junio de 2026 **TERMINACIÓN:** 31 de agosto de 2026 **SUSPENSIÓN:** N/A

En cumplimiento del objeto contratado la Señora FABIO ANDRES GARCIA RODRIGUEZ representante legal de LOGISTICA INTEGRAL FG realizo las siguientes actividades o Entregó los siguientes elementos:

RELACION DE LOS BIENES RECIBIDOS:

Para la entrega de los siguientes elementos del contrato:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

1	FOTÓMETRO PORTÁTIL DE COLOR DE AGUA: Rango 0 a 500 PCU (unidades de platino cobalto), resolución: 1 PCU, precisión @25°c: ±10 PCU ±5% de la lectura, registro: 50 lecturas, métodos: adaptación del método estándar para el análisis de aguas y aguas residuales, método colorimétrico platino cobalto, pantalla: 128 x 64 pixel b/w LCD con retroiluminación, apagado: automático después de 15 minutos sin actividad (30 minutos antes de una medición), ambiente: 0 a 50 °C (32 a 122 °F) 0 hr, peso: 380 g (13,4 oz) tipo de batería: 1.5 V AA alcalina (3 Und) dimensiones: 142,5 x 102,5 x 50,5 mm (5,6 x 4,0 x 2,0"), fuente de luz: diodo emisor de luz (led), ancho de banda del filtro: 8 nm, precisión del filtro: ±1.0 nm, detector de luz: fotocelda de silicona con filtro de interferencia de banda estrecha @420 nm, tipo de cubeta: redonda, 24.6 mm diámetro con certificado de calibración con trazabilidad de los patrones. 	3
2	POCKET COLORÍMETRO: Cloro Libre y total, con maletín pantalla: LCD, con retroiluminación parámetro: cloro, pH peso, 0,25 kg protección de la carcasa (ip): ip67, resistente al agua a 1 m durante 30 minutos rango de medición: 0,1 - 10,0 mg/l cl_2; 6,0 - 8,5 pH. Registrador de datos: últimas 50 mediciones con certificado de calibración con trazabilidad de los patrones. 	3

3	TERMÓMETRO: Para refrigerador y congelador contiene: alarma tipo digital para nevera con sonda. Rango: -50 °C a 70 °C, Resolución: 0,1°, Precisión 1°C, cable 1m, con mínimo baterías incluidas. 	3
4	TERMOHIGLÓMETRO: Rango: temperatura de -50 a 70°C, Precisión: ± 1°C, Humedad 25-95% mín y máx, Precisión de ±2% de humedad. Pantalla jumbo 1-1/8 pulgadas con certificado de calibración y trazabilidad de los patrones. 	6

5	TERMÓMETRO INFRARROJO: Lectura Digital rango de temperatura -50 A 550°C / °F E=0.95 FIJA - Robusto diseño ergonómico y para propósitos generales. de lectura digital, presentar el certificado de calibración trazable. 	1
6	CONGELADOR: Horizontal 138 litros 	1

7	TERMÓMETRO DE PUNZÓN: análogo con sonda de acero inoxidable. 	24
8	TERMÓMETRO INALÁMBRICO DIGITAL: para nevera y congelador con alarma y registros de temperatura alta/baja. Sensores de termómetro digital. Incluye un termómetro de refrigerador y un termómetro congelador que transmiten mediciones de forma inalámbrica a la pantalla digital. Pantalla LCD fácil de leer con respaldo magnético para el montaje en nevera. El ojo de cerradura integrado para el montaje en pared o el soporte plegable para colocar en la nevera. Alarmas de temperatura personalizables: se alerta de los picos de temperatura causados por dejar por error la puerta del refrigerador o congelador abierta. 	24

Se dio cumplimiento a cabalidad con el objeto contratado, lo mismo que con la obligación del pago de la seguridad social en consecuencia **Sí** [X] **/ No** [ ] se procederá a la liquidación del mismo de conformidad a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

Siendo el día 31 del mes de Agosto de 2026, se da por terminada la presente diligencia,

SUPERVISOR

Nombre: José Javier Grueso Quintero
Cargo:
Firma: _____

Original: Contabilidad. Segunda copia, con original de la factura: Almacén Tercera copia: Gestión de Contratación