Báscula Pesa Bebé	
Nombre del equipo	Báscula pesa bebé electrónica neonatal / infantil
Tipo de equipo	Báscula electrónica pediátrica
Marca	Charder Medical
Modelo	MS3500
Serial o lote	NA
Ubicación	HI El Trencito
Código interno o placa ID	04
Responsable del equipo	Coordinador de HI
Fecha de ingreso	Febrero 2025
Instrucciones de uso	• Ubique el equipo en una superficie plana y firme. • Verifique que esté encendido y marque “0.000”. • Si usa manta, active la función tara. • Acueste al bebé centrado sobre la bandeja removible. • Lea el valor en el display de números grandes y claros. • Puede usarse sin bandeja como báscula de piso para niños. **Mantenimiento:** • Limpie con paño húmedo y desinfectante suave. • Realice labores de asepsia regularmente. • No sumerja ni exponga a golpes. • Almacenar en lugar seco y lejos de olores fuertes.
Datos técnicos	• Capacidad: 20 kg • Sensibilidad: • 5 g para pesos menores a 10 kg • 10 g para pesos mayores a 10 kg • Alimentación: Baterías 9V o adaptador 110V • Material: Bandeja de polietileno, estructura de aluminio • Dimensiones: Súper delgado (2 cm de grosor) • Display: Números grandes, lectura en kilos o libras
Sensibilidad	5 g (<10 kg) / 10 g (≥10 kg)
Capacidad	20 kg
Anexos	Manual de uso

Trazabilidad de calibración:

N°	Fecha	Resultado	Observaciones
1	28/05/2025	Apto	Adecuado funcionamiento
2	06/06/2026	Apto	Adecuado funcionamiento

Verificaciones intermedias:

N°	Fecha	Resultado	Observaciones
1	11/12/2024	CUMPLE	Adecuado funcionamiento
2	15/09/2025	CUMPLE	Adecuado funcionamiento
3	23/02/2026	CUMPLE	Adecuado funcionamiento