CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE REPORTE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2203-26

DATOS DEL SERVICIO

Nombre del Cliente:	Nombre Del Responsable:	Fecha:
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	19/06/2026
Sede:	**Area:**	**Ubicación:**
PRINCIPAL	SEGUIMIENTO Y RECUPERACION	SEGUIMIENTO Y RECUPERACION
Dirección:	**Teléfono:**	**Ciudad:**
CRA. 106A #67-02, ENGATIVÁ	(601) 6477117	BOGOTÁ

Equipo:	Marca:	Modelo:	Serie:	Inventario:
EQUIPO DE ÓRGANOS	POCKET LED	901026	00732094195958_007321094175934	1286
Servicio Solicitado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO			

REPORTE DE SERVICIO

Mantenimiento Preventivo (MP)	X	Mantenimiento Correctivo (MC)		Instalación (IN)		Calibración (CA)		Verificación (VE)	
Contrato		Comodato		Garantía		Tipo de Garantía			

Mes Cronograma	Fecha de Inicio	Hora de Llegada	Hora Salida
JUNIO	19/06/2026	8:00	17:00
	Fecha de Término	Hora de Llegada	Hora Salida
	19/06/2026	8:00	17:00

DETALLE DE TRABAJO

SE REALIZA INSPECCIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL EQUIPO, SE VERIFICA MANGO, CABEZALES, BOMBILLOS, ESTADO DE BATERÍAS, INTERRUPTORES, NIVELES DE LUZ Y FILTROS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS FUNCIONALES.

REQUIERE REPUESTOS:	SI		NO	X	REPUESTOS INSTALADOS:	SI		NO	X

REPUESTO	CANTIDAD	RECIBIDO POR	CODIGO
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

INFORMACION DE ENTREGA:					Servicio Concluido:	SI	X	NO	
En Funcionamiento	X	Con Falla		Fuera de Servicio				Dado de Baja	

OBSERVACIONES:	Se realiza revision general del equipo y se encuentra en buen estado, se realiza limpieza general del equipo, conectores, portapilas, switch y revision de bombilla

INGENIERO DE SERVICIO	CLIENTE . USUARIO
JESUS ANDRES RUANO	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2203-26

Nombre del Cliente:	**INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA**
Ubicación:	**SEGUIMIENTO Y RECUPERACION**

Equipo:	**EQUIPO DE ÓRGANOS**		
Marca:	**POCKET LED**	**Modelo:**	**901026**
Serie:	**00732094195958_007321094175934**	**Inventario:**	**1286**

Actividad	SI	NO	N.A
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo.	**X**		
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	**X**		
Inspeccionar cabezal de otoscopio.	**X**		
Verificar lente de proyección oftalmoscopio.	**X**		
Inspeccionar cabezal de oftalmoscopio.	**X**		
Inspeccionar estado y autonomía de baterías.	**X**		
-			
-			
-			
-			

Fecha de Realización:	19/06/2026



INGENIERO DE SERVICIO