CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE REPORTE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2256-26

DATOS DEL SERVICIO

Nombre del Cliente:	Nombre Del Responsable:	Fecha:
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	21/07/2026
Sede:	**Area:**	**Ubicación:**
PRINCIPAL	NUTRICION	AREA DE FRIO
Dirección:	**Teléfono:**	**Ciudad:**
CRA. 106A #67-02, ENGATIVÁ	(601) 6477117	BOGOTA

Equipo:	Marca:	Modelo:	Serie:	Inventario:
TERMÓMETRO	STEREN Termómetro digital para refrigeración	N.R	N.R	N.R
Servicio Solicitado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO			

REPORTE DE SERVICIO

Mantenimiento Preventivo (MP)	X	Mantenimiento Correctivo (MC)		Instalación (IN)		Calibración (CA)		Verificación (VE)	
Contrato		Comodato		Garantía		Tipo de Garantía			

Mes Cronograma	Fecha de Inicio	Hora de Llegada	Hora Salida
JULIO	21/07/2026	8:00	17:00
	Fecha de Término	Hora de Llegada	Hora Salida
	21/07/2026	8:00	17:00

DETALLE DE TRABAJO

SE REALIZA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. SE VERIFICA EL ESTADO DE LA PANTALLA, DE LAS BATERÍAS Y DE LOS BOTONES DE CONTROL, SE COMPRUEBA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TERMOCUPLA EXTERNA Y SE HACEN PRUEBAS DE TEMPERATURA.

REQUIERE REPUESTOS:	SI		NO	X	REPUESTOS INSTALADOS:	SI		NO	X

REPUESTO	CANTIDAD	RECIBIDO POR	CODIGO
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

INFORMACION DE ENTREGA:				Servicio Concluido:	SI	X	NO
En Funcionamiento	X	Con Falla		Fuera de Servicio			Dado de Baja	

OBSERVACIONES:	EQUIPO EN BUEN ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAL, SIN HALLAZGOS QUE AFECTEN SU OPERACIÓN.

INGENIERO DE SERVICIO	CLIENTE . USUARIO
JESUS ANDRES RUANO	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2256-26

Nombre del Cliente:	**INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA**
Ubicación:	**AREA DE FRIO**

Equipo:	**TERMÓMETRO**		
Marca:	**ERENTermómetro digital para refrigerac**	**Modelo:**	**N.R**
Serie:	**N.R**	**Inventario:**	**N.R**

Actividad	SI	NO	N.A
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	**X**		
Efectuar limpieza integral externa del equipo.	**X**		
Inspeccionar sondas externas	**X**		
Verificar el estado de la batería.	**X**		
Ejecutar pruebas de funcionamiento finales.	**X**		
-			
-			
-			
-			
-			

Fecha de Realización:	21/07/2026



INGENIERO DE SERVICIO