CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE REPORTE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2258-26

DATOS DEL SERVICIO

Nombre del Cliente:	Nombre Del Responsable:	Fecha:
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	21/07/2026
Sede:	**Area:**	**Ubicación:**
PRINCIPAL	PUNTO FIJO	LABORATORIO
Dirección:	**Teléfono:**	**Ciudad:**
CRA. 106A #67-02, ENGATIVÁ	(601) 6477117	BOGOTA

Equipo:	Marca:	Modelo:	Serie:	Inventario:
COAGULOMETRO	qLabs Vet	Micropoint QV-2.	044400M1209204	214
Servicio Solicitado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO			

REPORTE DE SERVICIO

Mantenimiento Preventivo (MP)	X	Mantenimiento Correctivo (MC)		Instalación (IN)		Calibración (CA)		Verificación (VE)	
Contrato		Comodato		Garantía		Tipo de Garantía			

Mes Cronograma	Fecha de Inicio	Hora de Llegada	Hora Salida
JULIO	21/07/2026	8:00	17:00
	Fecha de Término	Hora de Llegada	Hora Salida
	21/07/2026	8:00	17:00

DETALLE DE TRABAJO

REALIZAR LA INSPECCIÓN, LIMPIEZA, VERIFICACIÓN FUNCIONAL Y EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DEL COAGULÓMETRO, CON EL FIN DE CONSERVAR SUS CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO Y DETECTAR OPORTUNAMENTE POSIBLES FALLAS.

REQUIERE REPUESTOS:	SI		NO	X	REPUESTOS INSTALADOS:	SI		NO	X

REPUESTO	CANTIDAD	RECIBIDO POR	CODIGO
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

INFORMACION DE ENTREGA:			Servicio Concluido:	SI	X	NO
En Funcionamiento	X	Con Falla		Fuera de Servicio		Dado de Baja	

OBSERVACIONES:	EQUIPO EN BUEN ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAL, SIN HALLAZGOS QUE AFECTEN SU OPERACIÓN.

INGENIERO DE SERVICIO	CLIENTE . USUARIO
	
JESUS ANDRES RUANO	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2258-26

Nombre del Cliente:	**INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA**
Ubicación:	**LABORATORIO**

Equipo:	**COAGULOMETRO**		
Marca:	**qLabs Vet**	**Modelo:**	**Micropoint QV-2.**
Serie:	**044400M1209204**	**Inventario:**	**214**

Actividad	SI	NO	N.A
Inspeccionar el equipo en forma externa.	**X**		
Limpieza interna de componentes accesibles.	**X**		
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	**X**		
Inspeccionar sistema eléctrico - Batería	**X**		
Inspeccionar LCD planos de visualización completos	**X**		
Verificar funcionamiento de botones del panel de control	**X**		
Verificar completo funcionamiento del equipo.	**X**		
-			
-			
-			

Fecha de Realización:	21/07/2026



INGENIERO DE SERVICIO