CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE REPORTE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2260-26

DATOS DEL SERVICIO

Nombre del Cliente:	Nombre Del Responsable:	Fecha:
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	21/07/2026
Sede:	**Area:**	**Ubicación:**
PRINCIPAL	PUNTO FIJO	LABORATORIO
Dirección:	**Teléfono:**	**Ciudad:**
CRA. 106A #67-02, ENGATIVÁ	(601) 6477117	BOGOTA

Equipo:	Marca:	Modelo:	Serie:	Inventario:
ANALIZADOR BIOQUIMICO	Skyla	VB1	S2H2104300015	186
Servicio Solicitado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO			

REPORTE DE SERVICIO

Mantenimiento Preventivo (MP)	X	Mantenimiento Correctivo (MC)		Instalación (IN)		Calibración (CA)		Verificación (VE)	
Contrato		Comodato		Garantía		Tipo de Garantía			

Mes Cronograma	Fecha de Inicio	Hora de Llegada	Hora Salida
JULIO	21/07/2026	8:00	17:00
	Fecha de Término	Hora de Llegada	Hora Salida
	21/07/2026	8:00	17:00

DETALLE DE TRABAJO

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA GENERAL, INSPECCIÓN DEL COMPARTIMIENTO DEL ROTOR Y VERIFICACIÓN FUNCIONAL. EL EQUIPO COMPLETA CORRECTAMENTE EL AUTODIAGNÓSTICO Y QUEDA OPERATIVO.

REQUIERE REPUESTOS:	SI	NO	X	REPUESTOS INSTALADOS:	SI	NO	X

REPUESTO	CANTIDAD	RECIBIDO POR	CODIGO
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

INFORMACION DE ENTREGA:		Servicio Concluido:	SI	X	NO
En Funcionamiento	X	Con Falla		Fuera de Servicio		Dado de Baja	
OBSERVACIONES:	EQUIPO EN BUEN ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAL, SIN HALLAZGOS QUE AFECTEN SU OPERACIÓN.						

INGENIERO DE SERVICIO	CLIENTE . USUARIO
	
JESUS ANDRES RUANO	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2260-26

Nombre del Cliente:	**INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA**
Ubicación:	**LABORATORIO**

Equipo:	**ANALIZADOR BIOQUIMICO**		
Marca:	**Skyla**	**Modelo:**	**VB1**
Serie:	**S2H2104300015**	**Inventario:**	**186**

Actividad	SI	NO	N.A
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo.	X		
Inspeccionar carcasa, pantalla, teclado y tapas.	X		
Verificación de función y estado de pantalla táctil, botones y switches	X		
Revisar cable de alimentación, adaptador y conectores.	X		
Verificación de estado de compartimientos para accesorios o insumos	X		
Limpiar rejillas y verificar la ventilación.	X		
Revisar impresora, lector o puertos de comunicación.	X		
Verificar que los controles estén dentro del rango establecido.	X		
Limpiar cuidadosamente sensores y superficies ópticas accesibles.	X		
Revisión de cámara de calentamiento	X		

Fecha de Realización:	21/07/2026



INGENIERO DE SERVICIO