CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE REPORTE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2266-26

DATOS DEL SERVICIO

Nombre del Cliente:		Nombre Del Responsable:		Fecha:
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA		INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL		21/07/2026
Sede:		**Area:**		**Ubicación:**
PRINCIPAL		BODEGA		BODEGA
Dirección:		**Teléfono:**		**Ciudad:**
CRA. 106A #67-02, ENGATIVÁ		(601) 6477117		BOGOTA
Equipo:	**Marca:**	**Modelo:**	**Serie:**	**Inventario:**
AUTOCLAVE	ALL AMERICAN	1925X	B0010922	N.R
Servicio Solicitado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO			

REPORTE DE SERVICIO

Mantenimiento Preventivo (MP)	X	Mantenimiento Correctivo (MC)		Instalación (IN)		Calibración (CA)		Verificación (VE)	
Contrato		Comodato		Garantía		Tipo de Garantía			
Mes Cronograma				Fecha de Inicio		Hora de Llegada		Hora Salida	
JULIO				21/07/2026		8:00		17:00	
				Fecha de Término		Hora de Llegada		Hora Salida	
				21/07/2026		8:00		17:00	

DETALLE DE TRABAJO

SE REALIZA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. SE HACE VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAL DEL EQUIPO, SE VERIFICAN BOTONES O MEMBRANAS,

REQUIERE REPUESTOS:	SI	NO X	REPUESTOS INSTALADOS:	SI	NO	X
REPUESTO			CANTIDAD	RECIBIDO POR	CODIGO	
-			-	-	-	
-			-	-	-	
-			-	-	-	
-			-	-	-	
INFORMACION DE ENTREGA:			Servicio Concluido:	SI X	NO	
En Funcionamiento		Con Falla		Fuera de Servicio		Dado de Baja	X
OBSERVACIONES:	SE RECOMIENDA DAR DE BAJA EL EQUIPO DEBIDO A SU OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA Y AL DETERIORO GENERAL EVIDENCIADO DURANTE LA INSPECCIÓN, CONDICIONES QUE HACEN INVIABLE SU PERMANENCIA EN SERVICIO.					

INGENIERO DE SERVICIO	CLIENTE . USUARIO
JESUS ANDRES RUANO	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

CRECER BIOMEDICA S.A.S NIT 901713029-1	FORMATO DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	01/08/2024

CBM-2266-26

Nombre del Cliente:	**INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA**
Ubicación:	**BODEGA**

Equipo:	**AUTOCLAVE**		
Marca:	**ALL AMERICAN**	**Modelo:**	**1925X**
Serie:	**B0010922**	**Inventario:**	**N.R**

Actividad	SI	NO	N.A
Inspeccionar el equipo en forma externa.	X		
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo.	X		
Verificar estado de cable de poder.	X		
Inspeccionar estado de alimentación de agua.	X		
Inspeccionar estado de alimentación de aire.	X		
Verificar estado de empaques de la puerta.	X		
Verificar continuidad de resistencias del generador de vapor.	X		
Inspeccionar estado de LCD de lectura.	X		
Verificar funcionamiento de manómetros.	X		
Verificar su completo funcionamiento del equipo.	X		

Fecha de Realización:	21/07/2026



INGENIERO DE SERVICIO