CRECER BIOMEDICA S.A.S	**FORMATO:** INFORME DE ACTIVIDADES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATISTA	CRECER BIOMEDICA SAS		
C.C. / NIT	901.713.029-1		
No. DE CONTRATO	CTO-522-2026	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	09/06/2026
FECHA DE INICIO	09/06/2026	**FECHA TERMINACIÓN**	08/12/2026
ADICION EN TIEMPO	No	**FECHA FINAL**	08/12/2026
OBJETO	Realizar el diagnostico, mantenimiento preventivo y correctivo, a todo costo, de los equipos médicos veterinarios del instituto distrital de protección y bienestar animal - IDPYBA, incluyendo las actividades de soporte técnico necesarias para garantizar su óptimo funcionamiento, seguridad operativa y precisión		
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 49.000.000 IVA incluido		
VALOR ADICIONES	NA		
FECHA DE LA ADICION	NA		
VALOR TOTAL	$ 49.000.000 IVA incluido		
VALOR DEL PAGO	$ 8.130.383 IVA incluido		

2. EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
1. Entregar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, un cronograma de mantenimiento para cada uno de los equipos incluidos en el anexo técnico, el cual deberá elaborarse con base en la información allí contenida y priorizarse según la criticidad, la importancia clínica y la relevancia operativa de los equipos.	▪ Se elaboró el cronograma de mantenimiento preventivo correspondiente al segundo periodo contractual. ▪ Se programó la intervención de los equipos conforme a la criticidad y disponibilidad del servicio.
2. Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos veterinarios conforme a las recomendaciones del fabricante y buenas prácticas biomédicas, incluyendo inspección, limpieza, ajustes, verificación de componentes y pruebas necesarias para garantizar su operatividad.	Durante este periodo se ejecutó mantenimiento preventivo a treinta y tres (33) equipos biomédicos, incluyendo: • 3 Maquinas de anestesia vaporizadores • 2 Monitores multiparametros. • 1 Tensiometro • 2 Electrobisturí.


	• 1 Ecografo • 6 Bombas de infusion • 1 Oximetro veterinario • 3 Coagulometros. • 1 Analizador Bioquímico. • 1 Analizador Bioquímico de orina. • 1 Analizador de hematologia. • 1 Autoclave • 1 Lámparas de procedimiento Welch Allyn • 2 Básculas pediátricas de mesa • 2 Pipetas Volumétricas • 5 Termometros digitales Las actividades comprendieron: Inspección general. Limpieza interna y externa. Ajustes mecánicos. Revisión eléctrica. Verificación de parámetros de funcionamiento. Pruebas funcionales. Verificación de accesorios.
3. Otorgar garantía mínima de tres (3) meses o la que ofrezca los repuestos instalados y la mano de obra asociada a los mantenimientos realizados.	Los mantenimientos ejecutados cuentan con garantía sobre la mano de obra realizada conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
4. Presentar una ficha técnica por cada equipo intervenido, conforme a lo establecido en el anexo técnico del proceso, incluyendo como mínimo la fecha del servicio, actividades realizadas, repuestos utilizados, identificación del operario y registro fotográfico y/o videográfico cuando aplique. Así mismo, deberá colocar un sticker de control en cada equipo intervenido, indicando la fecha del mantenimiento realizado, con el fin de garantizar la trazabilidad de las actividades ejecutadas.	Se elaboraron y entregaron las fichas técnicas correspondientes a cada uno de los equipos intervenidos, incluyendo: -Fecha del servicio. -Actividades ejecutadas. Diagnóstico. Registro del mantenimiento realizado. Recomendaciones técnicas.
5. Garantizar la disponibilidad de personal técnico para la atención de	Se dispuso del personal biomédico requerido para atender oportunamente las actividades programadas durante el periodo del informe,

requerimientos, con tiempos de respuesta máximos de dos (2) horas para atención remota y ocho (8) horas hábiles para atención presencial, así como soporte en fines de semana según las necesidades operativas de la entidad.	cumpliendo los tiempos establecidos por la supervisión.
6. Designar un enlace de soporte técnico, indicando el nombre del responsable y los datos de contacto (número de celular y correo electrónico), quien estará a cargo de la atención y gestión del soporte técnico.	Se mantuvo disponible un grupo de whatsApp, designado para la coordinación de actividades, programación de mantenimientos y atención de requerimientos de la supervisión.
7. Suministrar e instalar los repuestos, piezas o accesorios requeridos para la correcta operación de los equipos, garantizando que sean nuevas y originales, genuinos o de alta calidad, así como su compatibilidad y adecuado funcionamiento, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y lo establecido en el anexo técnico del proceso, incluyendo la entrega de los registros sanitarios o permisos de comercialización cuando aplique.	Durante la ejecución del presente periodo, se realizó cambio de los repuestos, de algunos equipos, los cuales se evidencian en los certificados de mantenimiento.
8. Entregar los certificados de calibración de los equipos que lo requieran, conforme a las recomendaciones del fabricante y a las normas técnicas aplicables, emitidos por el contratista o por terceros especializados, garantizando la trazabilidad y confiabilidad de las mediciones realizadas.	Durante este periodo se ejecutó calibración a ocho (8) equipos biomédicos, incluyendo: 1 Analizador bioquímico de orina 2 Pipetas volumetricas 5 Termometros digitales

9. Realizar pruebas de funcionamiento posteriores a cada intervención y entregar un diagnóstico técnico final por equipo, incluyendo el estado del mismo, las intervenciones realizadas y los repuestos utilizados.	Finalizado cada mantenimiento preventivo se realizaron pruebas funcionales verificando: - Encendido. - Funcionamiento general. - Parámetros operativos. - Estado de componentes. - Condiciones de seguridad. Se dejó registrado el diagnóstico técnico correspondiente para cada equipo.
10. Cumplir con las normas de seguridad industrial, salud en el trabajo y bioseguridad, garantizando que el personal técnico cuente con los elementos de protección personal requeridos, certificaciones vigentes y la debida identificación durante la ejecución del contrato.	Las actividades fueron ejecutadas utilizando los elementos de protección personal y cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos para la intervención de equipos biomédicos.
11. Vincular y mantener dentro del equipo que se disponga para la ejecución del contrato, el porcentaje de 50% de mujeres, de acuerdo con el artículo 29 del Decreto Distrital 643 de 2025 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, para lo cual se deberá remitir a la supervisión un informe digital antes de la terminación del plazo de ejecución, donde conste el cumplimiento del porcentaje mínimo con firma del representante legal.	Se envió por correo la certificación de vinculación de personal al contrato No. CTO-522-2026
12. El contratista deberá entregar un informe final consolidado en formato digital editable (Word y Excel), conforme a lo establecido en el numeral 4.3 del anexo técnico (criterios del informe final), que permita el seguimiento técnico de los equipos intervenidos.	Se presenta el presente Informe No. 02, consolidando las actividades ejecutadas durante el segundo periodo contractual


13. Cuando para la ejecución del contrato se requiera subcontratar bienes, obras, o servicios dentro de la cadena de provisión, se deberá priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad y/o emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, conforme a los criterios definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 0287 de 2026.	Durante el periodo presentado, no se requirió subcontratar bienes, obras o servicios dentro de la cadena de provisión.
14. El contratista será responsable de gestionar el transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos que se generen por la ejecución de las actividades del presente contrato de conformidad al Decreto 1076 de 2015.	Durante las actividades desarrolladas no se generaron residuos peligrosos que requirieran disposición especializada.
15. El contratista deberá entregar los certificados de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de los residuos peligrosos, que se generen por la ejecución de las actividades del presente contrato de conformidad al Decreto 1076 de 2015. Los cuales deberán ser presentados en los informes de gestión.	No aplica para el presente informe, dado que no se generaron residuos peligrosos derivados de las actividades ejecutadas.
16. Las demás que, de conformidad con la naturaleza del objeto a contratar, se requieran y que garanticen una adecuada ejecución objeto de la presente invitación.	Se atendieron oportunamente las coordinaciones técnicas con la supervisión del contrato, garantizando la adecuada ejecución de las actividades programadas y el cumplimiento del objeto contractual.
EVIDENCIA	

CRECER BIOMEDICA S.A.S	**FORMATO:** INFORME DE ACTIVIDADES









Dirección: Unidad de Cuidado Animal (UCA), ubicada en la Carrera 106A No. 67-02, Barrio El Muelle, localidad de Engativá, Bogotá D.C

CRECER BIOMEDICA S.A.S	**FORMATO:** INFORME DE ACTIVIDADES









CRECER BIOMEDICA S.A.S	**FORMATO:** INFORME DE ACTIVIDADES

3. RELACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMMLV. Puede ser superior al 40% Decreto 1273/18)

Fecha de pago de la planilla:	**15-07-2026**								
AFP:	Porvenir		**EPS**	Nueva Eps					
ARL:	Positiva		**Nivel de Riesgo**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	
					X				

Periodo pagado	**Ingreso base de cotización – IBC**	**Aporte a SALUD**	**Aporte a PENSIÓN**	**Aporte ARL**	**No. de Referencia o Planilla**
Junio – Pension Julio-- Salud		70.100	280.200	18.300	37667579

4. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las entidades a las que aporte al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI- Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad del contratista.

Fecha de elaboración: 30/07/2026

5. FIRMA CONTRATISTA

Nombre y cargo	**Firma**
Nicolas Esteban Inca Bolaños **Representante legal**	Nicolas Esteban Inca

6. SUPERVISION Y CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

6.1 CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
POLIZAS INICIALES VIGENTES	X			
CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	X			Planilla de aportes número **38036175** correspondiente al mes de Junio-Julio verificada en la página web de Asopagos
ADICIONES		X		
AMPLIACIÓN PÓLIZAS		X		
INFORME DE ACTIVIDADES	X			

Por lo anterior, es procedente realizar pago del Contrato No. CTO-522-2026 del 09 de Junio de 2026, el presente se suscribe por la Supervisora del Contrato en Bogota, DC, a los (30) días del mes de Julio de dos mil veintiseis (2026).

7. FIRMA SUPERVISOR

Nombre y cargo	Firma
LAURA VIVIAN IDROBO AREVALO **Supervisora contrato.**	

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
FORMATO OFERTA ECONÓMICA

Fecha de presentación:	DD/MM/AAAA	22/05/2026

DATOS DEL PROPONENTE			
NOMBRE EMPRESA:	CRECER BIOMEDICA SAS	**NIT:**	901713029-1
TELEFONO:	310 4698412 – 608 -5152437	**DIRECCION:**	URB SANTA ANA MZ 3 CA 5
REPRESENTANTE LEGAL:	NICOLAS ESTEBAN INCA BOLAÑOS	**CEDULA:**	1.086.332.146 de Chachagüí

ITEM	EQUIPO	MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIPO DE MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD DE EQUIPOS	VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA SI APLICA)	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA SI APLICA)
12	**Maquina anestesia vaporizadores**	RWD R620-S1-IPC-5. Sistema de anestesia veterinaria con vaporizador y circuito respiratorio.	Preventivo, correctivo	Semestral	Ficha de mantenimiento, diagnóstico técnico y reporte de funcionamiento del equipo. Incluye suministro e instalación de repuestos necesarios.	**3**	**$ 420.900,00**	**$ 353.697,48**	**$ 1.262.700,00**
18	**Monitor multiparámetro**	Edan X12 Vet. Monitor veterinario para ECG, SpO_2, presión arterial, temperatura y frecuencia respiratoria.	Preventivo, correctivo	Semestral	Registro de mantenimiento, diagnóstico técnico del equipo y recomendaciones de uso. Incluye repuestos necesarios para su funcionamiento.	**2**	**$ 151.825,00**	**$ 127.584,03**	**$ 303.650,00**
11	**Tensiómetro**	Meditech PetPro V10. Monitor veterinario de presión arterial no invasiva NIBP.	Preventivo, correctivo	Anual	Registro de mantenimiento, reporte técnico y recomendaciones de uso. Incluye suministro e instalación de repuestos necesarios.	**1**	**$ 158.000,00**	**$ 132.773,11**	**$ 158.000,00**
14	**Electrobisturí**	Vete Vet Verpery. Unidad de electrocirugía monopolar/bipolar con funciones de corte y coagulación.	Preventivo, correctivo	Semestral	Ficha de mantenimiento, diagnóstico técnico y reporte de funcionamiento. Incluye suministro e instalación de repuestos necesarios.	**2**	**$ 174.433,33**	**$ 146.582,63**	**$ 348.866,67**
9	**Ecógrafo**	Edan U60 Vet. Ecógrafo veterinario digital con modos B, M y Doppler.	Preventivo, correctivo	Semestral	Registro en ficha técnica, diagnóstico del estado del equipo, reporte técnico del mantenimiento realizado y recomendaciones de uso. Incluye repuestos necesarios para su funcionamiento.	**1**	**$ 848.000,00**	**$ 712.605,04**	**$ 848.000,00**
16	**Bomba de infusión**	Veterinary Infusion Pump eB12. Bomba electrónica programable para administración controlada de fluidos intravenosos.	Preventivo, correctivo	Semestral	Registro en ficha técnica, diagnóstico, reporte del mantenimiento realizado y recomendaciones de uso. Incluye suministro e instalación de repuestos necesarios.	**6**	**$ 85.100,00**	**$ 71.512,61**	**$ 510.600,00**
35	**Oximetro veterinario**	Edan VE-H100B. Oximetro de pulso veterinario para medición de SpO_2 y frecuencia cardíaca.	Preventivo, correctivo	Semestral o según fabricante	Elaboración de ficha de mantenimiento, diagnóstico técnico, reporte del estado del equipo y recomendaciones de uso. Incluye suministro e instalación de repuestos necesarios.	**1**	**$ 330.900,00**	**$ 278.067,23**	**$ 330.900,00**
1	**Coagulómetro**	qLabs Vet Micropoint QV-2. Analizador veterinario portátil para pruebas de coagulación PT y aPTT, muestra 10-20 µL, resultados en 3-7 min, pantalla táctil.	Preventivo, correctivo	Semestral o según fabricante	Elaboración de ficha de mantenimiento, diagnóstico técnico, reporte del estado del equipo y recomendaciones de uso. Incluye suministro e instalación de repuestos necesarios.	**3**	**$ 399.500,00**	**$ 335.714,29**	**$ 1.198.500,00**
2	**Analizador Bioquímico**	Skyla VB1. Analizador de química clínica seca para diagnóstico veterinario, hasta 15 parámetros por muestra, volumen 200 µL, pantalla táctil.	Preventivo, correctivo	Semestral o según fabricante	Registro en ficha técnica de mantenimiento, diagnóstico del estado del equipo, informe técnico y recomendaciones. Incluye suministro e instalación de repuestos necesarios.	**1**	**$ 401.300,00**	**$ 337.226,89**	**$ 401.300,00**
7	**Analizador Bioquímico de Orina**	VetScan UA Abaxis REF 1500-0001. Analizador automático de tiras reactivas de orina mediante fotometría.	Preventivo, correctivo	Semestral o según fabricante	Elaboración de ficha de mantenimiento, diagnóstico técnico, reporte del estado del equipo y recomendaciones de uso. Certificado de calibración. Incluye suministro e instalación de repuestos necesarios.	**1**	**$ 526.900,00**	**$ 442.773,11**	**$ 526.900,00**
5	**Analizador de hematología**	International Vet Unit 5160 Vet. Analizador hematológico veterinario automático 3-part diff.	Preventivo, correctivo	Semestral o según fabricante	Registro en ficha técnica de mantenimiento, reporte técnico del estado del equipo y recomendaciones. Incluye suministro e instalación de repuestos necesarios.	**1**	**$ 399.800,00**	**$ 335.966,39**	**$ 399.800,00**

19	**Autoclave**	Advance / Star Clave 25 L Digital. Esterilizador a vapor de 25 litros de capacidad, control digital de temperatura y presión, ciclos automáticos de esterilización para instrumental médico.	Preventivo, correctivo	Trimestral o según fabricante	Ficha técnica de mantenimiento, diagnóstico del equipo, reporte del servicio realizado y recomendaciones de uso. Incluye repuestos necesarios para su funcionamiento.	**1**	**$ 507.166,67**	**$ 426.190,48**	**$ 507.166,67**
22	**Lámparas de procedimiento Welch Allyn GS800.**	Welch Allyn GS800. Lámpara clínica LED de alta potencia con control de intensidad.	Preventivo	Anual	Ficha de mantenimiento, reporte técnico y recomendaciones de uso. Incluye repuestos necesarios para su funcionamiento.	**1**	**$ 179.900,00**	**$ 151.176,47**	**$ 179.900,00**
26	**Báscula pediátrica de mesa**	Beurer Babycare BY80. Báscula digital con pantalla LCD y función de tara.	Preventivo, correctivo	Anual	Ficha de mantenimiento y reporte técnico. Certificado de calibración. Incluye repuestos necesarios para su funcionamiento.	**2**	**$ 93.700,00**	**$ 78.739,50**	**$ 187.400,00**
32	**Pipetas Volumétricas**	Skyla / Microlit. Micropipetas ajustables de laboratorio (50-220 µL).	Preventivo	Anual	Registro ficha de mantenimiento y reporte técnico. Certificado de calibración. Incluye repuestos necesarios para su funcionamiento.	**2**	**$ 229.750,00**	**$ 193.067,23**	**$ 459.500,00**
33	**Termómetro Digital**	Termómetro digital para refrigeración con sensor para medición de temperatura en neveras o refrigeradores de almacenamiento de medicamentos y muestras.	Preventivo	Anual	Registro ficha de mantenimiento y reporte técnico. Certificado de calibración. Incluye repuestos necesarios para su funcionamiento.	**5**	**$ 101.440,00**	**$ 85.243,70**	**$ 507.200,00**
							VALOR TOTAL		**$ 8.130.383**
									$ 0
									$ 0
									$ 0