Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-M

Orden De Trabajo No.: 2026-17

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ]

Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: BMTR-0457 Descripción: TERMOMETRO INFRARROJO

Marca: Center Modelo: 350

Serial: 080810457 Inventario: I10934

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT 0









Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-M

CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	24/07/2026	Hora:	10:44	Tiempo de Garantía (Meses)	0
F/H. Fin Trabajo:	24/07/2026	Hora:	11:30	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 46

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
ELOISA PERILLA	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo realizando los procesos de inspección cualitativa, limpieza, inspección cuantitativa y verificación de temperatura de refrigeración. Se entrega equipo operativo.

ATTICA BIOMÉDICA

Formato

REGISTRO DE AJUSTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO TERMOMETRO INFRAROJO

F-GE-003-200:01. 31-Enero-2015.

Anexo al Orden de Trabajo No. **2026-17**

No.	Descripción del mantenimiento a ejecutar:	
1	Inspección cualitativa	**Observación**
1.1	La carcasa se encuentra en buen estado	**PASO**
1.2	La bateria se encuentra en buen estado	**PASO**
1.3	La pantalla visualizadora se encuentra en buen estado	**PASO**
1.4	El teclado se encuentra en buen estado	**PASO**
2	Limpieza	**Observación**
2.1	Limpieza externa del equipo	**PASO**
2.2	Cambio de bateria	**NO APLICA**
3	Inspección cuantitativa	**Observación**
3.1	La pantalla visualizadora indica la temperutura de medición	**PASO**

Equipo de medición utilizado en este servicio:

Descripción: Termómetro Fluke 54-2B Serie: 23710018

El equipo se entrega **OPERATIVO**

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-M

Orden De Trabajo No.: 2026-18

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

Descripción OT: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UF: CEN-TRO- DE- ACOPIO MUNICIPAL PAI

CC.: CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL PAI

TT: Mec [X] Ele [ ] I/E [ ] Otr [ ]

TA.: Mantto

Tipo de Mtto: Cor [ ] Prv [ ] PrvM [X] Prd [ ] OtrM [ ] Lbr [ ] Otr [ ]
Metr [ ] Insp [ ]

CR.: INTERNO

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

Codigo: BMTR-0767 Descripción: TERMOMETRO INFRARROJO

Marca: Infrared Modelo: DT8530

Serial: 211120767 Inventario: NO REGISTRA

GASTO REAL

MATERIALES Y REPUESTOS

Codigo	Descripción	Cant	Valor. Unit
		Total	0

MANO DE OBRA EXTERNA

Oficio - Responsable	Valor Un.	H.H.	Valor Tot.
		Total	0

TOTAL GASTO REAL OT 0









WIN Software SAS

Detalle De Órdenes Con Multimedia

Alcaldia Municipal de
OTU-G8CCA-ATT-M

CONTROL DE TIEMPOS

F/H. Inicio Trabajo:	24/07/2026	Hora:	10:10	Tiempo de Garantía (Meses)	0
F/H. Fin Trabajo:	24/07/2026	Hora:	10:50	Tiempo de Duración (DD/HH/MM)	0 0 40

RESPONSABLE(Nombre/Firma)	Recibido a Satisfacción(Nombre/Firma)
ELOISA PERILLA	Yuly Angélica García Meneses

COMENTARIOS

Se efectuó mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo de mantenimiento adjunto.

ATTICA BIOMÉDICA

Formato

REGISTRO DE AJUSTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO TERMOMETRO INFRAROJO

F-GE-003-200:01. 31-Enero-2015.

Anexo al Orden de Trabajo No. **2026-18**

No.	Descripción del mantenimiento a ejecutar:	
1	Inspección cualitativa	**Observación**
1.1	La carcasa se encuentra en buen estado	**PASO**
1.2	La bateria se encuentra en buen estado	**PASO**
1.3	La pantalla visualizadora se encuentra en buen estado	**PASO**
1.4	El teclado se encuentra en buen estado	**PASO**
2	Limpieza	**Observación**
2.1	Limpieza externa del equipo	**PASO**
2.2	Cambio de bateria	**NO APLICA**
3	Inspección cuantitativa	**Observación**
3.1	La pantalla visualizadora indica la temperutura de medición	**PASO**

Equipo de medición utilizado en este servicio:

Descripción: Termómetro Fluke 54-2B Serie: 23710018

El equipo se entrega **OPERATIVO**