BOGOTÁ	**SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ** **EVIDENCIA DE REUNIÓN**

Dependencia: Dirección Talento Humano	**Objetivo:** Realizar el retiro de la batería desechable de litio (LI-ION) para desfibrilador IPAD NF1200 – 1201 de la firma Cu Medical Systems	
Fecha: 06/02/2026	**Lugar:** Centro de Encuentro Bosa	**Hora:** 3:42 pm

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Walner Mosquera	DTH	SGMB	3128520386	
Carolina Rubio		SCRD	3152007216	
CAROLINA DIAZ	IQ BIOINGENIERIA		3143106229	

Desarrollo

Teniendo presente que, en diciembre del 2025, se adelantó proceso de contratación, mediante el cual, se suscribió el contrato No. 4232000-1297-2025 con BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S. quien realizó el mantenimiento preventivo al Desfibrilador de la sede Centro de Encuentro Bosa encontrando hallazgos técnicos de la batería del DEA indicando que "*El sistema de autodiagnóstico reporta energía insuficiente en el conjunto de baterías para una respuesta de emergencia. Se confirma el agotamiento de la batería (lote 01-2025), la cual no suministra el voltaje necesario para que el equipo automático garantice la descarga de 150 joules*".

Desde la Dirección de Talento Humano, con el apoyo equipo de seguridad y salud en el trabajo, solicitó al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS quien suministro las baterías bajo el Contrato Nro. 4232000-1369-2024, el reemplazo de esta.

Por lo cual el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Walner Mosquera identificado con C.C. 1016027222 realizará el retiro de la batería del Desfibrilador ubicado en esta sede, con el fin de realizar la entrega al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS, para su respectivo cambio.

Es importante comentar que, desde la Dirección de Talento Humano, se están adelantando las acciones pertinentes con el respectivo proveedor, con el propósito de contar con la operatividad del DEA.

Anexos: No aplica

BOGOTÁ	**SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ** **EVIDENCIA DE REUNIÓN**

Dependencia: Dirección Talento Humano	**Objetivo:** Realizar cambio de la batería desechable de litio (LI-ION) para desfibrilador IPAD NF1200 – 1201 de la firma Cu Medical Systems, y el retiro de la batería que presenta novedades de funcionalidad.	
Fecha: 06/02/2026	**Lugar:** Centro de Encuentro Bosa	**Hora:** 3:42 pm

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Walner Mosquera	DTH	SGMB	3128520386	
Carolina Pabon		OCDPYP	3157002216	
CAROLINA DIAZ	IQ BIOINGENIERIA SAS		3165106589	

Desarrollo

Teniendo presente que, en diciembre del 2025, se adelantó proceso de contratación, mediante el cual, se suscribió el contrato No. 4232000-1297-2025 con BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S. quien realizó el mantenimiento preventivo al Desfibrilador de la sede Centro de Encuentro Bosa encontrando hallazgos técnicos de la batería del DEA indicando que "*El sistema de autodiagnóstico reporta energía insuficiente en el conjunto de baterías para una respuesta de emergencia. Se confirma el agotamiento de la batería (lote 01-2025), la cual no suministra el voltaje necesario para que el equipo automático garantice la descarga de 150 joules*".

Desde la Dirección de Talento Humano, con el apoyo equipo de seguridad y salud en el trabajo, se solicitó al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS quien suministro las baterías bajo el Contrato Nro. 4232000-1369-2024, el reemplazo de esta.

Por lo cual el profesional CAROLINA DIAZ PINZON, identificado con C.C. 52441085 de IQ BIOINGENIERIA SAS acompañado del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Walner Mosquera identificado con C.C. 1016027222, realiza el remplazo de la batería (nueva) y el desarrollo de las pruebas de descarga a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los desfibriladores externos automáticos.

Así mismo se realizará el retiro de la batería con hallazgos técnicos que actualmente se encuentra ubicada en esta sede, con el fin de realizar la entrega al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS, para su respectiva disposición o lo que le compete.

Anexos: No aplica

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALC26-001
Servicio Tecnico			
Codigo	Versión		
Serv-012-JP	1		Fecha de ejecucion: 6/02/2026

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA		Marca: CU MEDICAL		Modelo: NF1201		Serie: P.1032K127	
Entidad: SECRETARIA GENERAL		Servicio: ALCALDIA MAYOR		Localización: CENTRO ENCUENTRO BOSA		N° activo: 72224-2018	
Contacto:		Teléfono:		Dirección o correo electrónico:			

TIPO DE MANTENIMIENTO

predictivo		preventivo		correctivo	

TIPO DE SERVICIO

instalación		garantia	X	dignóstico		otro	

cual:

DESCRIPCION DAÑO

CAMBIO DE BATERIA POR GARANTIA

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Julios(J) = Energia entregada al paciente
Software	X			Autotest del DEA OK (luz VERDE/SIN ALARMAS)
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalacion de bateria, se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibrilacion.

Fecha de vencimiento 12/2032

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO: NO SE REALIZA.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	BATERIA IPAD CUSA0C017 REF PPS00198	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 149.5 J

Descarga automatica: 153.1 J

Tolerancia: ± 15%

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
Carolina Paba Romero	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALC26 - 004
Servicio Tecnico			
Codigo	Versión		Fecha de ejecucion: 06/02/2026
Serv-012-JP	1		

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA	Marca: COMEDICAL	Modelo: NF1201	Serie: P1032K1Z1
Entidad: SECRETARIA GENERAL	Servicio: ALCALDIA MAYOR	Localización: SUPERCADE BOSA	N° activo: 72242
Contacto:	Teléfono:	Dirección o correo electrónico:	

TIPO DE MANTENIMIENTO			TIPO DE SERVICIO			
predictivo ☐	preventivo ☐	correctivo ☐	instalación	garantia X	dignóstico	otro
			cual:			

DESCRIPCION DAÑO

CAMBIO DE BATERIA POR GARANTIA

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Julios (J) = Energia entregada al paciente.
Software	X			Autotest del DEA OK (LUCES VERDE/SIN ALARMAS)
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO — NO SE REALIZA

Se realiza instalacion de bateria, se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibrilacion.
Fecha de vencimiento 12/2032

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO — NO SE REALIZA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	BATERIA IPAD QUSAC601F REF PP5001991S	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 148.5 Julios
Descarga automatica: 149.6 Julios. Tolerancia ±15%

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
Jose Urrego	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

BOGOTÁ	**SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ** **EVIDENCIA DE REUNIÓN**

Dependencia: Dirección Talento Humano	**Objetivo:** Realizar cambio de la batería desechable de litio (LI-ION) para desfibrilador IPAD NF1200 – 1201 de la firma Cu Medical Systems, y el retiro de la batería que presenta novedades de funcionalidad.	
Fecha: 06/02/2026	**Lugar:** Super Caolo Bosa	**Hora:** 2:30 pm

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Walmer Mosquera	DTH	SGT113	3128520386	
CAROLINA DIAZ PINZON	IQ BIOINGENIERIA		3155106389	
JOSE USMA	DJDS	SC		

Desarrollo

Teniendo presente que, en diciembre del 2025, se adelantó proceso de contratación, mediante el cual, se suscribió el contrato No. 4232000-1?97-2025 con BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S. quien realizó el mantenimiento preventivo al Desfibrilador de la sede Super Caolo Bosa encontrando hallazgos técnicos de la batería del DEA indicando que "*El sistema de autodiagnóstico reporta energía insuficiente en el conjunto de baterías para una respuesta de emergencia. Se confirma el agotamiento de la batería (lote 01-2025), la cual no suministra el voltaje necesario para que el equipo automático garantice la descarga de 150 joules*".

Desde la Dirección de Talento Humano, con el apoyo equipo de seguridad y salud en el trabajo, se solicitó al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS quien suministro las baterías bajo el Contrato Nro. 4232000-1369-2024, el reemplazo de esta.

Por lo cual el profesional CAROLINA DIAZ PINZON, identificado con C.C. 52442085 de IQ BIOINGENIERIA SAS acompañado del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Walmer Mosquera identificado con C.C. 1016027222, realiza el remplazo de la batería (nueva) y el desarrollo de las pruebas de descarga a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los desfibriladores externos automáticos.

Así mismo se realizará el retiro de la batería con hallazgos técnicos que actualmente se encuentra ubicada en esta sede, con el fin de realizar la entrega al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS, para su respectiva disposición o lo que le compete.

Anexos: No aplica

BOGOTÁ	**SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ** **EVIDENCIA DE REUNIÓN**

Dependencia: Dirección Talento Humano	**Objetivo:** Realizar el retiro de la batería desechable de litio (LI-ION) para desfibrilador IPAD NF1200 – 1201 de la firma Cu Medical Systems	
Fecha: 06/02/2026	**Lugar:** Supercade Bosa	**Hora:** 2:30 pm

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Walter Mosquera	DTH	SGTTB	3128582036	
CAROLINA DIAZ	IQ BIOINGENIERIA		3195106269	
JOSE FERNANDO USECHE	S.S.S.T	S.T		

Desarrollo

Teniendo presente que, en diciembre del 2025, se adelantó proceso de contratación, mediante el cual, se suscribió el contrato No. 4232000-1297-2025 con BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S. quien realizó el mantenimiento preventivo al Desfibrilador de la sede Supercade Bosa encontrando hallazgos técnicos de la batería del DEA indicando que "*El sistema de autodiagnóstico reporta energía insuficiente en el conjunto de baterías para una respuesta de emergencia. Se confirma el agotamiento de la batería (lote 01-2025), la cual no suministra el voltaje necesario para que el equipo automático garantice la descarga de 150 joules*".

Desde la Dirección de Talento Humano, con el apoyo equipo de seguridad y salud en el trabajo, solicitó al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS quien suministro las baterías bajo el Contrato Nro. 4232000-1369-2024, el reemplazo de esta.

Por lo cual el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Walter Mosquera identificado con C.C. 1016027222 realizará el retiro de la batería del Desfibrilador ubicado en esta sede, con el fin de realizar la entrega al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS, para su respectivo cambio.

Es importante comentar que, desde la Dirección de Talento Humano, se están adelantando las acciones pertinentes con el respectivo proveedor, con el propósito de contar con la operatividad del DEA.

Anexos: No aplica

BOGOTÁ	SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia: Dirección Talento Humano	**Objetivo:** Realizar el retiro de la batería desechable de litio (LI-ION) para desfibrilador IPAD NF1200 – 1201 de la firma Cu Medical Systems	
Fecha: 10 · 02 2026	**Lugar:** Cade Caitano	**Hora:** 10:18am

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Walmor Mosquera	DTH	SGAB	3228520386	
CAROLINA CASTELLANOS	TD BIOINGENIERIA SAS		3150106359	
ALEJANDRO SANCHEZ C	DSPSC	Secretaría Gral.	3002700891	

Desarrollo

Teniendo presente que, en diciembre del 2025, se adelantó proceso de contratación, mediante el cual, se suscribió el contrato No. 4232000-1297-2025 con BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S. quien realizó el mantenimiento preventivo al Desfibrilador de la sede Cade Caitano encontrando hallazgos técnicos de la batería del DEA indicando que "*El sistema de autodiagnóstico reporta energía insuficiente en el conjunto de baterías para una respuesta de emergencia. Se confirma el agotamiento de la batería (lote 01-2025), la cual no suministra el voltaje necesario para que el equipo automático garantice la descarga de 150 joules*".

Desde la Dirección de Talento Humano, con el apoyo equipo de seguridad y salud en el trabajo, solicitó al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS quien suministro las baterías bajo el Contrato Nro. 4232000-1369-2024, el reemplazo de esta.

Por lo cual el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Walmor Mosquera identificado con C.C. 1016 027 222 realizará el retiro de la batería del Desfibrilador ubicado en esta sede, con el fin de realizar la entrega al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS, para su respectivo cambio.

Es importante comentar que, desde la Dirección de Talento Humano, se están adelantando las acciones pertinentes con el respectivo proveedor, con el propósito de contar con la operatividad del DEA.

Anexos: No aplica

BOGOTÁ	SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia: Dirección Talento Humano	**Objetivo:** Realizar cambio de la batería desechable de litio (LI-ION) para desfibrilador IPAD NF1200 – 1201 de la firma Cu Medical Systems, y el retiro de la batería que presenta novedades de funcionalidad.	
Fecha: 10 - 02 - 2026	**Lugar:** Cade Caitana	**Hora:.** 10:18 am

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Walter Mosquera	DTH	SGLB	3128510386	
CAROLINA DIAZ		BIOINGENIERIA SAS	3155106391	
ALEMANNO SANCHEZ C	DSSC	SECRETARIA GRAL	3007700899	

Desarrollo

Teniendo presente que, en diciembre del 2025, se adelantó proceso de contratación, mediante el cual, se suscribió el contrato No. 4232000-1397-2025 con BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S. quien realizó el mantenimiento preventivo al Desfibrilador de la sede Cade Caitana encontrando hallazgos técnicos de la batería del DEA indicando que "*El sistema de autodiagnóstico reporta energía insuficiente en el conjunto de baterías para una respuesta de emergencia. Se confirma el agotamiento de la batería (lote 01-2025), la cual no suministra el voltaje necesario para que el equipo automático garantice la descarga de 150 joules*".

Desde la Dirección de Talento Humano, con el apoyo equipo de seguridad y salud en el trabajo, se solicitó al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS quien suministro las baterías bajo el Contrato Nro. 4232000-1369-2024, el reemplazo de esta.

Por lo cual el profesional CAROLINA DIAZ, identificado con C.C. 52442005 de IQ BIOINGENIERIA SAS acompañado del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Walter Mosquera identificado con C.C. 1016 027 222, realiza el remplazo de la batería (nueva) y el desarrollo de las pruebas de descarga a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los desfibriladores externos automáticos.

Así mismo se realizará el retiro de la batería con hallazgos técnicos que actualmente se encuentra ubicada en esta sede, con el fin de realizar la entrega al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS, para su respectiva disposición o lo que le compete.

Anexos: No aplica

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALC26 - 0009
Servicio Tecnico			Fecha de ejecucion: 10/02/2026
Codigo	Versión		
Serv-012-JP	1		

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	DEA	Marca:	COMERCIAL	Modelo:	NF-1201	Serie:	PAD 32K132
Entidad:	SECRETARIA GENERAL	Servicio:	ALCALDIA MAYOR	Localización:	CADE SANTAFE	N° activo:	27226-2018
Contacto:		Teléfono:		Dirección o correo electrónico:			

TIPO DE MANTENIMIENTO				TIPO DE SERVICIO			
predictivo	preventivo	correctivo		instalación	garantia X	dignóstico	otro
				cual:			

DESCRIPCION DAÑO

CAMBIO DE BATERIA POR GARANTIA

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Julios(J): Energia entregada al paciente
Software	X			Autotest del DEA OK (luz VERDE/SIN ALARMA
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalacion de bateria se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibrilacion.
Fecha vencimiento bateria 12/2032

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO — NO SE REALIZA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	BATERIA IPAD COSA0607F REF: PP300196A	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 140.6J
Descarga automatica: 169.5J
Tolerancia: ±15%

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
Alejandro Sanchez Brigadista.	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

BOGOTÁ

SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia: Dirección Talento Humano	**Objetivo:** Realizar el retiro de la batería desechable de litio (LI-ION) para desfibrilador IPAD NF1200 – 1201 de la firma Cu Medical Systems	
Fecha: 10 02 2026	**Lugar:** Cado Servitá	**Hora:** 9:03am

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Walnor Mosquera	DTH	SGTTB	3128520386	
Elmany Gonzalez G	Secreta General	Cade Servita	3125238838	
CAROLINA DIAZ P.	IQBIOINGENIERIA SAS		3135106369	

Desarrollo

Teniendo presente que, en diciembre del 2025, se adelantó proceso de contratación, mediante el cual, se suscribió el contrato No. 4232000-1297-2025 con BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S. quien realizó el mantenimiento preventivo al Desfibrilador de la sede Cade Servitá encontrando hallazgos técnicos de la batería del DEA indicando que "*El sistema de autodiagnóstico reporta energia insuficiente en el conjunto de baterías para una respuesta de emergencia. Se confirma el agotamiento de la batería (lote 01-2025), la cual no suministra el voltaje necesario para que el equipo automático garantice la descarga de 150 joules*".

Desde la Dirección de Talento Humano, con el apoyo equipo de seguridad y salud en el trabajo, solicitó al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS quien suministro las baterías bajo el Contrato Nro. 4232000-1369-2024, el reemplazo de esta.

Por lo cual el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Walnor Mosquera identificado con C.C. 1016 022 222 realizará el retiro de la batería del Desfibrilador ubicado en esta sede, con el fin de realizar la entrega al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS, para su respectivo cambio.

Es importante comentar que, desde la Dirección de Talento Humano, se están adelantando las acciones pertinentes con el respectivo proveedor, con el propósito de contar con la operatividad del DEA.

Anexos: No aplica

BOGOTÁ	**SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ** **EVIDENCIA DE REUNIÓN**

Dependencia: Dirección Talento Humano	**Objetivo:** Realizar cambio de la batería desechable de litio (LI-ION) para desfibrilador IPAD NF1200 – 1201 de la firma Cu Medical Systems, y el retiro de la batería que presenta novedades de funcionalidad.	
Fecha: 10 02 2026	**Lugar:** Caoba Servitá	**Hora:** 9:03

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Walner Mayorga	DTH	SGHB	3125920376	
CAROLINA DIAZ PINZON	IQ BIOINGENIERIA	IQ BIOINGENIERIA	3125239838	
Elineey Gonzalez C.	Secretaria	Caoba Servitá	3125239838	

Desarrollo

Teniendo presente que, en diciembre del 2025, se adelantó proceso de contratación, mediante el cual, se suscribió el contrato No. 4232000-1297-2025 con BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S. quien realizó el mantenimiento preventivo al Desfibrilador de la sede Caoba Servitá encontrando hallazgos técnicos de la batería del DEA indicando que "*El sistema de autodiagnóstico reporta energía insuficiente en el conjunto de baterías para una respuesta de emergencia. Se confirma el agotamiento de la batería (lote 01-2025), la cual no suministra el voltaje necesario para que el equipo automático garantice la descarga de 150 joules*".

Desde la Dirección de Talento Humano, con el apoyo equipo de seguridad y salud en el trabajo, se solicitó al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS quien suministro las baterías bajo el Contrato Nro. 4232000-1369-2024, el reemplazo de esta.

Por lo cual el profesional CAROLINA DIAZ, identificado con C.C. 52442085 de IQ BIOINGENIERIA SAS acompañado del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Walner Mayorga identificado con C.C. 1016027222, realiza el remplazo de la batería (nueva) y el desarrollo de las pruebas de descarga a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los desfibriladores externos automáticos.

Así mismo se realizará el retiro de la batería con hallazgos técnicos que actualmente se encuentra ubicada en esta sede, con el fin de realizar la entrega al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS, para su respectiva disposición o lo que le compete.

Anexos: No aplica

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALC26-010
Servicio Tecnico			
Codigo	Versión		Fecha de ejecucion: 10/02/2026
Serv-012-JP	1		

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA	Marca: COMEDICAL	Modelo: NF1201	Serie: P1D32K129		
Entidad: SECRETARIA GENERAL	Servicio: ALCALDIA MAYOR	Localización: CASA SERVITA	N° activo: 7721.2		
Contacto:	Teléfono:	Dirección o correo electrónico:			

TIPO DE MANTENIMIENTO				TIPO DE SERVICIO			
predictivo	preventivo	correctivo		instalación	garantia X	dignóstico	otro
				cual:			

DESCRIPCION DAÑO

CAMBIO DE BATERIA POR GARANTIA

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Julios(J) Alegria entregada al paciente
Software	X			Autotest del DEA (luz VERDE/sin ALARMA)
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalación de bateria. Se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibilacion

Fecha vencimiento bat. 12/2032

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO — NO SE REALIZA.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	Bateria IPAD (COMPATIBLE REF PB5000)	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 174.0 J

Descarga automatica: 173.6 J Tolerancia ± 15%

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

BOGOTÁ	**SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ** **EVIDENCIA DE REUNIÓN**

Dependencia: Dirección Talento Humano	**Objetivo:** Realizar el retiro de la batería desechable de litio (LI-ION) para desfibrilador IPAD NF1200 – 1201 de la firma Cu Medical Systems	
Fecha: 10 02 2026	**Lugar:** Cadle Tobern	**Hora:**. 8:25 am

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Walner Mosquera	DTH	SGM B	3128520386	
CAROLINA DIAZ [illegible]	IQ	BIOINGENIERIA	3175106391	
Claudia Marcela Salas	DSDSC	Sec. General	3059418618	

Desarrollo

Teniendo presente que, en diciembre del 2025, se adelantó proceso de contratación, mediante el cual, se suscribió el contrato No. 4232000-1297-2025 con BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S. quien realizó el mantenimiento preventivo al Desfibrilador de la sede Cadle Tobern encontrando hallazgos técnicos de la batería del DEA indicando que "*El sistema de autodiagnóstico reporta energía insuficiente en el conjunto de baterías para una respuesta de emergencia. Se confirma el agotamiento de la batería (lote 01-2025), la cual no suministra el voltaje necesario para que el equipo automático garantice la descarga de 150 joules*".

Desde la Dirección de Talento Humano, con el apoyo equipo de seguridad y salud en el trabajo, solicitó al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS quien suministro las baterías bajo el Contrato Nro. 4232000-1369-2024, el reemplazo de esta.

Por lo cual el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Walner Mosquera identificado con C.C. 1016 027222 realizará el retiro de la batería del Desfibrilador ubicado en esta sede, con el fin de realizar la entrega al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS, para su respectivo cambio.

Es importante comentar que, desde la Dirección de Talento Humano, se están adelantando las acciones pertinentes con el respectivo proveedor, con el propósito de contar con la operatividad del DEA.

Anexos: No aplica

BOGOTÁ	**SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ** **EVIDENCIA DE REUNIÓN**

Dependencia: Dirección Talento Humano	**Objetivo:** Realizar cambio de la batería desechable de litio (LI-ION) para desfibrilador IPAD NF1200 – 1201 de la firma Cu Medical Systems, y el retiro de la batería que presenta novedades de funcionalidad.	
Fecha: 10 - 02 - 2026	**Lugar:** Cade Tobarin	**Hora:** 8:25 am

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Wuligi Mayorga	DTH	SGMB	3128520386	
CAROLINA DIAZ	IQ BIOINGENIERIA SAS	IQ BIOINGENIERIA SAS	3143106306	
Claudia Marcela Salas	DDSC	Ser. General	3059415618	

Desarrollo

Teniendo presente que, en diciembre del 2025, se adelantó proceso de contratación, mediante el cual, se suscribió el contrato No. 4232000-1297-2025 con BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S. quien realizó el mantenimiento preventivo al Desfibrilador de la sede Cade Tobarin encontrando hallazgos técnicos de la batería del DEA indicando que "*El sistema de autodiagnóstico reporta energía insuficiente en el conjunto de baterías para una respuesta de emergencia. Se confirma el agotamiento de la batería (lote 01-2025), la cual no suministra el voltaje necesario para que el equipo automático garantice la descarga de 150 joules*".

Desde la Dirección de Talento Humano, con el apoyo equipo de seguridad y salud en el trabajo, se solicitó al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS quien suministro las baterías bajo el Contrato Nro. 4232000-1369-2024, el reemplazo de esta.

Por lo cual el profesional CAROLINA DIAZ PINZON, identificado con C.C. 52442085 de IQ BIOINGENIERIA SAS acompañado del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Wuligi Mosquera identificado con C.C. 1016 027 222, realiza el remplazo de la batería (nueva) y el desarrollo de las pruebas de descarga a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los desfibriladores externos automáticos.

Así mismo se realizará el retiro de la batería con hallazgos técnicos que actualmente se encuentra ubicada en esta sede, con el fin de realizar la entrega al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS, para su respectiva disposición o lo que le compete.

Anexos: No aplica

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALC26 - 008
Servicio Tecnico			Fecha de ejecucion: 10/02/2026
Codigo	Versión		
Serv-012-JP	1		

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA	Marca: CONTEC	Modelo: NF1201	Serie: P1D32K131
Entidad: SECRETARIA GENERAL	Servicio: ALCALDIA MAYOR	Localización: CASE TORRE	N° activo: 72259
Contacto:	Teléfono:	Dirección o correo electrónico:	

TIPO DE MANTENIMIENTO			TIPO DE SERVICIO			
predictivo ☐	preventivo ☐	correctivo ☐	instalación	garantia X	dignóstico	otro
			cual:			

DESCRIPCION DAÑO

CAMBIO DE BATERIA POR GARANTIA

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Julios(J): Energia entregada al paciente.
Software	X			AUTOTEST DEA: OK (LUZ VERDE/SIN ALARMA)
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalación de bateria, se realizan pruebas de Funcionamiento con simulador de desfibilacion.
Fecha de vencimiento 12/2032

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO: NO SE REALIZA.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	Bateria IPAD COSACOM REF: PPS002001	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 160.3
Descarga automatica: 156.7

Tolerancia: ± 15%

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
Claudia Marcela Soles Espinel Aux. Administrativo	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

BOGOTÁ	SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia: Dirección Talento Humano	**Objetivo:** Realizar el retiro de la batería desechable de litio (LI-ION) para desfibrilador IPAD NF1200 – 1201 de la firma Cu Medical Systems	
Fecha: 10 02 2026	**Lugar:** Super Cadena de Suba	**Hora:** 11:20am

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Walner Mosquera	DTH	SGAMB	3178520386	
CAROLINA DIAZ	IQ BIOINGENIERIA SAS		3135106359	
NORMA SANCHEZ	SUP. SUBA	SGAMB	3202135123	

Desarrollo

Teniendo presente que, en diciembre del 2025, se adelantó proceso de contratación, mediante el cual, se suscribió el contrato No. 4232000-1297-2025 con BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S. quien realizó el mantenimiento preventivo al Desfibrilador de la sede Super Cadena de Suba encontrando hallazgos técnicos de la batería del DEA indicando que "*El sistema de autodiagnóstico reporta energía insuficiente en el conjunto de baterías para una respuesta de emergencia. Se confirma el agotamiento de la batería (lote 01-2025), la cual no suministra el voltaje necesario para que el equipo automático garantice la descarga de 150 joules*".

Desde la Dirección de Talento Humano, con el apoyo equipo de seguridad y salud en el trabajo, solicitó al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS quien suministro las baterías bajo el Contrato Nro. 4232000-1369-2024, el reemplazo de esta.

Por lo cual el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Walner Mosquera identificado con C.C. 1016 022 222 realizará el retiro de la batería del Desfibrilador ubicado en esta sede, con el fin de realizar la entrega al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS, para su respectivo cambio.

Es importante comentar que, desde la Dirección de Talento Humano, se están adelantando las acciones pertinentes con el respectivo proveedor, con el propósito de contar con la operatividad del DEA.

Anexos: No aplica

BOGOTÁ	SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia: Dirección Talento Humano	**Objetivo:** Realizar cambio de la batería desechable de litio (LI-ION) para desfibrilador IPAD NF1200 – 1201 de la firma Cu Medical Systems, y el retiro de la batería que presenta novedades de funcionalidad.	
Fecha: 10 02 2026	**Lugar:** Super Cade de Suba	**Hora:** 11:20am

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Walner Mosquera	DTH	SGTTB	3128520358	
CAROLINA DIAZ P.	IQ BIOINGENIERIA SAS			
NORMA SANCHEZ	SUP. SUBA	SGAMB	3202713	

Desarrollo

Teniendo presente que, en diciembre del 2025, se adelantó proceso de contratación, mediante el cual, se suscribió el contrato No. 4232000-1297-2025 con BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S. quien realizó el mantenimiento preventivo al Desfibrilador de la sede Super Cade de Suba encontrando hallazgos técnicos de la batería del DEA indicando que "*El sistema de autodiagnóstico reporta energía insuficiente en el conjunto de baterías para una respuesta de emergencia. Se confirma el agotamiento de la batería (lote 01-2025), la cual no suministra el voltaje necesario para que el equipo automático garantice la descarga de 150 joules*".

Desde la Dirección de Talento Humano, con el apoyo equipo de seguridad y salud en el trabajo, se solicitó al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS quien suministro las baterías bajo el Contrato Nro. 4232000-1369-2024, el reemplazo de esta.

Por lo cual el profesional CAROLINA DIAZ, identificado con C.C. [illegible] de IQ BIOINGENIERIA SAS acompañado del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Walner Mosquera identificado con C.C. 1016 027 222, realiza el remplazo de la batería (nueva) y el desarrollo de las pruebas de descarga a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los desfibriladores externos automáticos.

Así mismo se realizará el retiro de la batería con hallazgos técnicos que actualmente se encuentra ubicada en esta sede, con el fin de realizar la entrega al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS, para su respectiva disposición o lo que le compete.

Anexos: No aplica

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALC26 - 011
Servicio Tecnico			
Codigo	Versión		Fecha de ejecucion: 10/02/2026
Serv-012-JP	1		

Bioingeniería

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA		Marca: COMEDICAL	Modelo: NF1201	Serie: P10 3ZK118			
Entidad: SECRETARIA GENERAL		Servicio: ALCALDIA MAYOR	Localización: SUPERCADE SUBA			N° activo: 72253	
Contacto:		Teléfono:	Dirección o correo electrónico:				

TIPO DE MANTENIMIENTO

predictivo		preventivo		correctivo	

TIPO DE SERVICIO

instalación		garantia	X	dignóstico		otro	
cual:							

DESCRIPCION DAÑO

CAMBIO DE BATERIA POR GARANTIA

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Julios(J): Energia entregada al paciente
Software	X			Autotest del DEA OK (luz verde, sin alarma)
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalacion de bateria. Se realiza Prueba de funcionamiento con analizador de desfibrilacion.
FECHA DE VENCIMIENTO bateria 12/2032.

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO: NO SE REALIZA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	Bateria IPAD CUBAOCOMF REF: PR3001881D	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: NO SE REALIZA. Tolerancia: ±15%
electrodo no funciona.

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
NORMA ASTRID SANCHEZ	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

BOGOTÁ	**SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ** **EVIDENCIA DE REUNIÓN**

Dependencia: Dirección Talento Humano	**Objetivo:** Realizar el retiro de la batería desechable de litio (LI-ION) para desfibrilador IPAD NF1200 – 1201 de la firma Cu Medical Systems	
Fecha: 18 02 2026	**Lugar:** Caobe Kennedy	**Hora:** 9:15 am

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Walner Mosquera	DTH	SGMB	3128520386	
Orlando Buitrago Hoyos	DSDSC-Sur Kennedy	SGAMB	3218910232	
CAROLINA DIAZ	IQ BIOINGENIERIA SAS		3115006369	

Desarrollo

Teniendo presente que, en diciembre del 2025, se adelantó proceso de contratación, mediante el cual, se suscribió el contrato No. 4232000-1297-2025 con BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S. quien realizó el mantenimiento preventivo al Desfibrilador de la sede Caobe Kennedy encontrando hallazgos técnicos de la batería del DEA indicando que "*El sistema de autodiagnóstico reporta energía insuficiente en el conjunto de baterías para una respuesta de emergencia. Se confirma el agotamiento de la batería (lote 01-2025), la cual no suministra el voltaje necesario para que el equipo automático garantice la descarga de 150 joules*".

Desde la Dirección de Talento Humano, con el apoyo equipo de seguridad y salud en el trabajo, solicitó al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS quien suministro las baterías bajo el Contrato Nro. 4232000-1369-2024, el reemplazo de esta.

Por lo cual el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Walner Mosquera identificado con C.C. 1026 027 222 realizará el retiro de la batería del Desfibrilador ubicado en esta sede, con el fin de realizar la entrega al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS, para su respectivo cambio.

Es importante comentar que, desde la Dirección de Talento Humano, se están adelantando las acciones pertinentes con el respectivo proveedor, con el propósito de contar con la operatividad del DEA.

Anexos: No aplica

BOGOTÁ

SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia: Dirección Talento Humano	**Objetivo:** Realizar cambio de la batería desechable de litio (LI-ION) para desfibrilador IPAD NF1200 – 1201 de la firma Cu Medical Systems, y el retiro de la batería que presenta novedades de funcionalidad.	
Fecha: 18 02 2026	**Lugar:** Cade Kennedy	**Hora:** 9:15 am

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Walter Mosquera	DTH	SGTB	3128520386	
Orlando Bustedo Hoyos	DSDSC	SGAM B	3219710232	
CAROLINA DIAZ	IQ BIOINGENIERIA SAS		3175106369	

Desarrollo

Teniendo presente que, en diciembre del 2025, se adelantó proceso de contratación, mediante el cual, se suscribió el contrato No. 4232000-1297-2025 con BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S. quien realizó el mantenimiento preventivo al Desfibrilador de la sede Cade Kennedy encontrando hallazgos técnicos de la batería del DEA indicando que "*El sistema de autodiagnóstico reporta energía insuficiente en el conjunto de baterías para una respuesta de emergencia. Se confirma el agotamiento de la batería (lote 01-2025), la cual no suministra el voltaje necesario para que el equipo automático garantice la descarga de 150 joules*".

Desde la Dirección de Talento Humano, con el apoyo equipo de seguridad y salud en el trabajo, se solicitó al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS quien suministro las baterías bajo el Contrato Nro. 4232000-1369-2024, el reemplazo de esta.

Por lo cual el profesional CAROLINA DIAZ RINZON, identificado con C.C. 52447085 de IQ BIOINGENIERIA SAS acompañado del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Walter Mosquera identificado con C.C. 1016 027 222, realiza el remplazo de la batería (nueva) y el desarrollo de las pruebas de descarga a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los desfibriladores externos automáticos.

Así mismo se realizará el retiro de la batería con hallazgos técnicos que actualmente se encuentra ubicada en esta sede, con el fin de realizar la entrega al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS, para su respectiva disposición o lo que le compete.

Anexos: No aplica

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALC26 - 013
Servicio Tecnico			Fecha de ejecucion: 18/02/2026
Codigo	Versión		
Serv-012-JP	1		

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA	Marca: CONTEC	Modelo: NF1201	Serie: P1D32K139		
Entidad: SECRETARIA GENERAL	Servicio: ALCALDIA MAYOR	Localización: CASA KENNEDY	N° activo: 72218		
Contacto:	Teléfono:	Dirección o correo electrónico:			

TIPO DE MANTENIMIENTO

predictivo	preventivo	correctivo

TIPO DE SERVICIO

instalación	garantia	dignóstico	otro
cual:	X		

DESCRIPCION DAÑO

CAMBIO DE BATERIA POR GARANTIA

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Julios(J): Energia Suministrada al paciente
Software	X			Autotest del DEA OK (luz verde/sin alarma)
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalación de bateria, se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibrilación.

Fecha de vencimiento bateria 12/2032

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO: NO SE REALIZA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	Bateria PHILIPS CUSACGO1F REF PPSC01891A	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 169.2 J

Descarga automatica: 169.5 J

Tolerancia: ±15%

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
Auxi Administrativo Bogotá	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

BOGOTÁ

SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia: Dirección Talento Humano	**Objetivo:** Realizar el retiro de la batería desechable de litio (LI-ION) para desfibrilador IPAD NF1200 – 1201 de la firma Cu Medical Systems	
Fecha: 18 02 2026	**Lugar:** Cade Patio Bonito	**Hora:** 8:26 am

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Walner Mosquera	DTH	SGMB	3128520386	
[illegible]	DSDSC	Secretaría General	3226382702	
CAROLINA DIAZ DIAZ	IQ BIOINGENIERIA SAS		3150106361	

Desarrollo

Teniendo presente que, en diciembre del 2025, se adelantó proceso de contratación, mediante el cual, se suscribió el contrato No. 4232000-1297-2025 con BIOMEDICA COLOMBIA, S.A.S. quien realizó el mantenimiento preventivo al Desfibrilador de la sede Cade Patio Bonito encontrando hallazgos técnicos de la batería del DEA indicando que "*El sistema de autodiagnóstico reporta energía insuficiente en el conjunto de baterías para una respuesta de emergencia. Se confirma el agotamiento de la batería (lote 01-2025), la cual no suministra el voltaje necesario para que el equipo automático garantice la descarga de 150 joules*".

Desde la Dirección de Talento Humano, con el apoyo equipo de seguridad y salud en el trabajo, solicitó al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS quien suministro las baterías bajo el Contrato Nro. 4232000-1369-2024, el reemplazo de esta.

Por lo cual el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Walner Mosquera identificado con C.C. 1016 027 222 realizará el retiro de la batería del Desfibrilador ubicado en esta sede, con el fin de realizar la entrega al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS, para su respectivo cambio.

Es importante comentar que, desde la Dirección de Talento Humano, se están adelantando las acciones pertinentes con el respectivo proveedor, con el propósito de contar con la operatividad del DEA.

Anexos: No aplica

BOGOTÁ

SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia: Dirección Talento Humano	**Objetivo:** Realizar cambio de la batería desechable de litio (LI-ION) para desfibrilador IPAD NF1200 – 1201 de la firma Cu Medical Systems, y el retiro de la batería que presenta novedades de funcionalidad.	
Fecha: 18 02 2026	**Lugar:** Cacle Patio Bonito	**Hora:** 8:26 am

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Walner Mosquera	DTH	SGMB	3128520386	
Eva Catalina Mendez Cruz	DSDSC	Secretaría General	3226384700	
CAROLINA DIAZ	ID BIOINGENIERIA SAS	3145106369		

Desarrollo

Teniendo presente que, en diciembre del 2025, se adelantó proceso de contratación, mediante el cual, se suscribió el contrato No. 4232000-1297-2025 con BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S. quien realizó el mantenimiento preventivo al Desfibrilador de la sede Cacle Patio Bonito encontrando hallazgos técnicos de la batería del DEA indicando que "*El sistema de autodiagnóstico reporta energía insuficiente en el conjunto de baterías para una respuesta de emergencia. Se confirma el agotamiento de la batería (lote 01-2025), la cual no suministra el voltaje necesario para que el equipo automático garantice la descarga de 150 joules*".

Desde la Dirección de Talento Humano, con el apoyo equipo de seguridad y salud en el trabajo, se solicitó al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS quien suministro las baterías bajo el Contrato Nro. 4232000-1369-2024, el reemplazo de esta.

Por lo cual el profesional CAROLINA DIAZ PINZON, identificado con C.C. 52442085 de IQ BIOINGENIERIA SAS acompañado del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Walner Mosquera identificado con C.C. 1016 027 222 realiza el remplazo de la batería (nueva) y el desarrollo de las pruebas de descarga a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los desfibriladores externos automáticos.

Así mismo se realizará el retiro de la batería con hallazgos técnicos que actualmente se encuentra ubicada en esta sede, con el fin de realizar la entrega al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS, para su respectiva disposición o lo que le compete.

Anexos: No aplica

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALCZ6-012
Servicio Tecnico			Fecha de ejecucion: 18/02/2026
Codigo	Versión		
Serv-012-JP	1		

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA	Marca: COMERCIAL	Modelo: NF1201	Serie: P1D32K116		
Entidad: SECRETARIA GENERAL	Servicio: ALCALDIA MAYOR	Localización: CALLE PATIOBONITO	N° activo:	72232	
Contacto:	Teléfono:	Dirección o correo electrónico:			

TIPO DE MANTENIMIENTO

predictivo	preventivo	correctivo	instalación	garantia	dignóstico	otro
			cual:	X		

DESCRIPCION DAÑO

CAMBIO DE BATERIA POR GARANTIA

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Julios(J) = Energia entregada al paciente
Software	X			Autotest del DEA OK (luz VERDE sin ALARMA)
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalacion de bateria, se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibrilación.
FECHA DE VENCIMIENTO BATERIA 12/2032

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO — NO SE REALIZA.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	BATERIA IPAD COMPATIBLE REF PP2001941S	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 164.7J Tolerancia: ±15%
Descarga automatica: 149.7J.

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
Potencio Ramos	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia: Dirección Talento Humano	**Objetivo:** Realizar el retiro de la batería desechable de litio (LI-ION) para desfibrilador IPAD NF1200 – 1201 de la firma Cu Medical Systems	
Fecha: 18 02 2026	**Lugar:** Super Cade Portal America	**Hora:** 10:40 am

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Walner Mosquera	DTH	SGMB	3128520386	
CAROLINA [illegible]	IQ BIOINGENIERIA SAS		3115166869	
JOSE A- Pena	DS DSC	SG	3114668116	

Desarrollo

Teniendo presente que, en diciembre del 2025, se adelantó proceso de contratación, mediante el cual, se suscribió el contrato No. 4232000-1297-2025 con BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S. quien realizó el mantenimiento preventivo al Desfibrilador de la sede Super Cade Portal America encontrando hallazgos técnicos de la batería del DEA indicando que "*El sistema de autodiagnóstico reporta energía insuficiente en el conjunto de baterías para una respuesta de emergencia. Se confirma el agotamiento de la batería (lote 01-2025), la cual no suministra el voltaje necesario para que el equipo automático garantice la descarga de 150 joules*".

Desde la Dirección de Talento Humano, con el apoyo equipo de seguridad y salud en el trabajo, solicitó al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS quien suministro las baterías bajo el Contrato Nro. 4232000-1369-2024, el reemplazo de esta.

Por lo cual el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Walner Mosquera identificado con C.C. 1016 027222 realizará el retiro de la batería del Desfibrilador ubicado en esta sede, con el fin de realizar la entrega al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS, para su respectivo cambio.

Es importante comentar que, desde la Dirección de Talento Humano, se están adelantando las acciones pertinentes con el respectivo proveedor, con el propósito de contar con la operatividad del DEA.

Anexos: No aplica

BOGOTÁ	**SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ** **EVIDENCIA DE REUNIÓN**

Dependencia: Dirección Talento Humano	**Objetivo:** Realizar cambio de la batería desechable de litio (LI-ION) para desfibrilador IPAD NF1200 – 1201 de la firma Cu Medical Systems, y el retiro de la batería que presenta novedades de funcionalidad.	
Fecha: 18 02 2026	**Lugar:** Super Cade Portal America	**Hora:** 10:40am

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Walner Mosquera	DTH	SGMB	3128520386	
CAROLINA DIAZ	IQ BIOINGENIERIA SAS		3135106369	
JOSE A. PEÑA	DSDSC	SG	3114668961	

Desarrollo

Teniendo presente que, en diciembre del 2025, se adelantó proceso de contratación, mediante el cual, se suscribió el contrato No. 4232000-1297-2025 con BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S. quien realizó el mantenimiento preventivo al Desfibrilador de la sede Super Cade Portal America encontrando hallazgos técnicos de la batería del DEA indicando que "*El sistema de autodiagnóstico reporta energía insuficiente en el conjunto de baterías para una respuesta de emergencia. Se confirma el agotamiento de la batería (lote 01-2025), la cual no suministra el voltaje necesario para que el equipo automático garantice la descarga de 150 joules*".

Desde la Dirección de Talento Humano, con el apoyo equipo de seguridad y salud en el trabajo, se solicitó al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS quien suministro las baterías bajo el Contrato Nro. 4232000-1369-2024, el reemplazo de esta.

Por lo cual el profesional CAROLINA DIAZ, identificado con C.C. 52442085 de IQ BIOINGENIERIA SAS acompañado del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Walner Mosquera identificado con C.C. 1016 027 222, realiza el remplazo de la batería (nueva) y el desarrollo de las pruebas de descarga a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los desfibriladores externos automáticos.

Así mismo se realizará el retiro de la batería con hallazgos técnicos que actualmente se encuentra ubicada en esta sede, con el fin de realizar la entrega al proveedor IQ BIOINGENIERIA SAS, para su respectiva disposición o lo que le compete.

Anexos: No aplica

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALC26-014
Servicio Tecnico			Fecha de ejecucion: 18/02/2026
Codigo	Versión		
Serv-012-JP	1		

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA	Marca: CONTEC	Modelo: NF1201	Serie: PNQ32K133		
Entidad: Secretaria General	Servicio: ALCALDIA MAYOR	Localización: SUPERCADE AMERICAS	Activo: 72241		
Contacto:	Teléfono:	Dirección o correo electrónico:			

TIPO DE MANTENIMIENTO

predictivo	preventivo	correctivo

TIPO DE SERVICIO

instalación	garantia	dignóstico	otro
cual:	X		

DESCRIPCION DAÑO

Cambio de bateria por garantia

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Julios(J): Energia Suministrada al paciente
Software	X			Autotest del DEA OK (luz verde) Sin alarma.
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalacion de bateria, se realiza prueba de Funcionamiento con simulador de desfibrilacion.
Fecha de vencimiento bateria 12/2032.

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO NO SE REALIZA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	Bateria IPAD COSACCOM REF SOO-1931	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 169.4 Julios
Descarga automatica: 166.5 Julios

TOLERANCIA: ± 15%

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
Jose Peña	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Cra. 116B # 74A-40 Ofic 102 TELEFAX. 7159730	Informe de servicio tecnico NO. ALC26 024
Servicio Tecnico			Fecha de ejecucion: 12/03/2026
Codigo	Versión		
Serv-012-JP	1		

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA	Marca: ~~Radiometer~~ SCHILLER	Modelo: AT-1201	Serie: P1032K119
Entidad: SECRETARIA GENERAL	Servicio: ALCALDIA MAYOR	Localización: ARCHIVO BTÁ	N° activo: 72231
Contacto:	Telefono:	Dirección o correo electrónico:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

predictivo	preventivo	correctivo

TIPO DE SERVICIO

instalación	garantia	dignóstico	otro
	X		

cual:

DESCRIPCION DAÑO

Cambio de bateria por garantia

Protocolo de Verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Pulso(J): Energia entregada al paciente
Software	X			Ajuste del Dea ok/luz verde sin alarma
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza cambio de bateria, se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibrilación

Fecha de vencimiento 01/2033.

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO | No se realiza

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	Bateria IPAD COSACCO AT Ref PP5002180	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 149.1 Julios Tolerancia ± 15%

Descarga automatica: 149.2 J

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALC26-016
Servicio Tecnico			
Codigo	Versión		Fecha de ejecucion: 11/03/26
Serv-012-JP	1		

Bioingenieria

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA		Marca: CONTEC		Modelo: NF1201		Serie: P1Q32K134	
Entidad: SECRETARIA GENERAL		Servicio: ALCALDIA MAYOR		localización: CALOS LUCROS		N° activo: 7243	
Contacto:		Teléfono:		Dirección o correo electrónico:			

TIPO DE MANTENIMIENTO						TIPO DE SERVICIO					
predictivo		preventivo		correctivo		instalación		garantia	X	dignóstico	otro
						cual:					

DESCRIPCION DAÑO

Cambio de bateria por garantia.

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			Juegos(1) energia suministrada al paciente
Variable manejada	X			
Software	X			Autotest del DEA OK/luz verde sin alarma
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalacion de baterias, se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibrilacion.
Fecha de vencimiento 01/2033.

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO NO SE REALIZA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	Bateria IPAD COSADCOM Ref PP5002291	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 144.1J
Descarga automatica: 170.8

Tolerancia ± 15%

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALC-26-018
Servicio Tecnico			
Codigo	Versión		Fecha de ejecucion: 11/03/26
Serv-012-JP	1		

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA	Marca: CUMENTA	Modelo: NF-1201	Serie: P1Q032K-113
Entidad: SECRETARIA GENERAL	Servicio: ALCALDIA MAYOR	Localización: CASA MUZU	N° activo: 72223
Contacto:	Teléfono:	Dirección o correo electrónico:	

TIPO DE MANTENIMIENTO			TIPO DE SERVICIO			
predictivo	preventivo	correctivo	instalación	garantia X	dignóstico	otro
			cual:			

DESCRIPCION DAÑO

Cambio de bateria por garantia

Protocolo de Verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Julios(J) energia entregada al paciente
Software	X			Ajuste del DEA ok/luz verde sin alarma.
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realizo instalación de bateria, se realiza pruebas de funcionamiento con simulador.
Fecha de vencimiento 01/2033

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO — No se realiza.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	bateria IPAD 0058006017 Ref PP002203	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 150 Julios
Descarga automatica: se realizo una sola. Tolerancia ±15%.

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
Profesional Responsable. Sandra Quevedo	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALC26-017
Servicio Tecnico			
Codigo	Versión		Fecha de ejecucion: 11/03/26
Serv-012-JP	1		

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	DEA	Marca:	COMEN	Modelo:	NF1201	Serie:	P1Q32K137
Entidad:	SECRETARIA GENERAL	Servicio:	ALCALDIA MAYOR	Localización:	ADEQUASA	N° activo:	72240
Contacto:		Teléfono:		Dirección o correo electrónico:			

TIPO DE MANTENIMIENTO				TIPO DE SERVICIO			
predictivo ☐	preventivo ☐	correctivo ☐	instalación	garantia X	dignóstico	otro	
			cual:				

DESCRIPCION DAÑO

Cambio de bateria por garantia

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			Julios (J): energia Suministrada al paciente
Variable manejada	X			Ajuste del DEA a luz verde sin alarma.
Software	X			
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realizo instalación de bateria, se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibrilación.
fecha de vencimiento 01/2033

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO | No se realiza

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	Bateria IPAD COSACOM Ref PB3002310	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 175J.
Descarga automatica: 116J
Tolerancia ± 15%

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
Luis Mauricio Rodriguez	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Cra. 116B # 74A-40 Ofic 102 TELEFAX. 7159730	Informe de servicio tecnico N0.
Servicio Tecnico			ALC26 – 026
Codigo	Versión		Fecha de ejecucion:
Serv-012-JP	1		12/03/2026

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA.	Marca: BIOMEDICAL	Modelo: NF1201	Serie: P1032K126		
Entidad: SECRETARIA GENERAL	Servicio: ALCALDIA MAYOR	Localización: CENTRO MEMORIA	N° activo: 7228		
Contacto:	Telefono:	Dirección o correo electrónico:			

TIPO DE MANTENIMIENTO			TIPO DE SERVICIO			
predictivo	preventivo	correctivo	instalación	garantia X	dignóstico	otro
			cual:			

DESCRIPCION DAÑO

Cambio de bateria por garantia.

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico	X			
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			Jutos(1): Gerapia Suministrada al paciente.
Variable manejada	X			
Software	X			Ajuste del Dea OK / luz verde sin alarma
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalacion de bateria, se realiza prueba de funcionamiento con simulador.

Fecha de vencimiento 01/2033

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO | NO SE REALIZA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	Bateria IPAD COSAOGO1F REFPP5002191	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 146.9 J

Descarga automatica: 149.2 J Tolerancia ±15%

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Cra. 116B # 74A-40 Ofic 102 TELEFAX. 7159730	Informe de servicio tecnico NO.
Servicio Tecnico			ACZ6-019
Codigo	Versión		Fecha de ejecucion:
Serv-012-JP	1		12/03/2026

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA	Marca: GENERICA	Modelo: NF1201	Serie: P1032K124
Entidad: SECRETARIA GENERAL	Servicio: ALCALDIA MAYOR	Localización: IMPRENTA DISTRITAL	N° activo: 72229
Contacto:	Telefono:	Dirección o correo electrónico:	

TIPO DE MANTENIMIENTO			TIPO DE SERVICIO			
predictivo	preventivo	correctivo	instalación	garantia X	dignóstico	otro
			cual:			

DESCRIPCION DAÑO

CAMBIO DE BATERIA POR GARANTIA .

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Julios(J): energia entregada al paciente .
Software	X			
Panel de control	X			Ajuste del DEA OK/luz verde sin alarma .

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalacion de bateria, Se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibrilación.

Fecha de vencimiento 01/2033

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO | NO se realiza

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	Bateria IPAD CUSADOR Ref PP5002ZA	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 121.2, Julios

Descarga automatica: 146.5 J

Tolerancia: ± 15%

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALCZ6-015
Servicio Tecnico			
Codigo	Versión		Fecha de ejecucion: 11/03/26.
Serv-012-JP	1		

Bioingenieria

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA	Marca: COMEDICAL	Modelo: NF1201	Serie: P1Q32K138
Entidad: SECRETARIA GENERAL	Servicio: ALCALDIA MAYOR	Localización: MERCADO MANTAS	Activo: 72237-2018
Contacto:	Teléfono:	Dirección o correo electrónico:	

TIPO DE MANTENIMIENTO				TIPO DE SERVICIO			
predictivo ☐	preventivo ☐	correctivo ☐	instalación	garantia X	dignóstico	otro	
			cual:				

DESCRIPCION DAÑO

Cambio de batería por garantía.

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			Julios (J): Energía suministrada al paciente.
Variable manejada	X			Autotest del DEA OK (luz verde sin alarma.
Software	X			
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalación de batería, se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibrilación.

Fecha vencimiento PPS002266 01/2033

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO — NO SE REALIZA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	No	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	BATERIA IPAD COMPATIBLE REF PPS002266	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 173.5 J

Descarga automatica: 143.4 J

Tolerancia: ±15%

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
Alexander Benavides Brigadista Secretaria General	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALC26 -023
Servicio Tecnico			
Codigo	Versión		Fecha de ejecucion: 12/08/2026
Serv-012-JP	1		

IQ Bioingeniería

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA	Marca: CUMERAL	Modelo: NF1201	Serie: P1Q32K140
Entidad: SECRETARIA GENERAL	Servicio: ALCALDIA MAYOR	Localización: AUDITORIO HUITACA	Activo: 72236-2018
Contacto:	Teléfono:	Dirección o correo electrónico:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

predictivo	preventivo	correctivo	instalación	garantia	dignóstico	otro
			cual:	X		

DESCRIPCION DAÑO

Cambio de bateria por garantia.

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Julios(J): Energia entregada al paciente
Software	X			Ajuste del DEA OK/Luz verde sin alarma
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalacion de bateria, se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibrilacion.

Fecha de verificación

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO: No se realiza.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	Bateria CUSACCO 17 REF PR5002301	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 154.8 J

Descarga automatica: 152.9 J Tolerancia ±15%

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALC26 – 022
Servicio Tecnico			
Codigo	Versión		Fecha de ejecucion: 12/03/2026
Serv-012-JP	1		

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA	Marca: COMEDICAL	Modelo: NF1201	Serie: P1D32K112		
Entidad: SECRETARIA GENERAL	Servicio: ALCALDIA MAICAO	Localización: Bodega 1	N° activo: 72222-2018		
Contacto:	Teléfono:	Dirección o correo electrónico:			

TIPO DE MANTENIMIENTO			TIPO DE SERVICIO			
predictivo ☐	preventivo ☐	correctivo ☐	instalación	garantia X	dignóstico	otro
			cual:			

DESCRIPCION DAÑO

CAMBIO DE BATERIA POR GARANTIA

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Julios(J) Energia entregada al paciente
Software	X			Ajuste del DEA OK/luz verde sin alarma
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalacion de bateria, se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibilacion.
Fecha de vencimiento 01/2032

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO: No se realiza.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	BATERIA IPAD CUSACOM REF PP3000ID	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 155.3J
Descarga automatica 156.6J
Tolerancia: ±15%

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
Jaudhy Espinosa / Contratista SG AMB	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Cra. 116B # 74A-40 Ofic 102 TELEFAX. 7159730	Informe de servicio tecnico NO.
Servicio Tecnico			AIC26-021
Codigo	Versión		Fecha de ejecucion:
Serv-012-JP	1		12/03/2026

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	DEA	Marca:	QUIRÚRGICA	Modelo:	NF1201	Serie:	P1032K123
Entidad:	SECRETARIA GENERAL	Servicio:	ALCALDIA MAYOR	Localización:	BODEGA 2	N° activo:	72233
Contacto:		Telefono:		Dirección o correo electrónico:			

TIPO DE MANTENIMIENTO			TIPO DE SERVICIO			
predictivo	preventivo	correctivo	instalación	garantia X	dignóstico	otro
			cual:			

DESCRIPCION DAÑO

Cambio de bateria por garantia.

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Julios (J) energia suministrada al paciente
Software	X			
Panel de control	X			Ajuste del DEA OK/luz verde sin alarma

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalación de bateria, se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibrilacion.
Fecha de vencimiento 01/2033

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO — NO SE REALIZA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	Bateria IPAD CUSA0041F Ref PP5002221>	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica : 156.8 J
Descarga automatica : 159.2 J
Tolerancia ± 15%

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
Jaudha PEB / Contratista S.G. AMB	
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Cra. 116B # 74A-40 Ofic 102 TELEFAX. 7159730	Informe de servicio tecnico NO. ALC.26 - 020
Servicio Tecnico			Fecha de ejecucion: 12/03/2026.
Codigo	Versión		
Serv-012-JP	1		

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA	Marca: GENERAL	Modelo: NF1201	Serie: P1032K143
Entidad: Secretaria General	Servicio: Alcaldia Mayor	Localización: Palacio Municipal	N° activo: 2238
Contacto:	Telefono:	Dirección o correo electrónico:	

TIPO DE MANTENIMIENTO			TIPO DE SERVICIO			
predictivo	preventivo	correctivo	instalación	garantia X	dignóstico	otro
			cual:			

DESCRIPCION DAÑO

Cambio de bateria por garantia

Protocolo de Calificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Juicios(J): Energia entregada al paciente.
Software	X			Ajuste del DEA OK/luz verde. Sin alarma
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalacion de bateria, se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibrilacion

Fecha de vencimiento 01/2032

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO: No se realiza

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	Bateria IPAD> CUSA0601F Ref PP5001891>	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 159.4J

Descarga automatica: 155.8J

Tolerancia ±15%.

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
Sandra Espinosa B / Contratista. S.G. AMB	
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Cra. 116B # 74A-40 Ofic 102 TELEFAX. 7159730	Informe de servicio tecnico NO. ALC26 - 025
Servicio Tecnico			Fecha de ejecucion: 12/03/2026
Codigo	Versión		
Serv-012-JP	1		

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA	Marca: [illegible] MINDRAY	Modelo: NF1201	Serie: P10J32K142
Entidad: SECRETARIA GENERAL	Servicio: ALCALDIA MAYOR	Localización: CIUDADANIA	N° activo: 72213
Contacto:	Telefono:	Dirección o correo electrónico:	

TIPO DE MANTENIMIENTO			TIPO DE SERVICIO			
predictivo	preventivo	correctivo	instalación	garantia X	dignóstico	otro
			cual:			

DESCRIPCION DAÑO

Cambio de bateria por garantia

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Julios(J): Energia Suministrada al paciente.
Software	X			
Panel de control	X			Ajuste del DEA OK/luz verde sin alarma.

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalacion de bateria, se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibrilacion.

Fecha de vencimiento 01/2033

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO: NO SE REALIZA.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	Bateria IPAD CUSA06ST Ref PB500225 >	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 158.6 J

Descarga automatica: 158.3 J.

Tolerancia ± 15%

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
Laura OEP / Contratista 56 ATB	
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALC26 - 002
Servicio Tecnico			Fecha de ejecucion: 9/02/2026
Codigo	Versión		
Serv-012-JP	1		

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA	Marca: COMEN	Modelo: NF1201	Serie: P1Q32-1123		
Entidad: SECRETARIA GENERAL	Servicio: ALCALDIA MAYOR	Localización: CASA FONTIBON		N° activo: 72219	
Contacto:	Teléfono:	Dirección o correo electrónico:			

TIPO DE MANTENIMIENTO			TIPO DE SERVICIO			
predictivo ☐	preventivo ☐	correctivo ☐	instalación	garantia X	dignóstico	otro
			cual:			

DESCRIPCION DAÑO

CAMBIO DE BATERIA POR GARANTIA.

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Julios(J) = Energia entregada al paciente.
Software	X			Autest del DEA OK (luz VERDE/SIN ALARMA)
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO: NO SE REALIZA

Se realiza instalacion de bateria, se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibrilación

Fecha vencimiento bateria 12/2032

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO: NO SE REALIZA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	BATERIA IPAD COSACOM REF PB500195	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 148.2 J

Descarga automatica: 159.5 Julios.

Tolerancia: ± 15%

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

Proceso Mantenimiento Equipos		IQ Bioingeniería	NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALC26 - 007
Servicio Tecnico				Fecha de ejecucion: 9/02/2026
Codigo	Versión			
Serv-012-JP	1			

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA	Marca: CUMEDICAL	Modelo: NF1201	Serie: P1D32KMS		
Entidad: SECRETARIA GENERAL	Servicio: ALCALDIA MAYOR	Localización: CADE SANTA HELENA		N° activo: 72214	
Contacto:	Teléfono:	Dirección o correo electrónico:			

TIPO DE MANTENIMIENTO

predictivo	preventivo	correctivo

TIPO DE SERVICIO

instalación	garantia	dignóstico	otro
cual:	X		

DESCRIPCION DAÑO

CAMBIO DE BATERIA POR GARANTIA .

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Julios(J): Se entrega entregada al paciente
Software	X			Autotest del DEA OK (LUZ VERDE SIN ALARMA)
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalacion de bateria, se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibrilación

Fecha vencimiento bateria 12/2032

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO — NO SE REALIZA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	bateria IPAD CUSTODIA Ref: PBSOYMD	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 148 J

Descarga automatica: 180 J

Tolerancia: ± 15%.

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
Ana Victoria Cáceres Calcedo Prof. Responsable CADE Santa Helenita,	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALC26-005
Servicio Tecnico			Fecha de ejecucion: 9/02/2026
Codigo	Versión		
Serv-012-JP	1		

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	DEA	Marca:	COMEDICAL	Modelo:	NF1201	Serie:	P1032K120
Entidad:	SECRETARIA GENERAL	Servicio:	ALCALDIA MAYOR	Localización:	SUPERCADE CAD	N° activo:	72234-2018
Contacto:		Teléfono:		Dirección o correo electrónico:			

TIPO DE MANTENIMIENTO				TIPO DE SERVICIO			
predictivo ☐	preventivo ☐	correctivo ☐	instalación	garantia X	dignóstico	otro	
			cual:				

DESCRIPCION DAÑO

CAMBIO DE BATERIA POR GARANTIA.

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Julios(J)=Energia entregada al paciente.
Software	X			
Panel de control	X			Autotest del DEA OK (luz verde/SIN ALARMA)

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalacion de bateria, se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibrilacion.
Fecha de vencimiento bateria 12/2032.

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO: No se realiza.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	Bateria (PARSCOSACCOM FREF: PP500 PHD)	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 174.9 J
Descarga automatica: 176.9 J

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
Andres Gutierrez. Aux. Adm.	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

Proceso Mantenimiento Equipos		IQ Bioingenieria	NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALC26-003
Servicio Tecnico				Fecha de ejecucion: 9/02/2026
Codigo	Versión			
Serv-012-JP	1			

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA	Marca: COMEN	Modelo: NF1201.	Serie: PAQ32K122		
Entidad: SECRETARIA GENERAL	Servicio: ALCALDIA MAYOR	Localización: SUPERCADE CALLE 13	N° activo: 72225		
Contacto:	Teléfono:	Dirección o correo electrónico:			

TIPO DE MANTENIMIENTO

predictivo	preventivo	correctivo	instalación	garantia	dignóstico	otro
			cual:	X		

DESCRIPCION DAÑO

CAMBIO DE BATERIA POR GARANTIA

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			
Variable manejada	X			Julios(J)=Energia entregada al paciente
Software	X			Autotest del DEA OK (LUZ VERDE SIN ALARMA)
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalacion de bateria, se realiza prueba de Funcionamiento con Simulador de desfibrilación

Fecha de vencimiento bateria 12/2032

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO: NO SE REALIZA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	Bateria IPAD COMEN REF: PB001831	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 176.3

Descarga automatica 177.2

Tolerancia: ± 15%

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
Angela M. Pig. Universitaria	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

Proceso Mantenimiento Equipos		NIT. 900.538.263-5 Calle 77C # 114A-54 TELEFAX. 3654903	Informe de servicio tecnico ALC26-006
Servicio Tecnico			
Codigo	Versión		Fecha de ejecucion: 9/02/2026
Serv-012-JP	1		

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: DEA	Marca: COMEN	Modelo: NF1201	Serie: P1D32K141		
Entidad: SECRETARIA GENERAL	Servicio: ALCALDIA MAYOR	Localización: SUPERCADE CREATIVA		Inv. activos:	72216.
Contacto:	Teléfono:	Dirección o correo electrónico:			

TIPO DE MANTENIMIENTO

predictivo	preventivo	correctivo	instalación	garantia	dignóstico	otro
			cual:	X		

DESCRIPCION DAÑO

CAMBIO DE BATERIA POR GARANTIA.

Protocolo de verificación

Actividad	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Red eléctrica	X			
Elementos de protección	X			
Sistema mecánico			X	
Sistema neumático			X	
Sistema hidráulico			X	
Sistema de refrigeración			X	
Sistema óptico			X	
Sistema electrónico	X			
Accesorios	X			Julios(J)=Energia entregada al paciente
Variable manejada	X			Autotest del DEA OK (luz Verde/SIN ALARMA)
Software	X			
Panel de control	X			

DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES EN EL EQUIPO

Se realiza instalacion de bateria, se realiza prueba de funcionamiento con simulador de desfibrilacion.

Fecha de vencimiento 12/2032

LIMPIEZA Y DESINFECCION POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO: NO SE REALIZA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza interna		X		
Limpieza externa		X		
Revisión documentación		X		
Prueba de funcionamiento	X			

REPUESTOS UTILIZADOS O REQUERIDOS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO	SE INSTALÓ O SE UTILIZÓ REPUESTO
1	bateria IPAD CUSA0804F Ref. PP3001921	X

OBSERVACIONES

Descarga automatica: 150.3

Descarga automatica: 142.3 Tolerancia: ± 15%.

RESPONSABLE DEL SERVICIO	DEPARTAMENTO INGENIERIA
Sally Bonilla	CAROLINA DIAZ- INGENIERO BIOMEDICO
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

CALLE 77C No. 114A -54 Tels. 3654903 cel. 3175106369- 3504703071. Mail: operaciones@iqbioingenieria.com