CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN

NIT. 900.407.723-1

No. 2025-4394

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE:	**SIGLA S.A.S**
TELEFONO:	7293735
CIUDAD:	BOGOTA

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	GNS	MARCA:	LEICA
MODELO:	GX1230	¿NUEVO?:	NO
SERIAL ANTENA 1:	305526	FECHA DE EXPEDICIÓN:	01 DE MARZO DE 2026
SERIAL ANTENA 2:	453142	RECOMENDAMOS AJUSTAR:	01 SEPTIEMBRE DEL 2026

2025-4394

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

CANALES 220	**INTERFAZ**
GPS, GLONAS .GNSS, GALILEO, SBAS	TARJETA COMPA FLASH
MEDICIÓN ESTATICA Y ESTATICA RAPIDA	REGISTRO DE DATOS DGPS
HORIZONTAL_____ 10 mm+ 1 PPM RMS	PUERTO SERIAL RS232 Y TARJETA MICRO CD
VERTICAL _____ 20 mm + 1 PPM RMS	**TIEMPO DE TRABAJO**
MEDICION GNSS CON POSPROCESAMIENTO	ESTATICO DE 10-12 HORAS
HORIZONTAL_____ 5 mm + 0.5 PPM RMS	RTK MOVIL 8 - 10 HORAS
VERTICAL _____ 10 mm + 0.5 PPM RMS	RTK BASE 8 - 10 HORAS

TRABAJO REALIZADO

CODIGOS: CORRECTO (1) FALLA CORREGIDA (2) NO CORREGIDA (3) NO APLICA (4)

2	LIMPIEZA EXTERIOR	2	CONECTORES Y PUERTOS
2	MANTENIMIENTO INTERNO	1	FUNCIONADLIDAD Y RECEPCIÓN
1	CHEQUEO DE TECLADO Y PANTALLA	2	CABLES DE CONEXIÓN
2	AJUSTE DE NIVEL CIRCULAR	1	BATERIAS Y CARGADOR
1	ACCESORIOS Y ADITAMIENTOS EXTERNOS		

TECNIRAC S.A.S ESTABLECE:

1. TECNIRAS S.A.S NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PREJUICIOS QUE PUEDE OCACIONAR EL USO INADECUADO DEL INSTRUMENTO VERIFICADO.
2. EL CLIENTE ES RESPONSABLE DEL TRANSPORTE DEL INSTRUMENTO Y USO DE ESTE CERTIFICADO.
3. LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO Y CONDICIONES EN QUE SE REALIZARON LAS MEDICIONES
4. LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN TECNIRAC CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD, DE MODO QUE, TECNIRAC CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SE RECOMIENDA QUE EL OPERADOR REALICE LOS CHEQUEOS DE CAMPO RUTINARIOS.

REALIZADO POR:

TECNI RAC NIT:900407723-1

REVISADO POR:

ARODRIGUEZ.TECNIRAC@GMAIL.COM
SECRETARIATECNIRAC@GMAIL.COM
CRA. 38 # 10-60 OFC.716, BOGOTÁ D.C
3125152722 - 3157483174
3188037560 - 3107984455