GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-008**
AVISO DE CONVOCATORIA		**FECHA: 16/May/2022**

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 012 de 2026

La **GOBERNACION DE BOYACA**, se permite convocar a los interesados en participar en el Proceso de Contratación **SA-SI-GB-012-2026** para seleccionar a través de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA**,** la **ADQUISICION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE CIRUGIA Y ATENCIÓN DEL PARTO EN LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 202500000037481-A1 PARA LA ESE SANTIAGO DE TUNJA.**

La **GOBERNACION DE BOYACA**, atenderá a los interesados en participar en el Proceso de Contratación **SA-SI-GB-012-2026**, en la Gobernación de Boyacá - Calle 20 No. 9-90 Tunja – Oficina Secretaría de Contratación. Página web. www.contratos.gov.co; SECOP II y http://www.boyaca.gov.co/contratacion/contratos-secop/licitaciones-públicas.

Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación en línea a través del SECOP II.

La Entidad Estatal atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación que por indisponibilidad de la plataforma SECOP II, no puedan aclarar sus observaciones; en la **Calle 20 9 -90.** Correo electrónico. procesosdeseleccion@boyaca.gov.co Teléfono: (098) 7420150 Ext. 2112. **Tunja Boyacá.** En todo caso toda comunicación debe radicarse en la plataforma **SECOP II.**

El objeto de la presente convocatoria consiste en **ADQUISICION DE DOTACION HOSPITALARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE CIRUGIA Y ATENCIÓN DEL PARTO EN LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 202500000037481-A1 PARA LA ESE SANTIAGO DE TUNJA.**

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS POR LA ESE	CANT
1	Monitor Fetal	**1. Pantalla**	1
		1.1 Tipo de pantalla TFT - LCD - LED	
		1.2 Tamaño de pantalla minimo 12 Pulgadas	
		2. Transductores (TOCO / Ultrasonido)	
		2.1 Rango de medición del toco 0% - 100%	
		2.2 resolución medición TOCO 1%	
		2.3 error del TOCO no lineal maximo 10%	
		2.4 Frecuencia de ultrasonido 1,0M Hz (entre ±1% y 10%)	
		2.5 frecuencia del pulso : entre 1 y 2 Khz	
		2.6 Precisión ultrasonido entre ±1bpm y ± 2 bpm.	
		2.7 Doble canal FHR (opción gemelar)	
		2.8 Rango de pbm por FHR : 50bpm -240bpm	
		3. Registro signos vitales maternos.	

		3.1 resolución ECG : 1 bpm , precisión ECG : ± 1bpm	
		3.2 resolución SPO2 adulto : 1 % , precisión 70%-100% : ± 3%	
		3.3 resolución NIBP : 1mmHg, precisión NIBP : ± 3 mmHg	
		4, Movimiento fetal automático	
		5. Canal para registro de eventos.	
		6. Impresora cabezal térmico, minimo ancho del papel : 12 cm	
		7. Consumo de Energía:110v a 120V / 50-60 Hz	
		8 .Batería recargables, minimo autonomía batería : 2 hr	
		9 . Sondas y accesorios.	
		9.1 sistema de rodamiento	
		9.2 Accesorios para módulos ECG, SPO2 y NIBP.	
		9.3 Correas o bandas elásticas	
2	**Lámpara cielitica**	1. Columna fija a techo con anclaje a techo.	**1**
		2. Equipo integrado por 2 satélites.	
		3. Emisión de luz fría	
		4. Mecanismo de suspensión con cambios de rotación minimo hasta 270°	
		5. Brazos de satélite con al menos 2 grados de libertad.	
		6. Panel de control	
		7. Intensidad luminosa entre 120.0000 y 160.000 Lux .	
		8.Mango desmontable y autoclavable	
		9. Consumo de Energía:110v a 120V / 50-60 Hz	
		10. Diámetro de campo de luz entre 20 cm y 30cm	
		11. Temperatura de color dentro del rango entre 3800 y 6000 k	
3	**Lámpara de calor radiante**	**1. Características generales.**	**1**
		1.1. Equipo rodable con sistema de frenado en las 4 ruedas.	
		1.2. Control digital (pantalla táctil).	
		1.3 Función de precalentamiento	
		1.4 Soporte para atril	
		1.5 que cuente con Bandeja para rayos X.	
		1.6 soporte para bandeja auxiliar.	
		1.7 Suministro de energía minimo 110v AC ± 10v 50-60 Hz.	

		1.8 batería interna con autonomía de 60min.	
		1.9 Balanza integrada	
		1.10 Nivel de Ruido <40dB	
		1.11 Soporte para bala de Oxigeno portátil.	
		2. Sistema de calentamiento, reanimación y monitoreo.	
		2.1 Rango de trabajo de calentamiento 32.0 a 38.0°C	
		2.2 Rango de trabajo sensor temperatura piel 25,0~45,0°C	
		2.3 Rango de trabajo sensor ambiente . 13,0~45,0°C	
		2.4 sistema de reanimación infantil.	
		2.5 sistema de monitoreo de SPO2 y pulso por oximetría.	
		3. Alarmas sonoras y visuales para indicar	
		3.1 Fallo de Calentamiento	
		3.2 Fallo sensor de temperatura de piel	
		3.3 Falla en el suministro de energía	
		3.4 Falla en el sistema	
		4. ACCESORIOS	
		4.1 Dos Sensores de Piel	
4	**Balanza pesa bebé**	1. Pesa bebes digital	**1**
		2. Pantalla LCD	
		3. Con capacidad hasta 25 kg	
		4. Con alimentación de red eléctrica(110v a 120V / 50-60 Hz) y batería interna, con su respectivo cargador	
		5. Con función de auto hold	
		6. Con función de Tara	
		7. conmutación: Kg / lb	
		8. resolución/ división : 5g-10g < 10kg > 10g-20g	
		9. Display con 3 cifras decimales.	
5	**Oxímetro de Pulso con sensor neonatal**	1. Pulsioxímetro portátil con sensor neonatal reutilizable.	**1**
		2. Alarmas audibles y visibles ajustables.	
		3. Saturación Sp02	
		3.1 Rango de saturación 0-100%	
		3.2 Precisión + / - 3%	
		4. **Frecuencia Cardiaca (FC)**	

		4.1 Precisión +/- 3 bpm/lpm	
		5.Con base y batería recargable	
6	Incubadora pediátrica portátil	**1. Características generales.**	1
		1.1 Cúpula: Sistema de doble Pared	
		1.2 sistema de control electrónico.	
		1.3 Control por modo aire/ambiente y modo bebé	
		1.4. Alimentación eléctrica de 100-120VAC, 50-60 Hz.	
		1.5 batería interna recargable, autonomía de 90 min	
		1.6 espacio para cilindro de transporte.	
		1.7 soporte para atril.	
		1.8 Nivel de ruido: < 60 dB	
		2. Monitoreo de parámetros	
		2.1 Rango de control de temperatura aire: 30 °C o menos a 37 °C.	
		2.2 precisión sensor temperatura piel y ambiente : ± 1 °C	
		2.3 control de humedad	
		7 alarmas audible y visibles	
		7.1 Alarma falla de potencia	
		7.2 Alarma falla del sensor	
		7.3 Alarma Sobrecalentamiento	
		7.4 Alarma del motor del ventilador	
		7.5 Alarma de bajo voltaje	
		7.6 Alarma del Sistema	
		7.8 Alarma fallo de energía	
		8. Carro y accesorios	
		8.1 sistema rodable con frenos en las 4 ruedas, abatible para ambulancia .	
		8.2 Atril	
		8.3 dos sensores de piel	
7	Mesa para la atención de parto	1. sistema electrohidráulico (alimentado a 110V AC // 50 - 60 Hz)	1
		2. Equipo con base rodable y freno	
		3. Estructura fabricada en acero inoxidable	
		4. Capacidad carga minimo de 150 Kg	
		5.Bateria	
		6.traslucida para toma de Rx	

		7. Movimientos: Altura ajustable, trendelenburg y trendelenburg inverso , inclinación de respaldo.	
		7.1 Angulo de movimiento trendelenburg y trendelenburg inverso al menos de 20° de inclinación	
		7.2 altura ajustable entre 650mm y 900mm.	
		7.3 Movimientos accionados por Control de mando de mano	
		7.4 rango elevación placa de piernas de 15° en adelante	
		7.5. Rango de descenso placa de piernas 90°	
		7.6 Elevación placa derespaldo 80° max	
		7.7 Descenso placa derespaldo 40° max.	
		7.8 de la mesa minimo 1900 mm.	
		8. Accesorios para gineco-obstetricia.	
		8.1 Arco Narcosis	
		8.2. Pierneras	
		8.3 Bandeja de drenaje	
		8.4 Recipiente para contaminantes	
8	**Cama hospitalaria para atención del parto**	1. baranda abatible a cada lado.	2
		2. Movimientos accionados por control de mando eléctrico ubicado en baranda.	
		4. Rango de altura entre min. 52cm - máx. 83c m	
		5. Rango de movimiento trendelenburg entre 0 y 14° de inclinación	
		6 movimiento espaldar minimo de 70°	
		5. freno central	
		6. Soporte de peso mínimo de 220 Kg	
		7. Soporte para atril	
		8 Consumo de Energía:110v a 120V / 50-60 Hz y batería interna	
		10. Colchón antifluido	
		11. Accesorios 2 estribos, cubeta para fluidos. Atril, asas de apoyo para paciente	

9	**Carro de paro**	1. Cuatro (4) ruedas con sistema de frenado.	1
		2. Gavetas: cinco cajones fabricados en ABS: 2 medianas y 2 pequeños y uno grande.	
		3. Bandeja porta monitor o multiusos o Bandeja auxiliar lateral plegable.	
		4. Divisiones para medicamentos en acrilico	
		5. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno.	
		6. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno.	
		7. Esquinas del carro redondeadas, con protección contra choque	
		8.Atril	
		9. Tabla RCP para reanimaciones	
		10. sistema de seguridad para gavetas (medicamentos e insumos)	
10	**Máquina de Anestesia.**	1. Pantalla TFT-LCD tamaño minimo 15"	1
		2. Ventilador incorporado	
		3 alimentación de gases medicinales (aire medicinal y O2)	
		4. Soporte para minimo 2 vaporizadores	
		5. Cajones mínimo 1	
		6. Alimentación eléctrica 110v a 120V / 50-60 Hz y batería interna	
		7. sistema de rodamiento y freno	
		8. Bateria con autonomia minimo de 2 horas	
		16. Complementos	
		16.1 Vaporizadores de Sevorane e Isoflurane	
		16.2 Calibración.	
		13. Sistema	
		13.1. Selección del modo de ventilación, manual (bolsa) y automático	
		13.2 Rango de volumen corriente de 10 a 1500ml o más con incremento de 1mL	
		13.3 control de volumen tidal de 20 ml o menos hasta 1500ml o mas	
		13.4. Control de relación inspiración: exhalación de 4:1 a 1:8 como mínimo.	

		13.5 Rango de Presión Inspiratoria de 5 -70 cmH2O	
		13.6. Monitoreo y control presión en las vías aéreas.	
		13.7. control de frecuencia respiratoria mínimo de 0 a 100 rpm/min.	
		13.8. Control de PEEP de 0 a 70 cmH2O.	
		13.9. Presión de soporte de 3- 50 cmH2O	
		14. Alarmas	
		14.1 Volumen tidal	
		14.2 Volumen minuto	
		14.3 Frecuencia Respiratoria	
		14.4 Falla de suministro eléctrico	
		14.5 Falla o cambio del sensor de O2; o falla en la medición de O2	
		14.6 Alarma de Apnea	
		14.7 Batería baja	
		15. Modos Ventilatorios	
		15.1 ventilación controlada por volumen VCV	
		15.2 Ventilación Respiración espontanea	
		15.3 ventilación sincronizada por presión SIMV-PCP	
		15.4 Ventilación sincronizada por volumen SIMV	
		15.5 Ventilación controlada por presión PCV	
		15.5 Ventilación controlada por presión de soporte PSV	
11	**Electrobisturí Sala atención del parto**	1. Display ó Pantalla LCD o TFT	1
		2. Trabajo modo monopolar y bipolar	
		3. Salida monopolar	
		3.1 Corte puro con salida de 300 watts o mayor.	
		3.2 Frecuencia de trabajo minima 330 KHz	
		3.3 Mezcla o blend con potencia minima de 200 watts.	
		3.4 Con al menos dos modos de coagulación con potencia minima de 120 watts	
		4. Salida Bipolar	

		4.1 Coagulación con potencia de salida de entre 70 watts y 80 watts	
		4.2 Salida corte bipolar minimo 70 watts	
		6. Red eléctrica 110 a 120V / 50- 60Hz	
		7. Accesorios	
		7.1 accionador por pedal	
		7.2 sistema de rodamiento	
		7.3 Cable Bipolar reusable	
		7.4 Cable Monopolar reusable	
		7.5 Cable para conexión de placa reutilizable	
12	**Desfibrilador para carro de paro.**	1. Pantalla LCD, o TFT , minimo 8 "	1
		2. perilla selectora o teclas para la energía en un rango de 1-360 joules	
		4. modos	
		4.1 Desfibrilación Externa Automática (DEA)	
		4.2 modo marcapasos	
		4.3 modo sincrónico y asincrónico	
		5. Monitorización	
		5.1 Monitoreo de parámetros de ECG	
		5.2 Monitoreo de parámetros de SPO2	
		5.3 Monitoreo de parámetros NIBP	
		6 alarmas	
		7. Rango de medición de la FC en cualquier paciente: 15 a 300 bpm para adulto y 15-350 bpm pediátrico	
		8 resolución +/- 1bpm	
		9. Todos los acceorios Adulto, Pediatrico y Neonatal: cable ECG , brazalete NIBP, sensor spo2.	
		10. Autonomía de la batería de 1.5hrs de monitoreo	
		11. Autonomía de la batería de minimo 50 descargas.	
		12. Parches para DEA para Adulto y Pediatrico	
		13. Consumo de Energía:110v a 120V / 50-60 Hz y batería interna	
13	**Fonendoscopio pediátrico**	1. Membrana con anillo de protección contra el frio	1
		2. Con Doble campana	

		3. Diámetro de diafragma maximo de 36 mm y camapana maximo 24 mm	
		4. Olivas blandas	
14	**Bomba de Infusión**	1. Bomba de infusión de un canal	2
		3. Múltiples programas de infusión	
		4. Batería recargable, al menos 3 hrs de autonomía.	
		6. exactitud minimo de +/- 5 %	
		7.compatible con multiples marcas de sets de infusión/macrogoteo.	
		9. Alarma audiovisual de oclusión de vía de aire, error de flujo, puerta o clavija abierta, batería baja, infusión completa, falla del equipo.	
15	**Monitor de signos vitales para carro de paro**	1.1. ECG/NIBP/SP02/ Temperatura/FR	1
		1.2. FUNCION MODO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL	
		1.3. Pantalla LCD /TFT/LED , minimo 10 pulgadas.	
		1.4. Fuente alimentación110v a 120V / 50-60 Hz y Batería recargable con duración de minimo 2 horas	
		1.6. Alarmas visibles	
		2. SpO2	
		2.1 Rango de medición de 0 hasta 100%	
		2.2 Resolución 1%	
		2.3 Precisión 70-100% +/- 3% o menos	
		3. Temperatura	
		3.1 Temperatura con rango de medición de 0 a 50°C	
		3.2 Resolución 0.1°C	
		3.3 Precisión de ±0,3 °C o menos	
		4. NIBP	
		4.1 Modo manual y automático	
		4.1 Parámetros Sístole y diástole (adulto)	
		4.2 Modo Sístole adulto de minimo 25 mmHg y maximo de 290 mmHg	
		4.4 Modo diástole adulto de minimo 10 mmHg y maximo de 210 mmHg	
		5. ECG	
		5.1 rango de medición de maximo hasta 300bpm	

		5.2 precisión de ± 1bpm	
		6. Accesorios: ECG, NIBP, SP02 adulto y neonatal , TEMPERATURA para paciente adulto, pediatrico y Neonatal	
		6.1Con sistema de rodamiento	
16	**Succionador de transporte para carro de paro**	1. Modo de operación continúo.	1
		2. Manómetro de visualización	
		3. Botella capacidad de 1000 cc mínimo	
		4. rango de trabajo hasta los -600mmHg	
		5. Uso con Filtro hidrofóbico	
		6. Motor libre de aceite	
		7. Requerimiento eléctrico de mínimo 110/120 VAC, 60Hz	
		8. Mangueras de succión	
		9. sin sistema de rodamiento, equipo estacionario.	
17	**Doppler fetal**	1. Pantalla LCD indicador numérico	1
		2. Características transductor	
		2.1 Frecuencia de transductor 2 o 3Mhz ± 10%	
		2.2 Rango de minimo 50 - 200 bpm	
		2.3 Resolución minima de 1 bpm	
		2.4 transductor con certificado IPX8	
		4. Parlante incluido	
		5.Cargador AC a 110V	
		6. fuente de alimentación, batería interna minimo 2 hrs de autonomía.	
18	**Ecografo**	**1. CARACTERISTICAS ELECTRICAS**	1
		1. Voltaje de alimentación de 100 Voltios	
		2. Frecuencia eléctrica de trabajo 50/60 Hz	
		2. INTERFAZ DE USUARIO	
		3. Monitor periférico al menos 12"	
		3. APLICACIONES	
		1. Obstetricia	
		2. Ginecológico	
		4. MODOS DE FUNCIONAMIENTO	
		1. Modo B:B, 2B, 4B	
		2. Modo de flujo de color CFM	
		3. Modo Doppler CW	
		4. Doppler color	
		5. Modo PDI/DPDI	

		6. Modo PW – M - ITD	
		5. CARACTERISTICAS GENERALES	
		1. Cálculos de Doppler automáticos	
		2. Cálculos OB	
		3. Conectividad DICOM	
		6. TRANSDUCTORES	
		1. Transductor tipo convex en rango de 1 - 5 MHz de frecuencia	
		2. Transductor tipo endocavitario rango de 3- 10 MHz de frecuencia	
		7. ACCESORIOS	
		1. Carro de transporte con sistema de freno	
		8. Batería recargable con autonomía de minimo 2 horas	
19	**Reanimador Pulmonar Neonatal.**	1. Caudal de entrada minimo de 0L/min a 15L/min	1
		2. Rango del manometro de PIP: -20 a 80 cmH2O	
		3. Presión inspiratoria pico PIP : de 2 a 80 cmH2O, dependiendo de suministro L/min	
		4. Presión espiratoria final positiva PEEP: de 1 a 25 cmH2O, dependiendo de suministro L/min	
		5. Manometro para monitores de presión	
		6. Valvula de seguridad.	
		7. accesorios.	
		7.1 Caudalímetro, salida de mezcla entre 0 l/m y 15 l/m	
		7.2 Blender permite concentración de oxígeno	
20	**Camilla**	1. Capacidad minimo de carga 220 Kg	2
		2. Soporte para cilindro de oxigeno	
		3. Altura de maximo 0.75 metro	
		4. Movimientos trendelenburg (minimo 15°), trendelenburg inverso (minimo -15°) y espaldar (minimo 80°)	
		5. sistema de rodamiento con freno central.	
		6. Atril	

		7. Barandas laterales Abatibles	
		8. Ruedas parachoques en las esquinas	
		9. Asas de empuje	
		10. Colchoneta desmontable en antifluidos con un espesor de 10cm	
		11. Canastilla en la parte inferior	
		12. Accesorio: Mesa porta Monitor	
		13. Estructura en Acero Cold Rolled	
21	**Laringoscopio Adaptación recien nacido**	1. Hojas y equipo en acero inoxidable	1
		2. Mangos de fibra óptica tipo LED	
		3. Hojas tipo curva # 1	
		4. Hojas tipo rectas # 00 y #0	
		4. Hoja de una sola pieza, esterilizable	
22	**Monitor signos vitales sala de partos.**	1.1 ECG/NIBP/SP02/ Temperatura	1
		1.2. Pantalla LCD /TFT/LED , minimo 10 pulgadas.	
		1.3. Modo adulto, pediátrico, neonato	
		1.4. Batería recargable con duración de minimo 2 horas	
		1.5. Requerimiento eléctrico de mínimo 100/120 VAC, 60Hz	
		1.6. Alarmas visibles	
		2. SpO2	
		2.1 Rango de medición de 0 hasta 100%	
		2.2 Resolución 1%	
		2.3 Precisión 70-100% +/- 3% o menos	
		3. Temperatura	
		3.1 Temperatura con rango de medición de 0 a 50°C	
		3.2 Resolución 0.1°C	
		3.3 Precisión de ±0,3 °C o menos	
		4. NIBP	
		4.1 Modo manual y automático	
		4.1 Parámetros Sístole y diástole (adulto)	
		4.2 Modo Sístole adulto de minimo 25 mmHg y maximo de 290 mmHg	
		4.4 Modo diástole adulto de minimo 10 mmHg y maximo de 210 mmHg	
		5. ECG	
		5.1 rango de medición de máximo hasta 300bpm	

		5.2 precisión de ± 1bpm	
		6. sistema de rodamiento	
		7 Todos los accesorios ECG, NIBP, SP02, TEMPERATURA para paciente adulto, pediatrico y Neonatal	
23	**Laringoscopio Carro de paro**	1. Hojas y equipo en acero inoxidable	1
		2. Mangos de fibra óptica tipo LED	
		3. Hojas tipo curvas # 2 # 3 # 4	
		4. Hojas tipo rectas #1 # 2 # 3 #4	
		5. Hoja de una sola pieza, esterilizable	
24	**Infantometro**	1. precisión de 1mm	1
		2. alcance de medida de entre 110mm a 120mm	
		3. material de fabricación resistente, no deformable.	
		4. escala métrica al costado del equipo.	
		5. Base de 25 Cm de ancho que permita costar al infante	
		6 Con tope cefalico	
25	**Electrobisturí Sala de cirugía**	1. Display ó Pantalla LCD o TFT	1
		2. Trabajo modo monopolar y bipolar	
		3. Salida monopolar	
		3.1 Corte puro con salida de 300 watts o mayor.	
		3.2 Frecuencia de trabajo minima 330 KHz	
		3.3 Mezcla o blend con potencia mínima de 200 watts.	
		3.4 Con al menos dos modos de coagulación con potencia mínima de 120 watts	
		4. Salida Bipolar	
		4.1 Coagulación con potencia de salida de entre 70 watts y 80 watts	
		4.2 Salida corte bipolar mínimo 70 watts	
		4.3. Red electrica 110 a 120V / 50- 60Hz	
		5. Accesorios	
		5.1 accionador por pedal	
		5.2 sistema de rodamiento	
		5.3 Cable Bipolar reusable	
		5.4 Cable Monopolar reusable	
		5.5 Cable para conexión de placa reutilizable	

El plazo de ejecución del contrato es de DOS (02) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

La fecha límite para que los interesados presenten Ofertas en el Proceso de Contratación SA-SI-GB-012-2026 **es 03 de septiembre de 2026 a las 8:30 a.m.**

Las Ofertas deben presentarse en línea a través de la plataforma SECOP II; de acuerdo con lo dispuesto en la sección CAPITULO II, de los pliegos de condiciones.

El valor estimado del contrato es por la suma de **SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($684.090.353,17) MCTE.,** valor que incluye IVA y demás impuestos directos e indirectos a que haya lugar. El valor total ofertado deberá incluir todos los costos directos e indirectos en que incurran los oferentes, para la ejecución, legalización y liquidación del contrato.

Respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1137 de 2026.

Los Acuerdos Comerciales mencionados en la sección **VII** del pliego de condiciones son aplicables al Proceso de Contratación **SA-SI-GB-012-2026**.

El Proceso de Contratación **SA-SI-GB-012-2026,** es susceptible de ser limitada a Mí pyme.

En el proceso de pueden participar los que acrediten

1. Documentación y representación legal.
2. Carta de presentación de la propuesta
3. Autorización para presentar oferta y/o suscribir el contrato
4. Documento de constitución del consorcio o unión temporal
5. Garantía de seriedad de la oferta
6. Pago de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales
7. Inhabilidades e incompatibilidades
8. Registro único tributario
9. Cédula de ciudadanía
10. Compromiso anticorrupción
11. Certificado de antecedentes disciplinarios
12. Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal
13. Certificado judicial
14. Registro único de proponentes.
15. Registro nacional de medidas correctivas
16. Experiencia:

a. General
b. Especifica

17. Capacidad financiera
18. Capacidad organizacional

PERFIL: No aplica.

En el proceso hay (o no) lugar a preclasificación

El siguiente es el Cronograma Provisional del Proceso de Contratación:

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-008**
AVISO DE CONVOCATORIA		**FECHA: 16/May/2022**

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación aviso Convocatoria pública	14 de agosto de 2026	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Publicación de Estudios Previos y documentos previos	14 de agosto de 2026	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones	14 de agosto de 2026	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	18 al 24 de agosto de 2026	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Respuesta observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	27 de agosto de 2026	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	27 de agosto de 2026	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Publicación pliego de condiciones definitivo	27 de agosto de 2026	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	28 de agosto de 2026	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Respuesta observaciones al Pliego de condiciones	01 de septiembre de 2026	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Expedición de Adendas	01 de septiembre de 2026	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Presentación de Ofertas	03 de septiembre de 2026 Hora: 08:30 A.M	Únicamente en Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Informe de evaluación de Ofertas	08 de septiembre de 2026	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	08 de septiembre de 2026	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Presentación de observaciones al informe de evaluación de las Ofertas	09 al 11 de septiembre de 2026	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Publicación del informe definitivo	15 de septiembre de 2026	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Término para presentación de subsanaciones según Concepto **C – 654 de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública**	16 de septiembre de 2026 5:00 p.m.	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Apertura sobre económico	18 de septiembre de 2026 Hora: 9:00 A.M	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Subasta Electrónica	18 de septiembre de 2026 Hora: 9:30 A.M	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto	Hasta 19 de septiembre de 2026	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Firma del Contrato	Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Entrega de garantías	Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II

Aprobación de garantías	Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II

Los interesados pueden consultar los Documentos del **Proceso SA-SI-GB-012-2026,** en el SECOP II.

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Tunja, Agosto de 2026.

JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO
Secretario de Contratación
Delegado para la Contratación

CAROL JUDITH RUIZ MARTINEZ
Directora Administrativa de Procesos de Selección

Proyectó: Viviana Díaz A.
Profesional E.