INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 189 DEL 03 DE JULIO DE 2026, OTRO SI N° 1 DEL 26 DE AGOSTO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y AVANZA S.AS.

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-186-2026	
Contrato N°:	189	
Término:	LA DURACIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOS MESES (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	14/07/2026	
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	13/09/2026	
Valor Inicial	$59.282.230	
Otro si N°	MODIFICATORIO	
Contratista:	AVANZA S.A	
NIT o Cedula de Ciudadanía	900.274.957-3	
Objeto del Contrato:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO MÉDICO PARA DOTAR AL QUIRÓFANO DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
Forma de pago:	El Hospital pagará al contratista el valor del objeto del contrato en un único pago.	
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	227 DEL 31 DE MARZO DE 2026	
No. Registro presupuestal	513 DEL 03 DE JULIO DE 2026	
Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	
Período a que corresponde el informe	**DESDE (dd/mm/aaaa)**	**HASTA (dd/mm/aaaa)**
	14/07/2026	**20/08/2026**
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	**14 DE JULIO DE 2026**	

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA NATURAL)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		**PERIODO COTIZADO**	2026-07
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALU)	**VALOR PAGADO**	$675.000
ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	**VALOR PAGADO**	$131.600
AFP	PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$864.000
VALOR TOTAL PLANILLA	1.670.600	**PLANILLA No.**	**9509123254**
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$59.282.230
OTRO SI N°	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$59.282.230
VALOR EJECUTADO	$59.282.230
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	$59.282.230
SALDO A EJECUTAR	$0

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

ITEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS					SOPORTE
		CODIGO	CANT	EQUIPO	MARCA	PLACA	
1	Entregar oportunamente los equipos requeridos, previa autorización del supervisor del contrato. La entrega total se realizará conforme al pedido que efectúe el área biomédica del Hospital, según las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato	1420601566	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CON SALPICADERO Y FRENO	LOS PINOS	166004160	Ingreso de Activos N° 307 del 20 de agosto de 2026.
		1420601566	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CON SALPICADERO Y FRENO	LOS PINOS	166004161	
		1420601566	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CON SALPICADERO Y FRENO	LOS PINOS	166004162	
		1420601566	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CON SALPICADERO Y FRENO	LOS PINOS	166004163	
		1420601566	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CON SALPICADERO Y FRENO	LOS PINOS	166004164	
		1420601566	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CON SALPICADERO Y FRENO	LOS PINOS	166004165	
		1420601566	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CON SALPICADERO Y FRENO	LOS PINOS	166004166	
		1420601566	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 Y FRENO	LOS PINOS	166004167	
		1420601566	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 Y FRENO	LOS PINOS	166004168	
		1420601566	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 Y FRENO	LOS PINOS	166004169	
		1700703790	1	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE ALTURA GRADUABLE BASE PLATINA	LOS PINOS	166009030	
		1700703790	1	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE ALTURA GRADUABLE BASE PLATINA	LOS PINOS	166009031	
		1700703790	1	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE ALTURA	LOS PINOS	166009032	

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

				GRADUABLE BASE PLATINA				
		1420901724	1	MESA AUXILIAR DE CURACIONES EN ACERO INOXIDABLE	LOS PINOS	1665012771		
		1420901724	1	MESA AUXILIAR DE CURACIONES EN ACERO INOXIDABLE	LOS PINOS	1665012772		
		1420901724	1	MESA AUXILIAR DE CURACIONES EN ACERO INOXIDABLE	LOS PINOS	1665012773		
		1480202174	1	MESA PARA COMPUTADOR PORTATIL EN ACERO INOXIDABLE	AVANZA	1665012774		
		1420602328	1	RODILLO PARA MOVILIZACION DE PACIENTES	AVANZA	166004170		
		1420602328	1	RODILLO PARA MOVILIZACION DE PACIENTES	AVANZA	166004171		
		1420901751	1	ATRIL PORTASUERO RODABLE ACERO INOXIDABLE PARA MANEJAR BOMBA DE INFUSION	AVANZA	1665012775		
		1480202829	1	SILLA ERGONOMICA DOS CONTACTOS, SISTEMA NEUMATICO SIN BRAZOS, EN CORDOBAN LAVABLE	AVANZA	1665012776		
		1480202829	1	SILLA ERGONOMICA DOS CONTACTOS, SISTEMA NEUMATICO SIN BRAZOS, EN CORDOBAN LAVABLE	AVANZA	1665012777		
		1420901796	1	BUTACO GIRATORIO DE ALTURA GRADUABLE	AVANZA	1665012778		
		1420901796	1	BUTACO GIRATORIO DE ALTURA GRADUABLE	AVANZA	1665012779		
		1700703554	1	LARINGOSCOPIO ADULTO VALVAS RECTAS Y CURVAS DE FIBRA OPTICA NRO 2, 3 Y 4	WELCH ALLYN	166003408		
		1700703554	1	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO VALVAS RECTAS Y CURVAS DE FIBRA OPTICA NRO 1, VALVAS RECTAS NRO 00 Y 0	WELCH ALLYN	166003409		
		1420601452	1	FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS "PROFESSIONAL"	WELCH ALLYN	166090196		
		1420602684	1	GRADILLA / ESCALERILLA EN ACERO INOX DE 2 PASOS 304	AVANZA	166005932		
		1420602684	1	GRADILLA / ESCALERILLA EN ACERO INOX DE 2 PASOS 304	AVANZA	166005933		
		1420602489	1	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL	RIMAX	1665012780		
2	Atender las recomendaciones dadas	Durante la vigencia del contrato, se atendieron de manera oportuna las recomendaciones, observaciones y orientaciones impartidas por el supervisor del						No Aplica

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6600870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

	por el supervisor del contrato durante la vigencia de este.	contrato, dando cumplimiento a las directrices establecidas y realizando los ajustes requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades y obligaciones contractuales.	
3	Comunicar al supervisor cualquier error u omisión que encuentre al confrontar las especificaciones técnicas de los equipos con lo que requiere el Hospital y le solicitará las aclaraciones y modificaciones pertinentes.	Durante el periodo objeto de seguimiento, se realizó la verificación y confrontación de las especificaciones técnicas de los equipos objeto del contrato frente a los requerimientos establecidos por el Hospital. Como resultado de dicha revisión, no se identificaron errores u omisiones que requirieran aclaraciones o modificaciones adicionales a las especificaciones técnicas inicialmente establecidas. En consecuencia, no fue necesario efectuar requerimientos al contratista relacionados con modificaciones de las características técnicas de los equipos, manteniéndose las condiciones y especificaciones previstas contractualmente.	No Aplica
4	Los equipos contarán con una garantía de un (1) año por defectos de fabricación, de conformidad a la propuesta presentada por el contratista	Durante el periodo objeto de seguimiento, se verificó que los equipos objeto del contrato cuentan con una garantía de un (1) año por defectos de fabricación, de conformidad con las condiciones establecidas en la propuesta presentada por el contratista y lo previsto contractualmente. Durante el periodo evaluado no se presentaron reportes de fallas o defectos de fabricación que hicieran efectiva la garantía, por lo cual no fue necesario solicitar al contratista la aplicación de la misma.	Anexo carta de garantía
5	Los equipos biomédicos deben entregarse en buen estado y que cumplan con los estándares exigidos por el Hospital; en caso de recibirse averiados, presenten defectos de calidad o empaque, se debe proceder a la sustitución sin ningún costo adicional, a los cinco (5) días hábiles siguientes al reporte de la institución.	Durante el periodo objeto de seguimiento, se verificó que los equipos biomédicos fueron entregados en buen estado de funcionamiento y conservación, de conformidad con las especificaciones técnicas y los estándares requeridos por el Hospital. Así mismo, se verificó que los equipos recibidos no presentaron averías, defectos de calidad ni inconvenientes relacionados con su empaque al momento de la entrega. En consecuencia, no fue necesario solicitar al contratista la sustitución de equipos, ni se generaron costos adicionales para la institución por este concepto.	Anexo fichas técnicas.
6	Entregar Protocolo de limpieza y desinfección de cada equipo biomédico.	Durante el periodo objeto de seguimiento, se verificó que los protocolos de limpieza y desinfección correspondientes a los equipos biomédicos objeto del contrato hacen parte de la ficha técnica, de conformidad con las recomendaciones del fabricante y los requerimientos establecidos por el Hospital. La documentación fue recibida y revisada por la supervisión, verificando que contiene las indicaciones necesarias para realizar adecuadamente los procesos de limpieza y desinfección de los equipos.	Anexo Fichas técnicas
7	Obligaciones generales ambientales del contratista: El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Hospital Susana López de Valencia, conocer su política y los objetivos ambientales; adquirir el compromiso de gestionar los aspectos ambientales asociados a las actividades derivadas de la ejecución del contrato (manejo adecuado de sustancias químicas, emisiones de gases de efecto invernadero – GEI y/o potenciales agotadores de ozono – PAO), generación de residuos sólidos) y	Durante el periodo objeto de seguimiento, se verificó que el contratista acató las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Hospital Susana López de Valencia E.S.E., observando los lineamientos relacionados con la política y los objetivos ambientales institucionales. De igual manera, se evidenció el compromiso del contratista con la gestión adecuada de los aspectos ambientales asociados a la ejecución del contrato, incluyendo el manejo adecuado de sustancias químicas, la prevención y control de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y/o sustancias potencialmente agotadoras de la capa de ozono (PAO), así como la adecuada gestión de los residuos sólidos generados en el desarrollo de sus actividades. Así mismo, se verificó la observancia de la normatividad ambiental aplicable y de los lineamientos institucionales, contribuyendo al cumplimiento y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Ambiental bajo los parámetros de la norma ISO 14001:2015. Durante el periodo evaluado no se evidenciaron situaciones que constituyeran incumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo del contratista.	No Aplica

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 4600370 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

	garantizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones como proveedor del servicio, según la normatividad ambiental aplicable vigente, así como también garantizar la adherencia al mejoramiento continuo de la certificación ISO 14001 :2015 de la cual la institución es acreedora		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES:

6. DOCUMENTOS ANEXOS:

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
• Factura N° FE 184 del 20 de agosto del 2026. • Planilla de seguridad social julio de 2026. • Ingreso de activos	

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

- Factura N° FE 184 del 20 de agosto del 2026.
- Planilla de seguridad social julio de 2026.
- Ingreso de activos

8. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

Se han autorizado pagos por valor de:

PERIODO AUTORIZADO		VALOR
DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	
14/07/2026	20/08/2026	59.282.230

El anterior informe se firma a los 02 días del mes de septiembre del 2026.

DIEGO ERNEY CAMPO SANCHEZ
Supervisor del contrato

Proyectó: Paola Andrea Vidal- Afiliada Participe ASIES
Aprobó: Paul Eduardo Muñoz Rodríguez- Ingeniero Biomédico- Afiliado Participe ASIES

Fecha Actual : jueves, 27 agosto 2026

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 307

Dirección : CALLE 15 17 A 196 BARRIO LA LADERA

Estado : Confirmado

Ciudad :

Fecha : 20/08/2026

Nit : 891501676 **Teléfono :** 6028386363

Proveedor : AVANZA SAS **Codigo :** 900274957

Dirección : CALLE 78 NORTE 19 147 OF 68 BARRIO LA ALDEA **Factura :** FE184 **Fecha Factura :** 20/08/2026

Ciudad : POPAYÁN **Teléfono :** 8337465

Responsable : 10307612-B10 SERGIO VELASCO ANGEL - BODEGA - EQUIPOS DE QUIROFANOS

Egreso : FE184 **Fecha Egreso :** 20/08/2026 **Orden de Compra :**

Producto	Nombre	SERIES	Placas	Mod/Marca	Can	Fecha Ingreso	% Iva	Vr Unitario
1420601566	MESA RIÑONERA				7	20-08-26	19.00	1,940,000.00
	ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CON SALPICADERO Y FRENO							
		N/A	166004160		LOS PINOS			
		N/A	166004161		LOS PINOS			
		N/A	166004162		LOS PINOS			
		N/A	166004163		LOS PINOS			
		N/A	166004164		LOS PINOS			
		N/A	166004165		LOS PINOS			
		N/A	166004166		LOS PINOS			
1420601566	MESA RIÑONERA				3	20-08-26	19.00	1,810,000.00
	ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 Y FRENO							
		N/A	166004167		LOS PINOS			
		N/A	166004168		LOS PINOS			
		N/A	166004169		LOS PINOS			
1700703790	MESA DE MAYO				3	20-08-26	19.00	1,390,000.00
	ACERO INOXIDABLE ALTURA GRADUABLE BASE PLATINA							
		138434	166009030		LOS PINOS			
		138427	166009031		LOS PINOS			
		138429	166009032		LOS PINOS			
1420901724	MESA AUXILIAR DE CURACIONES				3	20-08-26	19.00	894,000.00
	EN ACERO INOXIDABLE							
		N/A	1665012771		N/A			
		N/A	1665012772		N/A			
		N/A	1665012773		N/A			
1480202174	MESA PARA COMPUTADOR PORTATIL EN ACERO INOXIDABLE				1	20-08-26	19.00	3,440,000.00
		N/A	1665012774		AVANZA			
1420602328	RODILLO PARA MOVILIZACION DE PACIENTES				2	20-08-26	19.00	1,643,000.00
		N/A	166004170		AVANZA			
		N/A	166004171		AVANZA			

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

Fecha Actual : jueves, 27 agosto, 2026

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 307

Dirección : CALLE 15 17 A 196 BARRIO LA LADERA

Estado : Confirmado

Ciudad :

Fecha : 20/08/2026

Nit : 891501676 **Teléfono :** 6028386363

Proveedor : AVANZA SAS **Codigo :** 900274957

Dirección : CALLE 78 NORTE 19 147 OF 68 BARRIO LA ALDEA **Factura :** FE184 **Fecha Factura :** 20/08/2026

Ciudad : POPAYÁN **Teléfono :** 8337465

Responsable : 10307612-B10 SERGIO VELASCO ANGEL - BODEGA - EQUIPOS DE QUIROFANOS

Egreso : FE184 **Fecha Egreso :** 20/08/2026 **Orden de Compra :**

1420901751	ATRIL PORTASUERO					1	20-08-26	19.00	680,000.00
	RODABLE ACERO INOXIDABLE PARA MANEJAR BOMBA DE INFUSION								
		N/A	1665012775		AVANZA				
1480202829	SILLA ERGONOMICA					2	20-08-26	19.00	695,000.00
	DOS CONTACTOS, SISTEMA NEUMATICO SIN BRAZOS, EN CORDOBAN LAVABLE								
		N/A	1665012776		N/A				
		N/A	1665012777		N/A				
1420901796	BUTACO GIRATORIO DE ALTURA GRADUABLE					2	20-08-26	19.00	574,000.00
		N/A	1665012778		N/A				
		N/A	1665012779		N/A				
1700703554	LARINGOSCOPIO					1	20-08-26	19.00	6,230,000.00
	ADULTO VALVAS RECTAS Y CURVAS DE FIBRA OPTICA NRO 2, 3 Y 4								
		N/A	166003408	ADULTO	WELCH ALLYN				
1700703554	LARINGOSCOPIO					1	20-08-26	19.00	5,920,000.00
	PEDIATRICO VALVAS RECTAS Y CURVAS DE FIBRA OPTICA NRO 1, VALVAS RECTAS NRO 00 Y 0								
		N/A	166003409	PEDIATRICO	WELCH ALLYN				
1420601452	FONENDOSCOPIO					1	20-08-26	19.00	719,000.00
	DOS SERVICIOS "PROFESSIONAL"								
		N/A	166090196		WELCH ALLYN				
1420602684	GRADILLA / ESCALERILLA EN ACERO INOX DE 2 PASOS					2	20-08-26	19.00	248,000.00
		N/A	166005932	304	AVANZA				
		N/A	166005933	304	AVANZA				
1420602489	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL					1	20-08-26	19.00	646,000.00
		N/A	1665012780		RIMAX				

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

Fecha Actual : jueves, 27 agosto 2026

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 307

Dirección : CALLE 15 17 A 196 BARRIO LA LADERA

Estado : Confirmado

Ciudad :

Fecha : 20/08/2026

Nit : 891501676 **Teléfono :** 6028386363

Proveedor : AVANZA SAS **Codigo :** 900274957

Dirección : CALLE 78 NORTE 19 147 OF 68 BARRIO LA ALDEA **Factura :** FE184 **Fecha Factura :** 20/08/2026

Ciudad : POPAYÁN **Teléfono :** 8337465

Responsable : 10307612-B10 SERGIO VELASCO ANGEL - BODEGA - EQUIPOS DE QUIROFANOS

Egreso : FE184 **Fecha Egreso :** 20/08/2026 **Orden de Compra :**

Detalle :

ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO MEDICO PARA DOTAR AL QUIROFANO DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., SEGUN CONTRATO NRO 189 DE 03/07/2026, CLAUSULADO HSLV-CD-186-2026, OTRO SI NRO 01 DE 26/08/2026, SUPERVISION A CARGO DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO HSLV E.S.E.

SubTotal :	49,817,000.00
Descuento :	0.00
Iva :	9,465,230.00
Rte Iva Debito :	0.00
Rte Iva Crédito :	1,419,785.00
Otras Retenciones :	4,981,700.00
Otras Deducciones :	0.00
RteIca :	398,536.00
Rte Fuente :	1,245,425.00
Fletes :	0.00
Total :	51,236,784.00

TECNICO ACTIVOS FIJOS

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E.

ACTA DE RECIBO DE ACTIVOS FIJOS

SUBPROCESO DE SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

Versión: 1

Código: SLV-FIN-SAF-02-F01

ACTA NRO	0023	DE	2026
INGRESO DGH		DE	

PROVEEDOR	AVANZA S.A.S.	FECHA DE RECEPCION		
NIT	900,274,957		MM	AAAA
		20	8	2026

TIPO INGRESO	COMPRA	COMODATO	RECUPERACION	DONACION	AVANCE	ARRENDAM
	X					

CONTRATO NRO	189	DE	3/07/2026	FACTURA NRO		
NUMERO DE PROCESO	HSLV-CD-186-2026			FE184		
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	DD	MM	AAAA			
	9	7	2026			
DURACION DEL CONTRATO	SERA DE DOS MESES (2) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			FECHA DE FACTURA		
FECHA DE ACTA DE INICIO	14	7	2026	DD	MM	AAAA
PLAZO HASTA	14	9	2026	20	08	2026
SUPERVISOR	DIEGO ERNEY CAMPO SANCHEZ					
IDENTIFICACION	10.548.920					
CARGO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO					

OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO MEDICO PARA DOTAR AL QUIROFANO DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

CODIGO	ITEM	CANT	EQUIPO	MARCA	SERIE	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	ESTADO	PLACA
1420601566	1	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CON SALPICADERO Y FRENO	LOS PINOS	N/A	1,940,000.00	368,600.00	2,308,600.00	NUEVO	166004160
1420601566	2	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CON SALPICADERO Y FRENO	LOS PINOS	N/A	1,940,000.00	368,600.00	2,308,600.00	NUEVO	166004161
1420601566	3	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CON SALPICADERO Y FRENO	LOS PINOS	N/A	1,940,000.00	368,600.00	2,308,600.00	NUEVO	166004162
1420601566	4	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CON SALPICADERO Y FRENO	LOS PINOS	N/A	1,940,000.00	368,600.00	2,308,600.00	NUEVO	166004163
1420601566	5	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CON SALPICADERO Y FRENO	LOS PINOS	N/A	1,940,000.00	368,600.00	2,308,600.00	NUEVO	166004164
1420601566	6	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CON SALPICADERO Y FRENO	LOS PINOS	N/A	1,940,000.00	368,600.00	2,308,600.00	NUEVO	166004165
1420601566	7	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CON SALPICADERO Y FRENO	LOS PINOS	N/A	1,940,000.00	368,600.00	2,308,600.00	NUEVO	166004166
1420601566	1	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 Y FRENO	LOS PINOS	N/A	1,810,000.00	343,900.00	2,153,900.00	NUEVO	166004167
1420601566	2	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 Y FRENO	LOS PINOS	N/A	1,810,000.00	343,900.00	2,153,900.00	NUEVO	166004168
1420601566	3	1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 Y FRENO	LOS PINOS	N/A	1,810,000.00	343,900.00	2,153,900.00	NUEVO	166004169
1700703790	1	1	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE ALTURA GRADUABLE BASE PLATINA	LOS PINOS	138434	1,390,000.00	264,100.00	1,654,100.00	NUEVO	166009030
1700703790	2	1	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE ALTURA GRADUABLE BASE PLATINA	LOS PINOS	138427	1,390,000.00	264,100.00	1,654,100.00	NUEVO	166009031
1700703790	3	1	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE ALTURA GRADUABLE BASE PLATINA	LOS PINOS	138429	1,390,000.00	264,100.00	1,654,100.00	NUEVO	166009032
1420901724	1	1	MESA AUXILIAR DE CURACIONES EN ACERO INOXIDABLE	LOS PINOS	N/A	894,000.00	169,860.00	1,063,860.00	NUEVO	1665012771
1420901724	2	1	MESA AUXILIAR DE CURACIONES EN ACERO INOXIDABLE	LOS PINOS	N/A	894,000.00	169,860.00	1,063,860.00	NUEVO	1665012772
1420901724	3	1	MESA AUXILIAR DE CURACIONES EN ACERO INOXIDABLE	LOS PINOS	N/A	894,000.00	169,860.00	1,063,860.00	NUEVO	1665012773
1480202174	1	1	MESA PARA COMPUTADOR PORTATIL EN ACERO INOXIDABLE	AVANZA	N/A	3,440,000.00	653,600.00	4,093,600.00	NUEVO	1665012774
1420602328	1	1	RODILLO PARA MOVILIZACION DE PACIENTES	AVANZA	N/A	1,643,000.00	312,170.00	1,955,170.00	NUEVO	166004170
1420602328	2	1	RODILLO PARA MOVILIZACION DE PACIENTES	AVANZA	N/A	1,643,000.00	312,170.00	1,955,170.00	NUEVO	166004171
1420901751	1	1	ATRIL PORTASUERO RODABLE ACERO INOXIDABLE PARA MANEJAR BOMBA DE INFUSION	AVANZA	N/A	680,000.00	129,200.00	809,200.00	NUEVO	1665012775
1480202829	1	1	SILLA ERGONOMICA DOS CONTACTOS, SISTEMA NEUMATICO SIN BRAZOS, EN CORDOBAN LAVABLE	AVANZA	N/A	695,000.00	132,050.00	827,050.00	NUEVO	1665012776
1480202829	2	1	SILLA ERGONOMICA DOS CONTACTOS, SISTEMA NEUMATICO SIN BRAZOS, EN CORDOBAN LAVABLE	AVANZA	N/A	695,000.00	132,050.00	827,050.00	NUEVO	1665012777
1420901796	1	1	BUTACO GIRATORIO DE ALTURA GRADUABLE	AVANZA	N/A	574,000.00	109,060.00	683,060.00	NUEVO	1665012778
1420901796	2	1	BUTACO GIRATORIO DE ALTURA GRADUABLE	AVANZA	N/A	574,000.00	109,060.00	683,060.00	NUEVO	1665012779
1700703554	1	1	LARINGOSCOPIO ADULTO VALVAS RECTAS Y CURVAS DE FIBRA OPTICA NRO 2, 3 Y 4	WELCH ALLYN	N/A	6,230,000.00	1,183,700.00	7,413,700.00	NUEVO	166003408
1700703554	1	1	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO VALVAS RECTAS Y CURVAS DE FIBRA OPTICA NRO 1, VALVAS RECTAS NRO 00 Y 0	WELCH ALLYN	N/A	5,920,000.00	1,124,800.00	7,044,800.00	NUEVO	166003409
1420601452	1	1	FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS "PROFESSIONAL"	WELCH ALLYN	N/A	719,000.00	136,610.00	855,610.00	NUEVO	166090196
1420602684	1	1	GRADILLA / ESCALERILLA EN ACERO INOX DE 2 PASOS 304	AVANZA	N/A	248,000.00	47,120.00	295,120.00	NUEVO	166005932

1420602684	2	1	GRADILLA / ESCALERILLA EN ACERO INOX DE 2 PASOS 304	AVANZA	N/A	248,000.00	47,120.00	295,120.00	NUEVO	166005933
1420602489	1	1	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL	RIMAX	N/A	646,000.00	122,740.00	768,740.00	NUEVO	1665012780
		30			SUBTOTAL	49,817,000.00				
						IVA 19%	9,465,230.00			
							TOTAL	59,282,230.00		

ACEPTACION DE LOS EQUIPOS

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ACEPTA QUE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y QUE SE REGISTRAN EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO DE ACTIVOS FIJOS, CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y FUNCIONALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO FIRMADO POR EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y EL CONTRATISTA.

LOS BIENES RELACIONADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUERON REVISADOS POR EL LIDER DEL PROCESO O AREA ESPECIALIZADA QUIEN CERTIFICA QUE CUMPLEN CON LO DESCRITO EN CADA ITEM, POR LO TANTO AUTORIZA QUE SEAN INGRESADOS A LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

ELABORÓ
TECNICO ACTIVOS FIJOS

NOMBRE: WILBER RUIZ RENGIFO
CARGO PROFESIONAL ACTIVOS FIJOS

RECIBIÓ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE: DIEGO FANEY CAMPO SANCHEZ
CARGO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

V°B°
LIDER SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

NOMBRE SERGIO VELASCO ANGEL
CARGO LIDER SUMINISTROS Y ACTIVOS F

REVISÓ Y APROBÓ
LIDER DE PROCESO

NOMBRE: PAUL EDUARDO MUÑOZ
CARGO: LIDER GRUPO BIOMEDICO

AVANZA
Soluciones Integrales

AVANZA S.A.S

Impuesto sobre la renta y complementarios Régimen Ordinario
NIT: 900274957-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo Persona: Jurídica
Calle 78Norte #19-147 OF 68, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3146577837

Autorización facturación electrónica No. 18764107122727 válida desde 2026-03-12 hasta 2027-09-12 rango desde FE-168 hasta FE-1000.

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	891501676-1
Nombre o Razón Social:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Dirección:	CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA, Popayán, Cauca, Colombia
Télefono:	8386363
Email:	facelectronica@hosusana.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
No. de Factura	FE - 184
Fecha Emisión	20/08/2026 17:20:08
Fecha Vencimiento	20/09/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	20/09/2026
Total de Lineas	14
Fecha Firmado	20/08/2026 17:20:10

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto	Dcto.	Total
1	MB051	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CON SALPICADERO Y FRENO	94	7,00	$1.940.000,00	IVA	19%	2580200	0,00	$13.580.000,00
2	MB052	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304Y FRENO	94	3,00	$1.810.000,00	IVA	19%	1031700	0,00	$5.430.000,00
3	MB053	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE ALTURA GRADUABLE BASE PLATINA	94	3,00	$1.390.000,00	IVA	19%	792300	0,00	$4.170.000,00
4	MB054	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE	94	3,00	$894.000,00	IVA	19%	509580	0,00	$2.682.000,00
5	MB055	MESA PARA COMPUTADOR PORTATIL ACERO INOXIDABLE	94	1,00	$3.440.000,00	IVA	19%	653600	0,00	$3.440.000,00
6	MB056	RODILLO PARA MOVILIZAR PACIENTES	94	2,00	$1.643.000,00	IVA	19%	624340	0,00	$3.286.000,00
7	MB057	ATRIL PORTASUERO RODABLE ACERO INOXIDABLE PARA MANEJAR BOMBA DE INFUSION	94	1,00	$680.000,00	IVA	19%	129200	0,00	$680.000,00
8	MB058	SILLA ERGONOMICA DOS CONTACTOS, SISTEMA NEUMATICO SIN BRAZO, EN CORDOBAN LAVABLE	94	2,00	$695.000,00	IVA	19%	264100	0,00	$1.390.000,00
9	MB059	BUTACO GIRATORIO ALTURA GRADUABLE	94	2,00	$574.000,00	IVA	19%	218120	0,00	$1.148.000,00
10	DM279	LARINGOSCOPIO ADULTO Valvas rectas y curvas de fibra óptica, nro: 2, 3 y 4 WELCH ALLYN	94	1,00	$6.230.000,00	IVA	19%	1183700	0,00	$6.230.000,00
11	DM280	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO valvas curvas y rectas No1, valvas rectas No 00 y No 0WELCH ALLYN	94	1,00	$5.920.000,00	IVA	19%	1124800	0,00	$5.920.000,00

Firma Digital: Tbc9YBIsHcyoCK4AQOuKq03TNSvxjp9IHVjmqJBloVULjlratLMPpQWdrZcwTXMO
n1zHtRsrFQDEfUMnhK5h5iuaeUWDvLwuhWcpql8KC+Jyr25sGv
1zipk/KSJ2lvL3 CYl24nGbapiMGmDswvfWXBwqUiYc0ZVmkq4QO0pEf2bjBtYhVd/iTyrZ6vFucO5x fGLs9uHlN/W486k3lAz/QY4cznLBEDevDpF
ELLjtZxhha52FWKBYgmK/cQ0oszdr 1YVuAyMGmgRp1ozdVOKdbGvookichSiszIF3OPYxRKSgd8UlW7zTfgXqOWaFaLvV PJ/CFOZ0D9F/MwVwrJGi
IQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

20-08-2026

12	DM070	FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS, "PROFESSIONAL" WELCH ALLYN	94	1,00	$719.000,00	IVA	19%	136610	0,00	$719.000,00
13	MB060	GRADILLA DE DOS PASOS ACERO INOXIDABLE 304	94	2,00	$248.000,00	IVA	19%	94240	0,00	$496.000,00
14	MB061	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	94	1,00	$646.000,00	IVA	19%	122740	0,00	$646.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$49.817.000,00	19,00%	$9.465.230,00

Subtotal:	$49.817.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$9.465.230,00
Total:	$59.282.230,00

Total con letra:	(CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS)
CUFE:	4c7038fd4538cd3aba74ae1032a62d2f6d3b026692ee81b0592b103aefae998e864145ab68ef0ae23d3fdde386b30ca5

11/20 Ago. 2026

Firma Digital: Tbc9YBteHcyoCK4AQOuKq03TNSvxjp9lHVjmqJBloVULjlraLMPpQWdrZcwTXMO
n1zHtRsrFQDERJMhhK5h5iuaeUWDvLwuhWcpqf6KC+Jyr25sGv
1zlpk/KSJ2lvL3 CYl24nGbapiMGmDswrWXBwqUiYc0ZVmkq4QO0pEf2bjBtYhVd/iTyrZ6vFucO5x fGLs9uHIN/W485k3/Az/QY4cznLBEDevDpF
ELLjtZxhha52FWKBYgmK/cQ0oszdr 1YVuAyMGmgRp1ozdVOKdbGvookichSlszlF3OPYxRKSgd8UlW7zTfgXqOWaFaLvV PJ/CFOZ9D9F/MwVwrJGI
IG==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7533217		ANAYA FLOREZ JORGE ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 28 NORTE # 15-147 CASA 68	POPAYAN-CAUCA	8339355	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-07	2026-07	539253390	9509123254	I	2026/08/06	2026/08/04	BANCOLOMBIA	0	$1,670,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$864,000	$0	$0	$864,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$864,000	$0	$0	$864,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$131,600	$0	$0	$131,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$131,600	$0	$0	$131,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$675,000	$0	$0	$675,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$675,000	$0	$0	$675,000
TOTAL				1	$1,670,600	$0	$0	$1,670,600

pse

¡Hola, JORGE ANDRES ANAYA FLOREZ!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:


Valor: $ 1.670.600,00

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9509123254

Fecha de la transacción: 04/08/2026

CUS: 539253390



PH Hospitalarios S.A.S®
El balance ideal entre usted y la salud
SGS
CO 15/6196
PBX 744 08 02 - Fax 755 02 20
Móvil Depto Comercial: 317 440 93 47
ventas@phhospitalarios.com Carrera 77 No 76-79 Bogotá D.C.

MESA RIÑONERA O DE RESERVA

Fabricada en acero inoxidable ref: 304
Estructura en tubo redondo de 1" de acero inoxidable
Tapa superior en lámina de acero inoxidable c.20 en forma de media luna, con bordes curvados para protección del usuario, con refuerzos en la parte inferior para mayor estabilidad, Cinco ruedas de 2" plástica
Medidas: largo 1.20 mts, ancho 0.45 mts, altura 0.90 mts
Margen de tolerancia: +- 1cm




Ficha Técnica V-01

FT-GTE-4 | V.02

Mesa de Mayo


B-258 Inox

los pinos
Mejora tu Vida



www.lospinos.com.co

La **Mesa de Mayo B-258 Inox** Los Pinos® es un equipo versátil y funcional diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales de la salud.
Está fabricada en Acero Inoxidable, lo que garantiza una alta resistencia y durabilidad



Dimensiones Bandeja	Altura Máxima	Altura Mínima
34cm x 42cm +/-1cm	137cm +/-1cm	80cm +/-1cm

PH Hospitalarios S.A.S®
El balance ideal entre usted y la salud
SGS
CO 15/6196
PBX 744 08 02 - Fax 755 02 20
Móvil Depto Comercial: 317 440 93 47
ventas@phhospitalarios.com Carrera 77 No 76-79 Bogotá D.C.

MESA AUXILIAR DE CURACIONES EN ACERO INXODAIBLE REF: 304


ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO REDONDO DE ACERO DE 7/8",
BANDEJA INFERIOR EN LAMINA DE ACERO REF: 304
BANDEJA SUPERIOR EN LAMINA DE ACERO REF: 304
BARANDILLAS PROTECTORAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR
CON CUATRO RUEDAS DE 2".
DIMENSIONES ARPOX.: LARGO 0.55 MTS, ANCHO 0.45 MTS, ALTURA 0.80 MTS
MARGEN DE TOLERANCIA: +- 1 CM




industrias medicol
Fábrica de muebles

RODILLO
PARA TRASLADO DE PACIENTES

Referencia
M-182





Fabricado en tubo redondo de 1" 1/4 y platina reforzada, todo en aluminio.

Sistema de traslado integrado por rodamientos y bandas.

Cubierta en cordobán lavable de fácil limpieza.

Dimensiones: Largo 0.37 m, Ancho 0.08 m, Altura 0.50 m.

Terminado en aluminio.

ESTRUCTURA
FUNCIONAMIENTO
ACCESORIOS

Éste mueble es marca MAPLE®

Lote: _____

IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS

FICHA TÉCNICA



NOMBRE: BUTACO GIRATORIO SIN ESPALDAR CROMADO

REFERENCIA: K-12B


CODIGO DE PRODUCTO: 06600041

MARCA: KRAMER

PAIS: COLOMBIA


SE USA COMO ASIENTO, BRINDA UN GRAN COMFORT AL PACIENTE O USUARIO QUE LO USA. ES MUY COMÚN EN HOSPITALES Y CONSULTORIOS.

FICHA TECNICA CARRO MULTIUSOS









Descripción | Características esenciales



El Carro Camarero Pequeño Rimax es una herramienta compacta y eficiente, ideal para simplificar el servicio en restaurantes, hogares y eventos pequeños. Diseñado con una estructura robusta y materiales duraderos, este carro ofrece un rendimiento confiable incluso con un uso intensivo diario. Sus compartimentos y estantes están organizados de manera óptima para facilitar el transporte de alimentos, bebidas y utensilios. Además, sus ruedas giratorias aseguran una maniobrabilidad sencilla, permitiendo un desplazamiento fluido entre mesas o espacios reducidos. Con el Carro Camarero Pequeño Rimax, cada servicio se convierte en una tarea rápida y eficiente.

PH Hospitalarios S.A.S




NIT 900080746

ESCALERILLAS DE DOS PASOS


Ficha técnica

ESCALERILLAS DE DOS PASOS	a) **Pintura electrostática**	• Fabricada en tubo redondo en acero al carbón de 7/8" calibre 18  • Pasos en MDF recubiertos en caucho antideslizante y bocel • Patas con tapones plásticos de 7/8" • Dimensiones aproximadas: Largo 40cm x ancho 39cm x alto 42cm
	b) **Pintura electrostática con pasos en alfajor**	• Fabricada en tubo redondo en acero al carbón de 7/8" calibre 18  • Pasos en alfajor • Patas con tapones plásticos de 7/8" • Dimensiones aproximadas: Largo 40cm x ancho 39cm x alto 42cm


www.phhospitalarios.com
Cra. 77 76-66 Barrio La Granja
PBX: 9 172099
ventas@phhospitalarios.com

ESCALERILLAS DE DOS PASOS	**c) Acero inoxidable con antideslizante**	• Fabricada en tubo redondo de 7/8 de acero inoxidable ref. 304  • Pasos en acero inoxidable con antideslizante • Cuatro tapones plásticos antideslizantes de 7/8" • Medidas aproximadas: Largo 40cm x ancho 39cm x alto 42cm
	d) Acero inoxidable con pasos en caucho	• Fabricada en tubo redondo de 7/8 de acero inoxidable ref. 304  • Pasos en caucho antideslizante • Cuatro tapones plásticos antideslizantes de 7/8" • Medidas aproximadas: Largo 40cm x ancho 39cm x alto 42cm
	e) Acero inoxidable con pasos en alfajor	• Fabricada en tubo redondo de 7/8 de acero inoxidable ref. 304  • Pasos en alfajor • Cuatro tapones plásticos antideslizantes de 7/8" • Medidas aproximadas: Largo 40cm x ancho 39cm x alto 42cm

www.phhospitalarios.com
Cra. 77 76-66 Barrio La Granja
PBX: 9 172099
ventas@phhospitalarios.com

ESCALERILLAS DE DOS PASOS	**f) Cromada**	• Fabricada en tubo redondo de acero cold rolled de 7/8 calibre 18  • Pasos fabricados caucho antideslizante • Provisto de cuatro tapones plásticos de 7/8" • Dimensiones aproximadas: Largo 40cm x ancho 39cm x alto 42cm

www.phhospitalarios.com
Cra. 77 76-66 Barrio La Granja
PBX: 9 172099
ventas@phhospitalarios.com



Tecnología de excelencia para un rendimiento en el que puede confiar.

Estetoscopios Welch Allyn

Durante casi 100 años, nos hemos centrado en ofrecer un rendimiento y valor excepcionales en todos los dispositivos de Welch Allyn. Nuestra línea completa de estetoscopios no es la excepción. Desde nuestro Harvey Dlx con campana de construcción de bronce para un mejor sonido, hasta nuestra conocida línea de productos desechables, cada producto de Welch Allyn está diseñado para entregarle al profesional de la salud un valor y rendimiento notable.

- Línea completa de estetoscopios cardiológicos, profesionales y desechables
- Garantía de hasta 10 años
- Gama cardiológica desarrollada durante una asociación de 30 años con el Dr. W. Proctor Harvey, MD, un "maestro" reconocido por la American College of Cardiology
- Todos los estetoscopios no contiene látex
- Las piezas pectorales en las versiones para adultos, pediátrica y de anestesiología están disponibles para satisfacer sus necesidades de la mejor manera

Welch Allyn

Advancing Frontline Care™

Estetoscopios Welch Allyn: Especificaciones







	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	5079-321 triple, negro	5079-125 Elite, negro	5079-135, negro	5079-145, negro	5079-73, negro
[illegible]	Cabezal doble/triple	Cabezal doble	Cabezal doble 1	Cabezal doble	Cabezal doble
[illegible]	48,3 mm (1,9")	48,3 mm (1,9")	45 mm (1,75")	30 mm (1,2")	40 mm (1,9")
[illegible]	20,3 mm (0,8")	20,3 mm (0,8")	38,0 mm (1,5") 2	20 mm (0,78")	38,0 mm (1,5")
[illegible]	Sí	Sí	Sí 3	Sí	No
[illegible]	710 mm (28")	710 mm (28")	710 mm (28")	710 mm (28")	813 mm (32")
[illegible]	419 mm (16,5")	419 mm (16,5")	571,5 mm (22,5")	71 cm	559 mm (22")
[illegible]	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
[illegible]	Bronce (Brass)	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Zinc cromado
[illegible]	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato	Ilen Resilen G-10/FR4T	PVC Lámina de vidrio epoxídico
[illegible]	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
[illegible]	Liso o corrugado	Liso o corrugado	Liso	Liso	Liso
[illegible]	Sí	Sí	Sí 5	Sí	No
[illegible]	Suave/Duro	Suave/Duro	Suave/Duro 4	Suave/Duro	Duro
[illegible]	Sí	Sí	Sí 4	Sí	Sí
[illegible]	Goma libre de látex	Goma libre de látex	Goma libre de látex	Goma libre de látex	Goma libre de látex
[illegible]	Sí	Sí	No	No	No
[illegible]	No	No	Sí	Sí	Sí
[illegible]	20 a 1000 Hz	20 a 1000 Hz	20 a 500 Hz	20 a 500 Hz	N/A
[illegible]	Doble	Doble	Sencillo	Sencillo	Sencillo
[illegible]	No	Sí	Sí	Sí	No
[illegible]	10 años	10 años	5 años	5 años	2 años

Para obtener más información sobre estos y otros productos de Welch Allyn, visítenos en línea en www.welchallyn.com.

Welch Allyn Latin America
10205 NW 19th St, Suite 100
Miami, FL 33172
(Tel:) 1 305 699 9003 www.welchallyn.com

Welch Allyn®
Advancing Frontline Care™

© 2011 Welch Allyn. Reservados todos los derechos de marca. Impreso en EE. UU. SM10741A Rev. A

LARINGOSCOPIOS



Welch Allyn

Laringoscopios Welch Allyn

Características

- La construcción en una sola pieza de las hojas de Welch Allyn elimina una unión soldada potencialmente más débil.
- Liviana, para obtener un mejor equilibrio y maniobrabilidad que facilita incluso las intubaciones más difíciles.
- Convertible. Las hojas se convierten fácilmente de lámpara a iluminación de fibra óptica. Disminuye los gastos por actualización.
- Reparables. Reemplace el canal de luz deterioradas por una fracción del costo de una hoja de repuesto.
- Diseño mejorado. La altura de la hoja favorece intubaciones en pacientes de cavidad bucal reducida.
- Construcción de una pieza. La hoja de acero inoxidable de una sola pieza asegura la integridad de la hoja (sin uniones soldadas) y minimiza la corrosión.
- Iluminación HPX™ halógena. Nuestras hojas de fibra óptica incluyen lámparas halógenas HPX™ para observar el color real del tejido, y proporciona una luz que es un 30% más blanca y brillante que las lámparas halógenas tradicionales.


Laringoscopios MacIntosh

Un diseño que incorpora una curva suave y continua desde la punta hasta el extremo proximal. La curva comprime la vallécula y la hoja levantada eleva indirectamente la epiglotis. Welch Allyn modificó las hojas MacIntosh reduciendo la altura de la hoja proximal. Esto tiene como resultado un perfil ó altura que ayuda en el momento de entubar pacientes con acceso bucal limitado.



Macintosh halógeno de fibra óptica

N.° de parte	Tamaño de hoja	Largo total	Largo interior de la base a la punta
#69061	1	89 mm	63 mm
#69062	2	108 mm	82 mm
#69063	3	126 mm	101 mm
#69064	4	160 mm	135 mm



Macintosh estándar

N.° de parte	Tamaño de hoja	Largo total	Largo interior de la base a la punta
#69041	1	89 mm	63 mm
#69042	2	108 mm	82 mm
#69043	3	126 mm	101 mm
#69044	4	160 mm	135 mm

Laringoscopios E-MacIntosh

Las hojas E-MacIntosh, o "English"-MacIntosh, son el estilo más popular de hojas de laringoscopio fuera de los Estados Unidos. El diseño, aunque se basa en gran medida en la hoja original de MacIntosh, se diferencia en varios aspectos. Primero, la curva de los E-Macs es más continua desde el extremo proximal hasta el extremo distal. Esto mejora la mecánica del levantamiento. Segundo, el largo total es mayor para ayudar a intubar a los pacientes que tienen laringe anterior. Por último, el perfil o altura del instrumento se redujo para permitir una entubación más fácil en pacientes con acceso bucal limitado.



E-MacIntosh halógeno de fibra óptica

N.° de parte	Tamaño de hoja	Largo total	Largo interior de la base a la punta
#69211	1	95 mm	70 mm
#69212	2	116 mm	90 mm
#69213	3	135 mm	110 mm
#69214	4	156 mm	130 mm



E-MacIntosh estándar

N.° de parte	Tamaño de hoja	Largo total	Largo interior de la base a la punta
#69241	1	95 mm	70 mm
#69242	2	116 mm	90 mm
#69243	3	135 mm	110 mm
#69244	4	156 mm	130 mm


Laringoscopios Miller

Welch Allyn modificó la hoja Miller original, desarrollada por Welch Allyn en 1941, para mejorar su funcionalidad y campo de visión. Primero, se aplanó la hoja o la lengua de la hoja para mover la lengua del paciente hacia un lado en vez de comprimirla. La base plana ayuda a mantener la lengua fuera del campo de visión. Se aumentó el campo de visión general al modificar el área de sección transversal de la hoja sin alterar el ancho ni el alto.



Miller halógeno de fibra óptica

N.° de parte	Tamaño de hoja	Medida vertical interior	Largo interior de la base a la punta
#68065	00	8 mm	36 mm
#68060	0	8 mm	53 mm
#68061	1	8 mm	79 mm
#68062	2	10 mm	132 mm
#68063	3	11 mm	172 mm
#68064	4	13 mm	192 mm




Miller estándar

N.° de parte	Tamaño de hoja	Medida vertical interior	Largo interior de la base a la punta
#68045	00	8 mm	36 mm
#68040	0	8 mm	53 mm
#68041	1	8 mm	79 mm
#68042	2	10 mm	132 mm
#68043	3	11 mm	172 mm
#68044	4	13 mm	192 mm

Mangos de fibra óptica

Mangos livianos de fibra óptica con luz halógena HPX™

Los mangos livianos de Welch Allyn son hasta un 40% más ligeros que nuestro diseño anterior. Este cambio, conjuntamente con una reducción de un 50% en el peso de la hoja, se suma para lograr un sistema cómodo y maniobrable. Los mangos de fibra óptica están disponibles en tamaños "C" y "AA".



#60813	Mango de baterías tamaño mediano "C"
#60814	Mango de baterías tamaño mini linterna "AA"
#60815	Mango ancho de fibra óptica tamaño "AA"

Mangos recargables de fibra óptica con luz halógena HPX™

Elimine el problema de los mangos que se quedan sin energía con nuestros mangos de fibra óptica recargables. Estas unidades pueden mantenerse constantemente en la base de carga para garantizar una potencia completa y máxima iluminación. El mango utiliza una batería de níquel-cadmio de 2,5 V o 3,5 V reciclable* con garantía de dos años.




#60713	Solo mango de fibra óptica recargable de 2,5 V
#60835	Solo mango de 3,5 V
#71140	Solo cargador, 110-130 V, 50/60 Hz
#71105	Igual que #71140 pero de exportación (especifique el país y el voltaje); 220-250 V, 50/60 Hz
#72200	Batería recargable NiCad de 3,5 V
#72000	Batería recargable de NiCad (codificada por color rojo)

**Como muestra de nuestro compromiso con el medio ambiente, Welch Allyn recomienda el reciclaje de las baterías de níquel-cadmio.*

Mangos estándar

Mangos estándar con baterías


Los mangos de los laringoscopios estándar de Welch Allyn vienen en diferentes tamaños para satisfacer cualquier necesidad de aplicación. Fabricados de bronce cromado duradero (al igual que todos los mangos de Welch Allyn), nuestros mangos están construidos para durar. Elija entre los tamaños de batería "D", "C" o "AA".



#60200	Mango de baterías tamaño grande "D"
#60300	Mango de baterías tamaño mediano "C"
#60400	Mango de baterías tamaño mini linterna "AA"
#60305	Mango ancho estándar de tamaño "AA"

Mangos estándar de baterías recargables

Prácticamente elimine la necesidad de baterías de repuesto con un mango recargable de Welch Allyn. La batería de níquel-cadmio reciclable* tiene una garantía de dos años y asegura el funcionamiento incluso después de largos períodos sin uso.




#60715	Mango para batería recargable y transformador, 110 V
#60755	Igual que #60715, pero de exportación (especifique el país y el voltaje); 220-250 V, 50/60 Hz
#60710	Solo mango recargable de 2,5 V
#60720	Solo mango para batería recargable, de exportación
#71040	Transformador solo para mango recargable
#71025	Transformador solo para mangos recargables, de exportación (especifique el país y el voltaje); 220-250 V, 50/60 Hz
#72000	Batería recargable de NiCad (codificada por color rojo)

**Como muestra de nuestro compromiso con el medio ambiente, Welch Allyn recomienda el reciclaje de las baterías de níquel-cadmio.*

Set de fibra óptica

Cada set incluye nuestros mangos livianos de baterías "AA" y "C" y hojas livianas para una máxima maniobrabilidad.




#68696
Miller #0, 1, 2, 3, 4

Set de fibra óptica con estuche

#69696 El set de fibra óptica MacIntosh incluye tamaños de hoja número 1, 2, 3 y 4, mango para baterías "C" #60813, para baterías "AA" #60814 y estuche #05691

#68696 El set de fibra óptica Miller incluye tamaños de hoja número 0, 1, 2, 3 y 4, mango para baterías "C" #60813, para baterías "AA" #60814 y estuche #05681

#69697 El set de fibra óptica E-MacIntosh incluye tamaños de hoja número 1, 2, 3 y 4, mango para baterías "C" #60813, para baterías "AA" #60814 y estuche #05791



#65122
MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2, con mangos cortos y gruesos para baterías y estuche

Set de fibra óptica con diferentes tipos de hojas más usadas y estuche

Set universales MacIntosh y Miller

#65121 Set universal (MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mango para baterías "C" #60813, para baterías "AA" #60814 y estuche #05700

#65122 Set universal (MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos cortos y gruesos para baterías "C" #60813 y #60815, y estuche #05700


#65123 Set universal (MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos cortos y gruesos para baterías "AA" #60814 y #60815, y estuche #05700

Set universales E-MacIntosh y Miller

#65124 Set universal (E-MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos para baterías "C" #60813, para baterías "AA" #60814 y estuche #05701

#65125 Set universal (E-MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos cortos y gruesos para baterías "C" #60813 y #60815, y estuche #05701

#65126 Set universal (E-MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos cortos y gruesos para baterías "AA" #60814 y #60815, y estuche #05701



#65103
MacIntosh número 3 y 4, y mango mediano

Sets portátiles de fibra óptica con estuche

Hemos combinado tres de las hojas de laringoscopio de mayor uso con nuestro estuche blando. Los set están disponibles con mangos para baterías "AA" o "C" en sus versiones de fibra óptica o estándar.

Sets portátiles de fibra óptica con estuche: MacIntosh y Miller

#65101 El set portátil incluye hojas de laringoscopios (MacIntosh número 3, Miller número 0 y Miller número 2), mango para baterías "C" #60813 y estuche #05620

#65102 El set portátil incluye hojas de laringoscopios (MacIntosh número 3, Miller número 0 y Miller número 2), mango para baterías "AA" #60814 y estuche #05620


#65103 El set portátil incluye hojas de laringoscopios (MacIntosh número 3, MacIntosh número 4), mango para baterías "C" #60813 y estuche #05620

#65104 El set portátil incluye hojas de laringoscopios (MacIntosh número 3, MacIntosh número 4), mango para baterías "AA" #60814 y estuche #05620

#05620 Solo estuche portátil, vinilo blando, con cierre

Set estándar

Los laringoscopios con lámpara estándar de Welch Allyn están disponibles en set completos. Elija entre un set MacIntosh de cuatro hojas, uno E-MacIntosh o uno Miller de cinco hojas. Cada uno contiene mangos para baterías "AA" y "C".



#69096

Set estándar con estuche

#69096	El set estándar MacIntosh incluye tamaños de hoja número 1, 2, 3 y 4, mango para baterías "C" #60300, para baterías "AA" #60400 y estuche #05691
#68096	El set estándar Miller incluye tamaños de hoja número 1, 2, 3 y 4, mango para baterías "C" #60300, para baterías "AA" #60400 y estuche #05681
#69097	El set estándar E-MacIntosh incluye tamaños de hoja número 1, 2, 3 y 4, mango para baterías "C" #60300, para baterías "AA" #60400 y estuche #05691

Set estándar con diferentes hojas en tipos más usados y estuche

Set universales MacIntosh y Miller

#65221	Set universal (MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos para baterías "C" #60300, para baterías "AA" #60400 y estuche #05700
#65222	Set universal (MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos cortos y gruesos para baterías "C" #60300 y #60305, y estuche #05700
#65223	Set universal (MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos cortos y gruesos para baterías "AA" #60400 y #60305, y estuche #05700

Set universales E-MacIntosh y Miller

#65224	Set universal (E-MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos para baterías "C" #60300, para baterías "AA" #60400 y estuche #05701
#65225	Set universal (E-MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos cortos y gruesos para baterías "C" #60300 y #60305, y estuche #05701
#65226	Set universal (E-MacIntosh número 3 y 4, Miller número 0 y 2) con mangos cortos y gruesos para baterías "AA" #60400 y #60305, y estuche #05701

Set portátiles estándar con estuche

Hemos combinado tres de las hojas de laringoscopio de mayor uso con nuestro estuche blando. Los set están disponibles con mangos de baterías "AA" o "C" en sus versiones de fibra óptica o estándar.



#65202
MacIntosh número 3, Miller número 0 y 2 y mango tipo mini linterna con estuche

#65201	El set portátil incluye hojas de laringoscopios (MacIntosh número 3, Miller número 0 y Miller número 2), mango para baterías "C" #60300 y estuche #05620
#65202	El set portátil incluye hojas de laringoscopios (MacIntosh número 3, Miller número 0 y Miller número 2), mango para baterías "AA" #60400 y estuche #05620
#65203	El set portátil incluye hojas de laringoscopios (MacIntosh número 3 y MacIntosh número 4), mango para baterías "C" #60300 y estuche #05620
#65204	El set portátil incluye hojas de laringoscopios (MacIntosh número 3 y MacIntosh número 4), mango para baterías "AA" #60400 y estuche #05620
#05620	Solo estuche portátil, vinilo blando, con cierre

AVANZA
Soluciones Integrales
NIT. 900274957-3

Popayán, 11 de junio del 2026

SEÑORES:
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E

Referencia: Certificación Garantía

Por medio de la presente se certifica la Garantía de la siguiente manera:

1. **Periodo de garantía:** La garantía cubre defectos de fabricación por el periodo de un año (1) contado a partir de la fecha de entrega de los equipos biomédicos y mobiliario que se detallan a continuación:

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD
1	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CON SALPICADERO Y FRENO	7
2	MESA RIÑONERA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 Y FRENO	3
3	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE ALTURA GRADUABLE BASE PLATINA	3
4	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE	3
5	MESA PARA COMPUTADOR PORTATIL ACERO INOXIDABLE	1
6	RODILLO PARA MOVILIZAR PACIENTES	2
7	ATRIL PORTASUERO RODABLE ACERO INOXIDABLE PARA MANEJAR BOMBA DE INFUSION	1
8	SILLA ERGONOMICA DOS CONTACTOS, SISTEMA NEUMATICO SIN BRAZO, EN CORDOBAN LAVABLE	2
9	BUTACO GIRATORIO ALTURA GRADUABLE	2
10	LARINGOSCOPIO ADULTO Valvas rectas y curvas de fibra óptica, nro: 2, 3 y 4 WELCH ALLYN	1
11	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO valvas curvas y rectas No1, valvas rectas No 00 y No 0 WELCH ALLYN	1
12	FONENDOSCOPIO WELCH ALLYN	1
13	GRADILLA DE DOS PASOS ACERO INOXIDABLE 304	2
14	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1

Calle 78N # 19-147 Of. 68 – Popayán (Cauca) Telefax: 8337465 – Cel.– 3146577837
E -mail: avanzaeu@hotmail.com

AVANZA
Soluciones Integrales
NIT. 900274957-3

2. Excepciones de la garantía:

a. Daños en el acabado del equipo como pintura, acrílicos, rayones, abolladuras etc.
b. Desgaste normal del equipo
c. Daños ocasionados por uso o manejo inadecuado, mala instalación o no apropiadas para su funcionamiento según recomendaciones del fabricantes establecidas en el manual de operación, almacenamiento deficiente, influencias deteriorantes del clima o uso en condiciones ambientales fuera de las especificadas para la correcta operación o actos de terceros.
d. Maltrato del bien (abuso, golpes, accidentes y alteraciones)
e. Daños ocasionados en el transporte
f. Uso de insumos, elementos desechables, accesorios o consumibles diferentes a los recomendados por el fabricante.
g. Si el bien o accesorio no es operado de acuerdo a las instrucciones de manejo y recomendaciones del fabricante y si no se sigue el plan de limpieza recomendado.

3. Causales de perdida de la garantía:

a. Si el cliente destina el equipo en actividades diferentes para las cuales fue fabricado o hace modificaciones e instalaciones de otra procedencia sin autorización escrita.
b. Si el cliente permite que personal no autorizado intente desarmar, reparar, o viole los sellos de seguridad.

4. Aceptación de la garantía:

Se entenderá que el cliente conoce y acepta los términos y condiciones de la garantía descritos en el presente documento, manuales de uso, aplicación y manejo del respectivo equipo después de realizada las capacitaciones asistenciales y técnicas.

Agradezco la atención

Atentamente,

JORGE ANDRES ANAYA FLOREZ
C.c. 76.333.217 de Popayán
Representante Legal
Avanza S.A.S

Calle 78N # 19-147 Of. 68 – Popayán (Cauca) Telefax: 8337465 – Cel.– 3146577837
E -mail: avanzaeu@hotmail.com