BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS	F2.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
97 9	Brixco	TP101	No porta	Servicio de Alimentos	Nutricionista.

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			458167	2025/06/04	Cumple	Junio /2026

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
23/02/2026	0±1	1	-	Cumple	Nutricionista	Punto hielo	24/03/26
24/03/2026	0±1	0.99	-	Cumple	Nutricionista	Punto hielo	24/04/26.
24/04/2026	0±1	1	-	Cumple	Nutricionista	Punto hielo.	22/05/26.
22/05/2026	0±1	1	-	Cumple	Nutricionista	Punto hielo	22/06/26.
22/06/2026	0±1	1	-	Cumple	Nutricionista	Punto de hielo	22/07/26

RESULTADO: Cumple o no cumple

FIRMA DEL RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA: Cristina Ochoa M N-S

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS				F2.G8.PP	28/01/2025
					Versión 5	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
TP10	Brixlo	TP300	No porta	Servicio Alimentos	Nutricionista.

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			CCYS8-10	04/06/2025	Cumple	Junio 2026

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
24/03/26	90±1	89.9	0.1	Cumple	Nutricionista	Punto ebullición	24/04/26
24/04/26	0±1	0.99	—	Cumple	Nutricionista	Punto Ebullición	22/05/26
24/04/26	90±1	89.8	0.2	Cumple	Nutricionista	Punto hielo	22/05/26
22/05/26	0±1	1	—	Cumple	Nutricionista	Punto Ebullición	22/06/26
22/05/26	90±1	91	—	Cumple	Nutricionista	Punto hielo	22/06/26
22/06/26	90±	90.9	—	Cumple	Nutricionista	Punto Ebullición	22/07/26
	0±1	0.9	—	Cumple	Nutricionista	Punto hielo	22/07/26

RESULTADO: Cumple o no cumple

FIRMA DEL RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA:

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS				F2.G8.PP	28/01/2025
					Versión 5	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
TC 8	Taylor	9842	Laptop	Servicio de alimentos	Carolina Ochoa U

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			ECA18171	25/06/04	Cumple	Junio 2026

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
22/01/2026	90 ± 1	90.9	-	Cumple	Nutricionista	Punto ebullición Bogotá	23/02/26
23/02/2026	90 ± 1	91	-	Cumple	Nutricionista	Punto ebullición	24/03/26
24/03/2026	90 ± 1	89.6	0.04	Cumple	Nutricionista	Punto ebullición	24/04/26
24/04/2026	90 ± 1	89.9	0.01	Cumple	Nutricionista	Punto ebullición Bogotá	22/05/26
22/05/26	90 ± 1	90.9	-	Cumple	Nutricionista	Punto ebullición	22/06/26.
22/06/26	90 ± 1	91	- 1 -	Cumple	Nutricionista	Punto ebullición	22/07/26

RESULTADO: Cumple o no cumple

FIRMA DEL RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA: Carolina Ochoa U U.S.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.