Reporte de sesión

12/08/2026

Panel de información

Nombre	S896
Hora de inicio	2026-07-31 9:12:13 p.m.
Hora de paro	2026-07-31 9:17:13 p.m.
Nombre del dispositivo	BLM120002
Tipo de modelo	SoundPro DL
Número de serie	BLM120002

Panel de datos de resumen

Descripción	Medidor	Valor	Descripción	Medidor	Valor
Leq	1	53,3 dB	L90	1	51,4 dB
Ponderación	1	A	Respuesta	1	FAST
Ancho de banda	1	1/3			
Leq	2	53,3 dB			
Ponderación	2	A	Respuesta	2	FAST


Tabla de resumen de filtros - Leq

Filtro	Leq
	53,3 dB
12.5 Hz	-7,1 dB
16 Hz	-7,7 dB
20 Hz	-4,5 dB
25 Hz	-3,1 dB
31.5 Hz	5,1 dB
40 Hz	16,5 dB
50 Hz	24,1 dB
63 Hz	17,6 dB
80 Hz	17,4 dB
100 Hz	24,9 dB
125 Hz	27,7 dB
160 Hz	28,3 dB
200 Hz	36,7 dB
250 Hz	37,5 dB

315 Hz	39,3 dB
400 Hz	41 dB
500 Hz	44,7 dB
630 Hz	43,4 dB
800 Hz	43,9 dB
1,00 kHz	42,4 dB
1,25 kHz	42,3 dB
1,60 kHz	45,6 dB
2,00 kHz	42,3 dB
2,50 kHz	38,1 dB
3,15 kHz	35,2 dB
4,00 kHz	33,3 dB
5,00 kHz	31 dB
6,30 kHz	26,8 dB
8,00 kHz	23,4 dB
10,00 kHz	19,2 dB
12,50 kHz	15,9 dB
16,00 kHz	9,9 dB
20,00 kHz	8,8 dB


Resumen de la tabla de filtros - Leq

S896: Resumen de la tabla de filtros - Leq



Gráfica de datos de registro

S896: Gráfica de datos de registro



Historial de calibración

Fecha	Acción de calibración	Nivel	Tipo de modelo del calibrador	Número de serie	Fecha de certificación
2026-07-31 8:13:20 p.m.	Calibración	114,1			