

Reporte de sesión

27/08/2026

Panel de información

Nombre	S927
Hora de inicio	2026-08-22 11:10:12 p.m.
Hora de paro	2026-08-22 11:25:12 p.m.
Número de serie	BLM120002
Duración:	00:15:00
Tipo de modelo	SoundPro DL

Panel de datos de resumen

<u>Descripción</u>	<u>Medidor</u>	<u>Valor</u>	<u>Descripción</u>	<u>Medidor</u>	<u>Valor</u>
Leq	1	74,3 dB	L90	1	71 dB
Ponderación	1	A	Respuesta	1	SLOW
Ancho de banda	1	1/3			
Leq	2	78,6 dB			
Ponderación	2	A	Respuesta	2	IMPULSE


Tabla de resumen de filtros - Leq

<u>Filtro</u>	<u>Leq</u>
	74,3 dB
12.5 Hz	8,1 dB
16 Hz	7 dB
20 Hz	10,5 dB
25 Hz	19,3 dB
31.5 Hz	23,1 dB
40 Hz	28,8 dB
50 Hz	40 dB
63 Hz	44,4 dB
80 Hz	47,4 dB
100 Hz	49 dB
125 Hz	52,8 dB
160 Hz	51,1 dB
200 Hz	52,5 dB
250 Hz	54 dB

315 Hz	56,5 dB
400 Hz	60,3 dB
500 Hz	65,2 dB
630 Hz	67 dB
800 Hz	65,4 dB
1,00 kHz	64 dB
1,25 kHz	64,3 dB
1,60 kHz	64,4 dB
2,00 kHz	61,7 dB
2,50 kHz	60,6 dB
3,15 kHz	58,3 dB
4,00 kHz	56,2 dB
5,00 kHz	52,4 dB
6,30 kHz	48,3 dB
8,00 kHz	44,9 dB
10,00 kHz	40,7 dB
12,50 kHz	36,3 dB
16,00 kHz	34,9 dB
20,00 kHz	34,3 dB


Resumen de la tabla de filtros - Leq

S927: Resumen de la tabla de filtros - Leq



Gráfica de datos de registro

S927: Gráfica de datos de registro



Historial de calibración

Fecha	Acción de calibración	Nivel	Tipo de modelo del calibrador	Número de serie	Fecha de certificación
2026-08-22 p.m.	10:40:11 Calibración	114,0			