Reporte de sesión

17/07/2026

Panel de información

Nombre	S824
Hora de inicio	2026-07-10 10:38:17 p.m.
Hora de paro	2026-07-10 10:53:19 p.m.
Nombre del dispositivo	BLM120002
Tipo de modelo	SoundPro DL
Número de serie	BLM120002

Panel de datos de resumen

Descripción	Medidor	Valor	Descripción	Medidor	Valor
Leq	1	67,5 dB	L90	1	62,5 dB
Ponderación	1	A	Respuesta	1	SLOW
Ancho de banda	1	1/3			
Leq	2	71,9 dB			
Ponderación	2	A	Respuesta	2	IMPULSE


Tabla de resumen de filtros - Leq

Filtro	Leq
	67,5 dB
12.5 Hz	12,6 dB
16 Hz	10,6 dB
20 Hz	7,6 dB
25 Hz	19,1 dB
31.5 Hz	21 dB
40 Hz	25,5 dB
50 Hz	30,8 dB
63 Hz	34,4 dB
80 Hz	43,6 dB
100 Hz	45,1 dB
125 Hz	47,2 dB
160 Hz	47,3 dB
200 Hz	49,4 dB
250 Hz	50,3 dB

315 Hz	51,6 dB
400 Hz	52,4 dB
500 Hz	57,3 dB
630 Hz	60,2 dB
800 Hz	58,6 dB
1,00 kHz	56,7 dB
1,25 kHz	57,7 dB
1,60 kHz	58,2 dB
2,00 kHz	55,3 dB
2,50 kHz	53,4 dB
3,15 kHz	51,9 dB
4,00 kHz	50,1 dB
5,00 kHz	45 dB
6,30 kHz	42,3 dB
8,00 kHz	38,7 dB
10,00 kHz	35,2 dB
12,50 kHz	34,4 dB
16,00 kHz	34,3 dB
20,00 kHz	34,2 dB


Resumen de la tabla de filtros - Leq

S824: Resumen de la tabla de filtros - Leq



Gráfica de datos de registro

S824: Gráfica de datos de registro



Historial de calibración

Fecha	Acción de calibración	Nivel	Tipo de modelo del calibrador	Número de serie	Fecha de certificación
2026-07-10 10:19:41 p.m.	Calibración	114,1			