Reporte de sesión

21/07/2026

Panel de información

Nombre	S120
Hora de inicio	2026-07-11 11:07:31 p.m.
Hora de paro	2026-07-11 11:22:41 p.m.
Nombre del dispositivo	BIJ060007
Tipo de modelo	SoundPro DL
Número de serie	BIJ060007

Panel de datos de resumen

Descripción	Medidor	Valor	Descripción	Medidor	Valor
Leq	1	59,1 dB	L90	1	55 dB
Ponderación	1	A	Respuesta	1	SLOW
Ancho de banda	1	1/3			
Leq	2	63,3 dB			
Ponderación	2	A	Respuesta	2	IMPULSE


Tabla de resumen de filtros - Leq

Filtro	Leq
	59,1 dB
12.5 Hz	18,3 dB
16 Hz	17,8 dB
20 Hz	15,5 dB
25 Hz	18,7 dB
31.5 Hz	20,5 dB
40 Hz	24 dB
50 Hz	29,3 dB
63 Hz	32,2 dB
80 Hz	38,8 dB
100 Hz	40,2 dB
125 Hz	40,2 dB
160 Hz	41 dB
200 Hz	43 dB
250 Hz	47 dB

315 Hz	44,5 dB
400 Hz	45,4 dB
500 Hz	47 dB
630 Hz	47,6 dB
800 Hz	48,3 dB
1,00 kHz	48,9 dB
1,25 kHz	49,3 dB
1,60 kHz	49,1 dB
2,00 kHz	48 dB
2,50 kHz	46,9 dB
3,15 kHz	45,8 dB
4,00 kHz	43,7 dB
5,00 kHz	41,9 dB
6,30 kHz	42,8 dB
8,00 kHz	42,4 dB
10,00 kHz	42,3 dB
12,50 kHz	45,2 dB
16,00 kHz	45,2 dB
20,00 kHz	45,2 dB


Resumen de la tabla de filtros - Leq

S120: Resumen de la tabla de filtros - Leq



Gráfica de datos de registro

S120: Gráfica de datos de registro



Historial de calibración

Fecha	Acción de calibración	Nivel	Tipo de modelo del calibrador	Número de serie	Fecha de certificación
2026-07-11 10:47:21 p.m.	Calibración	114,2			