Geuder®
Precision made in Germany

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Producto	**Cassettes de un solo uso, estériles**
Artículo No.	G-30161, G-30162, G-60700, G-60701, G-60750
Observaciones	Se recomienda el uso de los cassettes solo por jornadas quirúrgicas, no se debe reesterilizar.

Código GMDN	36779 Sistema de succión de propósito general, vacío
UM DNS-Code	
PN-Code CA	

Descripción del producto
Los cassettes de un solo uso están conectados con el sistema quirúrgico oftálmico MEGATRON y sirven para el riego con líquido de enjuague y aspiración de líquidos y tejidos. Mediante el funcionamiento inverso de la bomba, un instrumento obstruido puede enjuagarse o puede liberarse tejido aspirado accidentalmente.


Variantes de producto

Artículo No. G-	**Descripción**
G-30161	Venturi de un solo uso, incluido el casete peristáltico para MEGATRON S3 VIP y MEGATRON S4, incl. Tubos I / A, conjunto de infusión y bolsa colectora. Unidad de embalaje 20 piezas por caja, estéril
G-30162	Cassette Venturi de un solo uso para MEGATRON S3 V y S3 VIP, incl. Tubos I / A, conjunto de infusión y bolsa colectora. Unidad de embalaje 20 piezas por caja, estéril
G-60700	Cassette HPS de un solo uso para el sistema de bomba híbrida MEGATRON S4 incl. Tubo HPS I / A, set de infusión y bolsa recolectora. Unidad de embalaje 20 piezas por caja, estéril
G-60701	Cassette HPS para MEGATRON S3 V / S3 VIP / S4 HPS incl. Tubo HPS 1 / A, conector de seguridad GEUDER, bolsa de drenaje, 20 piezas por caja, estéril
G-60750	CASSETTE para MEGATRON S3 V / S3 VIP / S4 HPS incl. juego de irrigación, conector de seguridad GEUDER, bolsa de drenaje, 20 piezas por caja, estéril

Geuder®
Precision made in Germany

Accesorios	
Artículo No. G-	**Descripción**

Imágenes



Plantas de producción y titular de la autorización de comercialización (TAC)		
Artículo No. G-	**Planta de producción**	**MAH**
	Dimedica GmbH & Co. KG Sudetenstraße 2a D-64646 Heppenheim	GEUDER AG Hertzstraße 4 D-69126 Heidelberg

	Promepla 9 avenue Albert II, 98000 Monaco	

Material en contacto con el paciente	
Componente	**Material**
-	-

Esterilización	
Método de esterilización	Óxido de etileno
Planta de esterilización	Sterigenics International Kasteler Straße 45 Geb. G525 D-65203 Wiesbaden Sterilab 2720 Chemin Saint-Bernard F-06224 Sophia Antipolis Cedex

Duracion	5 años

Cambios de documentos		
Version	**fecha**	**Descripción**
V1.0	Septiembre 28, 2010	Primer lanzamient
V2.0	Agosto11, 2014	versión inglesa
V3.0	Junio 12, 2017	Actualizar

Redactado po	**Revisado por**	**Publicado por**
Nombre: Renate Herbold, QM / RA	Nombre: Stephanie Haas, QM/ RA	Nombre: Dieter Frauenfeld; Vicepresidente de Desarrollo y Producción
Date/Signature Renate Herbold 12. JUNI 2017	Date/Signature Stephanie Haas 12. JUNI 2017	Date/Signature Dieter Frauenfeld 12. JUNI 2017