BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	PAgina 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ___ Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS - Dirección - Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	Torey	LPC-20	717 000233	IE Sede Punta Servicio de Alimentos	Nicole Fayad S

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			1	18/04/23	Cumple	18/04/24
			2	15/04/24	Cumple	15/04/25
			3	20/05/25	Cumple	20/05/26

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	20kg	Juego de pesas clase	Cilindrica	26/02/2026	26/05/2026
Carga mínima (Min)	50g	Número de Certificado		RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	1g			Nicole F	
Repetibilidad (indicación en manual)	NA	INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	5g				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 1kg.

Punto	Indicación	Diferencia
1	1kg	0
2	0,900	-0,1
3	1kg	0
4	1kg	0
5	1kg	0
Error máximo obtenido en la prueba		-0,1
Error mínimo obtenido en la prueba		-0,1
RESULTADO	Cumple	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 1kg, 700, 500, 500, 200

Punto	Indicación	Diferencia
1	1kg	0
2	700	0
3	500	0
4	500	0
5	200	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 1kg

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	1kg	0
2	1kg	0
3	1kg	0
4	1kg	0
5	1kg	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Verificación Realizada en CZ Remedy Central
Firma del responsable de realizar la Verificación intermedia:	Nicole Fayad S. Nutricionista Dietista

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ___ **Balanza Pesa Personas** ___ **Balanza Pesa Bebés** ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	SECA	803	660314 1761277	Ht. Usio Parche	Nicole Fayad

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			1	18/04/23	Cumple	16/04/24
			2	15/04/24	Cumple	15/04/25
			3	20/05/25	Cumple	20/05/26

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	150kg	Juego de pesas clase	Paralelepipedo	26/02/2026	26/05/2026
Carga mínima (Min)	2kg	Número de Certificado		RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	0,2 kg				
Repetibilidad (indicación en manual)	NA	INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	0,2 kg				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 35kg

Punto	Indicación	Diferencia
1	35,1	+0,1
2	34,9	-0,1
3	34,9	-0,1
4	35,1	+0,1
5	35	0
Error máximo obtenido en la prueba		0,1
Error mínimo obtenido en la prueba		-0,1
RESULTADO	Cumple	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 15,20,25,30,35

Punto	Indicación	Diferencia
1	15	0
2	20	0
3	25	0
4	30	0
5	35	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 35kg

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	35kg	0
2	35,1kg	-0,1
3	35kg	0
4	35kg	0
5	35kg	0
Error máximo obtenido en la prueba		-0,1
Error mínimo obtenido en la prueba		-0,1
RESULTADO	Cumple	

GUIA EXCENTRICIDAD

Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Verificación realizada en CA Kennedy Central
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Nicole Fayad J. Nutricionista Dietista

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner