

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, CALIBRACIÓN Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES ORIGINALES PARA LOS SISTEMAS DE DESFIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA) DE IDARTES.

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Denominación del bien	Imagen de referencia	Descripción	Cantidad estimada	Unidad
1	85161501 42172101	INSPECCIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MARCA SCHILLER FRED PA 1		"Inspección técnica, mantenimiento preventivo/correctivo (Reemplazo de la batería interna del equipo) y calibración metrológica del DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO marca SCHILLER FRED PA 1 por personal técnico autorizado. " El contratista deberá entregar por cada equipo intervenido un reporte de calibración con trazabilidad metrológica, la hoja de vida actualizada con los registros de cambio de electrodos que hayan cumplido su vida útil (Adulto o Pediátrico, según corresponda), el protocolo de mantenimiento ejecutado donde se especifique el cambio y uso de repuestos originales o equivalentes con certificación de importación (Si aplica), un certificado de operatividad y buen funcionamiento firmado por el ingeniero biomédico o técnico especialista responsable".	9	UN
2	85161501 42172101	INSPECCIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MARCA MINDRAY SERIE BENEHEART C2		"Inspección técnica, mantenimiento preventivo/correctivo (Reemplazo de la batería interna del equipo) y calibración metrológica del DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO marca MINDRAY Serie BENEHEART C2 por personal técnico autorizado. " El contratista deberá entregar por cada equipo intervenido un reporte de calibración con trazabilidad metrológica, la hoja de vida actualizada con los registros de cambio de electrodos que hayan cumplido su vida útil (Adulto o Pediátrico, según corresponda), el protocolo de mantenimiento ejecutado donde se especifique el cambio y uso de repuestos originales o equivalentes con certificación de importación (Si aplica), un certificado de operatividad y buen funcionamiento firmado por el ingeniero biomédico o técnico especialista responsable."	1	UN
3	42172101	Compra de Desfibrilador Externo Automático (DEA) portátil.		Adquisición de Desfibrilador Externo Automático (DEA) portátil con tecnología de onda bifásica truncada exponencial. Debe contar con encendido automático inmediato al abrir la tapa superior, sistema de guía al usuario mediante instrucciones de voz en español e indicadores visuales secuenciales. Rango de energía configurable para adultos y sistema de atenuación automática o botón selector integrado para modo pediátrico (sin requerir cambio físico de electrodos). Capacidad de análisis automático del ritmo cardíaco (para discriminar ritmos desfibrilables) y rutinas periódicas de autoverificación de circuitos, batería y parches con indicador visual externo de estado. Memoria interna con almacenamiento mínimo de 1 hora de datos del evento. INCLUYE: Una (1) batería descartable de litio de alta capacidad con vida útil en modo de espera (stand-by) de mínimo 5 años. Un (1) juego de parches/electrodos autoadhesivos adultos preconectados (vencimiento superior a dos (2) años desde la entrega). Un (1) juego de parches/electrodos autoadhesivos pediátricos (vencimiento superior a dos (2) años desde la entrega). *Manual de usuario en español, guía de referencia rápida, declaración de importación legalizada y Permiso de comercialización/Registro Sanitario INVIMA vigente. Garantía de fábrica mínima de 5 años para el equipo principal.	1	UN
4	56101530	Compra Gabinete metálico para Equipo Desfibrilador DEA.		Compra Gabinete metálico para Equipo Desfibrilador DEA. Protege y exhibe de manera efectiva equipo DEA (desfibrilador externo automático), con puerta de diseño panorámico que permite amplia visibilidad y fácil acceso en caso de emergencia cardíaca cardíacas. Características: Adaptable a cualquier tipo de DEA. La puerta proporciona un cierre sólido y una apertura sin problemas, Chapa de seguridad con llave (para áreas públicas). Todo el frente del gabinete se abre para permitir fácil acceso al dispositivo DEA. Puerta transparente de vidrio. Material: acero resistente o aluminio, con pintura electrostática al horno, color blanco de alta visibilidad. Alto: 35 a 40 cm Ancho: 33 a 36 cm Profundidad: 18 a 20 cm Tipo de acceso: Puerta frontal de apertura completa. Compatibilidad: Desfibriladores DEA y DESA de tamaño estándar. Montaje en pared (empotrado o sobrepuesto) en interiores o exteriores (protegidos contra intemperie).	1	UN

NOTAS

NOTA No. 1	Los valores que se oferten no se afectarán si la Entidad aumenta o disminuye las cantidades de acuerdo a su necesidad institucional para el presente proceso de selección
NOTA No. 2	El contrato de suministro se ejecutara como una bolsa de productos, por lo que la entidad podrá variar las cantidades establecidas en el presente documento, para efectos de satisfacer la necesidad exacta que se requiera en la etapa de ejecución.
NOTA No. 3	Como parte del proceso de entrega, el contratista deberá realizar y entregar los manuales de usuario, guías rápidas de operación y los Registros Sanitarios INVIMA vigentes de todos los equipos y consumibles despachados, en los tiempos y condiciones que establezca la supervisión.

Elaboro	Maria Alejandra Bermudez G - Contratista SST - SAF
Revisó	Nelly Milena Peña Ramos - Contratista SAF
Revisó	Diana Alexandra Alfaro - Profesional Especializado
Revisó	Jose Luis Ospina Torres - Contratista SST - SAF