Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO: AP-CT-F-83
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 20/02/2025

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	IC-086-2026
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - SUTURAS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E S E".

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN							Proponente 1		Proponente 2		Proponente 3		Proponente 4		Proponente 5		Proponente 6		Proponente 7		Proponente 8		Proponente 9	
							ARPAMEDICAL SAS		DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S.		JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS		LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA		MEDICOX LTDA		POLIMEDICS FARMACEUTICA SAS " POLIFARMA S.A.S"		PROMED QUIRURGICOS E.U.		TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA SAS		UCIPHARMA S.A	
							NIT: 900,879,954-9		NIT: 828.002.423-5		NIT: 901550788-2		NIT: 830.061.856-1		NIT: 830.142.523-0		NIT: 800.151.064-0		NIT: 900.026.143-2		NIT: 900680808		NIT: 830.070.192-6	
ITEM	CODIGO	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONSUMO ESTIMADO	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERISTICAS TECNICAS	CLASIFICACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN
1	MQ1542	ACERO INOXIDABLE # 6 AGUJA 1/2 CIRCULO CORTANTE 4.5CM * 4 HEBRA 45CM (MONOFILAMENTO NATURALNO ABSORBIBLE)	3	UNIDAD			CUMPLE				CUMPLE						NO CUMPLE	LA FT TIENE UNA IMAGEN REPRESENTATIVA, NO ES UNA IMAGEN REAL DEL PRODUCTO						
2	MQ0992	ACIDO POLIGLICOLICO # 0 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 24-27MM DE 90CM (SINTETICA ABSORBIBLE)	24	UNIDAD			NO CUMPLE	HEBRA DE 75CM	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO MEDIDA DE LA AGUJA	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA UQE LA HEBRA ES DE 75CM	NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO, NO ESPECIFICA LONGITUD DE AGUJA.						
3	MQ1420	ACIDO POLIGLICOLICO # 0 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 24-27MM DE 75-75CM (MULTIFILAMENTO TRENZADO-SINTETICO ABSORBIBLE)	100	UNIDAD			NO CUMPLE	HEBRA DE 90CM	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LONGITUDES NI MEDIDAS DE HEBRAS NI AGUJAS			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO						
4	MQ0991	ACIDO POLIGLICOLICO # 0 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 24-37MM DE 90CM (SINTETICA ABSORBIBLE)	72	UNIDAD			CUMPLE				CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO, NO ESPECIFICA LONGITUD DE AGUJA.						
5	MQ0997	ACIDO POLIGLICOLICO # 1/0 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 24-37MM DE 90CM (SINTETICA ABSORBIBLE	1500	UNIDAD			CUMPLE				CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO, NO ESPECIFICA LONGITUD DE AGUJA.						
6	MQ1421	ACIDO POLIGLICOLICO # 2/ 0 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 24-27MM DE 70-75CM (MULTIFILAMENTO TRENZADO -SINTETICAO ABSORBIBLE)	360	UNIDAD			CUMPLE				CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO						
7	MQ1422	ACIDO POLIGLICOLICO # 2/ 0 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 34-35MM DE 90CM (MULTIFILAMENTO TRENZADO-SINTETICAO ABSORBIBLE)	220	UNIDAD			CUMPLE				CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO, NO ESPECIFICA LONGITUD DE AGUJA.						
8	MQ0999	ACIDO POLIGLICOLICO # 3/0 AGUJA 1/2 CÍRCULO CURVA REDONDA DE 19-22MM HEBRA 70-75CM (SINTETICA ABSORBIBLE)	120	UNIDAD			CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO						
9	MQ0998	ACIDO POLIGLICOLICO # 3/0 AGUJA 1/2 CÍRCULO CURVA REDONDA DE 24-27MM HEBRA 70-75CM (SINTETICA ABSORBIBLE)	420	UNIDAD			CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO						
10	MQ1423	ACIDO POLIGLICOLICO # 3/0 AGUJA 1/2 CÍRCULO CURVA REDONDA DE 24-27MM HEBRA 90CM (MULTIFILAMENTO TRENZADO- SINTETICA ABSORBIBLE)	288	UNIDAD			NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA HEBRA ES DE 90 CM	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA DESCRIPCION DE LA AGUJA			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO, NO ESPECIFICA LONGITUD DE AGUJA.						
11	MQ0910	ACIDO POLIGLICOLICO # 4/0 AGUJA 3/8 CÍRCULO CURVA CORTANTE DE 24-27MM HEBRA 45CM (SINTETICA ABSORBIBLE)	48	UNIDAD									NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO						
12	MQ0916	ACIDO POLIGLICOLICO # 5/0 AGUJA 1/2 CÍRCULO CURVA REDONDA DE 15-17MM HEBRA 70-75CM (SINTETICA ABSORBIBLE)	36	UNIDAD			CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA DESCRIPCION DE LA AGUJA			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO						
13	MQ1401	ACIDO POLIGLICOLICO # 6/0 DOBLE AGUJA 1/4 ESPATULADA DE 8MM HEBRA 45CM (MULTIFILAMENTO SINTETICO- NATURAL ABSORBIBLE)	48	UNIDAD			CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA DESCRIPCION DE LA AGUJA	CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	FT NO PRESENTA IMAGEN REAL DEL PRODUCTO SOLICITADO						
14	MQ0912	ACIDO POLIGLICOLICO # 6/0 AGUJA 1/2 CÍRCULO CURVA REDONDA DE 24-27MM HEBRA 45CM (SINTETICA ABSORBIBLE)	36	UNIDAD					NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LONGITUDES NI MEDIDAS DE HEBRAS NI AGUJAS			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES										
15	MQ1426	ACIDO POLIGLICOLICO # 7/0 DOBLE AGUJA 1/4 ESPATULADA DE 5.5 A 6.5MM HEBRA 45CM (MULTIFILAMENTO SINTETICO - ABSORBIBLE)	48	UNIDAD			NO CUMPLE	AGUJA DE 3/8	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LONGITUDES NI MEDIDAS DE HEBRAS NI AGUJAS	CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	FT NO PRESENTA IMAGEN REAL DEL PRODUCTO SOLICITADO						
16	MQ0747	ACIDO POLIGLICÓLICO S/0 AGUJA DOBLE ESPATULADA 1 \ CIRCU.O 8mm	24	UNIDAD					CUMPLE	PROVEEDOR ETHICON	CUMPLE		NO CUMPLE	CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	FT NO PRESENTA IMAGEN REAL DEL PRODUCTO SOLICITADO						
17	MQ0913	ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL # 6/0 AGUJA 1/2 CURVA REDONDA DE 15 -19MM HEBRA DE 70-75CM	72	UNIDAD							CUMPLE		NO CUMPLE	CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT						
18	MQ1428	ACIDO POLIGLICOLICO N° 0 DE RAPIDA APSORCION AGUJA DE 3/4 A 37 MM ITS A 90 CM	48	UNIDAD			CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO ES DE ABSORCION RAPIDA	CUMPLE		NO CUMPLE	CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES	CUMPLE		NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO, NO ESPECIFICA LONGITUD DE AGUJA.						
19	MQ1407	ACIDO POLIGLICOLICO- POLIGLACTINA 910 # 3/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 17-19MM DE 70 CMS RECUBIERTO CON ANTIBACTERIAL (SINTETICA ABSORBIBLE)	48	UNIDAD			NO CUMPLE	SIN RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL					NO CUMPLE	CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO, NO ESPECIFICA LONGITUD DE AGUJA.						
20	MQ1424	ACIDO POLIGLICOLICO- POLIGLACTINA 910 # 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 15-17MM DE 70 CMS RECUBIERTO CON ANTIBACTERIAL (SINTETICA ABSORBIBLE)	240	UNIDAD			CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA	CUMPLE		NO CUMPLE	CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO, NO ESPECIFICA LONGITUD DE AGUJA.						
21	NUEVO	ACIDO POLIGLICOLICO-POLIGLACTINA 910 DE ABSORCION RAPIDA# 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 15-17MM DE 70CM (SINTETICA ABSORBIBLE).	12	UNIDAD			CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO, NO ESPECIFICA LONGITUD DE AGUJA.						
22	NUEVO	AGA DE SILICONA PARA REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VASCULARES DE 3 Y 4MM AZUL Y ROJA	2	CAJAX12					NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO HAY MEDIDA DE 3 Y 4 MM					NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LAS MEDIDAS NO SE ENCUENTRAN EN LA FT	NO CUMPLE	LA FT MUESTRA QUE LAS MEDIDAS NO COINCIDEN CON LA SOLICITADA						
23	MQ0170	CATGUT CROMADO # 0 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 34-36MM DE 70 CMS (SINTETICA ABSORBIBLE)	36	UNIDAD			NO CUMPLE	HEBRA DE 90 CM	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA							NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO..						
24	MQ0179	CATGUT CROMADO # 0 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA TREDONDA DE 34-36MM DE 90 CMS (SINTETICA ABSORBIBLE)	120	UNIDAD			CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA							NO CUMPLE	FT NO PRESENTA IMAGEN REAL DEL PRODUCTO SOLICITADO – TAMAÑO DE AGUJA NO CORRESPONDE AL SOLICITADO						
25	MQ0181	CATGUT CROMADO # 1 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 34-36MM DE 70 CMS (SINTETICA ABSORBIBLE)	120	UNIDAD			NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA HEBRA ES DE 90CM	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA							NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO..						
26	MQ0180	CATGUT CROMADO # 1 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 34-36MM DE 90 CMS (SINTETICA ABSORBIBLE)	120	UNIDAD			CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA							NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO..						
27	MQ0182	CATGUT CROMADO # 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 24-26MM DE 70 CMS (SINTETICA ABSORBIBLE)	120	UNIDAD			CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA							NO CUMPLE	LA MEDIDA DE LA HEBRA NO ES LA SOLICITADA POR LA SUBRED.						

28	MQ0184	CATGUT CROMADO # 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 34-36MM DE 70 CMS (SINTETICA ABSORBIBLE)	72	UNIDAD			NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA HEBRA ES DE 90CM	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA							NO CUMPLE	LA MEDIDA DE LA HEBRA NO ES LA SOLICITADA POR LA SUIRED.						
29	MQ0183	CATGUT CROMADO # 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 34-36MM DE 90 CMS (SINTETICA ABSORBIBLE)	120	UNIDAD			CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA							NO CUMPLE	FT NO PRESENTA IMAGEN REAL DEL PRODUCTO SOLICITADO – TAMAÑO DE AGUJA NO CORRESPONDE AL SOLICITADO						
30	MQ1545	CATGUT CROMADO # 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 15-17MM DE 70 CMS (NATURAL - ABSORBIBLE)	12	UNIDAD			NO CUMPLE	AGUJA DE 26MM HIEBRA DE 75 CM	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA							NO CUMPLE	FT NO PRESENTA IMAGEN REAL DEL PRODUCTO SOLICITADO – TAMAÑO DE LA HEBRA NO CORRESPONDE AL SOLICITADO						
31	MQ0177	CATGUT CROMADO # 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 24-26MM DE 70 CMS (SINTETICA ABSORBIBLE)	72	UNIDAD			NO CUMPLE	AGUJA DE 26MM HIEBRA DE 75 CM	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA							NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO – LA MEDIDA DE LA HEBRA NO ES LA SOLICITADA.						
32	MQ0165	CATGUT CROMADO # 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 34-36MM DE 70 CMS (SINTETICA ABSORBIBLE)	12	UNIDAD			CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA							NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ÍTEM PRESENTADO – LA MEDIDA DE LA HEBRA NO ES LA SOLICITADA.						
33	MQ0166	CATGUT CROMADO # 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 15-17MM DE 70 CMS (SINTETICA ABSORBIBLE)	72	UNIDAD			CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA							NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO – LA MEDIDA DE LA HEBRA NO ES LA SOLICITADA.						
34	MQ0167	CATGUT CROMADO # 5/0 AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 15-17MM DE 70 CMS (SINTETICA ABSORBIBLE)	96	UNIDAD			CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA							NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ÍTEM PRESENTADO – LA MEDIDA DE LA HEBRA NO ES LA SOLICITADA.						
35	MQ0168	CERA PARA HUESO 2.5GR SOBRE	72	UNIDAD			NO CUMPLE	Se hace revisión de muestra medica y la consistencia no se adhiere correctamente en presencia de fluidos, queda adherido al guante.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES	CUMPLE		CUMPLE							
36	MQ1767	CINTA DE CERVIX SET # 8, DOBLE AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA DE 45MM DE 30 CMS DE LONG PARA CERCLAJE UTERINO	12	UNIDAD						CUMPLE															
37	MQ0895	CINTA UMBILICAL ESTÉRIL RADIOPACA 1/8" X 18" (0.32 CM X 45.7 CM)	100	UNIDAD					NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA					NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS									
38	NUEVO	CLIP DE LIGACIÓN DE POLIMERO X6 TALLA M	216	CARTUCHO X6	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico necesario para la utilización del Insumo (pinza compatible con Clip de ligación)				CUMPLE		CUMPLE									CUMPLE				
39	NUEVO	CLIP DE LIGACIÓN DE POLIMERO X6 TALLA L	216	CARTUCHO X6	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico necesario para la utilización de este Insumo (pinza compatible con Clip de ligación)						CUMPLE													
40	NUEVO	CLIP DE LIGACIÓN DE POLIMERO X6 TALLA XL	216	CARTUCHO X6	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico necesario para la utilización del Insumo (pinza compatible con Clip de ligación)						CUMPLE									CUMPLE				
41	NUEVO	COTONOIDE 1" * 1" (25mm*25mm) SOBRE *10	30	SOBRE X10																					
42	NUEVO	COTONOIDE 1/2" * 1/2" (13mm*13mm) SOBRE *10	30	SOBRE X10																					
43	NUEVO	COTONOIDE 1/2" * 2" (12mm*51mm) SOBRE *10	30	SOBRE X10					CUMPLE								CUMPLE								
44	MQ1645	COTONOIDE 1/3" * 3/4in(1.8 x 1,8 cm)SOBRE *10	30	SOBRE X10													NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica							
45	MQ0547	DISPOSITIVO DE FIJACION ABSORBIBLE DE POLIMEROS: ACIDO LACTIDA-GLICOLIDO Y POLIDIOXANONA PARA MALLAS, DE 12-15 DISPAROS, DOBLE PUNTA DE FIJACION Y BAJO PERFIL, 30MM DIAMETRO X 35 CMS DE LONG DE VASTAGO	5	UNIDAD	Insumo laparoscopia											CUMPLE									
46	MQ1752	DISPOSITIVO DE FIJACION ABSORBIBLE DE POLIMEROS: ACIDO LACTIDA-GLICOLIDO Y POLIDIOXANONA PARA MALLAS, DE 25 DISPAROS, DOBLE PUNTA DE FIJACION Y BAJO PERFIL, 30MM DIAMETRO X 35 CMS DE LONG DE VASTAGO	2	UNIDAD	Insumo laparoscopia				CUMPLE							CUMPLE								NO CUMPLE		SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
47	MQ1034	DREN DE PENROSE 1/4, 1/2	30	UNIDAD																					
48	MQ0929	DREN SILICONADO RADIOPACO PLANO, 4 INTERCANALES, DE 10MM, DISEÑO ACANALADO DE 3/4 Y TROCAR DE 3/16	20	UNIDAD	El Dispositivo ofertado debe ser compatible con los ítems 134-192					CUMPLE					NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE AL PRODUCTO									
49	MQ0582	DUO KIT TROCARES DE ACCESO DE 12 MM DE DIAMETRO Y 150 MM DE LONGITUD, CON CUCHILLA (2 CAMISAS DE 12 MM + 1 PUNZON CON CUCHILLA) DESECHABLE, CON DOBLE VALVULA, CAMISA ESTABILIZADORA, TRASLUCIDO	70	KIT	El dispositivo ofertado requiere apoyo tecnológico (Torres de laparoscopia)				CUMPLE							CUMPLE								NO CUMPLE		SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
50	MQ1240	DUO KIT TROCARES DE ACCESO DE 5 MM DE DIAMETRO Y 100 MM DE LONGITUD, CON CUCHILLA (1 CAMISAS DE 5 MM + 1 PUNZON CON CUCHILLA) DESECHABLE, CON DOBLE VALVULA, CAMISA ESTABILIZADORA, TRASLUCIDO	40	KIT	El dispositivo ofertado requiere apoyo tecnológico (Torres de laparoscopia)				CUMPLE							CUMPLE								NO CUMPLE		SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
51	MQ0268	ESPONJA DE GELATINA PORCINA HEMOSTATICA ABSORBIBLE 7 cm x 5 cm x 1 cm.	50	UNIDAD			CUMPLE									CUMPLE									
52	MQ0299	GRAPADORA CIRCULAR CORTANTE 21 MM DE DIAMETRO CON ESCALA DE AJUSTE DE GRAPA 1.5-2.2MM	2	UNIDAD						CUMPLE											CUMPLE				
53	MQ1570	GRAPADORA CIRCULAR CORTANTE 25 MM DE DIAMETRO CON ESCALA DE AJUSTE DE GRAPA 1.5-2.2MM	2	UNIDAD						CUMPLE											CUMPLE				
54	MQ1224	GRAPADORA CIRCULAR CORTANTE 29 MM DE DIAMETRO CON ESCALA DE AJUSTE DE GRAPA 1.5-2.2MM	1	UNIDAD						CUMPLE					CUMPLE						CUMPLE				
55	MQ1225	GRAPADORA CIRCULAR CORTANTE 33 MM DE DIAMETRO CON ESCALA DE AJUSTE DE GRAPA 1.5-2.2MM	1	UNIDAD						CUMPLE					CUMPLE						CUMPLE				
56	MQ0972	GRAPADORA CIRCULAR DE 25MM DE DIAMETRO ELECTRICA, GRAPAS EN 3D DE 1.5-2.2MM	1	UNIDAD						CUMPLE															
57	MQ1554	GRAPADORA CURVA CORTANTE 45MM, CON SISTEMA DE AGARRE AVANZADO, ALTURA GRAPADO 2MM, PARA CIRUGIA RECTAL	1	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las recargas ofertadas					CUMPLE															
58	MQX3007	GRAPADORA DE PIEL DE 35 GRAPAS APPOSE TEJIDO GRUESO Y DELGADO EN ACERO INOXIDABLE	8	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con ítem 59				CUMPLE						CUMPLE						CUMPLE				
59	MQX3008	REMOVEDOR DE GRAPA DE PIEL APPOSE	8	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con ítem 58				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA FT NO CORRESPONDE AL INSUMO SOLICITADO					CUMPLE						CUMPLE				
60	NUEVO	GRAPADORA LINEA CON 6 FILAS DE GRAPAS CON 45MM LINEA DE CORTE * 34CM, FLEXIBLE 45MM LONG. DE LINEA	10	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las recargas ofertadas										CUMPLE						CUMPLE				
61	NUEVO	GRAPADORA LINEA CON 6 FILAS DE GRAPAS CON 60MM LINEA DE CORTE * 34CM, FLEXIBLE 60MM LONG. DE LINEA	10	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las recargas ofertadas					CUMPLE					NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE EN EL ITEM 100 SE REPITE LA FT DE LA GRAPADORA.					CUMPLE			NO CUMPLE		SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
62	MQX3005	GRAPADORA LINEAL CON BATERIA CON 6 FILAS DE GRAPAS CON 45MM LINEA DE CORTE * 34CM, FLEXIBLE 45MM LONG. DE LINEA	1	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las recargas ofertadas					CUMPLE											CUMPLE				
63	MQX3006	GRAPADORA LINEAL CON BATERIA CON 6 FILAS DE GRAPAS CON 60MM LINEA DE CORTE * 34CM, FLEXIBLE 60MM LONG. DE LINEA	1	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las recargas ofertadas					CUMPLE											CUMPLE			NO CUMPLE		SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
64	MQX3003	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 4 FILAS DE GRAPAS 3D CON TECNOLOGIA DE REDUCCION DE MOVIMIENTO DE TEJIDO *55 MM LONG. DE CORTE	15	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las recargas ofertadas						NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE SALEN LAS RECARGAS DE 60, 80 Y 100 MM			NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE EN LA FT NO CUENTA CON LA INFORMACION SOLICITADA DEL ITEM 100									
65	MQX3004	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 4 FILAS DE GRAPAS 3D CON TECNOLOGIA DE REDUCCION DE MOVIMIENTO DE TEJIDO *75MM LONG. DE CORTE	15	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las recargas ofertadas						NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE SALEN LAS RECARGAS DE 60, 80 Y 100 MM			NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE EN LA FT NO CUENTA CON LA INFORMACION SOLICITADA DEL ITEM									
66	MQX3020	RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE 55 MM, ALTURA DE GRAPADO EN 3D DE 1.5 MM, GRAPAS DE 4 FILAS	60	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las grapadoras ofertadas						NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE SALEN LAS RECARGAS DE 60, 80 Y 100 MM			NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA FT DEL ITEM SOLICITADO, FT DEL ITEM 64									
67	MQX3030	RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75 MM, ALTURA DE GRAPADO EN 3D DE 1.5 MM, GRAPAS DE 4 FILAS	60	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las grapadoras ofertadas						NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE SALEN LAS RECARGAS DE 60, 80 Y 100 MM			NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA FT DEL ITEM SOLICITADO, FT DEL ITEM 65									

68	MQ03301	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 6 FILAS DE GRAPAS CON TECNOLOGIA 3D CON SELECCION DE ALTURA DE GRAPADO *58 MM LONG. DE CORTE * 55MM LONG. DE LINEA	15	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las recargas ofertadas										CUMPLE				CUMPLE							
69	MQ03302	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 6 FILAS DE GRAPAS CON TECNOLOGIA 3D DE SELECCION DE ALTURA DE GRAPADO *70 MM LONG. DE CORTE * 75MM LONG. DE LINEA	25	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las recargas ofertadas										CUMPLE				CUMPLE							
70	MQ16015	GRAPADORA PARA CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA CON MADIBULA QUE ARTICULA, CON LONGITUD DE 150MM PARA ESTRUCTURAS VASCULARES, VASTAGO DE 34 CMS CON DISPARO ELECTRICO	1	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las recargas ofertadas						CUMPLE				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA FT NO TRAE LAS MEDIDAS DEL VASTAGO										
71	MQ15564	GRAPADORA PARA CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA CON MADIBULA QUE ARTICULA, CON LONGITUD DE 45 MM, VASTAGO DE 34 CMS	3	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las recargas ofertadas										CUMPLE											
72	MQ04496	GRAPADORA PARA CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA CON MADIBULA QUE ARTICULA, CON LONGITUD DE 45 MM, VASTAGO DE 34 CMS CON DISPARO ELECTRICO	4	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las recargas ofertadas						CUMPLE				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA FT NO TRAE LAS MEDIDAS DEL VASTAGO										
73	MQ15562	GRAPADORA PARA CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA CON MADIBULA QUE ARTICULA, CON LONGITUD DE 60 MM, VASTAGO DE 34 CMS	4	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las recargas ofertadas						CUMPLE				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA FT NO TRAE LAS MEDIDAS DEL VASTAGO								NO CUMPLE		SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
74	MQ04497	GRAPADORA PARA CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA CON MADIBULA QUE ARTICULA, CON LONGITUD DE 60 MM, VASTAGO DE 34 CMS CON DISPARO ELECTRICO	4	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las recargas ofertadas						CUMPLE				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA FT NO TRAE LAS MEDIDAS DEL VASTAGO			CUMPLE					NO CUMPLE		SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
75	MQ09965	HEMOSTATICO ABSORBIBLE CELULOSA OXIDADA REGENERADORA DE MALLA LIGERA DE 10CM X 20CM	20	UNIDAD		NO CUMPLE	Revisión de muestra médica: la malla se retiro de tamaño en presencia de fluidos por lo que no cubre el área afectada de acuerdo a la necesidad				CUMPLE	Muestra médica: en presencia de fluidos cubre de manera adecuada el área afectada			NO CUMPLE	No presenta muestra medica	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO HAY FT DEL INSUMO SOLICITADO							
76	MQ13597	HEMOSTATICO ABSORBIBLE CELULOSA OXIDADA REGENERADORA DE MALLA LIGERA DE 5-6CM X 7-8CM	50	UNIDAD		NO CUMPLE	Revisión de muestra médica: la malla se retiro de tamaño en presencia de fluidos por lo que no cubre el área afectada de acuerdo a la necesidad				CUMPLE	Muestra médica: en presencia de fluidos cubre de manera adecuada el área afectada			CUMPLE										
77	MQ09634	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA, DE ORIGEN VEGETAL, TEXTURA ALGODÓN EN CAPAS FIBRILLAR DE 2 X 10 CMS	50	UNIDAD		NO CUMPLE	Revisión de muestra médica: la malla se retiro de tamaño en presencia de fluidos por lo que no cubre el área afectada de acuerdo a la necesidad				CUMPLE	Muestra médica: en presencia de fluidos cubre de manera adecuada el área afectada			NO CUMPLE	No presenta muestra medica	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO HAY FT DEL INSUMO SOLICITADO							
78	MQ03216	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA DE ORIGEN VEGETAL TEXTURA ALGODÓN EN CAPAS FIBRILLAR DE 2.5 X 5 CMS	50	UNIDAD		NO CUMPLE	Revisión de muestra médica: la malla se retiro de tamaño en presencia de fluidos por lo que no cubre el área afectada de acuerdo a la necesidad				CUMPLE	Muestra médica: en presencia de fluidos cubre de manera adecuada el área afectada			NO CUMPLE	No presenta muestra medica	NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica							
79	MQ07730	KIT DE TROCARES DE ACCESO MINIMAMENTE INVASIVO PARA 3 PUERTOS, CON CUCHILLA (1 TROCAR DE 5 MM + 1 CAMISAS DE 5 MM + 1 TROCAR DE 12 MM CON CUCHILLA DESECHABLE, CON DOBLE VALVULA, CAMISA ESTABILIZADORA, TRASLUCIDO	60	KIT	El dispositivo ofertado requiere apoyo tecnológico (Torres de laparoscopia)										CUMPLE									NO CUMPLE		SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
80	MQ07731	KIT DE TROCARES DE ACCESO MINIMAMENTE INVASIVO PARA 3 PUERTOS, CON CUCHILLA (1 TROCAR DE 12 MM + 1 CAMISAS DE 12 MM + 1 TROCAR DE 5 MM CON CUCHILLA) DESECHABLE, CON DOBLE VALVULA, CAMISA ESTABILIZADORA, TRASLUCIDO	100	KIT	El dispositivo ofertado requiere apoyo tecnológico (Torres de laparoscopia)										CUMPLE									NO CUMPLE		SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
81	NUEVO	KIT DE TROCARES DE ACCESO MINIMAMENTE INVASIVO PARA 4 PUERTOS, CON CUCHILLA (2 PUNZONES DE 5 MM + 2 CAMISAS DE 5 MM + 2 PUNZONES DE 12 MM + 2 CAMISA 12 MM, CON CUCHILLAS) DESECHABLE, CON DOBLE VALVULA, CAMISA ESTABILIZADORA, TRASLUCIDO	60	KIT	El dispositivo ofertado requiere apoyo tecnológico (Torres de laparoscopia)										CUMPLE									NO CUMPLE		SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
82	MQ15237	LIGACLIP DE TITANIO M / L CARTUCHO X 6 CLIPS (LT300)	30	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico necesario para la utilización del insumo ginza compatible con Clip de Inyección				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CORRESPONDE A UNA FT		CUMPLE							CUMPLE							
83	NUEVO	LIGACLIP DE TITANIO M CARTUCHO X 6 CLIPS (LT300)	10	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico necesario para la utilización del insumo ginza compatible con Clip de Inyección				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CORRESPONDE A UNA FT		CUMPLE			CUMPLE				CUMPLE							
84	NUEVO	LIGACLIP DE TITANIO S CARTUCHO X 6 CLIPS (LT100))	10	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico necesario para la utilización del insumo ginza compatible con Clip de Inyección				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CORRESPONDE A UNA FT		CUMPLE			CUMPLE				CUMPLE							
85	MQ13216	MALLA DE POLIPROPILENO 10.2 X 15.2CM CON UN RECUBRIMIENTO DE HIDROGEL BIOABSORBIBLE PARA HERNIA VENTRALES	1	UNIDAD					CUMPLE							.								CUMPLE		
86	MQ15043	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANA DENSIDAD PESO DE 44 A 48 GRS, MACROPOROSA CON PORO DE 2.4MM NO ABSORBIBLE 30.5CM * 15.6CM (12"X14")	1	UNIDAD		NO CUMPLE	PESO 55GR - 60GR / 0,5- 0-7 MM								NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE EL PESO DE LA MALLA ES DE 44G								NO CUMPLE		SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
87	MQ16402	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANA DENSIDAD PESO DE 44 A 48 GRS, MACROPOROSA CON PORO DE 2.4MM NO ABSORBIBLE 30CM * 30CM	1	UNIDAD		NO CUMPLE	PESO 105GR / PORO DE 0.6MM - 0.7MM								NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE EL PESO DE LA MALLA ES DE 44G. LA MEDIDA DE LA MALLA ES DE 24*30								NO CUMPLE		SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
88	MQ09396	MALLA DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE 100% 15CM * 15CM DE MEDIANA DENSIDAD, PESO DE 46GR/M2, MACROPOROSA CON PORO DE 2MM * 4MM	25	UNIDAD		NO CUMPLE	PESO DE 55GR / PORO DE 2MM - 4MM	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE EL PESO ES DE 46G Y LOS MICROPOROS SON DE 2.0*2.4 MM			CUMPLE			CUMPLE									NO CUMPLE		SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
89	MQ09396	MALLA DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE 100% 30-35CM*30CM DE MEDIANA DENSIDAD, PESO DE 46GR/M2, MACROPOROSA CON PORO DE 2MM * 4MM PARA PARED ABDOMINAL	4	UNIDAD		NO CUMPLE	ALTA DENSIDAD / 55GR / PORO 2MM- 4MM																			
90	MQ09396	MALLA DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE 100% 7.5 X 15CM DE MEDIANA DENSIDAD, PESO DE 46GR/M2, MACROPOROSA CON PORO DE 2MM * 4MM	4	UNIDAD		NO CUMPLE	55GR / PORO 2MM- 3MM	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA FT NO CUENTA CON DENSIDAD, TAMAÑO DEL MICROPORO						NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE FT NO CUENTA CON LA MEDIDA SOLICITADA										
91	MQ04402	MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIMEROS EN PARTES IGUALES (50%): POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD DE 28 GR/M2 NO ABSORBIBLE Y POLIGLECAPRONA 25 ABSORBIBLE, MEDIDA DE 10CM X 10CM, MACROPOROSA CON POROS DE 3.2MM	30	UNIDAD				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE ES DE ALTA DENSIDAD, NO CUENTA CON EL PESO, TAMAÑO DEL MICROPORO		CUMPLE															
92	MQ04403	MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIMEROS EN PARTES IGUALES (50%): POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD DE 28 GR/M2 NO ABSORBIBLE Y POLIGLECAPRONA 25 ABSORBIBLE, MEDIDA DE 15CM X 15CM, MACROPOROSA CON POROS DE 3.2MM	4	UNIDAD				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE ES DE ALTA DENSIDAD, NO CUENTA CON EL PESO, TAMAÑO DEL MICROPORO		CUMPLE															
93	MQ04404	MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIMEROS EN PARTES IGUALES (50%): POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD DE 28 GR/M2 NO ABSORBIBLE Y POLIGLECAPRONA 25 ABSORBIBLE, MEDIDA DE 20CM X 30CM, MACROPOROSA CON POROS DE 3.2MM	5	UNIDAD							CUMPLE															
94	MQ12725	MALLA SEPARADORA DE TEJIDO LAMINADA FLEXIBLE PARCIALMENTE ABSORBIBLE 12 X 15 CM DE POLIMEROS: POLIPROPILENO DE MEDIANA DENSIDAD, PESO DE 44 GR/M2 + POLIDIOXANONA + CAPA VISCERAL CON CELULOSA OXIDADA REGENERADA, MACROPOROSA CON POROS DE 2.5- 3.5MM * 2.5- 3.5MM	1	UNIDAD											NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE EL PESO DE LA MALLA ES DE 66G								NO CUMPLE		SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
95	MQ03399	MALLA SEPARADORA DE TEJIDO LAMINADA FLEXIBLE PARCIALMENTE ABSORBIBLE 5 10CM X 20CM DE POLIMEROS: POLIPROPILENO DE MEDIANA DENSIDAD, PESO DE 44 GR/M2 + POLIDIOXANONA + CAPA VISCERAL CON CELULOSA OXIDADA REGENERADA, MACROPOROSA CON POROS DE 2.5- 3.5MM * 2.5- 3.5MM	1	UNIDAD											NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE EL PESO DE LA MALLA ES DE 66G								NO CUMPLE		SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
96	MQ04401	MALLA SEPARADORA DE TEJIDO LAMINADA FLEXIBLE PARCIALMENTE ABSORBIBLE 30.5CM X 35.5CM DE POLIMEROS: POLIPROPILENO DE MEDIANA DENSIDAD, PESO DE 44 GR/M2 + POLIDIOXANONA + CAPA VISCERAL CON CELULOSA OXIDADA REGENERADA, MACROPOROSA CON POROS DE 2.5- 3.5MM * 2.5- 3.5MM	2	UNIDAD							CUMPLE													NO CUMPLE		SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
97	MQ04439	MONOFILAMENTO DE NYLON # 10/0 AGUJA CURVA REDONDA 3/8 CIRCULO 6.5 MM Y HEBRA DE 13CMS PARA MICROCIRUGIA	24	UNIDAD				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA		CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES	NO CUMPLE	NO COINCIDE CON EL PRODUCTO SOLICITADO	NO CUMPLE	FT NO PRESENTA IMAGEN REAL DEL PRODUCTO SOLICITADO – TAMAÑO DE AGUJA NO CORRESPONDE AL SOLICITADO							
98	MQ04447	MONOFILAMENTO DE NYLON # 9/0 AGUJA CURVA REDONDA 3/8 CIRCULO 5 MM Y HEBRA DE 13CMS PARA MICROCIRUGIA	48	UNIDAD				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA NI DE LA HEBRA		CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	FT NO PRESENTA IMAGEN REAL DEL PRODUCTO SOLICITADO							
99	MQ14453	NYLON # 10/0 DOBLE AGUJA 3/8 ESPATULADA 6.0MM HEBRA DE 30CM (MONOFILAMENTO SINTETICO NO ABSORBIBLE)	72	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA		CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	FT NO PRESENTA IMAGEN REAL DEL PRODUCTO SOLICITADO							
100	MQ06039	NYLON # 4/0 NEGRO TRENZADO CON AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA DE 13MM HEBRA 45 cm 8 AGUJAS (SUTURA NO ABSORBIBLE) PARA NEURO	1	CAJA X 12				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA				NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES											
101	MQ10373	NYLON # 9/0 AGUJA 3/8 PUNTA REDONDA DE 6.5MM HEBRA DE 13CM (MONOFILAMENTO SINTETICO NO ABSORBIBLE)	72	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA		CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	FT NO PRESENTA IMAGEN REAL DEL PRODUCTO SOLICITADO – TAMAÑO DE AGUJA NO CORRESPONDE AL SOLICITADO							
102	NUEVO	NYLON # 9/0 AGUJA 3/8 PUNTA REDONDA DE 6.5MM HEBRA DE 13CM (MONOFILAMENTO SINTETICO NO ABSORBIBLE)	72	UNIDAD				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA NI DE HEBRA		CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES	NO CUMPLE	LA FT NO RELACIONA MEDIDAS								
103	MQ14452	NYLON # 9/0 DOBLE AGUJA 3/8 ESPATULADA 6.0MM HEBRA DE 30CM (MONOFILAMENTO SINTETICO NO ABSORBIBLE)	48	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA		CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	FT NO PRESENTA IMAGEN REAL DEL PRODUCTO SOLICITADO – TAMAÑO DE AGUJA NO CORRESPONDE AL SOLICITADO							
104	MQ04405	PIEZA DE MANO TRANSDUCTOR PARA ENERGIA ULTRASONICA COMPATIBLES PARA ELEMENTOS CORTOS-CIRUGIA ABIERTA	3	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico compatible con el dispositivo ofertado (Generador de energía)				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA FT NO CUENTA CON IMAGEN DEL INSUMO SOLICITADO (PROVEEDOR ETHICON)	CUMPLE														

105	MQ0468	PIEZA DE MANO TRANSDUCTOR PARA ENERGIA ULTRASONICA COMPATIBLES PARA ELEMENTOS LARGOS-CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA	3	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico compatible con el dispositivo ofertado (Generador de energía)						CUMPLE												NO CUMPLE		
106	MQ1550	PINZA BIPOLAR AVANZADO, MANDIBULA GRANDE Y CURVO DE 38MM PARA SELLADO, VASTAGO DE 20 CMS Y ROTACION 360°,	3	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico compatible con el dispositivo ofertado (Generador de energía)			NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS (PROVEEDOR VOYANT)	CUMPLE				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LAS MEDIDAS NO CUMPLEN CON LAS SOLICITADAS EN EL ITEM									
107	MQ1575	PINZA BIPOLAR AVANZADO, MANDIBULA PUNTA CURVA 3MM DIAMETRO Y 5MM DE DIAMETRO EN VASTAGO, 35-37CMS LONG DE VASTAGO QUE ROTA 360° PARA LAPAROSCOPIA	5	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico compatible con el dispositivo ofertado (Generador de energía)			NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS (PROVEEDOR VOYANT)	CUMPLE				CUMPLE								NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
108	MQ0469	PINZA BIPOLAR AVANZADO, MANDIBULA PUNTA CURVA 3MM DIAMETRO Y 5MM DE DIAMETRO EN VASTAGO, 35-37CMS LONG DE VASTAGO QUE ROTA 360°, CON ARTICULACION DISTAL DE 110° PARA LAPAROSCOPIA	3	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico compatible con el dispositivo ofertado (Generador de energía)									CUMPLE								NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
109	MQ0491	PINZA BIPOLAR AVANZADO, MANDIBULA PUNTA CURVA 3MM DIAMETRO Y 5MM DE DIAMETRO EN VASTAGO, 35-37CMS LONG DE VASTAGO QUE ROTA 360°, PARA LAPAROSCOPIA	4	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico compatible con el dispositivo ofertado (Generador de energía)						CUMPLE			CUMPLE								NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
110	MQ1574	PINZA BIPOLAR AVANZADO, MANDIBULA PUNTA CURVA-RECTA 3-5MM DIAMETRO Y 5MM DE DIAMETRO EN VASTAGO, 35CMS LONG DE VASTAGO QUE ROTA 360°, PARA CIRUGIA ABIERTA	5	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico compatible con el dispositivo ofertado (Generador de energía)						CUMPLE			CUMPLE								NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
111	MQ0494	PINZA LAPAROSCOPICA DISECTOR DE MANDIBULA CURVA, DESECHABLE, DE 5MM DIAMETRO X 33CMS DE LONG VASTAGO, CON ELECTRODO PARA CONEXIÓN MONOPOLAR	3	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico compatible con el dispositivo ofertado (Generador de energía)						CUMPLE											NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
112	MQ0493	PINZA LAPAROSCOPICA GRASPER DESECHABLE (AGARRE) DE 5MM DIAMETRO X 33CMS DE LONG VASTAGO	4	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico compatible con el dispositivo ofertado (Toma de tejido/disección)																				
113	MQ1266	POLIDIOXANONA # 6 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA 34 -36MM HEBRA 70CM CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE)	36	UNIDAD		NO CUMPLE	HEBRA DE 90CM	CUMPLE	PROVEEDOR ETHICON	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO LA FT NO CORRESPONDE AL INSUMO SOLICITADO	NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica							
114	MQ1547	POLIDIOXANONA # 5 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA 34 -36MM HEBRA 90CM CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE)	120	UNIDAD		CUMPLE		CUMPLE	PROVEEDOR ETHICON			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica							
115	MQ0434	POLIDIOXANONA # 1 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA 34 -36MM HEBRA 90CM CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE)	120	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica							
116	MQ1435	POLIDIOXANONA # 1/0 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA 34 -36MM HEBRA 70-75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE)	96	UNIDAD		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA HEBRA ES DE 90 CM	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA	CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO..							
117	NUEVO	POLIDIOXANONA # 1/0 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA 70 MM HEBRA 244 CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE)	36	UNIDAD		NO CUMPLE	HEBRA DE 250 CM			NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA LONGUITUD DE LA HEBRA ES DE 122	NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE EL LARGO DE LA HEBRA ES DE 150								
118	MQ1646	POLIDIOXANONA # 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA 24 -26MM HEBRA 75CM CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE)	36	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL	CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	SIN ANTIBARTERIAL / NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT							
119	MQ0440	POLIDIOXANONA # 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA 34 -36MM HEBRA 70CM CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE)	24	UNIDAD		NO CUMPLE	SIN RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL					NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	SIN ANTIBARTERIAL / NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT							
120	NUEVO	POLIDIOXANONA # 3/ 0 ,1/2 CIRULO DOBLE AGUJA 17-19 MM HEBRA 90 CM	36	UNIDAD								NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	HEBRA DE 70CM							
121	MQ1427	POLIDIOXANONA # 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA 24-27 MM HEBRA 70-75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ ABSORBIBLE)	120	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA	CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT							
122	MQ1067	POLIDIOXANONA # 3/0 AGUJA DE 1/2 CIRCULO REDONDA DE 24-26MM, HEBRA DE 70CM CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL. (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE)	36	UNIDAD		NO CUMPLE	SIN RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL			CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	SIN ANTIBARTERIAL / NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT							
123	MQ0435	POLIDIOXANONA # 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA 15 -17MM HEBRA 70CM CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE)	72	UNIDAD		NO CUMPLE	HEBRA DE 90CM	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA	CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	SIN ANTIBARTERIAL / NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT							
124	MQ1462	POLIDIOXANONA # 5/0 DOBLE AGUJA 1/2 REDONDA 15 A 17MM HEBRA DE 70-75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE)	96	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA NI HEBRA			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES											
125	MQ1560	POLIDIOXANONA # 6/0 DOBLE AGUJA 3/8 REDONDA 9.3MM HEBRA DE 75CM CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE)	48	UNIDAD		NO CUMPLE	LONGUITUD DE LA AGUJA ES DE 19MM	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO LA FT NO CORRESPONDE AL INSUMO SOLICITADO	NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES											
126	MQ0463	POLIDIOXANONA # 6/0 DOBLE AGUJA DE 3/8 CIRCULO REDONDA DE 13MM, HEBRA DE 75CM CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL. (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE)	36	UNIDAD		CUMPLE				CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA NI DE LA HEBRA	NO CUMPLE	SEEVIDENCIA QUE NO CUENTA CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL							
127	MQ1472	POLIDIOXANONA #7/ 0 DOBLE AGUJA 1/2 REDONDA 9.3MM HEBRA DE 60CM CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE)	36	UNIDAD				NO CUMPLE	No se evidencia ficha técnica	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA HEBRA ES DE 75CM	NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	SIN ANTIBACTERIAL /NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT							
128	MQ1436	POLIDIOXANONA CON ANTIBACTERIAL # 1/0 AGUJA 1/2 CURVA REDONDA 60 A 70MM HEBRA DE 244 A 250CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE)	24	UNIDAD		NO CUMPLE	SIN RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL			NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA HEBRA ES DE 122	NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES											
129	MQ1765	POLIDIOXANONA CON TECNOLOGIACON ANCLAS DE FIJACION, HELICOIDAL O ESPIRAL # 0, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA 34-36MM, 30 CMS DE LONGITUD, UNIDIRECCIONAL, RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL	24	UNIDAD		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL			CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES	CUMPLE										
130	MQ1684	POLIDIOXANONA CON TECNOLOGIACON ANCLAS DE FIJACION, HELICOIDAL O ESPIRAL # 3/0, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA 15-17MM, 15 CMS DE LONGITUD, UNIDIRECCIONAL, RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL	24	UNIDAD		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL					NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA AGUJA ES DE 19MM								
131	MQ1464	POLIESTER # 0 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA 24 A 27MM HEBRA DE 70- 75CM (MULTIFILAMENTO SINTETICO NO ABSORBIBLE)	72	UNIDAD		CUMPLE				CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES											
132	MQ0894	POLIESTER # 0 AGUJA 1/2 REDONDA 24 A 27MM HEBRA 70- 75CM (MULTIFILAMENTO SINTETICO/ ABSORBIBLE)	36	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA	CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT							
133	MQ0501	POLIESTER # 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 34-36MM HEBRA DE 70 CM (MULTIFILAMENTO SINTETICO NO ABSORBIBLE)	36	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA	CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES											
134	MQ1456	POLIESTER # 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA 24 A 27MM HEBRA DE 70- 75CM (MULTIFILAMENTO SINTETICO NO ABSORBIBLE)	24	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA	NO CUMPLE	No se evidencia ficha técnica	NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES											
135	MQ1469	POLIESTER 5/0 AGUJA 3/8 ESPATULADO DOBLE 9MM HEBRA DE 45CM (MULTIFILAMENTO SINTETICO/NO ABSORBIBLE)	24	UNIDAD				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES											
136	MQ1597	POLIESTER TRENZ 5/0 DOBLE AGUJA 1/2 CIRC 5.5MM ESPATUL HEBRA DE 30-45CM	12	UNIDAD		NO CUMPLE	AGUJA REDONDA CORTANTE					NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA HEBRA ES DE 75CM								
137	MQ1580	POLIESTER TRENZADO 5MM 2*HTT-50 DOBLE AGUJA CURVA 1/2 C PUNTA ROMA DE 50MM, 2 HEBRAS DE 5MM DE ANCHO DE 90 CMS	24	UNIDAD				NO CUMPLE	No se evidencia ficha técnica			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES											
138	MQ1698	POLIESTER TRENZADO -HEBRA # 6/0 DE 45 CM- DOBLE AGUJA 3/8 DOBLE AGUJA ESPATULADA (MULTIFILAMENTO)	48	UNIDAD								NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES											
139	MQ0596	POLIGLACTINA PLUS TRENZADA VIOLE ABSORBIBLE # 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 mm HEBRA 90 cm)	36	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE ES UN CATALOGO NO (PROVEEDOR ETHICON)	CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA							
140	MQ1447	POLIGLECAPRONA # 0/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11-13MM DE 45 CMS RECUBIERTO CON ANTIBACTERIAL (SINTETICA ABSORBIBLE)	36	UNIDAD		NO CUMPLE	SI NRECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL	NO CUMPLE	No se evidencia ficha técnica	CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT / SIN RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL							
141	MQ0430	POLIGLECAPRONA # 3/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 17-19MM DE 70 CMS RECUBIERTO CON ANTIBACTERIAL (SINTETICA ABSORBIBLE)	120	UNIDAD		NO CUMPLE	HEBRA DE 75CM / SIN RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL (PROVEEDOR ETHICON)	CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL							
142	MQ0438	POLIGLECAPRONA # 4/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 17-19MM DE 45-70 CMS RECUBIERTO CON ANTIBACTERIAL (SINTETICA ABSORBIBLE)	36	UNIDAD		NO CUMPLE	SIN RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL (PROVEEDOR ETHICON)	CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT / SIN RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL							
143	MQ1427	POLIGLECAPRONE # 2/0 AGUJA 3/8 CURVA CORTANTE 19 - 24MM HEBRA DE 75 - 75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ ABSORBIBLE)	220	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA	CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT							



144	MQ1445	POLIGLECAPRONE 4/0 AGUJA 3/8 CORTANTE 19 A 24MM HEBRA DE 45CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ ABSORBIBLE)	96	UNIDAD			NO CUMPLE	HEBRA DE 75 CM	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA NI DE HEBRA			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT					
145	MQ1353	POLIGLECAPRONE ANTIBACTERIAL # 2.0 SUTURA ABSORBIBLE (30CM- 12") AGUJA 3/8 PUNTA CORTANTE 24-27MM	60	UNIDAD					NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE ES UN CATALOGO NO (PROVEEDOR ETHICON)			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT / HEBRA DE 70CM					
146	MQ1429	POLIPROPILENO # 6 AGUJA 1/2 REDONDA 34 A 38MM HEBRA DE 90CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/NO ABSORBIBLE)	120	UNIDAD			CUMPLE		NO CUMPLE	No se evidencia ficha técnica			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA					
147	MQ0507	POLIPROPILENO # 6 AGUJA 1/2 REDONDA 37 A 38MM HEBRA DE 70-75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/NO ABSORBIBLE)	144	UNIDAD			NO CUMPLE	HEBRA DE 90 CM					NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA FT					
148	MQ1430	POLIPROPILENO # 2/0 AGUJA RECTA CORTANTE 60MM HEBRA DE 70- 75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO-NO-ABSORBIBLE)	720	UNIDAD			CUMPLE						NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA FT					
149	MQ1521	POLIPROPILENO # 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO REFORZADA 34-38 MM HEBRA DE 70- 75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ NO ABSORBIBLE)	96	UNIDAD			CUMPLE			CUMPLE			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO..					
150	MQ0014	POLIPROPILENO # 3/0 AGUJA RECTA CORTANTE 60MM HEBRA DE 70- 75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO-NO-ABSORBIBLE)	540	UNIDAD			CUMPLE						NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO..					
151	MQ1434	POLIPROPILENO # 5/0 DOBLE AGUJA 1/2 REDONDA 15 A 17MM HEBRA DE 70 - 75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/NO ABSORBIBLE)	96	UNIDAD			CUMPLE						NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO..					
152	MQ0568	POLIPROPILENO # 1.0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO-HRG 34-38MM- HEBRA 70- 75CM (NO ABSORBIBLE)	72	UNIDAD			NO CUMPLE	HEBRA DE 90 CM					NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO..					
153	MQ0510	POLIPROPILENO # 2/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRC 24-27 MM HEBRA 70- 75 CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ NO ABSORBIBLE)	480	UNIDAD			CUMPLE						NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO..					
154	MQ1520	POLIPROPILENO # 2/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRC 34-38 MM HEBRA 70-75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/NO ABSORBIBLE)	320	UNIDAD			CUMPLE						NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO..					
155	MQ0569	POLIPROPILENO # 2/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULAR24-27MM HB 45CM (MONOFILAMENTO ESTERIL, SINTETICO, NO ABSORBIBLE)	600	UNIDAD			NO CUMPLE	HEBRA DE 75CM					NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO..					
156	MQ0512	POLIPROPILENO # 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO REFORZA-134-37MM HEBRA 70-75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE)	360	UNIDAD			CUMPLE			CUMPLE			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO..					
157	MQ1307	POLIPROPILENO # 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRC 24-27 MM HEBRA 45- 75 CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/NO ABSORBIBLE)	400	UNIDAD			CUMPLE			CUMPLE			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO..					
158	MQ1432	POLIPROPILENO # 3/0 DOBLE AGUJA 1/2 REDONDA 24 A 27MM HEBRA DE 70 - 90CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/NO ABSORBIBLE)	72	UNIDAD									NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO..					
159	MQ0515	POLIPROPILENO # 3/0 DOBLE AGUJA 1/2 REDONDA 24 A 27MM HEBRA DE 90CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/NO ABSORBIBLE)	120	UNIDAD			CUMPLE						NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	IMAGEN EN FT NO CORRESPONDE AL ITEM PRESENTADO..					
160	MQ1459	POLIPROPILENO # 4/0 AGUJA 3/8 CORTANTE 20 A 24MM HEBRA DE 45CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/NO ABSORBIBLE	240	UNIDAD		NO CUMPLE	AGUJA DE 19MM	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA	CUMPLE			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LAS MEDIDAS DE AGUJA/ DE HEBRA	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA LA MEDIDA DE LA HEBRA ES DE 70 CM					
161	MQ0510	POLIPROPILENO # 4/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 16-20 MM HEBRA 45CM (SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE)	320	UNIDAD		NO CUMPLE	HEBRA DE 75CM			CUMPLE			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT					
162	MQ0517	POLIPROPILENO # 4/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19-22 MM HEBRA 70-75 CM (SUTURA NO ABSORBIBLE)	360	UNIDAD			CUMPLE						NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT					
163	MQ1433	POLIPROPILENO # 4/0 DOBLE AGUJA 1/2 REDONDA 15 A 17MM HEBRA DE 70-90CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/NO ABSORBIBLE)	96	UNIDAD			CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LAS MEDIDAS DE AGUJA/ DE HEBRA	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA					
164	MQ1100	POLIPROPILENO # 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15-17MM HEBRA 70-75CM (SUTURA NO ABSORBIBLE	120	UNIDAD			CUMPLE						NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT					
165	MQ0520	POLIPROPILENO # 5/0 AGUJA 3/8 CORTANTE 11 A 17MM HEBRA DE 45CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/NO ABSORBIBLE)	144	UNIDAD			CUMPLE			CUMPLE			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT					
166	MQ0519	POLIPROPILENO # 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 16-20 MMHEBRA 45 CM SUTURA NO	240	UNIDAD		NO CUMPLE	HEBRA DE 75CM						NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT					
167	MQ0521	POLIPROPILENO # 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO DE 19-22 MM HEBRA 70-75CM (SUTURA NO ABSORBIBLE)	144	UNIDAD			CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES									
168	MQ0530	POLIPROPILENO # 5/0 DOBLE AGUJA REDONDA-CIRCULAR 1/2 15-17MM HEBRA 90CM (SUTURA NO ABSORBIBLE)	72	UNIDAD		NO CUMPLE	HEBRA DE 75CM	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON MEDIDAS DE AGUJA				NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT					
169	MQ1470	POLIPROPILENO # 6/0 AGUJA CURVA CORTANT 3/8 CIRCULO 10-13MM HEBRA DE 45CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/NO ABSORBIBLE)	120	UNIDAD		NO CUMPLE	HEBRA DE 75CM						NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA FT					
170	MQ0524	POLIPROPILENO # 6/0 CON DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 9MM X 60CM (CARDIOVASCULAR)	48	UNIDAD		NO CUMPLE	AGUJA DE 13MM			CUMPLE			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LAS MEDIDAS DE AGUJA/ DE HEBRA	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA HEBRA ES DE 75CM					
171	MQ1460	POLIPROPILENO # 6/0 DOBLE AGUJA 3/8 REDONDA 11-13MM HEBRA DE 70- 75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/NO ABSORBIBLE)	48	UNIDAD			CUMPLE			CUMPLE			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT					
172	MQ0525	POLIPROPILENO # 7/0 CV DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 12-13 MM HEBRA 60 CM(SUTURA NO ABSORBIBLE)	48	UNIDAD		NO CUMPLE	AGUJA DE 9MM			CUMPLE			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT / HEBRA DE 75 CM					
173	MQ1461	POLIPROPILENO # 7/0 DOBLE AGUJA 3/8 REDONDA 8 A 10MM HEBRA DE 60CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/NO ABSORBIBLE)	24	UNIDAD			CUMPLE			NO CUMPLE	No se evidencia ficha técnica		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DEACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT / HEBRA DE 75CM					
174	NUEVO	PROTECTOR -RETRACTOR DE HERIDA, DE 360° DE RETRACCION CIRCUNFERENCIAL Y ATRAUMATICA. ALEXIS TALLA XS 3-4 CM INCISION	2	UNIDAD					CUMPLE						CUMPLE							CUMPLE		
175	MQ0736	PROTECTOR -RETRACTOR DE HERIDA, DE 360° DE RETRACCION CIRCUNFERENCIAL Y ATRAUMATICA. ALEXIS TALLA S 2-6 CM INCISION	2	UNIDAD											CUMPLE							CUMPLE		
176	NUEVO	PROTECTOR -RETRACTOR DE HERIDA, DE 360° DE RETRACCION CIRCUNFERENCIAL Y ATRAUMATICA. ALEXIS TALLA M ALEXIS 5-9 CM INCISION	2	UNIDAD					CUMPLE						CUMPLE							CUMPLE		
177	NUEVO	PUNTA AGUJA P/MICROCIRUGÍA LONG 5.4 CM EXP 3.0 CM	10	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico compatible con el dispositivo ofertado																			
178	NUEVO	PUNTA AGUJA PEDIATRICA CORTA 7.2CM PUNTA 2.0CM	3	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico compatible con el dispositivo ofertado				CUMPLE						CUMPLE									
179	NUEVO	PUNTA PARA ELECTRO 16.5 CM	10	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico compatible con el dispositivo ofertado				CUMPLE															
180	MQ1551	RECARGA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 6 FILAS ALTURAS DE GRAPAS ABIERTAS DE 4.2MM CON ALTURA DE GRAPADO DE 2.6MM 60MM LOG	15	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las grapadoras ofertadas					CUMPLE												CUMPLE		
181	MQ0941	RECARGA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 35 MM PARA ESTRUCTURAS VASCULARES DE 4 FILAS, CON ALTURA DE GRAPADO 1MM Y ALTURA DE GRAPAS ABIERTAS DE 2.5 A 2.6MM	6	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las grapadoras ofertadas					CUMPLE														
182	MQ0533	RECARGA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 45MM, CON GRAPAS DE 6 FILAS, CON SISTEMA DE AGARRE AVANZADO, ALTURAS DE GRAPAS ABIERTAS DE 2.2 A 2.6MM CON ALTURA DE GRAPADO DE 1MM	7	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las grapadoras ofertadas					CUMPLE												CUMPLE		
183	MQ0532	RECARGA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 45MM, CON GRAPAS DE 6 FILAS, CON SISTEMA DE AGARRE AVANZADO, ALTURAS DE GRAPAS ABIERTAS DE 3,5 A 3.6MM CON ALTURA DE GRAPADO DE 1,5MM	10	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las grapadoras ofertadas					CUMPLE												CUMPLE		
184	MQ0534	RECARGA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 45MM, CON GRAPAS DE 6 FILAS, CON SISTEMA DE AGARRE AVANZADO, ALTURAS DE GRAPAS ABIERTAS DE 3.8MM CON ALTURA DE GRAPADO DE 1.8MM	10	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las grapadoras ofertadas					CUMPLE												CUMPLE		
185	MQ0539	RECARGA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 45MM, CON GRAPAS DE 6 FILAS, CON SISTEMA DE AGARRE AVANZADO, ALTURAS DE GRAPAS ABIERTAS DE 4.1MM CON ALTURA DE GRAPADO DE 2MM	4	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las grapadoras ofertadas					CUMPLE												CUMPLE		

186	MQ1583	RECARGA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 60MM, CON GRAPAS DE 6 FILAS, CON SISTEMA DE AGARRE AVANZADO, ALTURAS DE GRAPAS ABIERTAS DE 2,5 A 2,6MM CON ALTURA DE GRAPADO DE 1MM	5	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las grapadoras ofertadas						CUMPLE								CUMPLE						
187	MQ1110	RECARGA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 60MM, CON GRAPAS DE 6 FILAS, CON SISTEMA DE AGARRE AVANZADO, ALTURAS DE GRAPAS ABIERTAS DE 3.4MM CON ALTURA DE GRAPADO DE 1.5MM	2	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las grapadoras ofertadas						CUMPLE								CUMPLE						
188	MQ0535	RECARGA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 60MM, CON GRAPAS DE 6 FILAS, CON SISTEMA DE AGARRE AVANZADO, ALTURAS DE GRAPAS ABIERTAS DE 3.8MM CON ALTURA DE GRAPADO DE 1.8MM	5	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las grapadoras ofertadas						CUMPLE				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE EN LA FT NO CUENTA CON LA INFORMACION SOLICITADA DEL ITEM 64			CUMPLE						
189	MQ1112	RECARGA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 60MM, CON GRAPAS DE 6 FILAS, CON SISTEMA DE AGARRE AVANZADO, ALTURAS DE GRAPAS ABIERTAS DE 4.1MM CON ALTURA DE GRAPADO DE 2MM	6	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las grapadoras ofertadas						CUMPLE								CUMPLE						
190	MQ1569	RECARGA ENDOGRAPADORA LINEAL, ALTURA DE GRAPAS ABIERTAS 4.2 mm CON ALTURA DE GRAPADO DE 2.3 mm * ALTURA DE GRAPADO DE 2.3 mm * 45. mm LONG.	5	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las grapadoras ofertadas														CUMPLE						
191	MQ1387	RECARGA GRAPADORA CORTANTE 45 MM - CON ALTURA DE GRAPADO DE 2.0 mm, GRAPAS EN 4 FILAS	10	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las grapadoras ofertadas						NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE SALEN LAS RECARGAS DE 60, 80 Y 100 MM			NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE ES LA FT DEL INSUMO SOLICITADO SINO DE LA PISTOLA									
192	MQ0536	RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 60MM, CON TECNOLOGIA CIERRE DE GRAPAS 3D, ALTURA DE GRAPAS ABIERTAS 4.4MM, CON ALTURAS DE GRAPADO DE 1.5 -1.8 -2.0 mm, GRAPAS EN 6 FILAS	55	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las grapadoras ofertadas						NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE SALEN LAS RECARGAS DE 60, 80 Y 100 MM								CUMPLE						
193	MQ0537	RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75MM, CON TECNOLOGIA CIERRE DE GRAPAS 3D, ALTURA DE GRAPAS ABIERTAS 4.4MM, CON ALTURAS DE GRAPADO DE 1.5 -1.8 -2.0 mm, GRAPAS EN 6 FILAS	55	UNIDAD	El dispositivo ofertado debe ser compatible con las grapadoras ofertadas						NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE SALEN LAS RECARGAS DE 60, 80 Y 100 MM								CUMPLE						
194	MQ1114	RESERVORIO SILICONADO PARA DREN SILICONADO COMPATIBLE DE 100CC	10	UNIDAD	El Dispositivo ofertado debe ser compatible con los ítems 48			CUMPLE	(PROVEEDOR ETHICON)	CUMPLE				CUMPLE											
195	MQ1115	RESERVORIO SILICONADO PARA DREN SILICONADO COMPATIBLE DE 450CC	20	KIT	El Dispositivo ofertado debe ser compatible con los ítems 48			NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE EL RESERVORIO ES DE 400 CC (PROVEEDOR ETHICON)	CUMPLE														
196	MQ0480	SEDA # 7/0 DOBLE AGUJA 3/8 ESPATULADO 6.5MM HEBRA 45CM (MULTIFILAMENTO NATURAL/NO ABSORBIBLE)	24	UNIDAD				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA				NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES										
197	MQ1439	SEDA 0 AGUJA 1/2 REDONDA 24 A 27MM HEBRA 75cm (MULTIFILAMENTO NATURAL/NO ABSORBIBLE)	48	UNIDAD		CUMPLE							NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT						
198	MQ0564	SEDA NEGRA TRENZADA # 2/0 CON AGUJA REDONDA 1/2CIRCULO 24-27MM HEBRA 70-75CM (SUTURA NO ABSORBIBLE)	96	UNIDAD		CUMPLE					CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT						
199	MQ0540	SEDA NEGRA TRENZADA # 2 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 24-27MM HEBRA 70-75CM (SUTURA NO ABSORBIBLE)	96	UNIDAD		NO CUMPLE	AGUJA DE 30MM						NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT / HEBRA DE 75CM						
200	MQ1438	SEDA NEGRA TRENZADA # 0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 24-30MM HEBRA 70-75CM (SUTURA NO ABSORBIBLE)	48	UNIDAD		CUMPLE							NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT / AGUJA REDONDA						
201	MQ0551	SEDA NEGRA TRENZADA # 1 /2 1/2 AGUJA REDONDA CIRCULO 24-27 MM HEBRA 70-75CM (SUTURA NO ABSORBIBLE)	36	UNIDAD		CUMPLE					CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT						
202	MQ0550	SEDA NEGRA TRENZADA # 0 PRECORTADA S/A -15 /12 HEBRAS 75CM (SUTURA NO ABSORBIBLE)	100	UNIDAD		CUMPLE							NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT						
203	MQ0562	SEDA NEGRA TRENZADA # 0 AGUJA 1/2 REDONDA CIRCULO 24-26MM HEBRA 70-75 (SUTURA NO ABSORBIBLE	36	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA	CUMPLE			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT						
204	MQ0561	SEDA NEGRA TRENZADA # 0 AGUJA 1/2 REDONDA CIRCULO 24 - 30MM HEBRA 70-75 (SUTURA NO ABSORBIBLE)	72	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA NI DE HEBRA	NO CUMPLE	NO CONTIENE FOTO DEL PRODUCTO - EL CALIBRE DE LA AGUJA NO CORRESPONDE AL SOLICITADO		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT						
205	MQ0549	SEDA NEGRA TRENZADA # 0 AGUJA CORTANTE 3/8CIRCULO CORTANTE 24-27MM HEBRA 45CM (SUTURA NO ABSORBIBLE)	48	UNIDAD		NO CUMPLE	AGUJA DE 30MM	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA				NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT / AGUJA DE 3/8CM						
206	MQ0552	SEDA NEGRA TRENZADA # 1/0 PRECORTADA S/A -15 -12 HEBRAS 75CM (SUTURA NO ABSORBIBLE)	72	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA NI DE HEBRA				NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NE LA FT NO SE ENCUENTRA EL INSUMO SOLICITADO						
207	MQ0553	SEDA NEGRA TRENZADA # 2/0 AGUJA RECTA 60 mm HEBRA 70-75 cm (SUTURA NO ABSORBIBLE)	72	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA	CUMPLE			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT						
208	MQ1448	SEDA NEGRA TRENZADA # 2/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 24-27MM HEBRA 40 A 45CM (SUTURA NO ABSORBIBLE)	72	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA	CUMPLE			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES	CUMPLE		CUMPLE							
209	MQ0563	SEDA NEGRA TRENZADA # 2/0 PRECORTADA S/A -15 -12 HEBRAS 75CM (SUTURA NO ABSORBIBLE)	120	UNIDAD		CUMPLE							NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT						
210	MQ0555	SEDA NEGRA TRENZADA # 3/0 AGUJA RECTA 60 mm HEBRA 70-75 cm (SUTURA NO ABSORBIBLE)	96	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA	CUMPLE			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT						
211	MQ0556	SEDA NEGRA TRENZADA # 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 mm HB 70- 75 cm (SUTURA NO ABSORBIBLE)	72	UNIDAD		CUMPLE							NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT						
212	MQ1441	SEDA NEGRA TRENZADA # 3/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19-24MM HEBRA 45CM (SUTURA NO ABSORBIBLE))	72	UNIDAD		CUMPLE					CUMPLE		NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT / AGUJA DE 3/8 CM						
213	MQ0558	SEDA NEGRA TRENZADA # 3/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 24-27MM HEBRA 70-75CM (SUTURA NO ABSORBIBLE)	72	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA	CUMPLE			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT						
214	MQ0559	SEDA NEGRA TRENZADA # 3/0 PRECORTADA S/A -15 -12 HEBRAS 75CM (SUTURA NO ABSORBIBLE))	48	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA	CUMPLE			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES	CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA						
215	MQ1339	SEDA NEGRA TRENZADA # 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-27MM HEBRA 70-75CM (SUTURA NO ABSORBIBLE)	12	UNIDAD				NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA NO DE LA HEBRA	CUMPLE			NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT						
216	MQ0571	SEDA NEGRA TRENZADA # 4/0 CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19-24MM HEBRA 45CM (SUTURA NO ABSORBIBLE)	72	UNIDAD		CUMPLE							NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT						
217	MQ0560	SEDA NEGRA TRENZADA # 4/0 PRECORTADA S/A -15 -12 HEBRAS 75CM (SUTURA NO ABSORBIBLE)	36	UNIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA NO DE LA HEBRA				NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT						
218	MQ1340	SEDA NEGRA TRENZADA # 5/0 AGUJA CORTANTE 3/8CIRCULO CORTANTE 19-20MM HEBRA 45CM (SUTURA NO ABSORBIBLE)	12	UNIDAD		CUMPLE							NO CUMPLE	LA IMAGEN EMITIDA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DECUERDO A LOS CRITERIOS DE LA FICHA TECNICA PUBLICADA EN REQUISITOS HABILITANTES			NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA IMAGEN EN FT						
219	NUEVO	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO PARA HERIDAS 1/4	10	UNIDAD				CUMPLE									CUMPLE							
220	NUEVO	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO PARA HERIDAS 1/8	10	UNIDAD				CUMPLE									CUMPLE							
221	NUEVO	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO PARA HERIDAS 3/16	10	UNIDAD				CUMPLE																
222	MQ0636	SUTURA EN ACERO QUIRUGICO PARA ESTERNON CALIBRE 2 AGUJA PUNTA TROCAR DE 45- 48 mm 1/2 CIRCULO 4 ALAMBRES X LONGITUD DE 45 cm	12	UNIDAD						NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA FT NO CORRESPONDE						NO CUMPLE	LA FICHA TÉCNICA NO CORRESPONDE AL REQUERIMIENTO						
223	MQ0637	SUTURA EN ACERO QUIRUGICO PARA ESTERNON CALIBRE 5 AGUJA PUNTA TROCAR DE 45- 48 mm 1/2 CIRCULO 4 ALAMBRES X LONGITUD DE 45 cm	12	UNIDAD		CUMPLE				CUMPLE					NO SE EVIDENCIA RELACIÓN DE MEDIDAS DE LAS AGUJAS	CUMPLE								
224	MQ1161	TIJERA LAPAROSCOPICO DESECHABLE DE 5MM X 35 CMS DE VASTAGO PARA LAPAROSCOPIA	2	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico necesario para la utilización de los insumos - (Torre de laparoscopia)					CUMPLE											NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES		
225	MQ1283	TIJERA TECNOLOGIA AVANZADA ULTRASONICO PARA CIRUGÍA ABIERTA DE 5MM X 23CMS CON MANDIBULA DE 17-19MM, SELLADO DE 5-7MM	2	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico necesario para la utilización de los insumos - (Generador de energía)					CUMPLE				CUMPLE										
226	MQ1566	TIJERA TECNOLOGIA AVANZADA ULTRASONICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA DE 5CM X 36CM CON MANDIBULA DE 17 A 19MM CURVA PARA SELLADO DE 5-7MM	5	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico necesario para la utilización de los insumos - (Generador de energía)					CUMPLE														

227	MQ0650	TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONICO PARA CABEZA Y CUELLO DE 9 CM CON MANDIBULA DE 17 A 19MM	5	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico necesario para la utilización de los insumos - (Generador de energía)						CUMPLE															
228	MQ1572	TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONICO PARA CIRUGÍA ABIERTA DE 17CM CON MANDIBULA DE 17 A 19MM	2	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico necesario para la utilización de los insumos - (Generador de energía)						CUMPLE															
229	MQ1162	TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA DE 5CM X 36CM CON MANDIBULA DE 17 A 19MM CURVA PARA SELLADO DE 5MM	5	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico necesario para la utilización de los insumos - (Generador de energía)						CUMPLE															
230	NUEVO	TECNOLOGIA DE ULTRASONIDO PARA COAGULACIÓN Y / CORTE TECNOLOGIA INALAMBRICA CON USO EN TEGIDOS DE 5-7 MM LONG. DE VASTAGOS DEL SISECTOR 13CM	5	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico necesario para la utilización de los insumos - (Generador de energía)										CUMPLE				CUMPLE						
231	NUEVO	TECNOLOGIA DE ULTRASONIDO PARA COAGULACIÓN Y / CORTE TECNOLOGIA INALAMBRICA CON USO EN TEGIDOS DE 5-7 MM LONG. DE VASTAGOS DEL SISECTOR 26CM	5	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico necesario para la utilización de los insumos - (Generador de energía)						CUMPLE				CUMPLE				CUMPLE						
232	NUEVO	TECNOLOGIA DE ULTRASONIDO PARA COAGULACIÓN Y / CORTE TECNOLOGIA INALAMBRICA CON USO EN TEGIDOS DE 5-7 MM LONG. DE VASTAGOS DEL SISECTOR 39 CM	5	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico necesario para la utilización de los insumos - (Generador de energía)						NO CUMPLE	LA LONGITUD DEL VASTAGO NO ES LA SOLICITADA			CUMPLE				CUMPLE						
233	NUEVO	MONOFILAMENTO SINTETICO PARA CIERRE DE PIEL DE RAPIDA ABSORCIÓN CALIBRE 3/0 AGUJACORTANTE DE 19MM LOG. DE LA HEBRA 45CM - 75 CM	36	UNIDAD			NO CUMPLE	NO ES DE RAPIDA ABSORCION	NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA MEDIDA DE LA AGUJA	CUMPLE				CUMPLE										
234	NUEVO	MONOFILAMENTO SINTETICO PARA CIERRE DE PIEL DE RAPIDA ABSORCIÓN CALIBRE 4/0 AGUJACORTANTE DE 19MM LOG. DE LA HEBRA 45CM - 75 CM	36	UNIDAD			NO CUMPLE	NO ES DE RAPIDA ABSORCION																	
235	NUEVO	MONOFILAMENTO SINTETICO PARA CIERRE DE PIEL DE RAPIDA ABSORCIÓN CALIBRE 5/0 AGUJACORTANTE DE 19MM LOG. DE LA HEBRA 45CM - 75 CM	36	UNIDAD			NO CUMPLE	NO ES DE RAPIDA ABSORCION			NO CUMPLE	LA FT NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN CONVOCATORIA - NO TIENE IMAGEN DEL PRODUCTO													
236	NUEVO	DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS, MATERIAL DE LARGA ABSORCIÓN 180 DIAS CALIBRE 3/0 LOG. DE LA HEBRA 30 CM AGUJA REDONDA DE 26MM	1	CAJA X12					NO CUMPLE	Hebra de 45 cm															
237	MQ0743	TROCAR DE ACCESO DE 12 MM DE DIAMETRO Y 150 MM DE LONGITUD, CON CUCHILLA, DESECHABLE, CON DOBLE VALVULA, CAMISA ESTABILIZADORA, TRASLUCIDO	70	KIT	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico necesario para la utilización de los insumos - (Torre de laparoscopia)										CUMPLE								NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES
238	MQX30201	TROCAR DE ACCESO DE 5 MM DE DIAMETRO Y 100 MM DE LONGITUD, CON CUCHILLA, DESECHABLE, CON DOBLE VALVULA, CAMISA ESTABILIZADORA, TRASLUCIDO	15	UNIDAD	El suministro de los consumibles o el Apoyo Tecnológico necesario para la utilización de los insumos - (Torre de laparoscopia)				CUMPLE						CUMPLE								NO CUMPLE	SE EVIDENCIA QUE LA FICHA TECNICA EMITIDA NO CUENTA CON EL NUMERO DEL ITEM CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS HABILITANTES

OBSERVACIONES:

EVALUADORES

	NOMBRE Y CARGO	FIRMAS
EVALUADOR TÉCNICO	Yohan Sebastián Parra Acosta — Ginna Viviana Vargas	
SUPERVISOR	JENNIFFER LUNA ROA	
DIRECTOR DE ÁREA (E)	JOSÉ EMIGDIO GUTIERREZ REINA	