Solución pH 7,01, 500 mL. c/certificado

SKU: HI 7007L/C



RESUMEN

Nuestra Solución de Calibración de pH 7.01 Hanna Instruments de primera calidad es trazable al NIST y suministrada con un Certificado de análisis. Los tampones de calibración de Hanna tienen el número de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de tampones de calibración de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación para una botella sin abrir.

Se Suministra Con Certificado De Análisis.

- Precisión de ±0,01 pH a 25 °C
- Gráfico de temperatura del valor de pH real a varias temperaturas impreso en cada botella.


Descargado desde: https://hannacolombia.com/producto/solucion-de-calibracion-de-ph-7-01-500-ml-hi7007l-c/

DESCRIPCIÓN

Nuestra Solución de Calibración de pH 7.01 Hanna Instruments de primera calidad es producida de acuerdo con los estándares ISO 3696/BS3978 utilizando sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas con control de peso certificadas y cristalería Clase A en un ambiente de temperatura controlada monitoreado con termómetros certificados. Los valores informados tienen una precisión de ±0,01 pH a 25 ℃ y son trazables según los materiales de referencia estándar (SRM) del NIST.

El HI7007L/C Es

Se Suministra Con Certificado De Análisis.



- Código de producto
- Número de lote
- Valor medio del lote
- SRM que se utilizaron
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad

Botella Hermética Con Sello A Prueba De Manipulaciones.

- Garantiza la calidad y frescura de la solución.

Etiqueta Codificada Por Colores Para Una Fácil Identificación Del Valor Del Tampón De pH

- Fácil de identificar diferentes valores de buffer
- La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH.

Descargado desde: https://hannacolombia.com/producto/solucion-de-calibracion-de-ph-7-01-500-ml-hi7007l-c/

CARACTERÍSTICAS

SKU	HI7007L/C
Nombre	Solución de calibración de pH 7.01 (500 ml)
Descripción	tampón de calibración estándar
Certificado de análisis	Sí
Precisión del pH	±0,01 pH
Valor de pH @ 25°C	7.01
Paquete	botella
Cantidad	1
Tamaño	500ml

Descargado desde: https://hannacolombia.com/producto/solucion-de-calibracion-de-ph-7-01-500-ml-hi7007l-c/