ACTA No. 012 de 2026			
NOMBRE REUNIÓN: Recepción de equipamiento del LSU-LEPS que se encontraba en calibración bajo el contrato CO1.PCCNTR.8728070 SENA, por parte de la empresa Delta Solutions S.A.S.			
CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 2026-08-27	**HORA INICIO:** 8:30 am	**HORA FIN:** 11:20 am
LUGAR Y/O ENLACE:	Laboratorio de Ensayo de Paneles Solares - LEPS	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Apertura y lectura de antecedentes de la entrega inicial.
2. Inspección física y pruebas funcionales de equipos no recepcionados en entrega inicial.
3. Verificación de certificados de calibración con requerimientos técnicos.
4. Conclusiones y formalización del acta.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Formalizar la recepción y realizar la verificación técnica del equipamiento del laboratorio LSU-LEPS, tras su proceso de calibración por parte de la empresa Delta Solutions S.A.S. en el marco del contrato CO1.PCCNTR.8728070 SENA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con apertura de la lectura de los compromisos adquiridos en el Acta 009_2026 donde se relacionan los equipos pendientes de entrega por parte del contratista Se recibieron los siguientes equipos adjudicados bajo el contrato CO1.PCCNTR.8728070:

Marca: Analizador de calidad de energía marca METREL
Serie: 18080540
Placa SENA: 92101038951
Código de certificado: 60615M03

Se realiza revisión física y pruebas funcionales de analizador de energía el cual se encontraban pendiente su recepción debido a la falta de calibración establecidos en el estudio de los requisitos previos. En atención a esta observación, el contratista subsanó el hallazgo presentando el documento requerido. Una vez revisado, se evidencia que el certificado se ajusta a todos los requerimientos técnicos establecidos, dándose por recibido a conformidad.











2. Marca: Dos Sondas del Analizador de calidad de energía marca Dranetz

Se realizó la revisión física del porta-baterías y se conectaron las pinzas del analizador de calidad de energía Dranetz para efectuar pruebas de funcionamiento y mediciones, cuyos resultados fueron satisfactorios. Asimismo, el contratista realizo el cambio de porta baterías para subsanar el hallazgo.






DRANETZ
DRANFLEX 3000XLE
OVERLOAD
LOW BATTERY
OFF




Volts Amps
A 125.46 5.20
B 125.01 5.15
C 125.84 5.68
D 0.00 5.39
DRANETZ

CONCLUSIONES

- El contratista realiza entrega los equipos para terminar el proceso contractual:
    - Dos Sondas del Analizador de calidad de energía marca Dranetz, realizo cambio de porta baterías de las dos pinzas y se encuentran funcionando correctamente
    - Analizador de calidad de energía marca Metrel se recibe con certificado de calibración con los requerimientos establecidos en los estudios previos.

ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SÍ / NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Andrea Tafur Domínguez	Contratista Delta Solutions S.A.S.	SI	-	
Albeiro Ortiz Vergel	Contratista SENA Responsable de la gestión técnica LSU-LEPS	SI	-	
Julieth Peña Anacona	Contratista SENA Apoyo técnico LSU-LEPS	SI	-	
Kelvin Javier Castañeda Guerrero	Instructor SENA Líder LEPS	SI	-	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados

en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS