



ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
Solicitud de cotización

Objeto: "Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el desfibrilador externo automático de la Alcaldía Local de San Cristóbal vigencia 2025."

Empresa	CISMEDICAL SAS	Nit:	901.420.024-7	Fecha:	12/9/2025
Contacto	ELIANA CÁRDENAS ACEVEDO.	Cargo:	ING. BIOMEDICA	Tel. celular:	3124022730 / 3058177578
E-Mail:	comercial@cismedicalsas.com	Dirección:	CRA 107 # 73 - 21	Tel. fijo:	

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE COTIZACIÓN

- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Anexo Técnico"; y formular su cotización en concordancia con este.
- Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio Unitario antes de IVA" para los bienes o servicios requeridos. En la columna "Tarifa IVA %" asignar la tarifa de IVA que corresponda. Si el servicio está excluido de IVA, favor dejar la casilla en blanco, si el servicio es exento, favor colocar 0%
- El valor de la cotización debe ser expresado en pesos colombianos.
- Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
- No modificar, agregar o quitar ningún ítem o servicio.

Plazo estimado de ejecución **9,0 MESES**

Ítem	Servicio	Cantidad aproximada	Precio unitario antes de IVA	Tarifa IVA %	Precio unitario IVA Incluido	Total	Observaciones (Por favor realice en estas casillas las observaciones que aparezcan en el momento de diligenciar la cotización)
1	Mantenimiento correctivo y preventivo para Desfibrilador, marca MINDRAY- MODELO BENEHEART D1 y prueba de descarga	1	\$ 400.000	19%	\$ 476.000	\$ 476.000	
2	Capacitación a los brigadistas de la alcaldía en manejo del Desfibrilador	1	\$ 50.000	19%	\$ 59.500	\$ 59.500	La capacitación no tiene un costo por persona y es impartida por un ingeniero biomédico. El curso está enfocado exclusivamente en el manejo del equipo.
Total (mes)							

Notas:

- Solo podrá ser diligenciada numéricamente, no copiar ni pegar para evitar alterar la fórmula.
- (NO USAR FÓRMULAS NUEVAS QUE PUEDAN AFECTAR EL CÁLCULO DEL PRESENTE FORMATO)
- Este anexo se encuentra debidamente formulado, por lo que no hay necesidad de adicionar otras casillas.

La presente cotización:

- Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones del Anexo Técnico, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
- Se remite como parte del estudio de mercado, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
- Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:

Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocadas por las entidades estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del decreto 019 de 2012).

Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio del sector.

Ítem	Servicio	Cantidad aproximada	Precio unitario antes de IVA	Tarifa IVA %	Precio unitario IVA Incluido	Total	<u>Observaciones</u> (Por favor realice en estas casillas las observaciones que aparezcan en el momento de diligenciar la cotización)
1	Suministro electrodos AdultosAdecuado para el modelo: MINDRAY- MODELO BENEHEART D1 Preconectado, Autoadhesivo, Gel de polímero	1	\$ 310.000	19%	\$ 368.900	\$ 368.900	
2	Suministro electrodos pediátricos Adecuado para el modelo: MINDRAY- MODELO BENEHEART D1 Preconectado, Autoadhesivo, Gel de polímero	1	\$ 320.000	19%	\$ 380.800	\$ 380.800	
3	BATERIA PRINCIPAL Deben ser Originales de acuerdo con el modelo DEA •Certificado que garantice que la batería es nueva y no remanufacturada. •Debe contar con una vida útil de 4 años y debe ser instalada en el mismo momento de las pruebas de descarga. Todos los repuestos que se empleen para reemplazar elementos defectuosos deben ser nuevos, originales, no remanufacturados, de la misma calidad técnica o superior a la existente y que sea compatible con el DEA.	1	\$ 1.660.000	19%	\$ 1.975.400	\$ 1.975.400	
4	Kit de reanimación: Tijeras: metálicas, punta roma, para corte de ropa. Rasuradora: desechable, para retirar vello en el pecho antes de colocar pads. Guantes de bioseguridad: no estériles, talla estándar, de látex o nitrilo. Mascarilla de RCP con válvula unidireccional: reutilizable, con instructivo de uso. Toallas o gasas absorbentes: para secar el área de aplicación de los pads.	1	\$ 300.000	19%	\$ 357.000	\$ 357.000	
Total					\$ 749.700	\$ 749.700	