ACTA 001
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PONDERABLES
SEPTIEMBRE 01 DE 2026
INVITACION PRIVADA 001 DE 2026

Se da inicio a la verificación de requisitos habilitantes y ponderables de la **INVITACION PRIVADA No. 001 DE 2026**, cuyo objeto es: "DQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE RADIOGRAFÍA DIGITAL FIJA PARA EL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E., CON CAPACITACIÓN, GARANTÍA Y DEMÁS COMPONENTES SEÑALADOS EN EL ANEXO TÉCNICO".

1. **Verificación de requisitos habilitantes de la propuesta presentada dentro de los términos, correspondiente a la invitación privada No. 001 DE 2026**.

a) PROPONENTE ÚNICO: C MEDICAL SAS, identificada con el NIT 900239576 2

No.	Componente	Numeral / Fuente	Requisito habilitante	Soporte / forma de acreditación	Resultado
1	Jurídico	2.10.a	Carta de presentación de la propuesta	Carta de presentación debidamente suscrita por persona natural, representante legal o apoderado facultado.	**CUMPLE**
2	Jurídico	2.10.b	Documento de identidad	Copia legible del documento de identidad del proponente persona natural o del representante legal.	**CUMPLE**
3	Jurídico	2.10.c	Registro Único Tributario - RUT	RUT actualizado.	**CUMPLE**
4	Jurídico	2.10.d	Certificado de existencia y representación legal	Certificado de Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a 30 días calendario anteriores al cierre.	**CUMPLE**
5	Jurídico	2.10.e	Documento de conformación de consorcio o unión temporal	Cuando corresponda: documento de conformación con identificación de integrantes, modalidad, porcentajes, representante, facultades y demás condiciones exigidas.	NO APLICA
6	Jurídico	2.10.f	Seguridad Social Integral y parafiscales	Certificación de cumplimiento de obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando haya lugar.	**CUMPLE**
7	Jurídico	2.10.g	Certificación artículo 50 de la Ley 789 de 2002	Certificación para personas jurídicas, cuando	**CUMPLE**

				resulte aplicable.	
8	Jurídico	2.10.h	Declaración de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflicto de intereses	Declaración suscrita por el proponente / representante legal.	**CUMPLE**
9	Jurídico	2.10.i	Compromiso anticorrupción	Compromiso anticorrupción conforme al formato dispuesto por EL HOSPITAL.	**REQUIERE SUBSANACIÓN**
10	Jurídico	2.10.j	Demás documentos jurídicos exigibles	Documentos adicionales que resulten exigibles según la naturaleza jurídica del proponente.	**CUMPLE**
11	Jurídico	2.11	Verificación de antecedentes	EL HOSPITAL verificará antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales, Registro Nacional de Medidas Correctivas, REDAM cuando aplique y demás consultas obligatorias.	**CUMPLE**
12	Experiencia	2.12	Experiencia habilitante mínima. Acreditar un (1) contrato ejecutado cuyo objeto sea igual o similar y relacionado con suministro, venta, adquisición, instalación o puesta en funcionamiento de equipos médicos, biomédicos o de rayos X.	Acta de liquidación, acta de recibo final o certificación expedida por la entidad contratante.	**CUMPLE**
13	Experiencia	2.12	Valor mínimo de la experiencia. El contrato aportado deberá tener valor ejecutado igual o superior al 100% del presupuesto oficial.	Documento que permita verificar objetivamente el valor total ejecutado.	**CUMPLE**
14	Experiencia	2.12	Contenido mínimo de la certificación de experiencia. Debe contener: contratante, contratista, número de contrato, objeto, fechas de inicio y terminación, valor total ejecutado, descripción de bienes/actividades, constancia de cumplimiento o recibo a satisfacción,	Certificación; si es incompleta, podrá complementarse con contrato, acta de liquidación, acta de recibo final u otro documento contractual.	**CUMPLE**

			nombre, cargo y firma de quien certifica.		
15	Experiencia	2.12	Similitud de la experiencia. Se tendrá especialmente en cuenta experiencia en radiología, radiografía, diagnóstico por imágenes o tecnologías biomédicas equivalentes; particularmente si incluye instalación, puesta en funcionamiento, capacitación o soporte técnico.	Documentos de experiencia que permitan verificar el alcance ejecutado.	**CUMPLE**
16	Experiencia	2.12	Estado del contrato aportado. No se tendrán en cuenta contratos únicamente suscritos o que se encuentren en ejecución.	Debe acreditarse que el contrato está ejecutado/terminado.	**CUMPLE**
17	Técnico documental	2.14.a	Ficha técnica del equipo ofertado	Ficha técnica expedida por el fabricante que identifique claramente marca, modelo, referencia, componentes, accesorios y especificaciones técnicas.	**CUMPLE**
18	Técnico documental	2.14.b-g	Matriz / formato de cumplimiento técnico	Formato diligenciado indicando para cada característica: requisito exigido, condición ofertada, cumplimiento, documento soporte y página o folio donde se verifica.	**CUMPLE**
19	Técnico documental	2.14.h	Registro sanitario / permiso de comercialización / documento INVIMA	Registro sanitario, permiso de comercialización o documento expedido por INVIMA, cuando corresponda.	**CUMPLE**
20	Técnico documental	2.14.i	Equipo nuevo y de primer uso	Certificación o documento que acredite que el equipo es nuevo, de primer uso y no usado, repotenciado, remanufacturado o	**CUMPLE**

				reacondicionado.	
21	Técnico documental	2.14.j	Certificados de calidad, conformidad y seguridad	Certificados y demás documentación técnica exigida en el Anexo Técnico.	**CUMPLE**
22	Técnico documental	2.15	Correspondencia entre matriz y soportes técnicos	Las características deben poder verificarse en fichas, catálogos, manuales o certificaciones del fabricante; la sola manifestación de 'CUMPLE' no es suficiente cuando exista acreditación documental exigible.	**CUMPLE**
23	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Sistema de adquisición: Equipo de radiografía digital fija con detector de panel plano inalámbrico.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
24	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Sistema de adquisición: Detector con tecnología de silicio amorfo (a-Si) o tecnología equivalente o superior.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
25	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Sistema de adquisición: Área activa mínima de 17" x 17" (aprox. 43 cm x 43 cm).	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
26	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Sistema de adquisición: Matriz mínima de 3.000 x 3.000 píxeles.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
27	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Sistema de adquisición: Resolución espacial mínima de 3,5 lp/mm.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
28	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Sistema de adquisición: Profundidad mínima de escala de grises de 16 bits.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
29	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Sistema de adquisición: Compatible con transmisión inalámbrica y mediante cable.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
30	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Sistema de adquisición: Compatible con estándar DICOM 3.0.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**

31	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Generador de rayos X: Generador de alta frecuencia.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
32	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Generador de rayos X: Potencia nominal mínima de 50 kW.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
33	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Generador de rayos X: Rango de tensión de trabajo mínimo entre 40 y 150 kV.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
34	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Generador de rayos X: Corriente mínima hasta 500 mA.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
35	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Generador de rayos X: Capacidad para tiempos cortos de exposición.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
36	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Generador de rayos X: Alimentación eléctrica compatible con la infraestructura hospitalaria (220 V o 380 V, según disponibilidad de la entidad).	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
37	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Tubo de rayos X: Tubo de ánodo giratorio.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
38	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Tubo de rayos X: Voltaje nominal mínimo de 150 kV.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
39	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Tubo de rayos X: Doble foco, con foco fino y foco grueso.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
40	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Tubo de rayos X: Capacidad térmica del ánodo mínima de 300 kHU o superior.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
41	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Tubo de rayos X: Compatible con la potencia del generador ofertado.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**

42	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Sistema de posicionamiento: Mesa radiográfica.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
43	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Sistema de posicionamiento: Columna portátil.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
44	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Sistema de posicionamiento: Soporte Bucky mural.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
45	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Sistema de posicionamiento: Sistema de desplazamiento que permita estudios sobre mesa y en Bucky mural.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
46	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Sistema de posicionamiento: Movimiento longitudinal y transversal de la mesa.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
47	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Sistema de posicionamiento: Movimiento vertical del tubo.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
48	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Sistema de posicionamiento: Rotación de la columna.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
49	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Sistema de posicionamiento: Seguimiento automático entre tubo y Bucky mural.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
50	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Sistema de posicionamiento: Pantalla de visualización de parámetros de operación.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
51	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Mesa radiográfica: Superficie flotante.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
52	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Mesa radiográfica: Movimiento longitudinal y transversal.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
53	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Mesa radiográfica: Bucky integrado.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**

54	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Mesa radiográfica: Altura adecuada para facilitar el posicionamiento del paciente.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
55	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Mesa radiográfica: Estructura diseñada para soportar pacientes adultos.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
56	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Colimador: Luz LED o tecnología equivalente.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
57	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Colimador: Campo luminoso ajustable.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
58	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Colimador: Filtración inherente y adicional conforme a la normatividad aplicable.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
59	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Colimador: Cierre automático de la lámpara.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
60	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Colimador: Operación manual o electrónica.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
61	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Estación de adquisición y diagnóstico: Procesamiento digital de imágenes.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
62	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Estación de adquisición y diagnóstico: Ajuste de ventana y nivel.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
63	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Estación de adquisición y diagnóstico: Corrección de contraste.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
64	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Estación de adquisición y diagnóstico: Corrección gamma.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
65	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Estación de adquisición y diagnóstico: Ecualización de tejidos.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**

66	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Estación de adquisición y diagnóstico: Herramientas de medición.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
67	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Estación de adquisición y diagnóstico: Zoom.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
68	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Estación de adquisición y diagnóstico: Rotación e inversión de imágenes.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
69	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Estación de adquisición y diagnóstico: Generación de informes.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
70	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Estación de adquisición y diagnóstico: Impresión.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
71	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Estación de adquisición y diagnóstico: Exportación de imágenes en formato DICOM 3.0.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
72	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Estación de adquisición y diagnóstico: Compatibilidad con sistemas PACS.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
73	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Accesorios mínimos: Detector digital.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
74	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Accesorios mínimos: Generador.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
75	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Accesorios mínimos: Tubo de rayos X.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
76	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Accesorios mínimos: Colimador.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
77	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Accesorios mínimos: Mesa radiográfica.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**

78	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Accesorios mínimos: Soporte Bucky mural.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
79	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Accesorios mínimos: Rejilla antidifusora.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
80	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Accesorios mínimos: Cables de alta tensión.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
81	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Accesorios mínimos: Micrófono y sistema de comunicación operador-paciente.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
82	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Accesorios mínimos: Impresora para informes o compatibilidad con impresión institucional.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
83	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Conectividad: DICOM 3.0.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
84	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Conectividad: PACS.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
85	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Conectividad: Impresión DICOM.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
86	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Conectividad: Red Ethernet.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
87	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Conectividad: Exportación de estudios digitales.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
88	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Requisitos generales: Equipo nuevo, sin uso.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
89	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Requisitos generales: Fabricación vigente.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**

90	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Requisitos generales: Registro sanitario del INVIMA o documento que haga sus veces.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
91	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Requisitos generales: Manuales de operación y mantenimiento en español.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
92	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Requisitos generales: Capacitación al personal asistencial y biomédico.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
93	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Requisitos generales: Instalación, puesta en funcionamiento y pruebas de aceptación incluidas.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**
94	Especificación técnica mínima	Anexo Técnico	Requisitos generales: Garantía mínima de doce (12) meses, incluyendo mano de obra y repuestos por defectos de fabricación.	Ficha técnica, catálogo, manual o documento del fabricante y matriz de cumplimiento.	**CUMPLE**

2. Resultado de la verificación requisitos habilitantes:

Una vez realizada la verificación jurídica, financiera, y técnica, se obtiene como resultado que la propuesta presentada por la empresa C MEDICAL SAS, identificada con el NIT 900239576 2, **NO CUMPLE con el 100%** de los requisitos habilitantes establecidos en los pliegos de condiciones definitivos, como quiera que no presenta la declaración del compromiso anticorrupción.

Así las cosas, a continuación hacemos un resumen de la verificación:

No.	REQUISITOS HABILITANTES	VERIFICACIÓN
1	CAPACIDAD JURIDICA:	NO HABILITADO
2	EXPERIENCA:	HABILITADO
3	FINANCIERO:	HABILITADO

Ahora bien, como quiera que hay un único oferente, pero el mismo no ha sido habilitado, no es posible proceder con la valoración de los requisitos ponderables

No siendo otro el objeto de la presente verificación, se da por terminada a la 6:30 pm del día 01 de septiembre de 2026.

DANIEL CAMACHO HERNÁNDEZ
Asesor Jurídico Externo

Sandra Garcia
SANDRA MAGNOLIA GARCIA CHAVARRO
Director Administrativo