SENCAL S.A.S
Sistemas de Ensayo y Calibración

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **013879**

Página /Pages 1 de 1

Number

Número de páginas incluyendo anexos
Number of pages and documents attached 1

Objeto: Tamiz No. 4
Object

Fabricante: Gran Test
Manufacturer

Modelo: 8"
Model

Número de Identificacion: 759
Identificación number

Rango de Medición: N/A
Measurement Range

Usuario final del certificado: Laboratorio de Suelos INGTOL SAS
Certificate end user

Direccion del Usuario: Manzana 20 Casa 11 Octava etapa Barrio Jordán Ibague - Tolima
User´s address

Fecha de Calibracion: 27 de septiembre de 2024
Date of calibration

Desisgnación alternativa	Abertura Nominal	Abertura Promedio Medida	Variación Permisible en la abertura	Diametro Promedio del alambre medido	Variación Permisible en el alambre
No. 4	4,75 mm	4,79 mm	± 0,150 mm	1,350 mm	1,300 a 1,900 mm

Este certificado de calibración solo puede ser reproducido totalmente con la autorización del laboratorio de metrología de SENCAL S.A.S. Los certificados de calibración no son válidos sin las firmas y estampilla de calibración.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory of metrology SENCAL S.A.S. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

The results of this certificate refer to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing laboratory no responsability for damages ensuing mis use of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

The user is responsible for having the apparatus calibrated at apropiate intervals

Fecha de emisión: 27 de septiembre de 2024
Date of issue

Número: **013879**
Number

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTORIZED SIGNATURE (S)

Cristian A. Rodriguez C.
Realizado por:
Performed by

Ricardo Rodríguez
Verificado por:
reviewed by