

Anexo 3. FICHA TÉCNICA LOTE 4
Equipo: Baño de ultrasonido

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA SA 36 DE 2026

OBJETO: Adquisición de equipos de medición e instrumentación especializada requeridos en el marco del Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica N°001 de 2026, suscrito con la Universidad de la Amazonia, para la ejecución del proyecto de investigación de la Alianza Estratégica SOSAGRO 4.C, identificado con código BPIN 2024000100094 y registrado ante la Dirección de Gestión de la Investigación..

ALCANCE DEL OBJETO:

Para dar cumplimiento al contrato, el contratista deberá cumplir la entrega, instalación y puesta en marcha de los equipos de medición e instrumentación especializada, junto con sus respectivas licencias de software, manuales técnicos y certificados de calibración inicial de fábrica bajo normativa vigente; así mismo, incluye la capacitación técnica teórica y práctica en la operación y mantenimiento de los bienes para el personal investigador designado, asegurando el cumplimiento de las especificaciones requeridas para la ejecución del proyecto de la Alianza Estratégica SOSAGRO 4.C.

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS – UNSPSC

RUBRO	SEGMENTOS	FAMILIAS	CLASES	PRODUCTO
D	41	10	37	06
Componentes y Suministro	Equipos y suministro de laboratorio, de medición, de observación y de pruebas	Equipo de laboratorio y científico	Cubetas de laboratorio	Baños de agua

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	EQUIPO	ESPECIFICACIONES	CANT.
1	Baño ultrasonido de	Baño de ultrasonido Capacidad de 3 litros, con temperatura ajustable (°C) 0-80°C y voltaje 110 V/ 60 Hz. -Material: Acero inoxidable -Poder ultrasónico: 120W -Poder de calefacción: 100W -Tiempo de trabajo: 1 - 30 minutos -Ajuste de temperatura: 0 - 80 °C	1

		-Frecuencia ultrasónica: 40kHz -Cesta de limpieza: Sí -Fuente de alimentación: AC110V/60Hz -Tamaño del tanque (largo x ancho x alto): 10,4" x 6,4" x 3,9" / 26,5 x 16,2 x 10 cm -Tamaño del producto (largo x ancho x alto): 10,4" x 6,3" x 8,9" / 26,5 x 16 x 22,5 cm -Peso del producto: 7,9 libras/3,6 kg	
--	--	---	--

NOTA 1: Los equipos objeto del contrato deberán entregarse en el lugar designado por el supervisor, el cual es en la Universidad de la Amazonia, Sede Porvenir Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3F - Barrio Porvenir - Florencia, Caquetá. Laboratorio 4103.

NOTA 2: Entre la entidad y el personal DEL CONTRATISTA, no se crea ningún vínculo laboral ni administrativo, por lo tanto, los gastos por concepto de salarios, prestaciones sociales, seguridad social del personal a su cargo, transporte, etc. Correrán por cuenta DEL CONTRATISTA, todo lo cual se entiende incluido en el valor de la oferta presentada.

NOTA 3: El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos relacionados con legalización, impuestos, administración, variaciones monetarias, derechos laborales y prestaciones sociales, transporte y entrega, pérdidas, y corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo tanto, el ITM no será responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos.

NOTA 4: El contratista será responsable de realizar la entrega e instalación de los equipos requerido en las instalaciones de la entidad. La entidad no asumirá responsabilidad por entregas realizadas a través de terceros o empresas transportadoras.

NOTA 5: La no entrega de los equipos requerido por la entidad en el tiempo estipulado, dará paso a que la entidad inicie los procesos jurídicos en términos de incumplimiento que considere pertinentes.

NOTA 6: Los equipos objeto del presente proceso deberán incluir, durante el primer (1) año contado a partir de su entrega, instalación y puesta en funcionamiento, el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, sin costo adicional para la entidad. Lo anterior, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, conservación y continuidad operativa durante el periodo señalado. El mantenimiento deberá ser realizado por personal técnico competente y de conformidad con las recomendaciones y especificaciones del fabricante.