

Anderson Rojas

REGISTRO INVIMA: 201410-534
TARJETA PROFESIONAL: NS05-105545

DIA	MES	AÑO
13	06	2026

UBICACIÓN	**CIUDAD**: CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
IPS: SANARTE S.A.S	**ÁREA O SERVICIO**: AMBULANCIA MEDICA MOVIL 3

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO: DESFIBRILADOR	**MARCA**: ZOLL	
MODELO: M SERIES	**SERIAL**: T08C100396	**N° INVENTARIO**: NO REGISTRA

DIAGNOSTICO

MALTRATO		DAÑOS HIDRÁULICOS		FALTA DE CAPACITACIÓN OPERARIO	
DAÑOS ELÉCTRICOS		DAÑOS DE ACCESORIOS		INSTALADO PROVISIONALMENTE	
DAÑOS ELECTRÓNICOS		FALTA DE CALIBRACIÓN		NO HAY REPUESTO	
DAÑOS MECÁNICOS		SEGURIDAD		FALTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA	
DAÑOS NEUMÁTICOS		FALTA DE INSUMOS		TECNOLOGIA ANTIGUA	

TIPO DE SERVICIO	CORRECTIVO		PREVENTIVO	X
	GARANTIA			

RUTINAS DE MANTENIMIENTO

LIMPIEZA INTERNA	X	ESTADO DE BATERIA	X	TRANSDUCTORES Y SENSORES	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REPOSICIÓN DE PARTES		CABLES Y CONECTORES DE ENCENDIDO	X
LUBRICACIÓN		ACCESORIOS	X	VERIFICACIÓN GENERAL DE ALARMAS	X
AJUSTE GENERAL	X	VERIFICACIÓN SETUP	X	RECEPCIÓN DE SEÑALES Y DATOS	X
FUGAS DE CORRIENTE		DESPLIEGUE DE DATOS		SISTEMA ELECTRÓNICO INTERNO	X
CALIBRACIÓN		CABLES DE PACIENTE	X	REALIZACIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES	X

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPUESTOS INSTALADOS

1. Se verifica estado de batería recargable.
2. Se verifica configuración del desfibrilador en todos sus parámetros y sistema.
3. Se realiza limpieza al cabezal térmico de la impresora, y se realizan pruebas de funcionamiento.
4. Se verifica modulo ECG y prueba de cable de tres derivaciones de paciente con simulador de ECG.
5. Se verifica módulos NIPB, estado de la manguera y el brazalete, se realiza prueba neumática y verificación de CAL.
6. Se verifica módulo SP02 y sus accesorios, se verifica con simulador SPO2.
7. Se realiza test de usuario, desfibrilador pasa la prueba e imprime reporte.

EL EQUIPO PERMANECE

CORRECTO FUNCIONAMIENTO:	X	PENDIENTE	
PRUEBA		DEBE SER ENVIADO A LABORATORIO	

FECHA DE ENTREGA	**Vo.Bo Institucion**	**REALIZÓ**
DIA: 13	NOMBRE:	NOMBRE: ING ANDERSON DAMIAN ROJAS
MES: 06	FIRMA	FIRMA:
AÑO: 2026		