HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS



DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

INSTRUMENTO DE MEDIDA QUE SE UTILIZA PARA OBTENER LA CONCENTRACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE (GLUCEMIA), DE FORMA INSTANTÁNEA.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA SEDE:	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DOMICILIARIOS SANARTE CLÍNICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS S.A.S.
DIRECCIÓN:	CALLE 7A 11~50 LOMA DE BOLIVAR
TELÉFONO:	3125833098 MAIL: ipssanarte@gmail.com

INFORMACIÓN DEL EQUIPO BIOMEDICO

NOMBRE DEL EQUIPO:	GLUCOMETRO	MARCA:	GLUCOQUICK
MODELO:	G30A	NÚMERO DE SERIE:	4241115290057777
FABRICANTE:	GLUCOQUICK	REGISTRO INVIMA:	2021RD-0002052-R1
CÓDIGO DEL EQUIPO:	N/A	NUMERO DE INVENTARIO:	N/R

CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	CLASIFICACIÓN POR RIESGO	GRADO DE PROTECCIÓN	TECNOLOGÍA PREDOMINANTE
DIAGNOSTICO	IIa	CLASE I, TIPO B	ELECTRÓNICA

UBICACIÓN

ÁREA: AMBULANCIA MEDICALIZADA MOVIL 3

MÓVIL: X FIJO:

RESPONSABLE: MEDICO - ENFERMERA

FORMA DE ADQUISICIÓN

COMPRA DIRECTA : X ALQUILER: DONACIÓN: COMODATO:

COSTO EQUIPO: No hay registro

REGISTRO HISTÓRICO

FECHA DE COMPRA:	No hay registro	FECHA INICIO DE OPERACIÓN:	No hay registro	GARANTÍA:	No hay registro		
FECHA DE ENTRADA:	N/A	ESTADO NUEVO:	X	USADO:		VIDA UTIL:	5 AÑOS

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE:	No hay registro	EMAIL :	No hay registro
DIRECCION:	No hay registro	TEL:	No hay registro

ACCESORIOS DEL EQUIPO

CANTIDAD	PARTE/ACCESORIO	REFERENCIA	SERIE
50	TIRAS REACTIVAS	N/R	N/R
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO: SEMESTRAL REQUIERE CALIBRACION: NO PERIODICIDAD CALIBRACION: N/A

REGISTRO DE APOYO TECNICO

MANUAL DE USUARIO: NO GUÍA RAPIDA DE USO: SI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE	3V DC	TEMPERATURA	10 – 40 °C
CORRIENTE	0.02A	PRESIÓN	500 - 1060 mbar (parámet. amb. de operación)
POTENCIA	N/A	PESO	0,04 Kg
FRECUENCIA	N/A	VELOCIDAD	N/A

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- VERIFICAR EL ESTADO FISICO DEL EQUIPO.
- VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE LECTURA.
- REVISIÓN DE LOS BOTONES.

HOJA DE VIDA EQUIPOS

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS

REGISTRO HISTÓRICO DE MANTENIMIENTO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO BIOMÉDICO

NOMBRE DEL EQUIPO: GLUCOMETRO MARCA: GLUCOQUICK

MODELO: G30A NÚMERO DE SERIE: 4241115290057777

FECHA	TIPO MTTO	H.H. *	H.P. **	REPUESTO	COSTO	OBSERVACIONES	INGENIERO (A)
15-jun-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	-	-	-	-	-	ING. ANDERSON ROJAS
18-dic-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	-	-	-	-	-	ING. ANDERSON ROJAS
14-jun-24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	-	-	-	-	-	ING.ANDERSON ROJAS
20-dic-24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	-	-	-	-	-	ING.ANDERSON ROJAS
13-jun-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	-	-	-	-	-	ING.ANDERSON ROJAS
18-dic-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	-	-	-	-	-	ING.ANDERSON ROJAS

* La cantidad de horas que se gastaron en la intervencion realizada de ingeniero, tecnico, o personal similar, en la reparacion especifica del equipo.

** Es la cantidad de horas que duro el equipo sin funcionar debido a la intervencion realizada.