

En la matriz agua continental para los ensayos de:

Alcalinidad (Titulación potenciométrico)
Conductividad (Electrométrico)
Turbiedad (Nefelométrico)
Sulfato (Turbidimétrico)
Cloruro (Argentométrico/de Mohr)
Amonio (Espectrofotométrico)
Fosfatos (Colorimétrico)
Sólidos Suspendidos Totales (Gravimétrico)
Cromo hexavalente (Colorimétrico)
DQO (Titulación reflujo cerrado).
Acidez (Titulométrico).

NOTA: ** Abstenerse de presentar rondas de evaluación para: aguas de consumo (water supply), aguas potables (drinking water) o aguas residuales (waste water).

Especificar el rango de aplicación de la prueba teniendo presente la siguiente descripción:

Ensayo	Matriz	Método	La concentración evaluada en la prueba debe incluir al menos el siguiente rango
Turbiedad	Agua marina y continental	Nefelométrico	5 - 2000 NTU
Conductividad Eléctrica	Agua marina y continental	Electrométrico	146 a 10000 uS/cm
Alcalinidad	Agua marina y continental	Titulación potenciométrico	25 a 700 mg CaCO ₃ /L
Sulfato	Agua continental	Turbidimétrico	10 mg/L hasta 500 mg/L
Cloruro	Agua continental	Argentométrico/de Mohr	3 a 450 mg/L
Amonio	Agua continental	Espectrofotométrico	30 - 20000 ug N/L
Fosfatos	Agua continental	Colorimétrico	0,05 a 1,10 mg PO ₄ -3/L
Sólidos Suspendidos Totales	Agua continental	Gravimétrico	20 - 1000 mg SST/L
Cromo hexavalente	Agua continental	Colorimétrico	0,10 a 1,00 mg Cr+6/L
DQO	Agua continental	Titulación - Reflujo cerrado	50 a 400 mg O ₂ /L
Acidez	Agua continental	Titulométrico	10 - 1500 mg CaCO ₃ /L