BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S NIT: 900.467.215-3	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO	Codigo:	BIO-SG-C-F006
		Edición:	7
	RST- A-5005	Fecha de creación:	1/07/2019
		Fecha de Actualización:	1/07/2025

REPORTE SERVICIO TECNICO No.	A-5005	FECHA DE VISITA:	19	MES	12	AÑO:	2025

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCION:	CADE FONTIBON	CIUDAD:	BOGOTÁ D.C
CONTACTO:	JUAN DAVID MORENO ROMERO	CARGO:	REPRESENTANTE SECRETARIA GENERAL ALCALDIA BOGOTA

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	DESFIBRILADOR	MARCA:	CU MEDICAL	MODELO:	I-PAD NF1200
VERSION:	NO APLICA ○	SERIE:	P1Q32K128	HORAS DE USO:	NO APLICA
UBICACIÓN:	MODULO INFORMACION SUPERCADE FONTIBON			No INVENTARIO:	72219

○ Garantía ● Contrato Mantenimiento ○ Apoyo Tecnológico ○ Arrendamiento — OTRO, ¿Cual?

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

FUNCIONANDO ○ | CON FALLA ● | FUERA DE SERVICIO ○

MOTIVO DEL SERVICIO

○ Recepción / Verificación	○ Instalación	Diagnóstico ◔
● Mantenimiento Preventivo	○ Mantenimiento Correctivo	OTRO, ¿Cual?

ACTIVIDADES

	C	NC	N/A		C	NC	N/A		C	NC	N/A
APARIENCIA DEL EQUIPO	●	○	○	POLO A TIERRA	○	○	●		○	○	○
ESTADO DE ACCESORIOS	●	○	○	VOLTAJE ENTRE 115V-120V	○	○	●		○	○	○
TEST DE ENCENDIDO	●	○	○	V NEUTRO-TIERRA <1V	○	○	●		○	○	○
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	○	●	○	CONDICIONES AMBIENTALES	●	○	○		○	○	○
CONDICIONES DE EMPAQUE	●	○	○	SELLO DE GARANTÍA	○	○	●		○	○	○
VERIFICACION DE CONFIGURACIÓN	○	○	●	EQUIPO APTO PARA DESPACHO	○	○	●		○	○	○

DESCRIPCION DE LA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO EJECUTADO

Evaluación	○	Prueba de fugas	○
Configuración	○	Prueba neumática	○
Reparación	○	Prueba hidráulica	○
Ajuste	○	Lubricación y engrase	○
Mantenimiento eléctrico	○	Test de temperatura	○
Prueba de funcionamiento	●	Limpieza interna	○
Mantenimiento electrónico	○	Limpieza externa	●
Mantenimiento mecánico	○		

Equipo de seguimiento y medición

	A	N/A
	●	○

Marca: BC BIOMEDICAL
Modelo: DA-2003P
Serie: 2512
CALIBRADO: SM-1304-25
FECHA: 2025-11-28

VERIFICACION DE PARAMETROS

PARAMETROS	TOLERANCIA	PASA	FALLA
150J	0J	PASA ○	FALLA ●
		PASA ○	FALLA ○
		PASA ○	
		PASA ○	

FALLA REPORTADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO

DIAGNÓSTICO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO:

SE REALIZA PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA INTEGRAL, VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BOTONES, VERIFICACIÓN DE ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES Y ESTADO DE BATERIAS, SE ENCUENTRA QUE ESTA BATERIA YA CUMPLIO SU CICLO DE VIDA, DADO QUE TIENE FECHA DE VENCIMIENTO DE ENERO DE 2025. SE SUGIERE CAMBIO DE LA BATERIA, DADO QUE SIN ELLA, EL EQUIPO NO PERMITE PASAR TEST INICIAL. SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA Y QUEDA PENDIENTE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO DE PARCHES

ADULTO: 2027-04


PEDIATRICO: NO CONTIENE

QUEDA FUERA DE SERVICIO MIENTRAS SE REEMPLAZA LA BATERIA. SE ESPECIFICA QUE LA PRUEBA QUEDA EN 0J POR TEMA DE BATERIA

PARA COTIZAR :

BATERIA DE REPUESTO REFERENCIA: CUSA0601F

CONDICIONES DE ENTREGA: FUNCIONANDO ○ FUERA DE SERVICIO ●

JEFE DE SERVICIO O INGENIERO BIOMEDICO DE LA ENTIDAD	REPRESENTANTE DE BIOMEDICA COLOMBIA
FIRMA	FIRMA 
Nombre:	Nombre: JUAN FELIPE RODRIGUEZ SALAMANCA
Cargo:	Cargo: Ingeniero Biomedico

Línea directa de Servicio Técnico: PBX (57+1) 5514701 - 3202217535 E-mail: biomedicacomercial@gmail.com
Carrera 72 B # 4-25 Bogotá D.C. - Colombia

Desarrolló	Revisó:	Aprobó
Nelson Valero Valero	Liliana Valero Ortega	Nelson Valero Valero